

Kłodzko, dnia 09.05.2024r.

Wykonawcy według rozdzielnika

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników, sprzętu laboratoryjnego i dzierżawa analizatorów wraz z systemem informatycznym i adaptacją pomieszczeń Centralnego Laboratorium podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku, oznaczonego numerem DZP.2510.4.2024.

Informujemy, że wykonawcy zadali następujące pytania celem wyjaśnienia treści SWZ.

Pyt.1

Dotyczy OPZ dla pakietu Koagulologia

Czy Zamawiający dopuści aparat back-up używany, rok produkcji 2014?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt.2

Czy Zamawiający dopuści udział w międzynarodowej kontroli laboratoryjnej, którego organizatorem jest firma organizowanej przez producenta aparatów i odczynników tj. firmę STAGO? Obecnie w programie jest zarejestrowanych ponad 1500 użytkowników różnych systemów do oznaczeń koagulologicznych z całego świata. Jest to program akredytowany. Program spełnia normę EN ISO/IEC 17043 “Conformity Assessment- General Requirements for Proficiency Testing”, co zostało potwierdzone przez niezależną jednostkę akredytacyjną Cofrac. Program jest szczególnie polecany dla laboratoriów posiadających akredytację w zakresie ISO 15189.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt.3

Czy Zamawiający dopuści do oznaczania APTT odczynnik liofilizowany?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt.4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie odczynnika do oznaczania AT III , którego objętość fiołki z odczynnikiem wystarcza na wykonanie nie mniej niż 20 oznaczeń.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt.5

Czy Zamawiający dopuści odczynnik do oznaczania ATIII liofilizowany?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt.6

Czy Zamawiający dopuści odczynnik do ATIII, który wymaga kalibracji?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt.7

Czy Zamawiający dopuści odczynnik do PT w oparciu o tromboplastynę izolowaną z mózgow króliczych (ISI ok. 1), stabilność na pokładzie analizatora 2 dni?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Niniejsze odpowiedzi na pytania modyfikują treść SWZ.

J.P.

DYREKTOR
„Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku
57-300 KŁODZKO, ul. Szpitalna 1a
dr n. o zdr. Justyna Rodzielska