

Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego trychinoskopu projekcyjnego spełniającego następujące warunki:

1. Urządzenie powinno być stacjonarne i stanowić jako całość samonośną konstrukcję, bez potrzeby zestawiania i justowania poszczególnych podzespołów w codziennej obsłudze;
2. Urządzenie posiada układ optyczny oparty na klasycznej optyce wysokiej klasy, ale nie zawierający elektronicznych podzespołów przetwarzania obrazu;
3. Urządzenie jest przystosowane do badania mięsa na obecność włośni zarówno metodą kompresorową jak również metodą wytrawiania;
4. Urządzenie posiada automatyczny mechanizm blokujący, który zapewnia ruch kompresora lub zbiornika w jednym kierunku, w celu uniknięcia niezamierzonego przesunięcia;
5. Urządzenie posiada źródło światła oraz układ optyczny umożliwiający uzyskanie jasnych, kontrastowych, o odpowiedniej ostrości i rozdzielczości obrazów badanych preparatów w pomieszczeniach nie całkowicie zaciemnionych, przy dwóch powiększeniach:
 - normalnym roboczym: 50 krotnym,
 - dodatkowym: 80 - 100 krotnym(dla oceny preparatów, których nie można precyzyjnie zidentyfikować przy normalnym powiększeniu roboczym);
6. Urządzenie posiada ekran projekcyjny wielkości minimalnej: 54 cm średnicy, który ma wysoką zdolność odbiciową, jest trwały, łatwy do zdjęcia i czyszczenia;
7. Urządzenie posiada rozmiar ekranu min. 575 x 575 mm;
8. Urządzenie posiada pole widzenia min. 11,5 x 11,5 mm (przy powiększeniu 50x),
7,2 x 7,2 mm (przy powiększeniu 80x)
9. Urządzenie posiada oświetlenie halogenowe 12V / 100W;
10. Urządzenie jest zasilane napięciem sieciowym 230 V / 50 Hz;
11. Gwarancja urządzenia wynosi co najmniej 24 miesiące.