

Nr sprawy: ZP/DTA/16/19

Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku; ul. Szpitalna 1A; 57-300 Kłodzko – działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.– dalej „ustawa Pzp”) zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępniona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Wdrożenie e-usług publicznych w obszarze telemedycyny w Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłodzku”.

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny RPO WD 2014-2020; Oś priorytetowa 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne. Działanie 2.1 E-usługi publiczne. Poddziałanie 1 - 2.1.1 E-usługi – horyzont.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Pytanie 1/3:

Dot. Warunki udziału.

Wymaganie: „referencje na wykonanie projektu w ciągu 3 lat na kwotę 800 tys zł”

Czy wymagana jest jedna referencja, czy Zamawiający dopuści kilka referencji na łączną kwotę 800 tys?

Odpowiedź 1/3:

Warunek udziału brzmi:

„... Zamawiający wymaga, aby wykonawca zrealizował, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej jedno wdrożenie proponowanego lub podobnego kompleksowego systemu telemedycyny o wartości^(*) nie mniejszej niż 800 000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych netto, tj. bez podatku VAT). ...”

Warunek dotyczy co najmniej jednego wdrożenia o wartości nie mniejszej niż 800 000,00 zł.

Należy więc oczekiwać potwierdzenia wykonania co najmniej jednego wdrożenia kompleksowego systemu telemedycyny o wartości nie mniejszej niż 800 000,00 zł. Jak wynika z treści warunku, nie jest on spełniony przez sumowanie pojedynczych systemów.

Pytanie 2/3:

Dot. Minimalne wymagania ogólne dotyczące realizacji zamówienia. Punkty 19 do 21.

Czy posiadany system klasy HIS ma funkcjonalności opisane w wymaganym zakresie integracji i integracja polega na przesłaniu danych do interfejsu systemu HIS?

Odpowiedź 2/3:

Zamawiający potwierdza, że integracja ma polegać na wymianie danych między systemem zdalnej konsultacji kardiologicznej, a istniejącym systemem HIS w zakresie opisanym w minimalnych wymaganiach funkcjonalnych dla oprogramowania do zdalnej konsultacji kardiologicznej: Punkty 44-45. Nazwa/producent/wersja istniejącego systemu klasy HIS istniejącego w środowisku Zamawiającego, to AMMS / Asseco Poland S. A. / wersja 5.33

Pytanie 3/3:

Dot. Minimalne wymagania funkcjonalne dla oprogramowania do zdalnej konsultacji kardiologicznej. Punkt 32.

Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymagań przez system posiadający znak CE współpracujący z dostarczonymi aparatami medycznymi klasy IIa?

Odpowiedź 3/3:

Zamawiający nie uzna spełnienia wymagań przez system, jeśli ten nie posiada statusu wyrobu medycznego klasy IIa.

DYREKTOR
„Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku
57-300 KŁODZKO, III Szpitalna 1a
dr n. o zdr. Jadwiga Radziejewska