

Wykonawcy według rozdzielnika

Dot.: dostawy jednorazowego sprzętu medycyny ogólnej art.biurowych, tuszy i tonerów, środków czystości, worków, myszek i klawiatur komputerowych dla potrzeb podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku oznaczonego nr ZP/DTA/22/22

Na podstawie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129, t.j.)

W rozdziale IV SWZ zmienia się treść:**A. poprzez modyfikację opisu pakietu 35 poz. 3:+****było:**

"Zestaw do cesarskiego cecia

Minimalny skład i wymiary:

1) serweta chirurgiczna w kształcie litery T o wymiarach 175/250 x 300 cm z otworem o wym. 38x32cm wypełnionym folią chirurgiczną wewnątrz której znajduje się wycięcie w kształcie gruszki o wymiarach 18x16cm, pod otworem znajduje się wzmocnienie chłonne, serweta posiada duży okalający worek do przechwytywania płynów o wym. 100x80cm wyposażony w sztywnik na brzegu otworu, podłączenie do ssaka oraz organizatory przewodów – 1szt.

2) serweta owinięcie noworodka o wym 90x120cm – 1 szt.

3) taśma samoprzylepna nieprzemakalna o wym. 9x49cm – 1 szt.

4) Ręczniki chłonne 18x25cm – 4szt.

5) Osłona na stół Mayo 79x145cm, warstwa chłonna 65x85cm – 1szt.

6) Serweta na stół 150x190cm, warstwa chłonna 75x190cm – 1szt.

Minimalne wymagania materiałowe:

poz. 1 strefa krytyczna i mniej krytyczna laminat dwuwarstwowy folia PE 50 mikronów / włóknina 20 g/m2

poz. 6, laminat dwuwarstwowy folia PE 55 mikronów / włóknina 23 g/m2

poz. 5 osł

powinno być:

"Wieloelementowy zestaw (pak) do cesarskiego cięcia Minimalny skład i parametry:

1) Serweta chirurgiczna w kształcie litery T do cięcia cesarskiego o wymiarach 175/250x300 cm posiadająca otwór o wymiarach 38x32 cm, wypełniony folią chirurgiczną, wewnątrz której znajduje się wycięcie w kształcie gruszki o wymiarach 18x16 cm. Serweta posiada duży zintegrowany, okalający worek do przechwytywania płynów o wymiarach 100x80 cm wyposażony w sztywnik, podłączenie ssaka i organizatory przewodów - 1szt.

2) Kocyk dziecięcy 90x120cm - 1szt.

3) Aspiracja PVC 20Ch dł. 24,5cm, zagięta z okrągłą końcówką, 4 otwory - 1szt.

4) Opatrunek sterylny, wodoodporny, samoprzywierający, min. 5-cio warstwowy wysoko chłonny z obramowaniem (bez kleju), paro i gazo przepuszczalny z warstwą kontaktową z miękkiego silikonu na całej powierzchni opatrunku. Warstwa chłonna powinna również posiadać superabsorbent i warstwę rozprowadzającą wysięk a opatrunek nie wymaga dodatkowego mocowania, wym. 10x25cm - 1szt.

5) Dren łączący do ssaka PVC 26Ch/18Ch dł. 2.7m - 1szt.

6) Ręcznik chłonny 18x25cm - 2szt.

7) Taśma lepna 9x49cm - 1szt.

8) Serweta trójwarstwowa z taśmą lepnią 90x75cm - 1szt.

- 9) Ostrze chirurgiczne nr 21 z plastikową nasadką i osłonką - 1szt.
- 10) Miska 500ml niebieska - 1szt.
- 11) Cewnik Nelaton PVC 8Ch, 40cm 1W 2 otwory - 1szt.
- 12) Zacisk do pępowiny, biały - 1szt.
- 13) Tupfer okrągły gazowy 30x30cm (gaza 20N, znacznik RTG, biały) - 5szt.
- 14) Kompres gazowy 10x10cm (gaza 17N, 16W, znacznik RTG, biały) - 40szt.
- 15) Kompres gazowy laparotomijny 40x70cm z tasiemką (gaza 20N, 4W, znacznik RTG, biały) - 5szt.
- 16) Rękawice chirurgiczne lateksowe roz 8.5 Biogel - 1para.
- 17) Fartuch chirurgiczny SMS wzmocniony rozm. XL - 2szt.
- 18) Fartuch chirurgiczny SMS rozm. L - 1szt.
- 19) Osłona na stół mayo 79x145cm, obszar chłonny 65x85cm - 1szt.
- 20) Osłona na stół narzędziowy 150x190cm, obszar chłonny 75x190cm - 1szt. Seweta w poz. 1 wykonana z laminatu dwuwarstwowego: folia PE 40 mikronów / włóknina wiskozowa 23g/m². W srefie krytycznej dodatkowe wzmocnienie laminatem dwuwarstwowym: folia PE 40 mikronów / włóknina wiskozowa 23g/m². Łąca gramatura serwety min, 120g/m². Odporność serwety na przepuszczanie płynów dla obu stref pow. 100cmH₂O. Odporność serwety na rozerwanie na sucho dla obu stref min, 70kPa. Odporność serwety na rozerwanie na mokro dla strefy krytycznej min. 58kPa. Zestaw oznaczony słownie oraz kolorystycznie. Oznaczenie słowne "CIĘCIE CESARSKIE" umieszczone w czerwonej ramce na boku opakowania zestawu.

B. poprzez modyfikację ilości sztuk w pakiecie 52 poz. 3

było:

25szt

powinno być:

25 000,00 tysięcy sztuk

C. poprzez modyfikację opisu pakietu 50 środki czystości:

W pozycji 31 i 32 wymaga aby produkt posiadał w składzie substancję Triclosan który środkiem grzybobójczym i bakteriostatycznym, wymagane dołączenie do oferty Karty charakterystyki proponowanego produktu. Wymagany atest PZH

w pozycji 31 i 32 wymaga dołączenia do oferty dokumentu rejestracji produktu w CPNP

w pozycjach 26-50 wymaga aby produkty pochodziły od jednego producenta, aby zapewnić kompatybilność produktów

w pozycjach 1-55wymaga wpisania w formularzu nazw proponowanych produktów

w pozycji 47,49,51 zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą kopii dokumentów: atest PZH, pozwolenie MZ

w pozycjach 44-54 wymaga się dostarczenia kart charakterystyk załączonych do oferty w dniu składania ofert

dostarczenia ręcznych pompek dozujących dozujących do chemii z pozycji 44-47 w celu ułatwienia przygotowania roztworów roboczych w ilość co najmniej 30kpl w każdej z tych pozycji wg ustaleń z zamawiającym

do pozycji 51-54 dostarczenia, zamontowania i serwisowania bezpłatnie automatycznego urządzenia dozującego, zamykanego na klucz, umożliwiającego dozowanie preparatów opakowaniach 2,5L typu zamkniętego w ilości 4 sztuk, zamawiający wymaga dołączenia do oferty karty katalogowej proponowanego dozownika, dostarczenia pustych opakowań do dozowania produktów z koncentratów zgodnie z opisem dla pozycji 55-57 w ilości 4sztuki każdego rodzaju

w pozycjach 51-54 zamawiający wymaga aby produkty pochodziły od jednego producenta, w przypadku zastosowania produktów równoważnych oferent jest zobowiązany do dostarczenia wraz z ofertą zdjęć oraz kart katalogowych, kart charakterystyki proponowanych produktów oraz próbek

w ilości 1 sztuki z każdego produktu z w/w pozycji

zamawiający wymaga dołączenia do oferty certyfikatu ISO 9001 oraz certyfikatu ekologicznego Green Point producenta produktów zaproponowanych w pozycjach 51-54

Zamawiający wymaga zamontowania specjalnych dozowników do saszetek z pozycji 51-54, przeznaczonych do dozowania produktów z przeznaczeniem w przemyśle spożywczym w ilości 4 sztuki .

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.12.2022 r. o godz. 12:00.

K.Sz.

DYREKTOR
„Zespołu Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku
87-300 KŁODZKO, ul. Szpitalna 1a
dr n. o zdr. Jolanta Radziejewska