

Kłodzko, dnia 12.09.2023r.

Wykonawcy według rozdzielnika

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów i serwisowania oraz naprawy urządzeń medycznych i sprzętu medycznego wraz z dostarczaniem części zamiennych dla potrzeb podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku, oznaczonego numerem DZP.2510.7.2023.

Informujemy, że wykonawcy zadali następujące pytania celem wyjaśnienia treści SWZ.

Pyt.1

Prosimy o doprecyzowanie, czy zakres umowy obejmuje przegląd z usługą naprawy, bez części zamiennych? Czy koszty niezbędnych do usunięcia usterki będą płatne przez Zamawiającego po przygotowaniu przez Wykonawcę indywidualnej oferty cenowej po zdiagnozowaniu usterki wraz z akceptacją Zamawiającego?

Odp. Usługa obejmuje przegląd i wymianę części niezbędnych do wykonania przeglądu zgodnie z wymaganiami producenta. Naprawę urządzenia. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dokonał wpisu w paszporcie technicznym urządzeń i przedstawił raport serwisowy zawierający wykonane czynności serwisowe i użyte (wymienione części).

Pyt.2

Pytanie dot. Załącznika nr 1 do SWZ, Szczegółowy opis zamówienia Zadanie 1. Pakiet aparaty SIEMENS oraz Załącznika nr 5 do SWZ, Wzór umowy dla zdania nr 1, § 5, ust. 8

Prosimy o następującą modyfikację i dodanie zapisu:

„Części zamienne po zamontowaniu do urządzeń stają się własnością Zamawiającego, po potwierdzeniu przez Zamawiającego oferty wystawionej przez Wykonawcę.”

Odp. Zamawiający dokona modyfikacji zapisu.

Pyt.3

Pytanie dot. SWZ, rozdział XVIII, pkt 2, Kryterium „Doświadczenie”, Zadanie nr 1. Mammograf MAMMOMAT FUSION jest nowym modelem mammografu, niedawno wprowadzonym na rynek. Aparaty tego typu są jeszcze objęte gwarancją producenta lub gwarancja dopiero się skończyła i nie są one objęte umowami serwisowymi. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełnienie warunku w Kryterium „Doświadczenie” i przyzna punkty za przedłożenie referencji dla innych modeli aparatów z rodziny Mammomat.

Odp. Wykonawca przedstawiając referencje winien wykazać, że serwisanci posiadają doświadczenie na serwisowanie urządzeń wykazanych w zadaniu 1.

Pyt.4

Pytanie dot. SWZ, rozdział XVIII, pkt 2, Kryterium „Doświadczenie”, Zadanie nr 1.

Ze względu na wiek oraz niewielką liczbę aparatów Sonoline G50 na rynku, prosimy o potwierdzenie że Zamawiający uzna za spełnienie warunku w Kryterium „Doświadczenie” i

przyna punkty za przedłożenie referencji dla innych modeli ultrasonografów z rodziny Sonoline.

Odp. Wykonawca przedstawiając referencje winien wykazać, że serwisanci posiadają doświadczenie na serwisowanie urządzeń wykazanych w zadaniu 1.

Pyt.5

Pytanie dot. Załącznika nr 5 do SWZ, Wzór umowy dla zdanía nr 1, § 4, ust. 3, pkt 4

Prosimy o wykreślenie zapisów w par 4, ust. 3 pkt 4 z uwagi na fakt, że wskazane wymogi są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. Pozostawienie zapisów w obecnym kształcie może spowodować znaczne podwyższenie ceny oferty.

Proponujemy oprzeć się na wskaźniku cen towarów i usług ogłaszanych raz w roku w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Proponujemy poniższy zapis:

„Strony przewidują możliwość zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.

Strony mają prawo żądać zmiany wynagrodzenia:

a) najwcześniej po upływie roku od dnia zawarcia umowy,

b) maksymalnie jeden raz w danym roku obowiązywania umowy,

Poziom zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia ustala się na podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego raz w roku w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w stosunku do roku poprzedniego.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisów w par 4, ust. 3 pkt 4.

Pyt.6

Pytanie dot. Załącznika nr 5 do SWZ, Wzór umowy dla zdanía nr 1

Prosimy o wyrażenie zgody na dodanie zapisu:

„W celu wykonania usług serwisowych personel Wykonawcy uzyska w nieograniczony sposób dostęp do urzędzenia w uzgodnionych wcześniejszej przez Strony terminach. Zamawiający zapewni, że urządzenie jak również pomieszczenia, w których urządzenie jest zainstalowane nie będą zanieczyszczone krwią, innymi płynami ustrojowymi ani jakimikolwiek substancjami zanieczyszczającymi, aktywnymi biologicznie lub chemicznie. Uchybienie powyższemu obowiązkowi uprawnia Wykonawcę do odmowy wykonania usług serwisowych.”

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę

Pyt.7

Pytanie dot. Załącznika nr 5 do SWZ, Wzór umowy dla zdanía nr 1

Czy mając na uwadze fakt, że podczas realizacji umowy zostaną wytworzone przez

Wykonawcę odpady, co do których istnieje wiarygodne do przyjęcia podstawy, że mogą wykazywać właściwości klasyfikujące je jako odpady medyczne zakazane oraz odpady

medyczne niebezpieczne, inne niż zakazane, Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy następującej klauzuli:

Mając na uwadze art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 roku (tj. Dz. U. z 2021 nr 779 r, z późn. zm.), wytwórcą odpadów powstających w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, mogących wykazywać właściwości klasyfikujące je jako odpady medyczne

zakazne oraz odpady medyczne niebezpieczne inne niz zakazne, wraz z odpowiedzialnoscia za przepisanmi prawa. Nie dotyczy to w szczegolnoscí odpadów sprzetu i podzespolów elektronicznych czy mechanicznych.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt.8

Pytanie dot. Załącznika nr 5 do SWZ, Wzór umowy dla zdanía nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, iż w sytuacji zmiany danych adresowych Stron umowy nie będzie konieczności zawierania dodatkowego aneksu, a zmiana danych adresowych nastąpi na podstawie pisemnego oświadczenia Strony umowy?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Niniejsze odpowiedzi na pytania modyfikują treść SWZ.

DYREKTOR
"Zespół Diagnostyczny" w Kłodzku
57-300 KŁODZKO, ul. Szpitalna 1a
dr n. o zdr. Indwigo Radziejewska