

Kłodzko, dnia 04.12.2023r.

Wykonawcy według rozdzielnika

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednorazowego sprzętu medycyny ogólnej art. biurowych, tuszy i tonerów, środków czystości, worków, myszek i klawiatur komputerowych. dla potrzeb podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku, oznaczonego numerem DZP.2510.12.2023.

Informujemy, że wykonawcy zadali następujące pytania celem wyjaśnienia treści SWZ.

Pyt.1

Pakiet 06, poz. 1

Proszę o dopuszczenie maski w rozmiarze XL

Odp. Zamawiający wymaga masek od S do XL

Pyt.2

Pakiet 06, poz. 3

Proszę o dopuszczenie maski w rozmiarze XL

Odp. Zamawiający wymaga masek od S do XL

Pyt.3

Pakiet 06, poz. 6

Proszę o dopuszczenie cewnika do podawania tlenu o długości 200 cm

Odp. 200 cm jest w poz. 5. W tej pozycji wymagamy 500cm.

Pyt.4

Pakiet 08, poz. 1-4

Proszę o dopuszczenie strzykawek ze skalą nominalną.

Odp. Tak , pozostałe bez zmian.

Pyt.5

Pakiet 08, poz. 5-6

Proszę o dopuszczenie strzykawek ze skalą rozszerzoną.

Odp. Tak , pozostałe bez zmian

Pyt.6

Pakiet 08, poz. 5-6

Proszę o dopuszczenie strzykawek bez prostopadłego wcięcia na tłoku. Strzykawki z takim wcięciem zostały wycofane z produkcji, jak wynika z doniesień rynkowych.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pyt.7

Pakiet 08, poz. 9-11

Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga strzykawek Luer czy Luer-Lock ?

Odp. Luer.

Pyt.8

Pakiet 08, poz. pomiędzy 12 a 13 (bez numeru)

Proszę o dopuszczenie przyrządu z komorą o długości 55 mm w części przezroczystej.

Odp. Nie

Pyt.9

Pakiet 08, poz. pomiędzy 12 a 13 (bez numeru)

Proszę o dopuszczenie przyrządu z komorą o długości 62 mm

Odp. Nie

Pyt.10

Pakiet 08, poz. pomiędzy 12 a 13 (bez numeru)

Proszę o dopuszczenie przyrządu z logo identyfikującym przyrząd bezpośrednio na zaciskaczu rolkowym zamiast nazwy producenta.

Odp. Tak

Pyt.11

Pakiet 08, poz. pomiędzy 12 a 13 (bez numeru)

Proszę o odstąpienie od wymogu koreczka z systemem Air Pass.

Odp. Nie

Pyt.12

Pakiet 08, poz. 14

Proszę o dopuszczenie przyrządu:

Zapobiega przedostawaniu się powietrza, zatrzymuje się automatycznie

Specjalnie zaprojektowany filtr Auto Air Stop zapobiega przedostawaniu się powietrza do linii, gdy butelka jest pusta.

Filtr Auto Air Stop utrzymuje stały poziom płynu.

Filtr hydrofobowy na końcu drenu zabezpiecza przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania.

Pomaga w zapobieganiu zakażeniom związanym z opieką zdrowotną (HAI).

Koniec z niekontrolowaną utratą płynu poprzez kapanie na dłoń, podłogę i pościel, zmniejsza tym samym straty płynów infuzyjnych.

Miejsce na kolec zapewniające jego bezpieczne umieszczenie.

• Specjalnie zaprojektowany zaciskacz rolkowy dla precyzyjnej kontroli przepływu.

Zaciskacz wyposażony w dodatkowy zaczep na dren.

Elastyczna komora kroplowa wolna od PVC (Kroplomierz 20 kropli/ml)

Przyrząd wolny od ftalanów, do produkcji użyto bezftalanowe plastyfikatory nowej generacji, co zmniejsza toksyczność związaną z ftalanem i zapewnia bezpieczeństwo Pacjenta

Przystosowany do infuzji grawitacyjnej, a także do infuzji ciśnieniowej max do 2 bary

Objętość wypełnienia: 6.46 ml w 1 metrze drenu

Długość drenu: 180 cm

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.13

Pakiet 08, poz. 14

Proszę o dopuszczenie przyrządu:

Aparat do infuzji grawitacyjnych z odpowietrznikiem, odpowietrznik zaopatrzony w przeciwbakteryjny filtr powietrza o skuteczności filtracji 99,99, z miejscem na kolec komory kroplowej po użyciu, komora kroplowa wykonana z przezroczystego plastiku, miękka-elastyczna, W komorze umieszczony indykator poziomu płynu.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.14

Pakiet 15, poz. 1-3

Proszę o dopuszczenie rękawic w kolorze niebieskim.

Odp. Nie

Pyt.15

Pakiet 21, poz. 1

Proszę o dopuszczenie cewnika Ch 6 o długości 50 cm oraz CH 8 o długości 50 cm.

Odp. Tak

Pyt.16

Pakiet 24 oit 2, poz. 1

Proszę o dopuszczenie kaniul z portem bocznym

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.17

Pakiet 24 oit 2, poz. 1

Proszę o dopuszczenie kaniul z filtrem hydrofobowym zamiast zastawki.

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.18

Pakiet 24 oit 2, poz. 1

Proszę o odstąpienie od wymogu nazwy producenta na samym wyrobie.

Odp. Tak

Pyt.19

Pakiet 24 oit 2, poz. 1

Proszę o odstąpienie od wymogu dwóch rozmiarów w kaniulach 14, 16 oraz 20 G.

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.20

Pakiet 24 oit 2, poz. 2

Proszę o dopuszczenie kaniul wykonanych z PTFE zamiast PU

Odp. Tak

Pyt.21

Pakiet 24 oit 2, poz. 2

Proszę o odstąpienie od wymogu nazwy producenta na samym wyrobie.

Odp. Tak

Pyt.22

Pakiet 24 oit 2, poz. 2

Proszę o odstąpienie od wymogu dwóch rozmiarów w kaniulach 20 G.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.23

Pakiet 24 oit 2, poz. 6

Proszę o dopuszczenie przyrządu:

Zapobiega przedostawaniu się powietrza, zatrzymuje się automatycznie

Specjalnie zaprojektowany filtr Auto Air Stop zapobiega przedostawaniu się powietrza do linii, gdy butelka jest pusta.

Filtr Auto Air Stop utrzymuje stały poziom płynu.

Filtr hydrofobowy na końcu drenu zabezpiecza przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania.

Pomaga w zapobieganiu zakażeniom związanym z opieką zdrowotną (HAI).

Koniec z niekontrolowaną utratą płynu poprzez kapanie na dłoń, podłogę i pościel, zmniejsza tym samym straty płynów infuzyjnych.

Miejsce na kołec zapewniające jego bezpieczne umieszczenie.

• Specjalnie zaprojektowany zaciskacz rolkowy dla precyzyjnej kontroli przepływu.

Zaciskacz wyposażony w dodatkowy zaczep na dren.

Elastyczna komora kroplowa wolna od PVC (Kroplomierz 20 kropli/ml)

Przyrząd wolny od ftalanów, do produkcji użyto bezftalanowe plastyfikatory nowej generacji, co zmniejsza toksyczność związaną z ftalanem i zapewnia bezpieczeństwo Pacjenta

Przystosowany do infuzji grawitacyjnej, a także do infuzji ciśnieniowej max do 2 bary

Objętość wypełnienia: 6.46 ml w 1 metrze drenu

Długość drenu: 180 cm

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.24

Pakiet 24 oit 2, poz. 7

Proszę o odstąpienie od wymogu nazwy producenta na samym wyrobie.

Odp. Tak

Pyt.25

Pakiet 24 oit 2, poz. 7-8

Proszę o dopuszczenie przyrządu i skali wycenianych jako jeden produkt - w jednej pozycji.

Odp. Nie

Pyt.26

Pakiet 24 oit 2, poz. 7

Proszę o dopuszczenie przyrządu o długości całkowitej 260 cm.

Odp. Tak

Pyt.27

Pakiet 24 oit 2, poz. 9

Proszę o dopuszczenie przyrządu do wielokrotnego pobierania leków z fiolek wielodawkowych

Posiada filtr bakteryjny, łącznik Luer-Lock z zatyczką zapewniającą szybkie otwieranie i szczelne zamknięcie

Wyprofilowany uchwyt, ostro zakończony kolec.

Filtr 0,45 µm.

Odp. Tak

Pyt.28

Pakiet 24 oit 2, poz. 10

Proszę o dopuszczenie przyrządu do wielokrotnego pobierania leków z fiolek wielodawkowych

Posiada filtr bakteryjny, łącznik Luer-Lock z zatyczką zapewniającą szybkie otwieranie i szczelne zamknięcie

Wyprofilowany uchwyt, ostro zakończony kolec.

Filtr 0,45 µm.

Odp. Nie

Pyt.29

Pakiet 24 oit 2, poz. 11

Proszę o dopuszczenie przyrządu do wielokrotnego pobierania leków z fiolek wielodawkowych

Posiada filtr bakteryjny, łącznik Luer-Lock z zatyczką zapewniającą szybkie otwieranie i szczelne zamknięcie

Wyprofilowany uchwyt, ostro zakończony kolec.

Filtr 0,45 µm.

Odp. Nie

Pyt.30

Pakiet 24 oit 2, poz. 11

Proszę o dopuszczenie Kolca przelewowego - kaniula do przelewania płynów

Służący do zapewnienia bezpiecznego oraz szczelnego połączenia dwóch pojemników

Pakowany jednostkowo

Odp. Nie

Pyt.31

Pakiet 25 Oit 3, poz. 1

1. Czy Zamawiający wymaga koreczka z trzpieniem poniżej krawędzi korka, co zmniejsza ryzyko kontaminacji?

2. Czy Zamawiający wymaga koreczka w opakowaniu twardego blister, co ułatwi pracę personelowi medycznemu, tj. łatwe wyciągnięcie korka z opakowania w rękawiczkach?

3. Czy Zamawiający wymaga, aby opakowanie zbiorcze korków umożliwiała wyciągnięcie pojedynczej sztuki?

4. Czy Zamawiający wymaga opakowania twardego blister?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.32

Pakiet 25 Oit 3, poz. 2, 5

1. Czy Zamawiający wymaga koreczka w opakowaniu twardej blister, co ułatwi pracę personelowi medycznemu, tj. łatwe wyciągnięcie korka z opakowania w rękawiczkach?
2. Czy Zamawiający wymaga, aby opakowanie zbiorcze korków umożliwiała wyciągnięcie pojedynczej sztuki?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.33

Pakiet 25 Oit 3, poz. 8

Proszę o dopuszczenie przyrządu:

Zapobiega przedostawaniu się powietrza, zatrzymuje się automatycznie

- Specjalnie zaprojektowany filtr Auto Air Stop zapobiega przedostawaniu się powietrza do linii, gdy butelka jest pusta.
- Filtr Auto Air Stop utrzymuje stały poziom płynu.
- Filtr hydrofobowy na końcu drenu zabezpiecza przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania.
- Pomaga w zapobieganiu zakażeniom związanym z opieką zdrowotną (HAI).
- Koniec z niekontrolowaną utratą płynu poprzez kapanie na dłoń, podłogę i pościel, zmniejsza tym samym straty płynów infuzyjnych.
- Miejsce na kolec zapewniające jego bezpieczne umieszczenie.
- Specjalnie zaprojektowany zaciskacz rolkowy dla precyzyjnej kontroli przepływu.

Zaciskacz wyposażony w dodatkowy zaczepek na dren.

- Elastyczna komora kroplowa wolna od PVC (Kroplomierz 20 kropli/ml)
- Przyrząd wolny od ftalanów, do produkcji użyto bezftalanowe plastyfikatory nowej generacji, co zmniejsza toksyczność związaną z ftalanem i zapewnia bezpieczeństwo Pacjenta
- Przystosowany do infuzji grawitacyjnej, a także do infuzji ciśnieniowej max do 2 bary
- Objętość wypełnienia: 6.46 ml w 1 metrze drenu
- Długość drenu: 180 cm

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.34

Pakiet 36, poz. 1

1. Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje ubrań spełniających normę EN 13795-2 tj. ściśle przylegające do szyi, posiadające długi rękaw, rękawy i nogawki zakończone ściągaczem, ponieważ tylko tak skonstruowane ubrania są zgodne normą EN 13795-2? Według stanowiska URPLW MiPB wydanego na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych (MDR - Medical Device Regulation), w którym URPL stwierdza, że wyrobami medycznymi są wyłącznie wyroby sterylne lub przeznaczone do sterylizacji, spełniające normę EN 13795. Ponadto doprecyzowane zostało, że ubrania spełniające wspomnianą normę muszą posiadać długi rękaw oraz nogawki zakończone ściągaczami, a także okrągłe wycięcie na poziomie szyi. Brak tych elementów powoduje, że pacjent nie jest należycie chroniony przed mikroorganizmami przenoszonymi na złuszczonej naskórku personelu medycznego.

Odp. Zamawiający oczekuje kompletu opisanego w poz. 1. Natomiast dopuszcza ubranie opisane w pytaniu.

Pyt.35

Jeżeli Zamawiający nie wymaga wyżej opisanych parametrów, to czy Wykonawca dobrze rozumie, że **Zamawiający oczekuje zaoferowania ubrań higienicznych o podanej przez Zamawiającego specyfikacji?**

Odp. Zamawiający oczekuje kompletu opisanego w poz. 1. Natomiast dopuszcza ubranie opisane w pytaniu.

Pyt.36

W związku z tym, że opis ubrań wymaganych przez Zamawiającego jest niezgodny z normą EN-13795-2 wnioskujemy o odpuśczenie ubrań zgodnych z normą EN -13795-2 lub modyfikację opisu ubrań.

Odp. Dopuszcza

Pyt.37

Czy Zamawiający wymaga ubrań **niezgodnych** z normą **EN-13795-2?**

Odp. Zgodnie z SWZ i wcześniejszymi odpowiedziami

Pyt.38

PAKIET 16

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o następującej charakterystyce: dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne z pulpy celulozowej z superabsorbentem. Osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz. Falbanki z przędzą elastyczną, zapobiegające wyciekom w obszarze pachwinowym. Ściągacz taliowy z przodu i z tyłu wyrobu. Cztery przylepcorzepy do wielokrotnego mocowania. Indykator wilgotności: tuszowy nadruk - rozmywający się pod wpływem cieczy, klejowy - dwa żółte paski zmieniające barwę na zieloną pod wpływem cieczy. Pieluchy wykonane z warstw paroprzepuszczalnych: laminat w części centralnej, włóknina w obszarze bioder. Obwody dla rozmiaru L 100-150 cm, XL 130 – 170 cm

Odp. Tak

Pyt.39

PAKIET 16

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o następującej charakterystyce: dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne z pulpy celulozowej z superabsorbentem. Osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz. Falbanki z przędzą elastyczną, zapobiegające wyciekom w obszarze pachwinowym. Bez ściągaczy taliowych. Cztery przylepcorzepy do wielokrotnego mocowania. Indykator wilgotności: tuszowy nadruk - rozmywający się pod wpływem cieczy, klejowy - dwa żółte paski zmieniające barwę na zieloną pod wpływem cieczy. Pieluchy wykonane z warstw paroprzepuszczalnych: laminat w części centralnej, włóknina w obszarze bioder. Obwody dla rozmiaru L 100-150 cm, XL 130 – 170 cm

Odp. Tak

Pyt.40

PAKIET 16

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o następującej charakterystyce:

Dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne z pulpy celulozowej z superabsorbentem. Warstwa rozprzewadząca (EDS). Osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz. Falbanki z

przędzą elastyczną zapobiegającą wyciekom w obszarze pachwinowym. Ściągacz taliowy z przodu i z tyłu

wyrobu. Cztery elastyczne przylepcorzępy do wielokrotnego mocowania. Dwa indykatory wilgotności:

nadruk tuszem rozmywający się pod wpływem cieczy, klejowy – dwa żółte paski zmieniające barwę na

zieloną pod wpływem cieczy. Warstwa izolacyjna paroprzepuszczalna na całej powierzchni.

Obwody dla rozmiaru L 100-150 cm, XL 130 – 170 cm

Odp. Tak

Pyt.41

PAKIET 16

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki, w których chłonność wynosi 2500 g?

Odp. Nie

Pyt.42

Pakiet 16

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki, w których chłonność wynosi 2600 g?

Odp. Tak

Pyt.43

Dotyczy **Pakiet nr 20, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści pościel o wymiarach: poszwa 150 cm x 200 cm, poszewka 75 cm x 90 cm, prześcieradło 150 cm x 210 cm? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odp. Tak

Pyt.44

Dotyczy **Pakiet nr 20, poz. 2**

Czy Zamawiający wymaga rozmiar 150 cm x 200 cm? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pyt.45

Dotyczy **Pakiet nr 20, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 150 cm x 200 cm? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odp. Tak

Pyt.46

Dotyczy **Pakiet nr 20, poz. 4**

Czy Zamawiający wymaga podkład w rolce o szerokości 50 cm i długości 80 m? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odp. Tak, ale dopuszcza inną długość zgodnie z odpowiedziami i przeliczeniem jak w innych udzielonych odpowiedziach.

Pyt.47

Dotyczy **Pakiet nr 20, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści poduszkę w rozmiarze 40 cm x 50 cm? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odp. Tak

Pyt.48

Dotyczy Pakiet nr 20, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści kołdrę w kolorze niebieskim i białym? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ?

Odp. Tak

Pyt.49

Dotyczy Pakiet nr 20, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści kołdrę w rozmiarze 110 cm x 220 cm? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ?

Odp. Tak

Pyt.50

Dotyczy Pakiet nr 20, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści kołdrę w rozmiarze 110 cm x 210 cm? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ?

Odp. Tak

Pyt.51

Dotyczy Pakiet nr 35, poz. 12

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie z pakietu nr 35 pozycji 12.

Odp. Nie

Pyt.52

Dotyczy Pakiet nr 35, poz. 14

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie z pakietu nr 35 pozycji 14.

Odp. Nie

Pyt.53

Dotyczy Pakiet nr 35, poz. 16

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie z pakietu nr 35 pozycji 16.

Odp. Nie

Pyt.54

Dotyczy Pakiet nr 35, poz. 17

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie z pakietu nr 35 pozycji 17.

Odp. Nie

Pyt.55

Dotyczy Pakiet nr 35, poz. 18

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie z pakietu nr 35 pozycji 18.

Odp. Nie

Pyt. 56

Dotyczy Pakiet nr 35, poz. 19

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie z pakietu nr 35 pozycji 19.

Odp. Nie

Pyt.57

Dotyczy Pakiet nr 35, poz. 21

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie z pakietu nr 35 pozycji 21.

Odp. Nie

Pyt.58

Dotyczy Pakiet nr 36, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści bluzę z wycięciem V pod szyją wykończonym białą lamówką? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odp. Tak

Pyt.59

Dotyczy Pakiet nr 36, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści czepek o gramaturze min. 16 g/m²? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odp. Tak

Pyt.60

Pakiet 19 poz. 1-5

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pojemników pakowanych w kartonowe opakowania zbiorcze, która ułatwiają transport i magazynowanie a także znacznie lepiej zabezpieczają produkt przed uszkodzeniem?

Odp. Zamawiający wymaga dostarczenia pełnowartościowego produktu (tj. m.in. nie uszkodzonego). W jaki sposób będzie on zapakowany pozostaje do decyzji Wykonawcy.

Pyt.61

Pakiet 19 poz. 1-6

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pojemników wykonanych z polipropylenu ? Tylko taki materiał zapewnia odporność na przebicie i elastyczność pojemnika a także pozwala na efektywne spalanie zebranego materiału.

Odp. Zamawiający wymaga pojemników zgodnych z obowiązującymi przepisami i normami obowiązującymi w RP.

Pyt.62

Pakiet 19 poz. 1-6

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pojemników wykonanych w technologii wtrysku pod wysokim ciśnieniem? Obecnie na rynku dostępne są również pojemniki na odpady medyczne produkowane w technologii rozdmuchu, co sprawia, że powstałe pojemniki mogą posiadać zniekształcenia i zmienną, nie jednolitą grubość ścianki. Rozdmuch jest metodą dedykowaną do opakowań o stosunkowo małej grubości ścianki i niewygórowanych wymaganiach technicznych (np. butelka PET, które nie są odporne na przebicie). Tylko metoda wtrysku pod wysokim ciśnieniem gwarantuje odpowiednią strukturę i twardość pojemników oraz jednakową grubość ścianek na całej powierzchni, co zapewnia zgodną z obowiązującą normą odporność na przebicie, a w rezultacie zapewnia odpowiednie bezpieczeństwo personelu medycznego podczas użytkowania

Odp. Zamawiający wymaga pojemników zgodnych z obowiązującymi przepisami i normami obowiązującymi w RP.

Pyt. 63

Pakiet 19 poz. 1-5

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane pojemniki posiadały szczelne zamknięcie, uniemożliwiające przeciekanie płynów?

Odp. Zamawiający wymaga pojemników zgodnych z obowiązującymi przepisami i normami obowiązującymi w RP.

Dotyczy Pakietu 08 strzykawki, przyrządy, igły

Pyt.64

Pakiet 08 Poz. 5,6 czy zamawiający dopuści strzykawki 50 ml z rozszerzeniem do 60 ml?

Odp. Tak

Pyt.65

Pakiet 08 Poz. 5,6,7 czy zamawiający dopuści strzykawki z nazwą dystrybutora/ importera na korpusie?

Odp. Tak

Pyt.66

Pakiet 08 poz. 7 czy zamawiający dopuści skalowanie co 1 ml?

Odp. Tak

Pyt.67

Pakiet 08 Poz. 9-11 czy zamawiający dopuści strzykawki z nazwą dystrybutora/ importera na korpusie?

Odp. Tak

Pyt.68

Pakiet 08 poz 12 Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorecza dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską kłapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml \pm 0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm , z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15 μ m, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm, sterylizacja EO, objętość komory kroplowej: 10,56 cm³ (dł komory 6 cm, promień 0,75 cm)?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.69

Pakiet 08 poz 12 Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły bioreczej, natomiast kolekc igły bioreczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.70

Pakiet 08 poz 12 Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez skrzydełek dociskowych?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.71

Pakiet 08 poz. Przyrząd do infuzji bursztynowy (bez nr) Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez skrzydełek dociskowych?

Odp. Nie

Pyt.72

Pakiet 08 poz. Przyrząd do infuzji bursztynowy (bez nr) Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odp. Nie

Pyt.73

Pakiet 08 poz. Przyrząd do infuzji bursztynowy (bez nr) Czy Zamawiający dopuści IS o długości całkowitej komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm?

Odp. Nie

Pyt.74

Pakiet 08 poz. Przyrząd do infuzji bursztynowy (bez nr) Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

Odp. Tak

Pyt. 75

Pakiet 08 poz. 13 Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS o dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przezroczystej, a całkowita długość komory ok. 9,5 cm ?

Odp. Tak

Pyt.76

Pakiet 20 poz. 1 Czy zamawiający dopuści poszwy o wymiarach: na kołdrę 210 cm x 160 cm, na poduszkę 70 cm x 80 cm, prześcieradło 150 cm x 210 cm, o gramaturze 25 g/? m², wykonana z włókniny polipropylenowej jednowarstwowej, z etykietą zgodną z przepisami regulującymi oznakowanie wyrobów medycznych?

Odp. Tak

Pyt.77

Pakiet 20 poz. 2 czy zamawiający dopuści Serwetę niejałowa z włókniny polipropylenowej jednowarstwowej 25g/m² jednorazowego użytku, niebieska 130x210 cm?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.78

Pakiet 20 poz 4 Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 mt, perforacja co 34 cm?

Odp. Tak, pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia ilości.

Pyt.79

Pakiet 20 poz 4 Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odp. Tak

Pyt.80

Pakiet 25 poz 1 czy zamawiający dopuści koreczek luer lock z trzpieniem nieznacznie powyżej krawędzi koreczka?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.81

Czy Zamawiający w Pakiecie 25 poz. 1,2,5 dopuści wycenę opakowań x 100szt. z przeliczeniem ilości?

Odp. Tak

Pyt.82

Czy Zamawiający w Pakiecie 25 poz. 1 dopuści wycenę standardowych koreczków z trzpieniem powyżej własnej krawędzi?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.83

Czy Zamawiający w Pakiecie 25 poz. 1 dopuści wycenę koreczków w opakowaniu indywidualnym typu papier/folia?

Odp. Tak

Pyt.84

Czy Zamawiający w Pakiecie 25 poz. 4 dopuści wycenę koreczków dezynfekcyjnych nasączonych alkoholem (70% alkoholem izopropylowym) ?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.85

Czy Zamawiający w Pakiecie 25 poz. 6 dopuści wycenę kranika sterylizowanego tlenkiem etylenu? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Tak

Pyt.86

Czy Zamawiający w Pakiecie 25 poz. 7 dopuści wycenę kranika z przedłużaczem sterylizowanego tlenkiem etylenu, z indykatozem optycznym? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Tak

Pyt.87

Czy Zamawiający w Pakiecie 25 poz. 8 dopuści wycenę aparatu bezpiecznego z zastawką, do szybkiego przygotowania kroplówki i bezpiecznej infuzji wyposażony w przezroczysty mocny kolec (zgodny z normą ISO) ze zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym, elastyczną dolną część komory kroplowej w celu łatwego ustawienia płynu; 15 um filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami; precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na kolec komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszania drenu; filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania; filtr hydrofilny w komorze kroplowej,

zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu butelki. Odpowietrznik zaopatrzone w filtr powietrza o skuteczności filtra wirusowego (VFE) min. 99,99% i filtra bakteryjnego (BFE) min. 99,99%. Zawór BCV zapobiegający cofaniu się krwi do drenu?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt. 88

Czy Zamawiający w Pakiecie 8 poz. 4 dopuści wycenę opakowań x 100szt. z przeliczeniem ilości?

Odp. Tak

Pyt.89

Czy Zamawiający w Pakiecie 8 poz. 5, 6 dopuści wycenę strzykawkę z rozszerzeniem skali do 60ml, z czterostronnym podcięciem tłoka w celu pewnego zamocowania w pompie infuzyjnej?

Odp. Tak

Pyt. 90

Czy Zamawiający w Pakiecie 8 poz. 7 dopuści wycenę strzykawkę z końcówką zakończoną standardowo/prosto; z dokładniejszą skalą co 1ml?

Odp. Tak

Pyt.91

Czy Zamawiający w Pakiecie 8 poz. 10 dopuści wycenę strzykawkę skalowanych co 0,5ml?

Odp. Nie

Pyt.92

Czy Zamawiający w Pakiecie 8 poz. 11 dopuści wycenę strzykawkę skalowanych co 1ml?

Odp. Nie

Pyt.93

Czy Zamawiający w Pakiecie 8 poz. 11 dopuści wycenę opakowań x 50szt. z przeliczeniem ilości?

Odp. Tak

Pyt.94

Czy Zamawiający w Pakiecie 8 poz. 14 dopuści wycenę aparatu bezpiecznego z zastawką, do szybkiego przygotowania kroplówki i bezpiecznej infuzji wyposażony w przezroczysty mocny kolec (zgodny z normą ISO) ze zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym, samozamykającym się, elastyczną dolną część komory kroplowej w celu łatwego ustawienia płynu; 15 um filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami; precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na kolec komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszania drenu; filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania; filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu butelki. Zawór BCV zapobiegający cofaniu się krwi do drenu?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.95

Czy Zamawiający w Pakiecie 8 pozycji 12 dopuści przyrząd o parametrach:

„Przyrząd jednorazowy do przetaczania płynów infuzyjnych składający się z :

- osłonki igły biorczej

- igły biorczej dwukanałowej, ścięta dwupłaszczyznowo uniemożliwiającej wypadanie przyrządów z butelek
- hydrofobowego filtra powietrza
- zatyczki filtra hydrofobowego
- komory kroplowej 20 kropli = 1 ml
- filtra płynu o wielkości oczek 15 μ m
- zaciskacza rolkowego
- łącznika dodatkowej iniekcji
- korka iniekcyjnego
- drenu medycznego o długości 1500 mm
- komora kroplowa wolna od PVC, długość komory w części przezroczystej minimum 62 cm komora kroplowa oraz dren wolne od ftalanów
- pakowany pojedynczo, sterylny
- opakowanie jednostkowe : papier – folia”?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt. 96

SWZ rozdział X 16e) - Prosimy Zamawiającego o informację czy próbki podlegają uzupełnieniu?

Odp. Zgodnie z SWZ, próbki są częścią oferty, próbki powinny być dostarczone do Zamawiającego do czasu terminu składania ofert.

Pyt.97

Pakiet 3, 1

Czy Zamawiający odejdzie od wymogu dwóch etykiet samoprzylepnych do dokumentacji?

Odp. Zamawiający dopuści z dwoma i z jedną etykietą.

Pyt.98

Pakiet 3, 1

Czy Zamawiający dopuści cewniki o jednej długości 40cm?

Odp. Tak

Pyt.99

Pakiet 3, 1

Czy Zamawiający dopuści cewniki z balonem o pojemności 5-10ml?

Odp. Tak

Pyt.100

Pakiet 3, 2

Czy Zamawiający dopuści cewniki z balonem o pojemności 5-10ml?

Odp. Tak

Pyt.101

Pakiet 3, 3

Czy Zamawiający dopuści cewniki z balonem o pojemności 3-5ml?

Odp. Tak

Pyt.102

Pakiet 3, 5

Czy Zamawiający dopuści cewniki CH 12-24 z balonem o pojemności wyłącznie 5-10ml?

Odp. Tak

Pyt.103

Pakiet 3, 6

Czy Zamawiający dopuści cewniki w rozmiarze CH12-20 z balonem 30ml?

Odp.Tak

Pyt.104

Pakiet 3, 7

Czy Zamawiający dopuści cewniki dufour w poniższych rozmiarach?

Rozmiar	Balon
18 FR 20 FR	50-80 cc/ml
22 FR 24 FR	80-100 cc/ml

Odp. Tak

Pyt.105

Pakiet 3, 9

Czy Zamawiający dopuści cewniki Nelaton w rozmiarach CH 08-24?

Odp. Tak

Pyt.106

Pakiet 3, 10

Czy Zamawiający dopuści cewniki Nelaton w rozmiarach CH 08-24 o długości 40cm?

Odp. Tak

Pyt.107

Pakiet 3, 13

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cystostomii o poniższych parametrach?

- Cewnik wykonany z 100% biokompatybilnego silikonu medycznego
- Cewnik przezroczysty z linią kontrastującą w RTG
- Wyposażony w miękki, symetryczny, jednolicie wypełniony balon o pojemności 5-10 cc/ml
- Gładka, dokładnie wyprofilowana powierzchnia zewnętrzna cewnika sprzyja ograniczeniu urazów przy zakładaniu i wycofywaniu cewnika
- Dostępny w dwóch rozmiarach: CH 12 oraz CH 14
- Dostępny także w wersji „pig-tail”
- W zestawie również: rozdzielalny trokar, znacznik głębokości, zacisk n cewnik, zatyczka cewnika
- Wyrób sterylizowany tlenkiem etylenu
- Podwójnie pakowany: wewnątrz folia, zewnątrz papier/folia

Odp. Tak

Pyt.108

Pakiet 5, 41

Czy Zamawiający dopuści próbki niesterylne?

Odp. Tak**Pyt.109**

Pakiet 6 Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści maski tlenowe w rozmiarach od S-XL dedykowane nie tylko dla osób dorosłych?

Odp. Tak**Pyt.110**

Pakiet 8 Pozycja 5-6

Czy Zamawiający dopuści strzykawki o pojemności nominalnej 50/60ml?

Odp. Tak**Pyt.111**

Pakiet 8 Pozycja 9-11

Czy Zamawiający oczekuje strzykawek luer, czy luer-lock?

Odp. Luer**Pyt.112**

Pakiet 8 Pozycja 12

Czy Zamawiający wymaga aby kolec igły biorczej był ścięty czteropłaszczyznowo?

Odp. Tak**Pyt.113**

Pakiet 8 Pozycja bez numeru pomiędzy 12-13

Czy Zamawiający wymaga przyrządu do infuzji z filtrem hydrofobowym oraz koreczkiem typu Air Pass?

Odp. Tak**Pyt.114**

Pakiet 8 Pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści igły iniekcyjne w rozmiarze 0,4x19mm?

Odp. Tak**Pyt.115**

Pakiet 13 Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice nie będące wyrobem medycznym, ze stawką VAT 23%?

Odp. Tak**Pyt.116**

Pakiet 13 Pozycja 2

Czy Zamawiający oczekuje rękawic pakowanych mechaniczne warstwami, w sposób uporządkowany – e stosownym oznaczeniem za opakowaniu?

Odp. Zamawiający dopuszcza**Pyt.117**

Pakiet 13 Pozycja 2

Czy Zamawiający oczekuje rękawic o długości min. 245mm?

Odp. Tak, natomiast dopuszcza inną długość zgodnie z już udzielonymi wcześniej odpowiedziami

Pyt.118

Pakiet 13 Pozycja 2

Czy Zamawiający oczekuje rękawic przebadanych na min. 33 cytostatyki wg ASTM D6978, potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej?

Odp. Tak, a dopuszcza rękawice na które zostały udzielone wcześniej odpowiedzi.

Pyt.119

Pakiet 13 Pozycja 3

Czy Zamawiający oczekuje rękawic o następujących parametrach: Rękawice diagnostyczne lateksowe bezpudrowe, z przedłużonym mankietem, przeznaczone do procedur o podwyższonym ryzyku zakażenia, niebieskie, obustronnie chlorowane, teksturowane na palcach, mankiet rolowany. AQL 1,0 – potwierdzone raportem producenta wg EN 455. Grubość pojedynczej ścianki: na palcu 0,36mm ±0,04mm, na dłoni 0,31mm±0,03mm, na mankiecie 0,23mm±0,03mm, długość min.300mm, średnia siła zrywu przed starzeniem min. 13N - potwierdzone raportem producenta wg EN 455. Zawartość protein lateksowych poniżej 20µg/g. Wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III Typ A. Zgodne z EN 455, ASTM F1671. Odporne na przenikanie: min 18 substancji chemicznych, w tym 10 na min. 6 poziomie. Rozmiary S-XL, kodowane kolorystycznie na opakowaniu, pakowane po 50 szt.?

Odp. Tak, a dopuszcza rękawice na które zostały udzielone wcześniej odpowiedzi.

Pyt.120

Pakiet 13 Pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice o sile zrywu min. 6N wg EN 455 – potwierdzone badaniami producenta?

Odp. Tak

Pyt.121

Pakiet 14 Pozycja 1

Czy Zamawiający oczekuje rękawic pakowanych po 250 szt. dla rozm. XS-L oraz po 240 szt. dla rozm. XL?

Odp. Tak, ale dopuszcza inne pakowane zgodnie z udzielonymi wcześniej odpowiedziami.

Pyt.122

Pakiet 14 Pozycja 1

Czy Zamawiający oczekuje rękawic z warstwą pielęgnacyjną z zawartością witaminy E, olejku migdałowego i gliceryny, o działaniu nawilżającym?

Odp. Tak, ale dopuszcza rękawice na które zostały udzielone wcześniej odpowiedzi.

Pyt.123

Pakiet 15 Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice w kolorze popielatym, o AQL 1,5?

Odp. Nie

Pyt.124

Pakiet 21 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania w rozmiarze 6/40, spełniający pozostałe wymagania SWZ?

Odp. Tak

Pyt.125

Pakiet 21 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania w rozmiarze 10/40, spełniający pozostałe wymagania SWZ?

Odp. Tak

Pyt.126

Pakiet 22 Pozycja 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę fartuchów foliowych pakowanych a'10 z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. Tak

Pyt.127

Pakiet 22 Pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści fartuchy o gramaturze 20g/m²?

Odp. Tak

Pyt.128

Pakiet 22 Pozycja 3

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy zgodnie z „szczegółowym opisem pozycji” należy zaoferować fartuchy tylko w rozmiarze L i XL?

Odp. Nie. Zamawiający wymaga fartuchów w rozm. od S do XL. Zamawiający opisał wymiary tylko rozmiar L i XL z uwagi na to, że 90% zapotrzebowanie będą to rozmiary L i XL.

Pyt.129

Pakiet 22 poz. 7

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania elastycznej pętli na kciuk?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pyt.130

Pakiet 22 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m²?

Odp. Tak

Pyt.131

Pakiet 22 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści ubranie wykonane z włókniny SMS gr. 35g, nieprześwitujące, antystatyczne, oddychające, bluza z krótkim rękawem, posiada wycięcie "V" zakończone obszyciem w kolorze ubrania, 3 kieszenie (2 w dolnej części oraz jedna mniejsza w części górnej), spodnie z trokami w pasie, dostępne w dwóch kolorach: zielonym, niebieskim?

Odp. Tak

Pyt.132

Pakiet 22 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści komplet gdzie spodnie i bluza pakowane są razem?

Odp. Tak

Pyt.133

Pakiet 22 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze automatyczne w kształcie prostopadłościanu?

Odp. W poz. 8 w tym zadaniu jest komplet chirurgiczny.

Pyt.134

Pakiet 22 poz. 15

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze wykonane z laminatu (włókniny polipropylenowej oraz polietylenu) o gramaturze 63 g/m², szwy zakryte taśmą, wykończone gumką oraz dodatkowo wiązane, z warstwą antypoślizgową, środek ochrony indywidualnej kategorii I zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/425, jednorazowego użytku?

Odp. Tak

Pyt.135

Pakiet 22 poz. 22

Czy Zamawiający dopuści półmaskę FFP2 składaną z płaską konstrukcją umożliwiającą łatwą obsługę, wyposażoną w zintegrowaną kształtkę na nos, wysokiej jakości materiał filtracyjny spełnia wymagania poziomu ochrony FFP2 NR zgodnie z EN 149:2001+A1:2009, w kategorii III Środków Ochrony indywidualnej zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425, wyrób medyczny klasy I zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745, z graficzną instrukcją zakładania nadrukowana na opakowaniu jednostkowym, w kolorze białym, przeznaczona jest do użytku podczas jednej zmiany roboczej (max 8 godzin), jednorazowego użytku?

Odp. Tak.

Pyt.136

Pakiet 22 poz. 28

Czy Zamawiający ma na myśli op=50szt, oraz wycenę 200 opakowań po 50szt?

Odp. 200 op. po 50 szt.

Pyt.137

Pakiet 35, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo w rozmiarze 80x145cm?

Odp. Tak

Pyt.138

Pakiet 35, pozycja 4, składowa 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę w kształcie litery T do cięcia cesarskiego o wym. 200/260 x 310cm z otworem o wym. 30cm x 30cm wypełnionym folią chirurgiczną, wewnątrz której znajduje się wycięcie w kształcie gruszki o wymiarach 18x16 cm zintegrowaną z workiem o wymiarach 80cm x 80cm z zaworem do podłączenia ssaka. Dodatkowo do serwety dołączone taśmy przylepne typu rzep w ramach organizatorów na przewody w celu przyklejenia w dowolnym miejscu?

Odp. Tak, pozostałe skład i parametry bez zmian

Pyt.139

Pakiet 35, pozycja 4, składowa 2

Czy Zamawiający dopuści kocyk dziecięcy 75cm x 160cm?

Odp. Tak, pozostałe skład i parametry bez zmian

Pyt.140

Pakiet 35, pozycja 4, składowa 3

Czy Zamawiający dopuści końcówkę do odsysania pola operacyjnego Ch 21 dł. 21cm zagiętą z okrągłą końcówką, 4 otwory?

Odp. Tak, pozostałe skład i parametry bez zmian

Pyt.141

Pakiet 35, pozycja 4, składowa 4

Czy Zamawiający dopuści opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym o wymiarach 10cm x 25cm zawierający hipoalergiczny klej akrylowy?

Odp. Tak, pozostałe skład i parametry bez zmian

Pyt.142

Pakiet 35, pozycja 4, składowa 5

Czy Zamawiający dopuści dren do ssaka PVC Ch24 dł. 3m?

Odp. Tak, pozostałe skład i parametry bez zmian

Pyt.143

Pakiet 35, pozycja 4, składowa 6

Czy Zamawiający dopuści ręcznik chłonny 30cm x 30cm?

Odp. Tak, pozostałe skład i parametry bez zmian

Pyt.144

Pakiet 35, pozycja 4, składowa 7

Czy Zamawiający dopuści taśmę lepłą z tolerancją rozmiaru +/- 1 cm?

Odp. Tak, pozostałe skład i parametry bez zmian

Pyt.145

Pakiet 35, pozycja 4, składowa 9

Czy Zamawiający dopuści ostrze chirurgiczne nr 21 z trzonkiem bez osłonki?

Odp. Nie, chyba że ostrze zabezpieczone będzie w inny bezpieczny sposób.

Pyt.146

Pakiet 35, pozycja 4, składowa 13

Czy Zamawiający dopuści tupfer okrągły gazowy 30x30cm (gaza 17N, znacznik RTG, biały)?

Odp. Tak

Pyt.147

Pakiet 35, pozycja 4, składowa 15

Czy Zamawiający dopuści kompres z gazy laparatomijny 45cm x 70cm z tasiemką (gaza 17N, 4W, znacznik RTG, biały)?

Odp. Tak

Pyt.148

Pakiet 35, pozycja 4, składowa 16

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne lateksowe roz 8.5 typu Biogel?

Odp. Tak

Pyt.149

Pakiet 35, pozycja 4, składowa 19

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo 80cm x 14cm z warstwą chłonną 60cm x 140cm?

Odp. Nie, chyba że jest błąd w pytaniu (80cm x 140cm- to tak)

Pyt.150

Pakiet 35, pozycja 4, składowa 20

Czy Zamawiający dopuści osłonę na stolik narzędziowy 150cm x 190cm z obszarem chłonnym 65cm x 190cm?

Odp. Tak

Pyt.151

Pakiet 35, pozycja 4

Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści serwetę z laminatu dwuwarstwowego (PE + PP) wzmocnioną włókniną wiskozową o gramaturze 86g/m²?

Odp. Tak

Pyt. 152

Pakiet 35, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści oznaczenie kolorystyczne w postaci czerwonej kropki umieszczonej na etykietce głównej?

Odp. Tak

Pyt.153

Pakiet 35, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści serwetę porodową 114x150cm pakowaną osobno?

Odp. Nie, wszystko razem

Pyt.154

Pakiet 35, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na kamerę w rozmiarze 14x250cm?

Odp. Tak

Pyt.155

Pakiet 35, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści taśmę typu rzep w rozmiarze 2x22cm?

Odp. Tak

Pyt.156

Pakiet 35, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści zestaw dwóch osłon na kończynę o wymiarach 70cm x 120cm, wykonanych z hydrofobowej włókniny typu SMS o gramaturze 50 g/m². Łączenia wykonane techniką ultradźwiękową, o odporności na przenikanie cieczy 41,7cm H₂O, wytrzymałości na wypychanie 205,6 kpa

Odp. Tak

Pyt.157

Pakiet 35, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Tak

Pyt.158

Pakiet 35, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści pokrowce na obuwie wykonane z włókniny z moletem antypoślizgowym?

Odp. Nie, ma być z folii.

Pyt.159

Pakiet 35, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści podkład pakowany a'25szt?

Odp. Tak

Pyt.160

Pakiet 35, pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści serwetę sterylną, 3 warstwową (włóknina polipropylenowa +folia PE + polipropylen) o łącznej gramaturze 75g/m². Chłonność 383%?

Odp. Tak

Pyt.161

Pakiet 36, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści czepek posiadający wstawkę przeciwpotną?

Odp. Tak

Pyt.162

Pakiet 41, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę dwuwarstwową na stół narzędziowy o wymiarach 90cm x 120 cm (opakowanie zestawu)?

Odp. Tak

Pyt.163

Pakiet 41, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę o wymiarach 120cm x 150 cm z otworem przylepnym o średnicy 10 cm (zamiast otworu przylepnego o średnicy 20 cm)?

Odp. Nie

Pyt.164

Pakiet 41, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuszcza fartuch chirurgiczny z mankietami wykonanymi z dzianiny oraz tylnymi częściami fartucha zachodzącymi na siebie, wiązany na troki?

Odp. Tak, pozostałe wymogi zgodnie z SWZ.

Pyt.165

Pakiet 41, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuszcza tufery wykonane z gazy 17-nitkowej?

Odp. Nie

Pyt.166

Pakiet 41, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuszcza opatrunek z folii poliuretanowej z tolerancją rozmiaru +/- 0,5 cm?

Odp. Tak, pozostałe wymogi zgodne z SWZ.

Pyt. 167

Pakiet 41, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuszcza pojemnik plastikowy o pojemności 250 ml przezroczysty (zamiast czerwonego)?

Odp. Tak, pozostałe wymogi SWZ bez zmian.

Pyt.168

Pakiet 41, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuszcza tolerancję długości kleszczyków plastikowych +/- 1 cm?

Odp. Tak, pozostałe wymogi SWZ bez zmian.

Pyt.169

Pakiet 41, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuszcza sterylne obłożenie wykonane z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu o gramaturze 60g/m² o odporności na penetrację płynów 196cm H₂O oraz odporność na rozerwanie na sucho/mokro odpowiednio 109/ 99,4 kPa?

Odp. Nie

Pyt.170

Pakiet 41, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuszcza serwety o chłonności 600 %?

Odp. Tak, pozostałe wymogi SWZ bez zmian.

Pyt.171

Pakiet 41, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuszcza obłożenie wykonane z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 60g/m², o odporności 196 cm H₂O oraz odporności na rozerwanie na sucho /mokro 109/99,4 kPa?

Odp. Nie

Pyt.172

Pakiet 41, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuszcza zestaw o poniższym składzie:

1 x Serweta chirurgiczna 75cm x 75cm 2-warstwowa

1 x Serweta chirurgiczna 75cm x 90cm 2-warstwowa, do znieczuleń przewodowych, z otw.przylep.10cm x 15cm

1 x Igła iniekcyjna (0,5 x 40)

1 x Igła iniekcyjna (1,2 x 40)

1 x Strzykawka 2-częściowa 2ml Luer

1 x Strzykawka 2-częściowa 5ml Luer

1 x Opatrunek włókn. z wkładem chłonnym 5cm x 7,2cm

1 x Chwytnik plastikowy 18cm

3 x Kompres z włókniny 30G 4W 10cm x 10cm

6 x Tupfer z gazy z nitką RTG 17N 30cm x 30cm

1 x Pojemnik okrągły poj. 120ml, przezroczysty, z podziałką?

Odp. Tak, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SWZ.

Pyt.173

Czy Zamawiający w pakiecie 37 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Klipsy tytanowe rozmiar ML (średnio-duży, długość klipsa po zamknięciu 8,98mm), kształt podkowy, rowkowanie wewnętrzne. Pakowany w zasobniki 6 sztuk?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.174

Zgodnie z Dz.U. Nr 16, poz. 76 z dnia 12 stycznia 2011 roku, aktywne wyroby medyczne przeznaczone do implantacji muszą być identyfikowalne. Kod użyty do ich oznakowania, musi umożliwiać szybką i jednoznaczną identyfikację wytwórcy i wyrobu, uwzględniać jego typ oraz rok produkcji; odczytanie kodu jeżeli jest to niezbędne, nie powinno wymagać zabiegu chirurgicznego. Informujemy, że nasze produkty spełniają wszystkie wymogi ww. ustawy. Zwracamy się zatem do Zamawiającego w pakiecie 37 o możliwość zastosowania papierowej części blistra (magazynka), która zawiera wszystkie wymagane informacje zawarte w powyższej ustawie (nr referencyjny, numer serii, datę ważności i produkcji, nazwę wytwórcy itd.) celem możliwości dołączenia do kartoteki pacjenta?

Odp. Tak

Pyt.175

W rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 5 listopada 2010 zamieszczonego w Dzienniku Ustaw nr 215, poz 1416, paragraf 4.1, reguła 8; dotyczącym wyrobów do implantacji i chirurgicznych inwazyjnych wyrobów medycznych do długotrwałego użytku wskazano, że wyroby takie powinny posiadać klasę IIB. Natomiast w przypadku wyrobów medycznych przeznaczonych do użytku ale w bezpośrednim kontakcie z ośrodkowym układem krążenia lub sercem podniesiono ten wymóg do posiadania klasy wyższej czyli klasy III. Czy zgodnie z powyższym rozporządzeniem, przepisami oraz aktualnymi standardami medycznymi Zamawiający w pakiecie 37 wymaga, by klipsy jako wyroby medyczne stosowane w Państwie szpitalu, przeznaczone do użytku w bezpośrednim kontakcie z ośrodkowym układem krążenia, posiadały klasę III?

Odp. Zamawiający wymaga aby produkt spełniał wymogi obowiązujące ten produkt w RP.

Pyt.176

Czy Zamawiający w pakiecie 46 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Ewakuatory laparoskopowe- worki do wyciągania tkanek, pojemność 800ml, szerokość worka 150mm, długość 190mm, z drutem samorozprężalnym, wprowadzane przez trokar 10mm. Pakowane po 5 sztuk w opakowaniu?

Odp. Zamawiający dopuści.

Pyt.177

Dotyczy pakietu 40

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 40 w pozycji 1 Rękojeść do laryngoskopu światłowodowa o następujących parametrach:

Pakowana pojedynczo w opakowanie folia - folia, wyraźnie oznaczona data ważności, data produkcji, LOT, REF, instrukcja założenia na łyżkę (język obrazkowy) oraz rozmiar na opakowaniu jednostkowym, czytelne oznaczenie kolorem dotyczące rozmiaru, opakowanie otwierane za pomocą jednej ręki po perforacji biegnącej w całości wzdłuż krótszego boku. Wykonana z zielonego lekkiego plastiku z czterema poprzecznymi frezami dające mocny uchwyt, o wadze 88 Gram, obwodzie 9.42 cm, średnicy 2.8 cm i długości 12 cm. Kompatybilna z łyżkami (tzw. zielona specyfikacja). Rękojeść z wbudowanym źródłem światła – dioda LED, zapewniającym mocne światło, stanowiąca ogniwo zasilające dla źródła światła. Baterie w rękojeści w ilości co najmniej dwóch baterii AAA dające gwarancję długiego świecenia co najmniej 3 lata.

Odp. Tak

Pyt.178

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 40 w pozycji 2 Jednorazową łyżkę światłowodową o następujących parametrach:

Jednorazowa łyżka światłowodowa, zgodna z ISO-7376, zarówno korpus jak i podstawa łyżki wykonane są ze stopu metali (cynk, aluminium, magnez, miedź) o matowym ciemnym wykończeniu, które redukuje powstawanie świetlnych refleksów, mocowanie łyżki do rękojeści za pomocą trzech łożysk kulkowych, włókna światłowodu w całości osadzone w rdzeniu z elastycznego tworzywa sztucznego, następnie okryte są czarnym płaszczem z PCV i osłonięte dodatkowo tworzywem (PP). Średnica światłowodu na jego końcu wynosi 4,7mm. Mocowanie łyżki -długi ogonek-zapobiega dotykaniu łyżki do uchwytu po użyciu. Dostępna w rozmiarach Mac 0,1,2,3,4,5 o długości od 85; 94.5; 111; 133; 145; 149 do 159 mm i średnicy od 10.7; 9.9; 13; 14; 14.5; 13; do 14.5 mm, Mill 000; 00,0,1,1.5,2,3,4 o długości od 60; 66.5; 78; 103; 124; 154; 195 do 205 mm i średnicy od 7; 12.8; 12.8; 12.8; 12.8; 13.5; 13.5 do 19.0 mm. Rozmiar wyraźnie kodowany kolorem na opakowaniu jednostkowym (biały, niebieski, żółty, czerwony, różowy, ciemny żółty dla MAC), etykieta i instrukcja użycia (w tym graficzna) w j.polskim. Na łyżce widoczne typ, rozmiar łyżki, znak CE, symbol nie do powtórnego użycia, nazwa handlowa oraz nazwa producenta. Na opakowaniu jednostkowym widoczne są m.in.: Typ, rozmiar łyżki, znak CE, numer LOT, REF, termin ważności, kodowanie kolorystyczne rozmiaru. Podwójne opakowanie jednostkowe (łyżka umieszczona w kieszonce z folii bąbelkowej, całość zapakowana w jednostkowe opakowanie foliowe z polietylenu).

Odp. Tak

Pyt.179

Czy Zamawiający w Pakiecie 8 poz. 17 dopuści wycenę przyrządu o długości 210cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt. 180**Dot. §3, ust. 1 umowy**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o modyfikację treści umowy poprzez usunięcie z w §3, ust. 1 umowy terminu dostawy wynoszącego 2 dni. Zgodnie z treścią SWZ termin dostawy stanowi kryterium oceny (40%) i to wykonawca określa termin realizacji dostaw w formularzu ofertowym (3-5 dni roboczych).

Odp. Tak, Zamawiający usunie zapis w/w paragrafie.

Pyt.181**ZADANIE 41**

Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu do wklucia centralnego posiadającego w swoim składzie:

- 1 x serweta dwuwarstwowa 100 x 150cm otwór przylepny 10 x 15cm zamiast 120 x 150cm otwór przylepny 20cm

Pozostały skład zestawu zgodnie z SWZ.

Odp. Tak

Pyt. 182

Poz. nr 1-2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowych zestawów do wklucia centralnego oraz do znieczulenia przewodowego wykonanych z materiału o odporności na penetrację płynów 150cm H₂O oraz o odporności na rozerwanie na sucho i mokro 132 kPa?

Pozostałe parametry zestawów zgodnie z SWZ.

Odp. Tak

Pyt. 183**Pakiet 4**

Poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika trójdrożnego typu Dufour, wykonany z 100% silikonu z powłoką hydrożelową ułatwiającą wprowadzanie, długość 42cm, z atraumatyczną zagiętą końcówką, z szerokim kanałem irygacyjnym i drenażowym zapobiegającym blokowaniu przepływu, z linią widoczną w RTG, z zastawką uszczelniającą balon. Pojemność balonu 50 ml lub 80 ml do wyboru Zamawiającego. Rozmiar CH18-24

Odp. Tak

Pyt.184

Poz. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika trójdrożnego typu Dufour, wykonany z 100% silikonu, długość 42cm, z atraumatyczną zagiętą końcówką, z szerokim kanałem irygacyjnym i drenażowym zapobiegającym blokowaniu przepływu, z linią widoczną w RTG, z zastawką uszczelniającą balon. Pojemność balonu 50 ml. Rozmiar CH18-24, kodowany kolorystycznie.

Odp. Tak

Pyt. 185

Poz. 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sondy moczowodowej z zakończeniem Nelaton (cylindryczna), wykonana z materiału plastycznego Neoplex

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.186

Poz. 4 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do szynowania wewnętrznego moczowodów w rozmiarach 4,8 CH, 6CH, 7CH, 8CH

Odp. Tak

Pyt.187

Poz. 5 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do szynowania moczowodów do URS 4.8CH. W skład zestawu wchodzi: cewnik wykonany z wysokiej klasy biokompatybilnego miękkiego

poliuretanu, skalowany co 1 cm z linią pozycjonującą bardzo dobrze widoczny w RTG, otwarty-otwarty lub otwarty/zamknięty do wyboru, popychacz sterowalny o długości 83 cm, prowadnica typu Seldinger z powłoką teflonową o dł. 150 cm o średnicy dopasowanej do rozmiaru cewnika z ruchomym rdzeniem, zacisk. Dostępne długości: 24/26/28/30/32 cm. Maksymalny czas stosowania do 6 miesięcy, potwierdzony przez producenta.

Odp. Tak

Pyt.188

Pakiet 8

Poz. 4 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawk 20 ml pakowanych po 100 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań w formularzu asortymentowo-cenowym

Odp. Tak

Pyt.189

Poz. 8,9,10,11 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawk z przezroczystym tłokiem z polipropylenu

Odp. Tak

Pyt.190

Poz. 12 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych bez skrzydełek dociskowych z pierścieniem na komorze ułatwiającym wbicie igły biorczej do pojemnika

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.191

Poz. 12 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do infuzji bursztynowego firmy Margomed o poniższych parametrach

Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowy, do leków światłoczułych, komora kroplowa z miękkiego elastycznego tworzywa, (bez PCV) o długości min. 60 mm w części przezroczystej, całość wolna od ftalanów i lateksu(informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym) , igła biorcza dwukanałowa , z ABS, igła biorcza stożkowa, dwukanałowa, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, (dodatkowy otwór/pochewka), nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, dren o dł. 150 cm, objętość wypełnienia drenu 11 ml, dren o średnicy 3 mm, wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania,. opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylne, opakowanie 200 szt.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.192

Poz. 13 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania krwi firmy Margomed o poniższych parametrach

Przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych/ transfuzji, z komora kroplowa wolna od PVC o długości min. 80mm w części przezroczystej , z odpowietrznikiem, zatyczka filtra w kolorze czerwonym, pojemność komory 18 ml, igła biorcza stożkowa, dwukanałowa, z ABS, całość bez zawartości ftalanów i lateksu (informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu (dodatkowy otwór/pochewka), nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, dren o dł. 150 cm wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, opakowanie kolorystyczne - nadruk w kolorze czerwonym, folia-papier, sterylne, opakowanie 180 szt,

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.193**Pakiet 18**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ekstraktora złogów wykonanego ze stopu niklu i tytanu w rozmiarach: CH2.5 z koszykiem 12.5 mm, rozmiar CH3 z koszykiem 15 mm, rozmiar CH4 z koszykiem 15mm, jak obecnie stosowany.

Odp. Tak

Pyt. 194**Pakiet 25**

Poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koreczków luer lock z trzpieniem wystającym poza krawędź koreczka, karbowanie na całej długości części chwytnej koreczka , pakowane pojedynczo (każda sztuka osobno niezłączona z innymi koreczkami) w blister dopasowany do kształtu koreczka uniemożliwiający niezamierzoną zmianę położenia koreczka, sterylne, jednorazowego użytku

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.195

Poz. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Koreczków dwustronnych męsko-żeńskich (combi), kompatybilne i szczelne z zakończeniami kraników i wkłuc obwodowych, centralnych, tętnicznych, kompatybilne z zakończeniem typu Luer i Luer-Lock strzykawki i drenu do przetoczeń, jałowe, pojedynczo pakowane , , pakowane pojedynczo (każda sztuka osobno niezłączona z innymi koreczkami) w sposób pozwalający na wyciąganie po jednej sztuce z opakowania zbiorczego zawierające

Odp. Tak

Pyt.196

Poz. 4 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie korka dezynfekcyjnego zawierającego 70% alkohol izopropylowy (IPA), obudowa w kolorze pomarańczowym, sterylne, dodatkowy aplikator umożliwiający sterylne podłączenie bez możliwości kontaminacji obudowy koreczka przed podłączeniem, skuteczność dezynfekcji w czasie 30 sekund. sterylizacja radiacyjna, opakowanie 200 szt.

Odp. Tak

Pyt.197

Poz. 8 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa z miękkiego elastycznego tworzywa, (bez PCV) o długości min. 60 mm w części przezroczystej, całość wolna od ftalanów i lateksu(informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym) , , igła biorcza dwukanałowa, ścięta dwupłaszczyznowo z ABS ,Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min 99,9999941- oraz wirusów (VFE) minimum 99,99964%. (potwierdzone wynikiem badań z niezależnego laboratorium dołączonym do oferty) zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu (dodatkowy otwór /pochewka) ,nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, dren o dł. 150 cm, objętość wypełnienia drenu 11 ml, dren o średnicy 3 mm, wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylne, opakowanie 200 szt.

Odp. Tak

Pyt.198

Poz. 8 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych bez ftalanów i lateksu - informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym

Odp. Tak, informacja może być na opakowaniu jednostkowym lub zbiorczym

Pyt.199

Pakiet 31

Poz. nr 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego systemu do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w: silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; balonik retencyjny z niebieską kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego; port do napełniania balonika retencyjnego z sygnalizatorem, który wypełnia się, gdy balonik osiągnie wielkość optymalną dla pacjenta oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu podania. System zawiera port do pobierania próbek stolca, pasek koralikowy do podwieszania kompatybilny z ramami łóżek szpitalnych i z miejscem na opis. System przebadany klinicznie (ocena bezpieczeństwa stosowania systemu do 29 dni), czas utrzymania systemu do 29 dni, biologicznie czysty. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1000 ml, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane co 25 ml oraz z filtrem węglowym.

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.200

Poz. nr 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worków wymiennych kompatybilnych z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1000 ml, nieprzezroczyste, z podglądem, skalowane co 25 ml w tym numerycznie co 100 ml, z filtrem węglowym o wysokiej absorpcji zapachów i możliwością filtrowania gazów, z zastawką antyzwrotną zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, biologicznie czyste w opakowaniu po 10 sztuk.

Odp. Zgodnie z SWZ

Niniejsze odpowiedzi na pytania modyfikują treść SWZ.

DYREKTOR
„Zespół Opieki Kozłowskiej” w Kłodzku
57-300 KŁODZKO, ul. Szpitalna 1a

dr n. o zdr. Jadwiga Radziejewska