

Kłodzko, dnia 08.02.2024.

## Wykonawcy według rozdzielnika

**Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę trzech sztuk ambulansów wraz z wyposażeniem dla potrzeb podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku.**

Nr referencyjny: **DZP.2510.1.2024.**

Informujemy, że jeden z Wykonawców zadał następujące pytanie:

### **Pytanie nr 1**

Zwracamy się z prośbą o wskazanie średniego rocznego przebiegu użytkowanych ambulansów typu B.  
**Odp. 60.000 km**

### **Pytanie nr 2**

W trakcie analizy Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) zauważyliśmy pewne nieścisłości dotyczące rodzaju pojazdu bazowego do wykorzystania przy budowie ambulansu. W jednym z punktów SWZ wymaga się pojazdu bazowego kompletnego, natomiast w innym punkcie pojazdu bazowego niekompletnego.

Chcielibyśmy zaznaczyć, że obie opcje są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Jednakże, w świetle praktyki branżowej, ambulanse o DMC do 3.5 tony są budowane na pojazdach kompletnych, natomiast ambulanse o DMC powyżej 3.5 tony na pojazdach niekompletnych. W związku z powyższym, prosimy o doprecyzowanie zapisów w SWZ oraz dopuszczenie obu z powyższych opcji, tj. pojazdu bazowego kompletnego oraz pojazdu bazowego niekompletnego.

**Odp. Zamawiając y wymaga pojazdu bazowego kompletnego typu B.**

### **Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający będzie również uznawał poniższe rozwiązanie, jako parametr dodatkowo punktowany:

- ściany i sufit wyłożone gładkimi płytami z tworzywa sztucznego połączone oraz wykończone elementami tłoczonymi. Wszystkie elementy szczelnie połączone wykonane z łatwo zmywalnego oraz odpornego na środki dezynfekcyjne tworzywa sztucznego.

**Odp. Nie, nie jest to parametr równoważny do określonego w SWZ.**

### **Pytanie nr 4**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga aby z przedmiotem zamówienia zostały

dostarczone 2 szt. butli tlenowych z reduktorami.

**Odp. Zamawiający potwierdza, że wymaga do każdego pojazdu dostarczenia wraz z przedmiotem zamówienia dwóch sztuk butli tlenowych wraz z reduktorami.**

**Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający wymaga, aby z przedmiotem zamówienia został dostarczony pojemnik reimplantacyjny czy opisywany pojemnik jest w posiadaniu Zamawiającego? Jeżeli tak, to proszę o podanie marki oraz modelu pojemnika reimplantacyjnego w celu wykonania odpowiedniego uchwytu w schowku technicznym.

**Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 6**

Czy Zamawiający dopuści, do zaoferowania ambulans wyposażony w stopień wewnętrzny zlokalizowany przy prawych drzwiach przesuwnych, fabrycznie wykonany z tworzywa sztucznego z powierzchnią antypoślizgową w zamian za stopień pokryty wykładziną antypoślizgową?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza taki stopień.**

**Pytanie nr 7**

Czy Zamawiający dopuści, do zaoferowania ambulans wyposażony w stopień wejściowy zintegrowany ze zderzakiem, zlokalizowany przy tylnych drzwiach, fabrycznie wykonany z tworzywa sztucznego z powierzchnią antypoślizgową w zamian za stopień pokryty wykładziną antypoślizgową?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza taki stopień.**

**Pytanie nr 8**

Czy Zamawiający dopuści, aby głośnik przedziału medycznego posiadał własny wyłącznik ON/OFF zamiast włącznika/regulatora umieszczonego na panelu sterowania?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 9**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania na zasadzie równoważności panele rezystancyjne zamontowane odpowiednio w kabinie kierowcy, przedziale medycznym oraz przy wejściu bocznym oraz tylnym?

**Uzasadnienie.**

Ekran o konstrukcji rezystancyjnej wyróżnia się szybką i precyzyjną reakcją. Jego obsługa jest niezwykle łatwa, ponieważ wszystkie polecenia zależą od siły nacisku. Możliwa jest więc obsługa panelu nawet w rękawiczkach lub przy użyciu niemal każdego przedmiotu, jak na przykład końcówki ołówka lub długopisu. Dodatkowo, ekran jest odporny na zabrudzenia, co oznacza, że różnego rodzaju pył czy krople wody, które mogą gromadzić się na ekranie, nie wpływają negatywnie na jego działanie, w tym na precyzyjne wciskanie.

Należy także podkreślić, że ta technologia jest stosunkowo ekonomiczna, co sprawia, że panele z ekranami rezystancyjnymi są zazwyczaj tańsze o około 25% w porównaniu do paneli z wyłącznikami typu microswitch.

Dodatkowo, dzięki naszemu oprogramowaniu, panele posiadają pełną zdolność komunikacji między sobą. W przypadku awarii któregoś z paneli, możliwe jest "przejęcie" wszystkich jego funkcji

przez pozostałe panele, co umożliwi dalsze zarządzanie wszystkimi odbiornikami w przedziale medycznym.

Zainstalowany 10-calowy ekran w przedziale medycznym cechuje się doskonałą czytelnością i funkcjonalnością. Po zamknięciu pojazdu wszystkie panele automatycznie przechodzą w tryb STANDBY, co znacząco ogranicza zużycie akumulatora przedziału medycznego

**Odp. Nie, Zamawiający wymaga paneli sterujących jak w SWZ.**

#### **Pytanie nr 10**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania, aby sterowanie ogrzewaniem niezależnym od pracy silnika realizowane było przez oryginalny sterownik urządzenia ?

**Odp. Nie, Zamawiający wymaga sterowania dodatkową sygnalizacją dźwiękową nisko tonową w sposób określony w SWZ.**

#### **Pytanie nr 11**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans wyposażony w panel sterowania bez funkcji sterowania dodatkową sygnalizacją dźwiękową nisko tonową ?

**Odp. Nie, Zamawiający wymaga sterowania dodatkową sygnalizacją dźwiękową nisko tonową w sposób określony w SWZ.**

#### **Pytanie nr 12**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans wyposażony w panel sterowania bez funkcji sterowania drzwiami pomiędzy przedziałem kierowcy a przedziałem medycznym lecz informujący o położeniu tych drzwi (otwarte/zamknięte) ?

**Odp. Nie, Zamawiający wymaga sterowania drzwiami pomiędzy przedziałem kierowcy a przedziałem medycznym w sposób określony w SWZ.**

#### **Pytanie nr 13**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans nie wyposażony w intercom ?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza takiego ambulansu.**

#### **Pytanie nr 14**

W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie:

Czy Zamawiający dopuści aby funkcja intercom była realizowana przez oddzielne urządzenie ?

**Odp. Zamawiający oczekuje rozwiązania określonego w SWZ.**

#### **Pytanie nr 15**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans nie wyposażony w miernik zużycia paliwa dla ogrzewania niezależnego ?

**Odp. Zamawiający oczekuje rozwiązania określonego w SWZ.**

#### **Pytanie nr 16**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans wyposażony w panel sterowania bez sygnalizacji wysuniętego stopnia? W proponowanym rozwiązaniu sygnalizacja ta jest umieszczona w widocznym

odpowiednio przygotowanym miejscu.

**Odp. Zgodnie z opisem w SWZ.**

**Pytanie nr 17**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania na zasadzie równoważności automatyczną skrzynię biegów? **Uzasadnienie.**

Auto z automatyczną przekładnią pozwala maksymalnie skupić się na samym prowadzeniu i nie wymaga koncentrowania się na dodatkowej czynności, jaką jest zmiana biegów. Tym samym prowadzenie ambulansu jest bezpieczniejsze i łatwiejsze.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza pojazdu z automatyczną skrzynią biegów.**

**Pytanie nr 18**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans nie wyposażony w otwierany szyberdach ?

**Odp. Nie, Zamawiający wymaga szyberdachu określonego w SWZ.**

**Pytanie nr 19**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania na zasadzie równoważności elektryczną grzałkę silnika zasilaną z sieci 230V zamontowaną w układzie smarowania silnika pojazdu w zamian za grzałkę umieszczoną w układzie chłodzenia?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 20**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania na zasadzie równoważności rozwiązanie w postaci nisko profilowej lampy zespolonej (belki) zamontowanej w tylnej części dachu i wyposażonej w światła niebieskie typu LED, dodatkowe lampy kierunkowskazów zamiast lampy zintegrowanej?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 21**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rozwiązanie w postaci czterech lamp zamontowanych w atrapie oraz po dwie lampy zamontowane w przednich i tylnych błotnikach ? **Uzasadnienie rozwiązania.**

Większa ilość lamp ostrzegawczych (niebieskich) w znacznym stopniu zwiększa widoczność ambulansu na drodze zwłaszcza w trakcie dojazdu do skrzyżowania oraz wlotów / wylotów dróg.

**Odp. Tak Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 22**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania na zasadzie równoważności rozwiązanie w postaci czterech punktowych lamp typu LED rozmieszczonych nad noszami bez możliwości regulacji?

**Uzasadnienie.**

Ilość lamp oraz ich rozmieszczenie nad noszami umożliwia pełne oświetlenie pacjenta. Jednocześnie oświetlenie posiada pozytywne wyniki badań na zg. z normą PN-EN 1789 w zakresie pkt. 4.5.6 *Oświetlenie wnętrza.*

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 23**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania na zasadzie równoważności miejsce do montażu drukarki zlokalizowane na lewej stronie przedziału medycznego w jego przedniej części, zapewniające bezpośredni i łatwy dostęp do drukarki oraz możliwość pobierania drukowanych dokumentów bez konieczności demontowania urządzenia z podstawy?

**Uzasadnienie.**

W przypadku deszczu lub śniegu, a w sytuacji otwarcia prawych drzwi przesuwnych powyższe rozwiązanie, w stosunku do opisanego przez Zamawiającego, eliminuje całkowicie możliwość zamoczenia papieru oraz drukarki. Zwiększa też do max. ilość miejsca na szafce ściany działowej (blat roboczy) niezbędnego do przygotowania leków, a brak uchwytu drukarki ogranicza ryzyko przypadkowego uderzenia i zranienia przez personel medyczny.

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza mocowania drukarki na lewej stronie przedziału medycznego.**

**Pytanie nr 24**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania na zasadzie równoważności szafkę ściany działowej wyposażoną w blat roboczy wykonany z materiału kompozytowego o dużej sztywności i wytrzymałości oraz wysokiej odporności na zarysowania?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 25**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania, aby oświetlenie podsufitowych szafek odbywało się za pomocą sterowania z panelu zamiast automatycznie po ich otwarciu ?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza**

**Pytanie nr 26**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans z fotelem dla personelu na prawej stronie przedziału medycznego wyposażony w jeden podłokietnik ?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 27**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania na zasadzie równoważności, aby szafki w przedziale medycznym były zamykane drzwiczkami a nie roletą ?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 28**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans wyposażony w szuflady na ścianie działowej bez szuflad na lewej i prawej stronie ?

**Odp. Tak Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

**Pytanie nr 29**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania na zasadzie równoważności płaski panel informacyjny o wymiarach 435 x 435 mm zamontowany na ścianie lewej?

**Odp. Tak Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

**Pytanie nr 30**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania ambulans wyposażony w sufitowy punkt poboru tlenu z wpinanym przepływomierzem do regulacji przepływu tlenu zamiast przepływomierza ściennego zamontowanego obok przedniego fotela na ścianie prawej przedziału medycznego ?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 31**

Zwracamy się z prośbą o podanie marki oraz modelu używanych przez Zamawiającego poniższych urządzeń:

1. radiotelefon przenośny
2. radiotelefon przewoźny

**Odp. Zamawiający wymaga tylko radiotelefonu przewoźnego. Zamawiający nie wymaga konkretnej marki radiotelefonu. Zaferowany przez Wykonawcę radiotelefon ma spełniać wymogi dotyczące częstotliwości określonych w SWZ.**

**Pytanie nr 32**

Czy Zamawiający dopuści, aby ambulans został wyposażony w zestaw naprawczy, a koło zapasowe stanowiło wyposażenie dodatkowe pojazdu i zostało dostarczone luzem ?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 33**

Prosimy o potwierdzenie, że koszty materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania przeglądu gwarancyjnego pojazdu bazowego w całym okresie gwarancji pokrywa Zamawiający ?

**Odp. Tak Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie nr 34**

Prosimy o dopuszczenie dostawy na kołach co umożliwi test oraz odpowietrzenie układów na koszt i ryzyko Wykonawcy.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie pojazdów na kołach na koszt i ryzyko Wykonawcy.**

**Pytanie nr 35**

Prosimy o potwierdzenie, że koszty przeglądów gwarancyjnych pojazdu bazowego w całym okresie gwarancji pokrywa Zamawiający ?

**Odp. Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie nr 36**

Prosimy o potwierdzenie, że koszty dojazdu do/z serwisu ponosi Zamawiający i Wykonawca nie musi ich wliczać w cenę oferty ?

**Odp. Tak Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie nr 36**

Prosimy o potwierdzenie, że koszty przeglądów gwarancyjnych zabudowy medycznej w całym okresie gwarancji pokrywa Zamawiający ?

**Odp. Tak Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie nr 37**

Prosimy o wydłużenie terminu realizacji do 60 - 90 dni od podpisania umowy. Z uwagi na fakt cyklu produkcyjnego samochodu bazowego oraz adaptacji pojazdu na ambulans, podany termin jest zdecydowanie za krótki.

**Odp. Ze względu na bardzo pilną potrzebę wymiany dotychczasowego taboru Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu dostawy przedmiotu zamówienia.**

**Niniejsze odpowiedzi na pytania modyfikują treść SWZ.**

**DYREKTOR**  
**„Zespół Opieki Zębnej” w Kłodzku**  
**57-300 KŁODZKO, ul. Szpitalna 1b**  
*dr n. o zdr. Jadwiga Radziejewska*