

Kłodzko, dnia 25.11.2025r.

**Wykonawcy według rozdzielnika**

**Dotyczy: Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego do Pracowni Hemodynamiki-  
umowa ramowa  
dla podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku.  
oznaczonego numerem DZP.2510.36.2025.**

**Informujemy, że wykonawcy zadali następujące pytania celem wyjaśnienia treści SWZ.**

**Pyt.1**

**Do umowy:**

Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczącego minimum logistycznego tj. „Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto”.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na umieszczenie takiego zapisu w umowie.**

**Pyt.2**

**Pakiet 10**

**Składowa 1.**

Czy Zamawiający dopuści chustę angiograficzną o wym. 217x320cm, z dwoma otworami wypełnionymi folią o śr. 10cm, zintegrowana z transparentną foliową wstawką po jednej stronie 57x320cm, wzmocnienie o wym. 80x120cm, otwory umieszczone 53cm od górnego brzegu serwety?

**Odp. Zgodnie ze specyfikacją.**

**Pyt.3**

**Pakiet 10**

**Składowa 3.**

Czy Zamawiający dopuści dł. 150cm?

**Odp. Zgodnie ze specyfikacją.**

**Pyt.4**

**Pakiet 10**

**Składowa 5.**

Czy doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający ponowił pozycję w specyfikacji, czy Zamawiający oczekuje 2 powłok ochronnych o wym. 120x120cm?

**Odp. Zgodnie ze specyfikacją.**

**Pyt.5**

**Pakiet 10**

Składowa 7.

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę transparentną z zielonym tłokiem 2-częściową?

**Odp. Zgodnie ze specyfikacją.**

**Pyt.6**

**Pakiet 10**

Składowa 8.

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę transparentną z zielonym tłokiem 2-częściową?

**Odp. Zgodnie ze specyfikacją.**

**Pyt.7**

**Pakiet 10**

Składowa 13.

Czy Zamawiający oczekuje dwóch gąbek do mycia pola operacyjnego o dł. 16cm?

**Odp. Zgodnie ze specyfikacją.**

**Pyt.8**

**Pakiet 10**

Składowa 13.

Czy Zamawiający dopuści gąbkę do mycia pola o dł. 16cm?

**Odp. Zgodnie ze specyfikacją.**

**Pyt.9**

Dotyczy Pakietu nr 2 Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 " Zestaw do PTCA w OZW " w podpunkcie 3 dopuści cewniki balonowe typ rapid exchange bez opcji OTW?–Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odp. Tak**

**Pyt.10**

Dotyczy Pakiet nr 1, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści „Cewniki balonowe typu non-compliant” o nieznacznie zmienionych parametrach: profil przejścia (crossing profile) 0,036 cala dla balonika Ø 3.0 mm; profil wejścia (entry profile) 0,020 cala dla balonika Ø 3.0 mm, oraz spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego?

**Odp. Tak**

**Pyt.11**

**Dotyczy Pakietu 16 poz. 1 cewnik balonowy pokryty paklitakselem.**

**Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie balonów DEB (posiadających 4-letnie badania randomizowane SVD/ISR o następujących parametrach):**

- Cewnik kompatybilny z przewodnikiem 0,014", typ RX
- Dawka Paklitakselu: 3 mikrogramy leku na mm<sup>2</sup> balonu
- Nośnik leku w postaci soli amonowej

- Długość użytkowa cewnika 140 cm
- Dostępne średnice balonu: 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 mm
- Dostępne długości balonu: 15, 20, 25, 30 mm
- Entry profile 0,016"
- Cały cewnik wykonany z poliamidu i nylonu 12
- RBP; 16 bar (14 bar dla 4,0 x 20 i większych)
- Skuteczność w małych naczyniach - udowodniona klinicznie;
- Skuteczność potwierdzona w randomizowanych badaniach klinicznych
- Wskazania do stosowania: restenoza, zmiany de novo, zmiany w małych naczyniach oraz ostra niedrożność naczyń

**Odp. Zgodnie ze specyfikacją**

**Niniejsze odpowiedzi na pytania modyfikują treść SWZ.**

**K.Sz.**

**M.W.**

**DYREKTOR**  
 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku  
 57-300 KŁODZKO, ul. Szpitalna 1a  
 dr n. o zds. Jolanta Rodziejewska