

Kłodzko, dnia 23.12.2024r.

Wykonawcy według rozdzielnika

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednorazowego sprzętu medycyny ogólnej dla potrzeb podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku, oznaczonego numerem DZP.2510.33.2025.

Na podstawie art. 284 ust.2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 poz. 1320) udzielamy odpowiedzi na pytania złożone przez uczestników postępowania:

Informujemy, że Wykonawcy zadali następujące pytania celem wyjaśnienia treści SWZ.

Pyt.1

czy w zadaniu 10 Zamawiający poprzez zapis iż, wyrób ma być „w pełni kompatybilny” w celu zachowania pełnej kompatybilności wymaga zaoferowania oryginalnych igieł wyprodukowanych przez producenta pistoletu Promag ULTRA.

Odp. Tak

Pyt.2

Dotyczy-pakiet nr 69, poz. 7:

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady medyczne o pojemności 1L i średnicy podstawy 102mm, oraz o średnicy górnej 140mm?

Odp. Nie dopuści, zgodnie z SWZ.

Pyt.3

Dotyczy – pakiet nr 69, poz. 7:

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady medyczne o pojemności użytkowej 1L i średnicy podstawy 100mm, oraz o średnicy górnej 120mm?

Odp. Nie dopuści, zgodnie z SWZ.

Pyt.4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 10 Igła biopsyjna do biopsji stercza w pełni kompatybilna do aparatu Pro Mag 2, który posiada Zamawiający – dostępne rozmiary 16G dł 16cm, 20cm, 25cm ; igły 18G dł 16cm, 20cm, 25cm; igły 20G dł 16cm, 20cm w zależności od potrzeb Zamawiającego, wszystkie oferowane w pozycji rozmiary od jednego producenta?

Odp. Zgodnie z SWZ Zamawiającego.

Pyt.5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 70 poz. 2-4 igły posiadające zamiast pryzmatu lejek „szkiełko” powiększające w celu uwidocznienia wycieku płynu ? pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Odp. Zgodnie z SWZ Zamawiającego.

Pyt.6

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 70 poz. 1 igły 22G z prowadnicą 18G; 25Gz prowadnicą 20G; 26Gz prowadnicą 20G i 27Gz prowadnicą 22G ? Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Odp. Zgodnie z SWZ Zamawiającego.

Pyt.7 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 70 poz.3 Igła typu Standard dostępne rozmiary: 18-27G co 1G dł. i 29G ? Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Odp. Zgodnie z SWZ Zamawiającego.

Pyt.8

dotyczące pakietu nr 7:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania produkt alternatywny do opisanego w SWZ, tj.:

- Okularki jednoczęściowe
- Wykonane z miękkiego materiału pokrytego delikatną, silikonową warstwą adhezyjną.
- Użyty materiał blokuje 99,95% światła widzialnego i UV (potwierdzone wynikami badań jednostki niezależnej);
- Bez dodatku lateksu i kleju.
- Hypoalergiczne.
- Kontakt z okiem wyłącznie poprzez czystą, 100% bawełnę, bez dodatku barwników.
- Sposób założenia i zdjęcia okularków odbywa się bezboleśnie i dotyczy wyłącznie okolic oczu, bez konieczności podnoszenia główki, zmiany pozycji noworodka
- Założenie nie wymaga stosowania rzepów i opasek wokół głowy pacjenta.
- Przeznaczone dla jednego pacjenta, do wielokrotnego użytku.
- Dołączony plastikowy arkusz umożliwia higieniczne przechowywanie okularków podczas przerwy w fototerapii;
- Bezbolesne zdejmowanie.
- Do wyboru trzy rozmiary, w zależności od wagi (≤ 900 g, < 1000 g i > 1000 g) i wielkości główki noworodka.



Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.9.

Czy Zamawiający będzie wymagał aby ubieranie, ściąganie lub wymiana okularków nie wymuszały konieczności rozłączania, przemieszczania lub zdejmowania urządzeń podłączonych do twarzy noworodka oraz zmiany pozycji noworodka ?

Odp. Nie wymaga

Pyt.10 Dotyczy Pakiet nr 72, poz. 3

Czy Zamawiający wymaga aby podkład w rolce miał wymiary: szerokości 50 cm i długości 80 m? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odp. Tak

Pyt.11

Dotyczy Pakiet nr 72, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści kołdrę w kolorze niebieskim i białym? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ?

Odp. Tak

Pyt.12

Dotyczy Pakiet nr 72, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści kołdrę w rozmiarze 110 cm x 220 cm? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ?

Odp. Tak

Pyt.13

Dotyczy Pakiet nr 72, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści kołdrę w rozmiarze 110 cm x 210 cm? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ?

Odp. Tak

Pyt.14

Dotyczy Pakietu nr 77

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 77 w poz.1- 4 siatki przepuklinowe polipropylenowe, płaskie:

- gramatura siatki 50g/m²
- grubość siatki 0,41 mm
- wielkość porów 1x1,25 mm
- grubość pojedynczego włókna < 0,10 mm

w rozmiarach:

- poz 1- 7,5 x 15 cm
- poz 2- 30 x 30 cm
- poz 3- 7,5 x 15 cm
- poz 4- 30 x 30 cm?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.15.

Dotyczy Pakietu 71

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie szczypczyków biopsyjnych o pojemności łyżeczek 6,8 mm 3 długości miseczki 3,2 mm

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.16.

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie pętli jednorazowej do usuwania polipów, wykonanej z plecionego drutu o średnicy 0,38 mm.

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.17

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie igły do wstrzyknięć o średnicy 2,3 mm.

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.18

Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie jednorazowych kleszczy chwytających, do usuwania ciał obcych o średnicy osłonki 2,4 mm.

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.19

Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści zaoferowanie pętli z siatką do usuwania polipów o rozmiarze pętli 32 mm i długości 240 cm.

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.20

Czy Zamawiający w pozycji 8 dopuści zaoferowanie szczypczyków biopsyjnych jumbo o długości miseczki 4,1mm, pojemności łyżeczek 10,3 mm, oraz o rozwarciu miseczki 8,5 mm.

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.21

Czy Zamawiający w pozycji 9 dopuści zaoferowanie koszyka do usuwania ciał obcych o średnicy koszyka 20 lub 30 mm (do wyboru).

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.22

Dot. Pakietu 03 Duplikator Epson - proszę o informację ile tuszy ma być w zestawie - 6 czy 12 ?

Odp. 6szt.

Pyt.23

Pakiet 9 poz. 1-5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższych pozycjach elektrod równoważnych wskazanych w kolumnie nr 11- szczegółowy opis pozycji. Proponowany przez Państwa opis elektrod wprost opisuje konkretny wyrób konkretnego producenta.

Poz. 1- Elektrody do defibrylacji dla dorosłych Quik-Combo (para), elektrody można łączyć bezpośrednio z urządzeniami, w celu zapewnienia niezawodności połączenia, elektrody z technologią rastrową i owalnym kształtem zastosowane celem zmniejszenia podrażnień skóry, doskonała radioprzeziorność, opakowania kodowane kolorami z nadrukowanymi schematami połączeń ułatwiają szybką identyfikację wyrobu, zintegrowane odprowadzenia długości 120 cm warstwa przewodząca styku wykonana na bazie Ag/AgCl, powierzchnia styku pojedynczej elektrody wynosi 102 cm², pary – 204 cm², pełna zgodność z normą ANSI/AAMI DF80:2003, potwierdzona nawet po długotrwałej współpracy z rozrusznikiem zewnętrznym, to nie innego jak elektroda 11996-000090 firmy Physio Control

Poz. 2- Elektroda EKG jednorazowego użytku, dla dorosłych do badań wysiłkowych, badań wykonanych na OIOM-ie oraz wszędzie tam, gdzie wskazany jest ciągły dozór kardiologiczny, ze stykiem Ag/AgCl, podłożem typu micropore, materiałowym, hydrożel, złącze zatrzaskowe, okrągła Ø 55 mm, całkowita powierzchnia 2376 mm², powierzchnia żelu 254 mm², grubość 0.7 mm ,

odporność na odrywanie min. 2.5N, opakowanie a' 30-50 sztuk, to nic innego jak elektroda **H99SG firmy Cardinal Health**

Poz. 3- Elektroda EKG jednorazowego użytku do badań spoczynkowych, ciągłego monitorowania i diagnostyki, ze stykiem Ag/AgCl i podłożem piankowym, specjalny hydrożel do długotrwałego użytku, (b.mocny, łagodny dla skóry klej), rozmiar 57×34 mm, ze złączem zatrzaskowym, całkowita powierzchnia 1522 mm², powierzchnia żelu 254 mm², grubość 1mm, odporność na odrywanie min. 5N, opakowanie a' 30-50 sztuk k, to nic innego jak elektroda **H91SSG firmy Cardinal Health**

Poz. 4 Elektroda EKG jednorazowego użytku do badań diagnostycznych, ze stykiem Ag/AgCl i podłożem piankowym, specjalny hydrożel do długotrwałego użytku (łagodny dla skóry klej), nadają się też do zastosowań w neurologii i pediatrii, rozmiar 43×35 mm, złącze zatrzaskowe; radioprzezierna, nadaje się do CT i MRI, całkowita powierzchnia 1182 mm², powierzchnia żelu 254 mm², grubość 1mm, odporność na odrywanie min. 4N, opakowanie a' 30-50 sztuk , to nic innego jak elektroda **H135TSG firmy Cardinal Health**

Poz. 5- Elektrody do EKG jednorazowego użytku dla dzieci i niemowląt do badań spoczynkowych, z pianki polietylenowej pokrytej klejem hipoalergicznym o bardzo dobrej przyczepności. Czujnik ABS pokryty Ag/AgCl, bez lateksu, bez PVC, rozmiar średnicy 24 mm (+6mm), op. 50 szt, to nic innego jak elektroda **H124SG firmy Cardinal Health.**

Pozycja 1 – wycinek z katalogu Physio Control

Medi-Trace™ Cadence RTS

Elektrody wielofunkcyjne (radioprzezierne)

- Doskonała radioprzezierność¹
- Elektrody Medi-Trace™ Cadence RTS podłączane są bezpośrednio do sprzętu dla zapewnienia skutecznego połączenia
- Opatentowana technika gradientowa i owalny kształt pozwalają na równomierne rozłożenie energii
- Zgodność ze sprzętem OEM eliminuje potrzebę stosowania specjalnych przejściówek i manipulacje przewodami
- Opakowania kodowane kolorami z rysunkami złączy ułatwiają i przyspieszają identyfikację produktu
- Zintegrowane odprowadzenia o długości do 117 cm pozwalają na wygodniejszą pracę z produktem
- Warstwa przewodząca wykonana z Ag/AgCl
- Powierzchnia przewodząca pojedynczej elektrody dla dorosłych wynosi 102 cm² (204 cm² na parę), a elektrody dla dzieci 55 cm² (111 cm² na parę)
- Pełna zgodność z normą ANSI/AAMI DF80:2003, nawet po długotrwałej stymulacji zewnętrznej.

Poz. 2-5- wycinek z katalogu

Nazwa	Nr ref.	Rozmiar	Żel		Tworzywo				Rtg
			Żel płynny*	Hydrożel	Pianka	Folia	Mikro-guma	Tkanina	
H34SG	31.1946.21	50x45 mm		•	•				•
H92SG	31.1925.21	57x34 mm		•	•				
H91SSG	31.1917.21	57x34 mm		•	•				
H91TSG	31.1915821	57x34 mm		•	•				•
H93SG	31.1935.21	42x24 mm		•	•				
H135SG	31.1355.21	43x35 mm		•	•				
H135TSG	31.1355821	43x35 mm		•	•				•
H124SG	31.1245.21	30x24 mm		•	•				
H34LG	31.1345.21	50x45 mm	•		•				
H98SG	31.1986.21	Ø 55 mm		•			•		
H99SG	31.1996.21	Ø 55 mm		•				•	
Medi Trace™ 100	31118733	Ø 30 mm		•	•				
Medi Trace™ 133	31439725	Ø 30 mm		•	•				
Medi Trace™ 200	31050522	Ø 35 mm		•	•				
Medi Trace™ 530	31013926	Ø 45 mm		•	•				
H59P	ES40076	35x22 mm		•				•	
H69P	ES40281	22x22 mm		•				•	
Medi Trace™ 700	22700	Ø 45 mm		•		•			

Zatem wnioskujemy jak na wstępie o dopuszczenie elektrod **równoważnych**:

Pozycja 1- Elektrody do defibrylacji dla dorosłych Quik-Combo (para), elektrody można łączyć bezpośrednio z urządzeniami, elektrody o owalnym kształcie, doskonała radioprzezierność, opakowania z nadrukowanymi schematami połączeń, zintegrowane odprowadzenia długości 100 cm, powierzchnia styku pojedynczej elektrody wynosi 95 cm², pary – 190 cm², pełna zgodność z normą ANSI/AAMI DF80.

Pozycja 2- Elektroda EKG jednorazowego użytku, dla dorosłych do badań wysiłkowych, badań wykonanych na OIOM-ie oraz wszędzie tam, gdzie wskazany jest ciągły dozór kardiologiczny, ze stykiem Ag/AgCl, podłożem materiałowym, hydrożel, złącze zatrzaskowe, okrągła fi 50 mm, całkowita powierzchnia 1963,5 mm², powierzchnia żelu 176,71 mm², grubość 0.2 mm, odporność na odrywanie średnio 5N opakowanie a' 50 sztuk

Pozycja 3- Elektroda EKG jednorazowego użytku do badań spoczynkowych, ciągłego monitorowania i diagnostyki, ze stykiem Ag/AgCl i podłożem piankowym, specjalny hydrożel do długotrwałego użytku, (b.mocny, łagodny dla skóry klej), rozmiar 50x35 mm, ze złączem zatrzaskowym, całkowita powierzchnia 1558,23 mm², powierzchnia żelu 226,98 mm², grubość 1mm, odporność na odrywanie min. 5N, opakowanie a' 50 sztuk

Pozycja 4- Elektroda EKG jednorazowego użytku do badań diagnostycznych, ze stykiem Ag/AgCl i podłożem piankowym, specjalny hydrożel do długotrwałego użytku (łagodny dla skóry klej), nadają się też do zastosowań w neurologii i pediatrii, rozmiar 42x45 mm, złącze zatrzaskowe; radioprzezierna, nadaje się do CT i MRI, całkowita powierzchnia 1439,01mm²,

powierzchnia żelu 226,98mm², grubość 1mm, odporność na odrywanie 5N ,opakowanie a' 50 sztuk.

Pozycja 5- Elektrody do EKG jednorazowego użytku dla dzieci i niemowląt do badań spoczynkowych, z pianki polietylenowej pokrytej klejem hipoalergicznym o bardzo dobrej przyczepności. Czujnik ABS pokryty Ag/AgCl, bez lateksu, bez PVC, rozmiar rozmiar 25,7mm, kształt kwiatka, opakowanie a' 50 sztuk

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że jest kompatybilnym z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem.

Pyt.24

Pakiet 9 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie wymaganych ilości elektrod. Zamawiający oczekuje 20 opakowań elektrod pakowanych od 30 do 50sztuk. Prosimy o podanie sztuk wymaganych elektrod.

Odp. Do 50 szt.

Pyt.25

Pakiet 9 poz. 3-5

Czy Zamawiający dopuści podanie w ww. pozycji ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego 50 sztuk elektrod, albo podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku? Ceny jednostkowe elektrod są bardzo niskie, proponowane rozwiązanie dałoby wykonawcom możliwość zaoferowania korzystniejszej ceny łącznej.

Odp. Tak, do pełnych opakowań w górę.

Pyt.26

Pakiet 9 poz. 6

Elektrody kończynowe są pakowane po 4 sztuki zatem prosimy o dopuszczenie 4 kompletów po 4 sztuki.

Odp. Tak

Pyt.27

Pakiet 9 poz. 7

Elektrody przyssawkowe są pakowane po 6 sztuk zatem prosimy o dopuszczenie 4 kompletów po 6 sztuk.

Odp. Tak

Pyt.28


Pakiet 9 poz. 9

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrod do defibrylacji ze złączem Quick Combo kompatybilnych z defibrylatorem Lifepak 15 dla dzieci oraz dla dorosłych o długości kabla 120cm.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że jest kompatybilnym z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem.

PRZEWODNIK PO ELEKTRODACH

ELEKTRODY DO STYMULACJI/DEFIBRYLACJI/EKG STOSOWANE Z LIFEPAK 12, 15 I DEFIBRYLATORAMI/ MONITORAMI LIFEPAK 20/20e




Elektrody Edge System
ze złączem Quik-Combo
dla dorosłych.
Kabel dł. 60 cm
11996-000091



Elektrody Edge System
RTS(radioprzezierna)
ze złączem Quik-Combo
dla dorosłych.
Kabel dł. 60 cm
11996-000090



Elektrody Edge System
ze złączem Quik-Combo i
systemem REDI-PAK dla
dorosłych.
Kabel dł. 105 cm
11996-000017



Pediatryczne elektrody
Edge System RTS ze złączem
Quik-Combo
Do stosowania wyłącznie z
monitorami/ defibrylatorami
manualnymi.
Kabel dł. 60 cm
11996-000093

Pyt.29

Pakiet 38 poz. 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie papieru o wymiarach 150x100x150.

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.30

Pakiet 38 poz. 6

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie papieru o rozmiarze 107mm x 23m.

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.31

Pakiet 38 poz. 8

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia. W powyższej pozycji Zamawiający wpisał w kolumnie 2, iż oczekuje papieru oryginalnego do Philips M1911A natomiast w kolumnie 11 widnieje zapis papier oryginalny, kompatybilny do aparatu.

Zatem czy w powyższej pozycji Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego czy kompatybilnego?

Odp. Oryginalnego

Pyt.32

Pakiet 38 poz. 13

Zwracamy się z prośbą o podanie czułości wymaganego papieru do USG. Czy Zamawiający oczekuje papieru UPP 110S- czułość standardowa?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.33

Czy Zamawiający w pakiecie 78 poz. 1 dopuści do postępowania cewnik dializacyjny dwuświatłowy wysokoprzepływowy (High Flow), z poliurteanu, bez otworów bocznych:

- średnica 11 FR - długość 15 cm, 20 cm, 25 cm - ramiona proste

Charakterystyka cewnika:

- termoplastyczny poliuretan Tecoflex
- radiocieniujący szaft cewnika
- końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu
- przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów
- obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry
- zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyslizgnięciem się
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia prowadnica „J” 0,89 mm x 700 mm/0,97 mm x 700 mm z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia, dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
- igła wprowadzająca 18G
- rozszerzadło 11Fr/ 13 Fr
- nasadki iniekcyjne Luer Lock
- opakowanie zawiera 3 szt.

Odp. Dopuszcza

Pyt.34.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 78 poz. 1 i stworzy oddzielny pakiet dla tej pozycji.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu w/w pozycji.

Pyt.35.

Czy Zamawiający w pakiecie 78 poz. 1 dopuści do postępowania cewnik dializacyjny dwuświatłowy wysokoprzepływowy (High Flow), z poliurteanu, bez otworów bocznych:

- średnica 13 FR - długość 15 cm, 20 cm, 25 cm - ramiona proste

Charakterystyka cewnika:

- termoplastyczny poliuretan Tecoflex
- radiocieniujący szaft cewnika
- końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu
- przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów
- obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry
- zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyslizgnięciem się
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI

- odporna na odkształcenia prowadnica „J” 0,89 mm x 700 mm/0,97 mm x 700 mm z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
- igła wprowadzająca 18G
- rozszerzadło 11Fr/ 13 Fr
- nasadki iniekcyjne Luer Lock
- opakowanie zawiera 3 szt.

Odp. Dopuszcza

Pyt.36

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 78 poz. 1 i stworzy oddzielny pakiet dla tej pozycji.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu w/w pozycji.

Pyt.37

Czy Zamawiający w pakiecie 78 poz. 2 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy poliuretanowy Evolution Flow do implantacji metodą wsteczną (retrograde) „Over the Wire” z opatentowaną konstrukcją końcówki, która umożliwia proste i precyzyjne umiejscowienie końcówki w prawym przedsionku, o stopniu recyrkulacji poniżej 1%, średnica 15,5 FR ramiona proste o długościach cewnika

- końcówka mankiet 19 cm, końcówka nasadka 24 cm. długość całkowita 40 cm
- końcówka mankiet 23 cm, końcówka nasadka 28 cm. długość całkowita 44 cm
- końcówka mankiet 28 cm, końcówka nasadka 33 cm. długość całkowita 49 cm
- końcówka mankiet 33 cm, końcówka nasadka 38 cm. długość całkowita 54 cm
- końcówka mankiet 55 cm, końcówka nasadka 60 cm. długość całkowita 76 cm

Charakterystyka zestawu:

- radiocieniujący cewnik
- zastosowana technika typu „Over The Wire” - bez rozrywalnej koszulki
- silikonowe przedłużki
- złącze typu PEEK odporne na ekstremalne obciążenia chemiczne i mechaniczne
- zacisk na cewnik ze skrzydełkami do mocowania na skórze
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
- adapter wypełniający
- zacisk cewnika ze skrzydełkami do mocowania na skórze
- igła wprowadzająca 18G
- rozszerzadła 12 Fr i 16 Fr
- nasadki iniekcyjne Luer Lock
- kleszczyki – 2 szt.
- opakowanie zawiera 3 szt.

Odp. Nie dopuszcza

Pyt.38

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 78 poz. 2 i stworzy oddzielny pakiet dla tych pozycji?

Szczegółowe informacje o produkcie w załączeniu.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu w/w pozycji.

Pyt.39

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 78 poz. 2 do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy poliuretanowy Evolution Flow do implantacji metodą wsteczną (retrograde) bez otworów bocznych, z rozrywalną koszulką z opatentowaną konstrukcją końcówki, która umożliwi proste i precyzyjne umiejscowienie końcówki w prawym przedsionku, o stopniu recyrkulacji poniżej 1%, średnica 15,5 FR,

o długościach cewnika

- końcówka mankiet 19 cm, końcówka nasadka 24 cm. długość całkowita 40 cm
- końcówka mankiet 23 cm, końcówka nasadka 28 cm. długość całkowita 44 cm
- końcówka mankiet 28 cm, końcówka nasadka 33 cm. długość całkowita 49 cm
- końcówka mankiet 33 cm, końcówka nasadka 38 cm. długość całkowita 54 cm
- końcówka mankiet 55 cm, końcówka nasadka 60 cm. długość całkowita 76 cm

Charakterystyka zestawu:

- radiocieniujący cewnik
- silikonowe ramiona
- złącze typu PEEK odporne na ekstremalne obciążenia chemiczne i mechaniczne
- zacisk na cewnik ze skrzydełkami do mocowania na skórze
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia, dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
- adapter wypełniający
- zacisk cewnika ze skrzydełkami do mocowania na skórze
- igła wprowadzająca 18G
- rozszerzadło 12 Fr
- rozszerzadło 16 Fr z rozrywalną koszulką
- nasadki iniekcyjne Luer Lock
- kleszczyki – 2 szt.
- opakowanie zawiera 3 szt.

Pyt.40

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu 78 poz. 2 i stworzy osobny pakiet dla tej poz.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu w/w pozycji.

Pyt.41

Czy Zamawiający w pakiecie 78 poz. 2 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy poliuretanowy Smooth Flow do implantacji metodą Anterograde bez otworów bocznych z opatentowaną konstrukcją końcówki, która umożliwi proste i precyzyjne umiejscowienie końcówki w prawym przedsionku, o stopniu recyrkulacji poniżej 1%, średnica 15,5 FR

o długościach

- końcówka mankiet 19 cm, końcówka nasadka 23 cm, długość całkowita 36 cm
- końcówka mankiet 23 cm, końcówka nasadka 27 cm, długość całkowita 40 cm
- końcówka mankiet 28 cm, końcówka nasadka 32 cm, długość całkowita 45 cm
- końcówka mankiet 33 cm, końcówka nasadka 37 cm, długość całkowita 50 cm

Charakterystyka zestawu:

- radiocieniujący cewnik
- silikonowe ramiona
- złącze typu PEEK odporne na ekstremalne obciążenia chemiczne i mechaniczne
- zacisk na cewnik ze skrzydełkami do mocowania na skórze
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia, dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
- zacisk cewnika ze skrzydełkami do mocowania na skórze
- igła wprowadzająca 18G
- Trokar
- rozszerzadło 12 Fr
- rozszerzadło 16 Fr z rozrywalną koszulką
- nasadki iniekcyjne Luer Lock
- opakowanie – 3 szt

Odp. Dopuszcza

Pyt. 42

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 78 poz. 2 i stworzy oddzielny pakiet dla tych pozycji?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu w/w pozycji.

Pyt.43

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 67 w pozycji nr 1 :

Taśmę do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, jednorazową, jednorodną, niewchłaniałą, z polipropylenu monofilamentowego z plastikową osłonką na ramionach, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości 84%, porowatość średnia: 976 μm ;porowatość max.: 2314 μm ;grubości taśmy 0,33 mm, grubości nici 80 μm , gramaturze 48 g/m², wytrzymałości na rozciąganie 70 N/cm, atraumatycznych brzegach zakończonych bezpiecznymi pętelkami, wykonanej w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), która zwiększa wytrzymałość taśmy na rozciąganie we wszystkich kierunkach, co zapobiega zwijaniu się i deformacji taśmy?

Odp. Nie

Pyt.44

Dotyczy Zadania nr 67:

Czy Zamawiający wydzieli pozycję nr 2, tj. Worek do morcelacji zamkniętej do osobnego zadania lub umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje tj. nr 1 i nr 2 w obrębie Zadania nr 67?

Odp. Nie

Pyt.45.

Dotyczy pakietu nr 77.

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie siatki o grubości 0,50 mm oraz gramaturze 80g/m² ?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.46

Dotyczy pakietu nr 77.

Czy Zamawiający dopuści w pozycja nr 1 oraz 3 tego pakietu siatki o wymiarach 7.6 x 15 cm ?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.47

Dotyczy pakietu nr 77.

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie siatki o grubości 0,50 mm oraz gramaturze 80g/m² w pozycjach 1 oraz 2?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.48

Dotyczy pakietu nr 77.

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie siatki o grubości 0,43 mm oraz gramaturze 45g/m² w pozycjach 3 oraz 4?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.49

Czy zamawiający zgodzi się w pakiecie nr 61 w pozycji nr 1 „KANISTER DO SYSTEMU DRENAŻU KLATKI PIERSIOWEJ THOPAZ MEDELA POJEMNOŚĆ 800 ML - AKCESORIA DO CYFROWEGO SYSTEMU DRENAŻU KLATKI PIERSIOWEJ KOMPATYBILNE Z THOPAZ MEDELA” na zwiększenie ilości sztuk do 4 pełnych opakowań zbiorczych tj. do 24 szt?

Kanistry 800 ml do systemu Thopaz są wyrobami medycznymi i winno się je sprzedawać tylko w oryginalnych pełnych opakowaniach zbiorczych jako produkty będące wyrobem medycznym.

Kanistry te pakowane są zbiorczo po 6 szt. 2.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt.50

Czy zamawiający zgodzi się w pakiecie nr 61 w pozycji nr 2 „KANISTER DO SYSTEMU DRENAŻU KLATKI PIERSIOWEJ THOPAZ MEDELA POJEMNOŚĆ 2000 ML - AKCESORIA DO CYFROWEGO SYSTEMU DRENAŻU KLATKI PIERSIOWEJ KOMPATYBILNE Z THOPAZ MEDELA” na zwiększenie ilości sztuk do 2 pełnych opakowań zbiorczych tj. do 24 szt? Kanistry 2000 ml do systemu Thopaz są wyrobami medycznymi i winno się je sprzedawać tylko w oryginalnych pełnych opakowaniach zbiorczych jako produkty będące wyrobem medycznym. Kanistry te pakowane są zbiorczo po 12 szt

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Niniejsze odpowiedzi na pytania modyfikują treść SWZ.

K.Sz.

A.M.

J.K.

Z.Sz.

R.U.

D.Z.

D.K.

W.W.

D.S.

Ł-ca DYREKTORA ds. ADMINISTRACYJNYCH
„Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku
57-300 Kłodzko, ul. Szpitalna 1a

Jacek Marcelewicz

