

Kłodzko, dnia 31.12.2025r.

Wykonawcy według rozdzielnika

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednorazowego sprzętu medycyny ogólnej dla potrzeb podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku, oznaczonego numerem DZP.2510.33.2025.

Na podstawie art. 284 ust.2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 poz. 1320) udzielamy odpowiedzi na pytania złożone przez uczestników postępowania:

Informujemy, że Wykonawcy zadali następujące pytania celem wyjaśnienia treści SWZ.

Pyt.1

Pakiet 25, poz. 1-2

Czy zamawiający dopuści maski w jednym kolorze?

Odp. Tak, dopuszcza.

Pyt.2

Pakiet 02 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści maskę w rozmiarach L oraz XL? Rozmiary S oraz M są przeznaczone dla dzieci.

Odp. Dopuszcza.

Pyt.3

Pakiet 02 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści maskę mikrobiologicznie czystą?

Odp. Dopuszcza

Pyt.4

Pakiet 02 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści maskę w rozmiarach S oraz M? Rozmiar L jest przeznaczony dla dorosłych.

Odp. Dopuszcza

Pyt.5

Pakiet 02 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści maskę mikrobiologicznie czystą?

Odp. Dopuszcza

Pyt.6

Pakiet 02 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści maskę w rozmiarach L oraz XL? Rozmiary S oraz M są przeznaczone dla dzieci.

Odp. Dopuszcza

Pyt.7

Pakiet 02 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści maskę mikrobiologicznie czystą?

Odp. Dopuszcza

Pyt.8

Pakiet 02 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści maskę mikrobiologicznie czystą?

Odp. Dopuszcza

Pyt.9

Pakiet 02 poz. 5 Czy Zamawiający dopuści cewnik mikrobiologicznie czysty?
Odp. Dopuszcza

Pyt.10

Pakiet 02 poz. 6 Czy Zamawiający dopuści cewnik mikrobiologicznie czysty?
Odp. Dopuszcza

Pyt.11

Pakiet 02 poz. 7 Czy Zamawiający dopuści dren mikrobiologicznie czysty?
Odp. Dopuszcza

Pyt.12

Pakiet 02 poz. 8 Czy Zamawiający dopuści maskę mikrobiologicznie czystą?
Odp. Dopuszcza

Pyt.13

Pakiet 17 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści rozmiar 20G, długość 13 cm?
Odp. Nie dopuszcza

Pyt.14

Pakiet 18 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw do wkłuć centralnych o następującym składzie:
cewnik wykonany z biokompatybilnego poliuiretanu, skalowany, zakochczony miękką, niebieską
końcówką ułatwiającą wprowadzenie oraz chroniącą przed uszkodzeniem naczynia, ramiona cewnika
z oznaczeniem średnic i znakowane kolorystycznie, rozszerzacz, prowadnica 0.035 (0.89mm) x
600mm długa, niebieska strzykawką wprowadzającą 5ml (luer), igła wprowadzająca 18G (1,25mm) x
70mm (dostępna w wersji X), strzykawką iniekcyjną 5ml (luer), igła iniekcyjna, koreczki heparynowe
luer-lock, skalpel, klips mocujący, rozmiar: 20G, długość 13 cm, 20G, długość 20 cm, 18G, długość
20 cm?

Odp. Nie dopuszcza

Pyt.15

Pakiet 21 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści silikonowe pelle naczyniowe do odciągania i identyfikacji
żył, tętnic, nerwów oraz moczowodów w polu operacyjnym podczas zabiegów chirurgicznych,
sterylne, jednorazowego użytku, w kolorach biały, czerwony, żółty, niebieski, o wymiarach przekroju
2,0x1,2 mm oraz 2,5x1,4 mm, długość 45cm?
Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.16

Pakiet 21 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie zawierające dwie sztuki?
Odp. Tak

Pyt.17

Pakiet 27 poz. 5 Czy Zamawiający dopuści zestaw do nakłucia klatki piersiowej o składzie: worek do
zbioru odprowadzanych płynów z zastawką przeciwwrotną, zapobiegającą cofaniu się
zaaspirowanych płynów oraz zaworem spustowym, pojemność 2000 ml, dreny łączące: pomiędzy
worekiem, a zastawką (4,8 x 6,8 – 85 cm dł.) oraz pomiędzy zastawką i igłą (4,8 x 6,8 – 40 dł.),
zastawki przeciwwrotne wzduż linii umożliwiającej nieprzerwaną aspirację i drenaż bez użycia
kranika trójdrożnego, strzykawką do aspiracji o pojemności 60 ml, igła Veress 15 G (100 mm
długości), z automatycznie cofającą się końcówką?
Odp. Dopuszcza

Pyt.18

Zadanie nr 27 poz. 6-7 Czy Zamawiający dopuści mankiet o standardowym kształcie w formie
walcu?

Odp. Dopuszcza

Pyt.19

Zadanie nr 27 poz. 7 Czy Zamawiający dopuści rurkę bez możliwości jej skrócenia?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.20

Zadanie nr 27 poz. 7 Czy Zamawiający dopuści rurkę bez znacznika rlg tuż nad otworem do drenażu przestrzeni podgłośniowej?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.21

Zadanie nr 27 poz. 8 Czy Zamawiający dopuści rurkę wykonaną z termoplastycznego, silikonowanego PVC?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.22

Zadanie nr 27 poz. 8 Czy Zamawiający dopuści rurkę przezroczystą?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.23

Zadanie nr 27 poz. 8 Czy Zamawiający dopuści rurkę z znacznikiem głębokości w postaci markera na końcu rurki?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.24

Zadanie nr 27 poz. 8 Czy Zamawiający dopuści rurkę bez nazwy producenta na korpusie rurki i łączniku 15 mm?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.25

Zadanie nr 27 poz. 9 Czy Zamawiający dopuści prowadnice wykonane z aluminium pokrytego gładkim PCV w rozmiarach 2.0 o długości 255mm; 3.3; 4.0; 4.7 o długości 340 mm?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.26

Zadanie nr 27 poz. 10 Czy Zamawiający dopuści prowadnice wykonane z aluminium pokrytego gładkim PCV w rozmiarach 4.0; 4.7 o długości 340 mm?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.27

Zadanie nr 27 poz. 11 Czy Zamawiający dopuści prowadnice do trudnej intubacji typu Bougie w rozmiarach 2.0; 3.3; 5.0 zapewniających możliwość intubacji dla każdego rozmiaru rurki?

Odp. Dopuszcza

Pyt.28

Zadanie nr 27 poz. 12, 13 Czy Zamawiający dopuści rurki Guedel z rozmiarem kodowanym kolorowymi wkładkami?

Odp. Dopuszcza

Pyt.29

Zadanie nr 27 poz. 12, 13 Czy Zamawiający dopuści rurki Guedel wykonane z materiału PE?

Odp. Dopuszcza

Pyt.30
Zadanie nr 27 poz. 12, 13 Czy Zamawiający dopuści rurki Guedel w rozmiarach 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6?

Odp. Dopuszcza

Pyt.31

Zadanie nr 27 poz. 14 Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dzieci elektrostacyjny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakterijnej 99,999 %, waga 15 g, przestrzeń martwa 12 ml, objętość 150-300 ml, oporność 1,2 przy 30 l/min, nawilżanie przy 500 ml – 24 mg/h₂O, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny?

Odp. Dopuszcza

Pyt.32

Zadanie nr 27 poz. 15 Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych elektrostacyjny bez wymiennika ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakterijnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 22 g, przestrzeń martwa 35 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 0,6 przy 30 l/min, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny?

Odp. Dopuszcza

Pyt.33

Zadanie nr 27 poz. 16 Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych ze złączem prostym, elektrostacyjny bez wymiennika ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakterijnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 22 g, przestrzeń martwa 35 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 0,6 przy 30 l/min, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.34

Zadanie nr 27 poz. 16 Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych ze złączem prostym, elektrostacyjny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakterijnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 30 g, przestrzeń martwa 40 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, nawilżanie przy 500 ml – 32 mg/h₂O, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.35

Zadanie nr 27 poz. 17 Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych elektrostacyjno-mechaniczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakterijnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 30 g, przestrzeń martwa 40 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, nawilżanie przy 500 ml – 32 mg/h₂O, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny?

Odp. Dopuszcza

Pyt.36

Zadanie nr 27 poz. 18 Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych mechaniczny bez wymiennika ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakterijnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 36,5 g, przestrzeń martwa 70 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny?

Odp. Dopuszcza

Pyt.37

Zadanie nr 27 poz. 18 Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych mechaniczny z gąbkowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakterijnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 36 g, przestrzeń martwa 70 ml, objętość 150-1500 ml,

oporność 1,0 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 30 mg/h₂O, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny?

Odp. Dopuszcza

Pyt.38

Zadanie nr 27 poz. 19 Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych mechaniczny z gąbkowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,9999 %, wirusowej 99,9999 %, waga 36 g, przestrzeń martwa 70 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 30 mg/h₂O, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.39

Zadanie nr 27 poz. 21 Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do nawilżania o pojemności 350 ml napełniony jałową, apirogenną wodą do terapii inhalacyjnej. Wyposażony jest w przejściówkę UNF 9/16" umożliwiającą podłączenie go do większości koncentratorów tlenu. Stosowana wyłącznie dla jednego pacjenta tak długo jak to konieczne lub do wyczerpania wody?

Odp. Dopuszcza

Pyt.40

Zadanie nr 27 poz. 22 Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do nawilżania o pojemności 550 ml napełniony jałową, apirogenną wodą do terapii inhalacyjnej. Wyposażony jest w przejściówkę UNF 9/16" umożliwiającą podłączenie go do większości koncentratorów tlenu. Stosowana wyłącznie dla jednego pacjenta tak długo jak to konieczne lub do wyczerpania wody?

Odp. Dopuszcza

Pyt.41

Zadanie nr 27 poz. 23, 24 Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania o następującej specyfikacji:

- Posiada zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik 15 mm kącie 45° do podłączenia rurki i respiratora
- Posiada obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) o długości ok 8 cm zamykany kapturkiem zamocowanym do portu kompatybilny z fiolką 5-10 ml NaCl
- Posiada zamykany port do podawania leków z końcówką Luer (MDI)
- Posiada przezroczystą komorę pozwalającą na obserwację wydzieliny pacjenta, która izoluje drobnoustroje i jest uszczelniona próżniowo co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcji krzyżowej
- Posiada zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu
- Regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz średnicą oraz informacją „UP”
- Blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180°
- Posiada suwak umożliwiający pełne zamknięcie/otwarcie przepływu bez konieczności rozmontowania całości systemu
- System wyposażony w klin pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów
- Cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez ostrych krawędzi, wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania
- Cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz znaczniki głębokości skalowane co 1 cm
- Oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwódce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym
- W zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim oraz łącznik martwa przestrzeń rozciągliwy do długości 135mm

- System stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania bez konieczności montażu dodatkowych akcesoriów

Sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu

Jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin

- Rozmiary: 12, 14, 16 CH – długość 60 cm (intubacja) oraz 33 cm (tracheostomia)

- Pakowana folia/papier?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.42

Zadanie nr 27 poz. 25 Czy Zamawiający dopuści dreny do zamkniętych systemów do odsysania.

Sterylny, kompletny zestaw drenów przeznaczony do stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania oraz akcesoriami do higieny jamy ustnej. W skład zestawu wchodzi łącznik "Y" do podłączenia pojemnika na wydzielinę, 2 dreny z zaciskami umożliwiające niezależne połączenie z zamkniętym systemem do odsysania oraz standardowym cewnikiem do odsysania z jamy ustnej (końcówka drenu zaopatrzona w łącznik prosty, schodkowy z zatyczką umożliwiającą regulację siły odsysania). Możliwość stosowania do 72 godzin, długość drenów min. 2 metry, średnica drenów 24-25Ch.

Odp. Dopuszcza

Pyt.43

Zadanie nr 27 poz. 26 Czy Zamawiający dopuści kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na lejku, natomiast oznaczenie numeryczne na opakowaniu jednostkowym?

Odp. Dopuszcza

Pyt.44

Zadanie nr 27 poz. 26 Czy Zamawiający dopuści dwa otwory boczne naprzemiennie?

Odp. Dopuszcza

Pyt.45

Zadanie nr 27 poz. 26 Czy Zamawiający dopuści opakowanie foliowe?

Odp. Dopuszcza

Pyt.46

Zadanie nr 27 poz. 26 Czy Zamawiający dopuści długość 50 cm?

Odp. Dopuszcza

Pyt.47

Zadanie nr 27 poz. 27 Czy Zamawiający dopuści długość maksymalną 15 cm?

Odp. Dopuszcza

Pyt.48

Zadanie nr 27 poz. 28 Czy Zamawiający dopuści długość rur 1,8m po rozciągnięciu?

Odp. Dopuszcza

Pyt.49

Zadanie nr 27 poz. 28 Czy Zamawiający dopuści długość dodatkowej jednej rury 1,2m po rozciągnięciu?

Odp. Dopuszcza

Pyt.50

Zadanie nr 27 poz. 28 Czy Zamawiający dopuści długość dodatkowej jednej rury 1,5m po rozciągnięciu?

Odp. Dopuszcza

Pyt.51

Zadanie nr 27 poz. 28 Czy Zamawiający dopuści system na wcisk?

Odp. Dopuszcza

Pyt.52

Zadanie nr 27 poz. 29

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy składający się z jednej rury typu duolimb, tj. posiadającej pionową membranę w środku rury, która dzieli rurę na dwa kanały? Długość układu 183 cm?

Odp. Dopuszcza

Pyt.53

Zadanie nr 27 poz. 29 Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy o długości 180 cm?

Odp. Dopuszcza

Pyt.54

Zadanie nr 27 poz. 29 Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy bez portu do pomiaru ciśnienia?

Odp. Dopuszcza

Pyt.55

Zadanie nr 27 poz. 30 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wyceny asortymentu zawartego w pozycji 30?

Odp. Nie

Pyt.56

Zadanie nr 27 poz. 31 Czy Zamawiający dopuści średnicę wewnętrzną 1,8 mm?

Odp. Dopuszcza

Pyt.57

Zadanie nr 27 poz. 31 Czy Zamawiający dopuści linię wykonaną wyłącznie z PCV?

Odp. Dopuszcza

Pyt.58

Zadanie nr 27 poz. 31 Czy Zamawiający dopuści opakowanie zbiorcze 100 sztuk?

Odp. Dopuszcza

Pyt.59

Zadanie nr 27 poz. 32 Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 25ml?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.60

Zadanie nr 27 poz. 33 Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny wymiennik ciepła i wilgoci dla dorosłych, o wadze 9 g, przestrzeni martwej 16 ml, objętości pływowej 200-1000 ml, z celulozowym wymiennikiem, z portem do odsysania, oporności 0,5 przy 30 l/min, z portem do podawania tlenu oraz skuteczności nawilżania 24 przy Vt 500ml, sterylny?

Odp. Dopuszcza

Pyt.61

Zadanie nr 27 poz. 33 Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny wymiennik ciepła i wilgoci dla dorosłych, o wadze 7 g, przestrzeni martwej 16 ml, objętości pływowej 200-1000 ml, z dwoma gąbkowymi wymiennikami, z portem do odsysania, oporności 0,5 przy 30 l/min, z portem do podawania tlenu oraz skuteczności nawilżania 24 przy Vt 500ml, sterylny?

Odp. Dopuszcza

- Pyt.66**
Zadanie nr 29 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania o następującej specyfikacji:
- Posiada zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik 15 mm kącie 45° do podłączenia rurki i respiratora
 - Posiada obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) o długości ok 8 cm zamknięty kapturkiem zamocowanym do portu kompatybilny z fiolką 5-10 ml NaCl
 - Posiada zamknięty port do podawania leków z końcówką Luer (MDI)
 - Posiada przezroczystą komorę pozwalającą na obserwację wydzieliny pacjenta, która izoluje drobnoustroje i jest uszczelniona próżniowo co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcji krzyżowej
 - Posiada zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu
 - Regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarom cewnika oraz średnicą oraz informacją „UP”
 - Blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180°

- Pyt.65**
Zadanie nr 29 poz. 3 Czy zamawiający dopuści zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym opakowaniu:
- 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z manualną zastawką ściętą pod kątem 45o do regulacji siły odsysania, z 2 otworami ssącymi oraz z chropowatą gąbką na górnej powierzchni,
 - 10 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydyny w rozrywanej saszetce z perforacją,
 - 1 gąbka-aplikator z poręcznym potłodowaniem,
 - 1 saszetkę z 3ml preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej,
 - Zestaw posiada gotowy rozwór roboczy do użytkowania po otwarciu opakowania,
 - Pakowany pojedynczo w sztywny blister pełniący funkcję pojemnika na płyn?
- Odp. Dopuszcza**

- Pyt.64**
Zadanie nr 29 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści zestaw bez rękojeści z wbudowaną regulacją siły ssania? Zarówno szczoteczka jak i gąbki posiadają końcówki wyposażone w łącznik schodkowy, dzięki któremu można je połączyć ze źródłem ssania, a także mają wbudowaną regulację siły ssania, wobec czego rękojeść jest zbędna.
- Odp. Dopuszcza**

- Pyt.63**
Zadanie nr 29 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści myjkę w formie zaokrąglonej rękawicy do bezwodnego mycia ciała pacjenta ze zwiększeniem w dolnej części, nie wymaga użycia wody oraz spłukiwania, wykonana z miękkiej włókniny, rozmiar 17 cm x 23,5 cm, nasączona preparatem odświeżającym i nawilżającym neutralnym pH (5,5), możliwość wcześniejszego podgrzania mikrofalówce, jednorazowego użytku, skład: m. in. Dimetikon, Linoleamidopropyl PG-Dimonium Chloride Phosphate, Glukozyl laurylowy, Provitamina B5, Alantoina, wyciąg z aloesu, Polisorbat 20, Sól tetrasodowa kwasu wersenowego, kwas cytrynowy, Witamina E, Chlorheksydyna, Gliceryna, Perfumy, Wyciąg z rumianku, bez zawartości lateksu, działanie przeciw: Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Candida albicans, Enterococcus hirae, opakowanie zawiera 10 sztuk z przełiczeniem ilości, wyrób medyczny?
- Odp. Dopuszcza**

- Pyt.62**
Zadanie nr 29 poz. 1 Czy zamawiający dopuści opakowanie zbiorcze 75 sztuk?
- Odp. Dopuszcza**

- Posiada suwak umożliwiający pełne zamknięcie/otwarcie przepływu bez konieczności rozmontowania całości systemu
- System wyposażony w klin pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów
- Cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez ostrych krawędzi, wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania
- Cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz znaczniki głębokości skalowane co 1 cm
- Oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwodce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym
- W zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim oraz łącznik martwa przestrzeń rozciągliwy do długości 135mm
- System stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania bez konieczności montażu dodatkowych akcesoriów
- Sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
- Jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin
- Rozmiary: 12, 14, 16 CH – długość 60 cm (intubacja) oraz 33 cm (tracheostomia)
- Pakowana folia/papier?

Odp. Dopuszcza

Pyt.67

Zadanie nr 29 poz. 5 Czy Zamawiający dopuści średnicę 24-25CH?

Odp. Dopuszcza

Pyt.68

Zadanie nr 29 poz. 6 Czy Zamawiający dopuści fiołki 5 ml lub 10 ml z przeliczeniem ilości fiolek?

Odp. Dopuszcza

Pyt.69

Zadanie nr 29 poz. 6 Czy Zamawiający dopuści fiołki pakowane po 100 sztuk?

Odp. Dopuszcza

Pyt.70

Zadanie nr 40 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści stabilizator mikrobiologicznie czysty?

Odp. Dopuszcza

Pyt.71

Zadanie nr 44 poz. 1-14. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompatybilnych wkładów workowych, pojemników wielorazowych, uchwytów producenta Olgun Medical „OMSuction”? Wkłady workowe oraz kanistry wielorazowe o pojemności 1000ml, 2000ml, 3000ml?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.72

Zadanie nr 64 poz. 2, 3 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „przeznaczona do stosowania także w środowisku rezonansu magnetycznego”?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.73

Zadanie nr 72 poz. 1 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „posiada dokumenty potwierdzający czystość mikrobiologiczną (dołączyć na wezwanie Zamawiającego)”?

Odp. Nie odstąpi.

Pyt.74
Zadanie nr 72 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści włókninę polipropylenową min. 20g/m²?
Odp. Tak

Pyt.75
Zadanie nr 72 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści folię polietylenową min. 10g/m²?
Odp. Tak

Pyt.76
Zadanie nr 72 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści wymiary 50x50?
Odp. Nie

Pyt.77
Zadanie nr 72 poz. 5 Czy Zamawiający dopuści wymiary 110 x 210 cm?
Odp. Tak

Pyt.78
Zadanie nr 72 poz. 5 Czy Zamawiający dopuści min. 275g?
Odp. Tak

Pyt.79
Zadanie nr 72 poz. 5 Czy Zamawiający dopuści kolor granatowy?
Odp. Tak

Pyt.80
Zadanie nr 72 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu złożenia próbek?
Odp. Nie

Pyt.81
Zadanie nr 74 poz. 1-5 Czy Zamawiający dopuści numeryczne oznaczenie rozmiaru wyłącznie na opakowaniu?
Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.82
Zadanie nr 74 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści rozmiary CH6/40 oraz CH8/50?
Odp. Dopuszcza

Pyt.83
Zadanie nr 74 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści rozmiary CH10/50 oraz CH12/50?
Odp. Dopuszcza

Pyt.84
Zadanie nr 74 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści rozmiary CH14/50?
Odp. Dopuszcza

Pyt.85
Zadanie nr 74 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści rozmiary CH16/50?
Odp. Dopuszcza

Pyt.86
Zadanie nr 74 poz. 5 Czy Zamawiający dopuści rozmiary CH18/50 oraz CH20/50?
Odp. Dopuszcza

Pyt.87

Zadanie nr 75 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści dren CH24 5,0mm/8,0mm?

Odp. Dopuszcza

Pyt.88

Zadanie nr 75 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści wymiary 117x71 cm?

Odp. Dopuszcza

Pyt.89

Zadanie nr 75 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści gramaturę min. 20 g/m²?

Odp. Dopuszcza

Pyt.90

Zadanie nr 75 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści fartuch medyczny w rozmiarach L, XL, bez wskazywania konkretnych wymiarów?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.91

Zadanie nr 75 poz. 8 Czy Zamawiający dopuści bluzę z wycięciem „V” pod szyją?

Odp. Dopuszcza

Pyt.92

Zadanie nr 75 poz. 11 Czy Zamawiający dopuści sterylne tylko wewnątrz?

Odp. Dopuszcza

Pyt.93

Zadanie nr 75 poz. 11 Czy Zamawiający dopuści opakowanie foliowe?

Odp. Dopuszcza

Pyt.94

Zadanie nr 75 poz. 12 Czy Zamawiający dopuści myjkę do ciała w formie ścierki nasączoną 2% chlorheksydyną?

Odp. Dopuszcza

Pyt.95

Zadanie nr 75 poz. 12 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'4 sztuki, z przeliczeniem ilości?

Odp. Dopuszcza

Pyt.96

Zadanie nr 75 poz. 12 Czy Zamawiający dopuści gąbkę nasączoną 4% chlorheksydyną?

Odp. Dopuszcza

Pyt.97

Zadanie nr 75 poz. 13 Czy Zamawiający dopuści nakłuwacz sterylizowany tlenkiem etylenu?

Odp. Dopuszcza

Pyt.98

Zadanie nr 75 poz. 15 Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na buty niejałowe, włókninowe z warstwą antypoślizgową, gramatura 40g/m², 31x17 cm, ściągane gumką, przeznaczone do ochrony przed wnoszeniem zabrudzeń, do pomieszczeń wymagających zachowania pełnej czystości, podwyższona wytrzymałość, jednorazowego użytku?

Odp. Dopuszcza

Pyt.99
Zadanie nr 75 poz. 15 Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na buty nieśladowe, wykonane z folii polietylenowej, 41x15 cm, ściągane gumką, przeznaczone do ochrony przed wnoszeniem zabrudzeń, do pomieszczeń wymagających zachowania pełnej czystości, podwyższona wytrzymałość, jednorazowego użytku?
Odp. Dopuszcza

Pyt.100
Zadanie nr 75 poz. 18 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'144 sztuk?
Odp. Dopuszcza

Pyt.101
Zadanie nr 75 poz. 22 Czy Zamawiający dopuści półmasekę medyczną FFP2, kolor: biały, klasa

ochrony: FFP2 NR, półmaska filtrująca wykonana z włókna czosnkowego, o smutkiej konstrukcji. Przeznaczona do ochrony układu oddechowego przed zanieczyszczeniami, pyłami, drobnoustrojami chorobotwórczymi przenoszonymi drogą kropelkową. Skuteczność filtracji bakteryjnej na poziomie minimum 98%, półmaska medyczna filtrująca FFP2 NR, składana konstrukcja jest wygodna i lekka, wygodne gumki na uszy, smutek budowy ścianki ułatwiają oddychanie, wkładka modelująca na nos umożliwia lepsze i szczelne dopasowanie maski, wydajność filtracji na poziomie wyższym lub równym 98%, efektywna ochrona przed pyłami i drobnoustrojami, posiada certyfikaty, pakowane po 10 sztuk w folii - 5 pakietów w pudełku, wyrób medyczny, wyprodukowane w Polsce, półmaski filtrujące spełniają wymagania według norm: PN-EN 14683:2019 + AC dla maseczki medycznej Typ IIR BFE ≥ 98%, EN 149:2001+A1:2009 dla półmaski w klasie filtracji FFP2 PFE ≥ 94%, jak na zdjęciu poniżej?
Odp. Dopuszcza

Pyt.102
Zadanie nr 75 poz. 23 Czy Zamawiający dopuści prowadnice wykonane z aluminium pokrytego gładkim PCV w rozmiarach 2.0 o długości 255mm; 3.3; 4.0; 4.7 o długości 340 mm?
Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.103
Zadanie nr 75 poz. 25 Czy Zamawiający dopuści staż tylko w kolorze niebieskim?
Odp. Dopuszcza

Pyt.104
Zadanie nr 75 poz. 27 Prosimy o doprecyzowanie, czy jeżeli szczoteczka do zębów z odsysaniem będzie podłączana do źródła ssania (ssaka elektrycznego), to tym samym zgodnie z Regulą 5 klasyfikacji wyrobów medycznych, jeżeli produkt jest przeznaczony do przyłączenia do aktywnego wyrobu medycznego klasy IIa lub wyższej (tj. do ssaka) - zalicza się go do klasy IIa, a co za tym idzie, Zamawiający wymaga zaferowania wyrobu zarejestrowanego w klasie IIa? Informujemy, iż na rynku występują wyroby sklasyfikowane w klasie I co uniemożliwia ich podłączenie do ssaka elektrycznego.
Odp. Tak, wymaga.

Pyt.105
Zadanie nr 75 poz. 38 Czy Zamawiający dopuści worek z odpowiednio szerokim, okrągłym wlotem?
Odp. Dopuszcza

Pyt.106
Zadanie nr 75 poz. 38 Czy Zamawiający dopuści worek o pojemności 1500 ml?
Odp. Dopuszcza

Pyt.107

Zadanie nr 75 poz. 38 Czy Zamawiający dopuści worek bezbarwny?

Odp. Dopuszcza

Pyt.108

Zadanie nr 75 poz. 38 Czy Zamawiający oczekuje worka wyposażonego w żelującą saszetkę z absorbentem?

Odp. Tak oczekuje

Pyt.109

Zadanie nr 75 poz. 40, 41 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'250 sztuk?

Odp. Dopuszcza

Pyt.110

Zadanie nr 75 poz. 42 Czy Zamawiający oczekuje zestawu do resuscytacji jednorazowego czy wielorazowego użytku?

Odp. Wymaga wyroby jednorazowego.

Pyt.111

Zadanie nr 75 poz. 46 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowania a'50 z przeliczeniem ilości?

Odp. Dopuszcza

Pyt.112

Zadanie nr 75 poz. 46 Czy Zamawiający dopuści prostokątną rękawicę do mycia ciała pacjenta, wymaga użycia środków myjących, bardzo miękkiej, niestrzępiącej się materiału Molton, rozmiar 15 cm x 23 cm, brzegi zgrzane ultradźwiękami, jednorazowego użytku, antyalergiczna?

Odp. Dopuszcza

Pyt.113

Zadanie nr 75 poz. 58 Czy Zamawiający dopuści pojedynczą skalę?

Odp. Dopuszcza

Pyt.114

Zadanie nr 75 poz. 58 Czy Zamawiający dopuści dren bez przesuwnej zacisku?

Odp. Nie dopuszcza.

Pyt.115

Zadanie nr 89 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści dren o długości 23 cm?

Odp. Dopuszcza

Pyt.116

Zadanie nr 89 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści długości 15mm, 19mm, 25mm?

Odp. Dopuszcza

Pyt.117

Zadanie nr 89 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści dren o długości 23 cm?

Odp. Dopuszcza

Pyt.118

Zadanie nr 89 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści długości 15mm, 19mm, 25mm, 38mm?

Odp. Dopuszcza

Pyt.119

Zadanie nr 89 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści oznaczenie wytrzymałości na ciśnienia do 325 psi umieszczone na opakowaniu jednostkowym zamiast na samym wyrobie?

Odp. Dopuszcza

Pyt.120

Zadanie nr 89 poz. 2 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „możliwość stosowania w MRI”?

Odp. Nie odstąpi.

Pyt.121

Zadanie nr 89 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści system zabezpieczający przed zakłuceniem po użyciu wyłącznie z akustycznym czynnikiem aktywacji?

Odp. Dopuszcza

Pyt.122

Zadanie nr 95 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści System do kontrolowanej zbiórki stolca o następujących parametrach:
• Cewnik wykonany z 100% biokompatybilnego silikonu o długości 160cm
• Czarny znacznik nad balonem ułatwiający kontrolę położenia cewnika
• Port do trygacji służący do przepłukiwania systemu w razie konieczności oraz podania leków doodbytniczo

• Balonik retencyjny z kieszonką na palec wiodący
• Worek zbiorczy o pojemności 2000 ml (skalowany co 25ml (od 25 do 100ml) oraz co 100ml (od 100ml do 2000ml) z filtrem węglowym i zastawką antyzwrotną
• Wieszaki umożliwiające przymocowanie do ramy łóżka
• Niesterylny
• Zestaw pakowany pojedynczo w opakowanie papierowo-foliowe
• Zestaw zawiera: cewnik, 3x worek, 1x strzykawka 60ml, 2x przylepne opatrunki
• Możliwość użytkowania systemu przez 29 dni?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.123

Zadanie nr 95 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści worki o pojemności 2000 ml skalowane co 25ml (od 25 do 100ml) oraz co 100ml (od 100ml do 2000ml) z filtrem węglowym i zastawką antyzwrotną, mikrobiologicznie czyste?

Odp. Dopuszcza

Pyt.124

Zadanie nr 98 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści maski o parametrach:
• Przezroczysta kopuła umożliwia ciągłą obserwację pacjenta
• Dobrze przylegający, elastomerowy mankiet, nie wymagający napiehlienia
• Mankiet kodowany kolorystycznie dla łatwej identyfikacji rozmiaru
• Możliwość stosowania w MRI
• Jednorazowego użytku
• Bez zawartości PVC, ftalanów i lateksu
• Czysta mikrobiologicznie
• Opakowanie foliowe
• Rozmiary 1, 2, 3, 4, 5, 6?

Odp. zgodnie z SWZ

Pyt.125

Zadanie nr 98 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy bez łącznika 22M/22M?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.126

Zadanie nr 98 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści łącznik 22M/22M dołączony osobno?

Odp. Nie dopuści

Pyt.127

Zadanie nr 98 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści łącznik kątowy zespolony z martwą przestrzenią rozciągliwą do długości 15 cm?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.128

Zadanie nr 98 poz. 7 Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową wyposażoną w 7 zwęzek Venturiego wykonaną z przezroczystego, nietoksycznego PVC, 7 zwęzek Venturiego o stężeniach 24%, 26%, 28%, 30%, 35%, 40%, 50%, regulowana blaszka na nos zapewnia wygodne dopasowanie, wyposażony w dren o długości 200cm zakończony uniwersalnym łącznikiem, jednorazowego użytku, wolna DEHP, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo w folię, czysta mikrobiologicznie?

Odp. Zgodnie z SWZ. Pytanie dotyczy rurki „T”, a nie maski.

Pyt.129

Zadanie nr 98 poz. 9 Czy Zamawiający dopuści 22M/22M/22F?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.130

Zadanie nr 100 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści maski o parametrach:

- Przezroczysta kopuła umożliwia ciągłą obserwację pacjenta
- Dobrze przylegający, elastomerowy mankiet, nie wymagający napełnienia
- Mankiet kodowany kolorystycznie dla łatwej identyfikacji rozmiaru
- Możliwość stosowania w MRI
- Jednorazowego użytku
- Bez zawartości PVC, ftalanów i lateksu
- Czysta mikrobiologicznie
- Opakowanie foliowe
- Rozmiary 1, 2, 3, 4, 5, 6?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.131

Pakiet 06 Ostrza do strzygarki

Poz. 1 Prosimy o dopuszczenie ostrzy uniwersalnych innych niż opisanych przez zamawiającego w przypadku bezpłatnego

użyczenia strzygarki na czas trwania umowy.

Zaproponowane ostrza o szerokości ostrza 36 mm pasują do strzygarki, która posiada trzyczakresową obrotową głowicę: 45°

w lewo, 45° w prawo. Pozwala to na bezpieczne operowanie strzygarką w trudno dostępnych miejscach na ciele.

Konstrukcja ostrza wyklucza jakiejkolwiek uszkodzenie skóry, ostrza są wolne od lateksu; pakowane: 1 szt / blister; 50

blistrów/ pudełko


W przypadku dopuszczenia powyższego rozwiązania prosimy o podanie potrzebnej ilości strzygarek, które użyczymy


bezpłatnie na czas trwania umowy.

Opis strzygarek zaproponowanych na użyczenie:


- Strzygarka służąca do usuwania owłosienia przed zabiegami operacyjnymi bez możliwości zacięcia skóry, lekka,

ergonomiczna do stosowania na mokro i suchą.

- Czas ładowania strzygarki: maksimum 120 minut.
 - Strzygarka wyposażona w wyświetlacz cyfrowy LED sygnalizującą stopień naładowania baterii, oraz antypoślizgowy,
 - ergonomiczny uchwyt zapobiegający obrażeniom w wyniku wysiłigzgnięcia się strzygarki.
 - Wysoko wydajna bateria Li-ion, 3,7V ICR 18650MAB 1800mAh
 - Czas pracy strzygarki: 150 minut
 - W komplecie ładowarka z możliwością postawienia na biurku lub przymocowania do powierzchni pionowych.
 - Strzygarka z możliwością mycia pod bieżącą wodą oraz możliwością dezynfekcji zannurzeniowej (klasa szczelności min. IPX7).
 - Niski poziom hałasu: max 60dB
 - Strzygarka kompatybilna z min. 2 rodzajami ostrzy: uniwersalnymi przeznaczonymi do usuwania owłosienia z całego ciała i
 - z ostrzami typu neuro do usuwania gęstego owłosienia.
 - Bezkontaktowy i higieniczny montaż ostrza na głowicy, zdejmowanie ostrza tnącego jedną ręką
 - Konstrukcja strzygarki uniemożliwiająca uszkodzenie skóry – brak kontaktu ostrzy z powierzchnią skóry
 - Waga strzygarki: 132g (bez ostrzy), 142g (z ostrzami)
 - Wolna od lateksu i ftalanów
 - Wymiary strzygarki (z założonym ostrzem): 151x46x35 mm (długość. x szerokość. x głębokość)
 - Wysokość strzyżenia: 0,3 mm
 - Zarejestrowana jako wyrób medyczny.
- Odp. Dopuszcza**
- Pyl.132**
- Pakiet 57 Koce grzewcze - OIT
- Prosimy o dopuszczenie koców o następujących parametrach:
- zapewniają równomierny przepływ powietrza w celu skutecznego ogrzania pacjenta
 - wykonane z miękkiej tkaniny
 - strona pacjenta - kolor biały, zewnętrzna - żółty
 - unikalny mikroporowaty materiał koców od strony pacjenta zapewnia optymalne przenikanie powietrza
 - mocny materiał dwuwarstwowy PP (Polipropylen) laminowany PE (Polietylen)
 - odporne na piny
 - brak zawartości lateksu
 - uniwersalny port węża dostosowany do współpracy z większością popularnych ogrzewaczy konwekcyjnych m.in. Mistral-Air
 - (system mocowania typu rzep)
 - Prosimy o dopuszczenie następujących rodzajów kółderk:
- na całe ciało dla pacjenta dorosłego (195 x 100 cm)
 - 
 - na całe ciało – tuba pod pacjenta (217 x 91 cm)
 - 
 - na dolną część ciała / dla dzieci (122 x 100 cm)
 - 
 - na górną część ciała ARM IN (120 x 100 cm)



- na górną część ciała ARM OUT (192 x 57 cm)



Odp. Dopuszcza

Pyt.133

Prosimy o dopuszczenie koców pakowanych po 10 szt. w 1 opakowaniu zbiorczym.

Odp. Dopuszcza

Pyt.134

Pakiet 80

Pozycja 2

Proszę o jednoznaczne określenie do jakiej pompy przyrządu do infuzji oczekuje Zamawiający.

W kolumnie „Synonim” widnieje opis: przyrząd do infuzji za pośrednictwem pompy objętościowej Mindray BeneFusion.

W kolumnie „Szczegółowy opis pozycji”: aparat do pomp Infusomat Space (...) kompatybilny z pompą Mindray BeneFusion.

Odp. Przyrząd kompatybilny z pompą Mindray BeneFusion eVP.

Pyt.135

Pakiet nr 67 lp. 1

Czy Zamawiający dopuści do niniejszego pakietu :

Sterylna taśma do chirurgicznego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet.

Implantowana beznapięciowo pod cewką moczową.

- Materiał: tkany polipropylen monofilamentowy typu 1a.
- Tytanizowana, hydrofilową powierzchnią zapewnia lepszą integrację tkankową i zmniejsza ryzyko wystąpienia stanów zapalnych.
- Wymiary: 1,5 cm x 50 cm, zwężane brzegi taśmy .
- Taśma ultra lekka, gramatura: 35 g/m²
- Wielkość porów: 1mm.
- Atraumatyczne, laserowo cięte brzegi taśmy.
- 100% biokompatybilna, niewchłaniałna.
- Na czas trwania umowy dostawca uzycza bezpłatnie 2 komplety narzędzi wielorazowych do implantacji taśmy.

Odp. Nie

Pyt.136

Pakiet nr 67 lp. 1

Czy Zamawiający dopuści do niniejszego pakietu :

Sterylna taśma do chirurgicznego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet metodą TOT lub TVT. Wykonana jest niewchłaniałnego polipropylenu monofilamentowego o grubości nici 0,10 mm.

Taśmę do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet.
 Materiał: polipropylen monofilamentowy, długość: 45 cm, szerokość: 1,1 cm, grubość: 0,34 mm, porowatość: 55-60 %, gramatura: 45g/m², grubość włókien: 150 um, powierzchnia oczek: 1,56 mm². Pętle na końcach wykonane z przędzy poliestrowej, pokryta osłonkami termokurczliwymi z silikonu i poliolefiny klasy medycznej. Taśma w dwuczęściowej polietylenowej osłonce, na środku przerwa ok. 1,5 cm do pozycjonowania taśmy z możliwością korekty napięcia taśmy

Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 67?

Pyt.139

Odp. Nie

Do implantacji siatki służy dedykowane narzędzie wielorazowego użytku

pozycjonowania i regulacji ułożenia siatki

2. Akcesoria jednorazowego użytku (zestaw 4 adapterów i 4 pętl) do właściwego

wielkości.

• Niebieskie paski gwarantują widoczność siatki w polu operacyjnym oraz ułatwiają korektę

• 100% biokompatybilna, niewchłaniają

• Atrumatyczne, laserowo cięte brzegi siatki

• Wielkość porów: 3mm, gramatura: 24 g/m²

ryzyko wystąpienia stanów zapalnych

• Tytanizowana, hydrofilowa powierzchnia zapewnia lepszą integrację tkankową i zmniejsza

• Materiał: siatka polipropylenowa typu 1a (makroporowata i monofilamentowa)

1. Ultralekka siatka

W zestawie:

rodnych (rectocèle i enterocèle) z dostępu przez pochwowego

System przeznaczony do chirurgicznego leczenia obniżenia narządów

Czy Zamawiający dopuści do niniejszego pakietu :

Pakiet nr 108

Pyt.138

Odp. Nie

Przeznaczony do użytku z 10 mm, 12 mm lub większym trokarem; pojemność: 3200 ml

Jednorazowy worek do laparoskopii z bocznymi ramionami.

morcelatora.

Worek do morcelacji zapewniający aseptykę onkologiczną stosowany przy procedurze użycia

Czy Zamawiający dopuści do niniejszego pakietu :

Pakiet nr 67 lp. 2

Pyt.137

Odp. Nie

niezachodzącej na siebie.

Brzegi taśmy zakończone są pętelkami. Taśma w plastikowej, dwuczęściowej osłonce,

• wielkość porów: 0,90 mm

• gramatura: 57 g/m²


• grubość: 0,50 mm

• długość: 45 cm

• szerokość: 1,1 cm (+/- 0,1 cm)

Parametry:

w następnej dobie po zabiegu, brzegi zakończone pętelkami. Podczas implantacji nie ulega odkształceniom.



Niewielkie techniczne różnice nie wpływają na technikę operacyjną ani na oczekiwany, pożądany efekt terapeutyczny.

Zwracamy się z prośbą o przyjęcie oferty w powyższym składzie jako opcję/zamiennik -dzięki temu otrzymacie Państwo ofertę konkurencyjną, zyskując tym samym możliwość racjonalnego zarządzania środkami publicznymi.

Odp. Nie

Poz. 2

Worek do morcelacji wykonany z przezroczystego TPU (termoplastycznego poliuretanu). Jednorazowy worek do laparoskopii używany do ekstrakcji wyciętych tkanek podczas operacji laparoskopowych onkologicznych, z użyciem morcelatora. Zapewnia bezpieczną morcelację tkanek wewnątrz tkankoszczelnego balonu. Worek z poliuretanu, sznurek z nylonu, wytrzymałość 5N/cm, wymiary Ø 150 mm x 300 mm; Przeznaczony do użytku z trokarem o Ø 10 mm lub Ø 12 mm lub większej.

Wyrób medyczny jednorazowy, sterylny. Pojemność 3200 ml, 3 porty dostępne.

Odp. Nie

Pyt.140

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 92?

Poz. 1

Staplerzy do zamykania skóry z 35 klamerkami - z przezroczystym wskaźnikiem z boku z podziałką 5, 15, 25, 35 zszywek, jednorazowe, sterylne. Ilość sztuk w opakowaniu 1.

Zszywki wykonane ze stali nierdzewnej, bez teflonu: grubość 0,58 mm (+/-0,1mm), szerokość 7,0 mm (+/-0,1mm); wysokość - 4,2 mm (+/-0,1mm)

Odp. Zgodnie z SWZ

Poz. 2

Przyrząd do usuwania zszywek jednorazowego użytku. Ilość sztuk w opakowaniu 61.

Niewielkie techniczne różnice nie wpływają na technikę operacyjną ani na oczekiwany, pożądany efekt terapeutyczny.

Zwracamy się z prośbą o przyjęcie oferty w powyższym składzie jako opcję/zamiennik -dzięki temu otrzymacie Państwo ofertę konkurencyjną, zyskując tym samym możliwość racjonalnego zarządzania środkami publicznymi.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.141

Dotyczy pakietu nr 57 Koce grzewcze – OIT, pozycja nr 1

Czy Zamawiający wymaga koce kompatybilne z urządzeniem Mistral Air potwierdzone odpowiednim

dokumentem wydanym przez producenta urządzenia?

Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia MDR walidacja systemu grzewczego pacjenta Mistral Air jest przeprowadzona i jest ważna specjalnie dla kombinacji tych dwóch produktów tj. urządzenia grzewczego i koca, a nie dla każdego z osobna, ani na podstawie ogólnych specyfikacji o kompatybilności. Szpital ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo pacjentów w przypadku stosowania jednostek grzewczych Mistral Air z innymi kocami niż Mistral Air, ponieważ nie zostały one zatwierdzone do takiego zastosowania. Używanie koców, których kompatybilność nie została zwalidowana z jednostką grzewczą, może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa pacjenta. Używanie koców innych niż producenta urządzenia grzewczego jest niezgodne z zaleceniami producenta tzw. „off-label” i może skutkować utratą oznakowania CE przez jednostkę grzewczą Mistral-Air, co oznacza, że szpital będzie odpowiedzialny za samodzielne uzyskanie oznakowania CE lub walidację jednostki jako urządzenia produkowanego wewnętrznie do stosowania z innymi kocami. Odp. Tak, wymaga

Pyt.142

Dotyczy pakietu nr 57 Koce grzewcze – OIT, pozycja nr 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zwiększenie ilości kocy tylko o 5 sztuk, gdyż koce grzewcze są sprzedawane w opakowaniach zbiorczych liczące 10 sztuk?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt.143

Dotyczy pakietu nr 55 Bronchofiberoskop AMBU – OIT, pozycja nr 1

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje 5 zestawów endoskopów rozumianych jako 5 szt. endoskopów z zestawem do pobierania próbek czy jednak jako 5 opakowań handlowych (1 op. = 5 szt.), co oznacza 25 szt. endoskopów z zestawem do pobierania próbek? Jeden endoskop jest do użycia dla jednego pacjenta. W związku z niejasnością, zwracamy się z prośbą o ponownego przeliczenia ilości sztuk endoskopów z zestawem do pobierania próbek, jaką należy zaferować.

Odp. Tak, Zamawiający oczekuje zestawu z pojemnikami do pobierania próbek w ilości pięciu opakowań po 5 kompletów.

Pyt.144

Pakiet 71, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści szczyppczyki biopsyjne z miseczkami o długości 3,21 mm, pojemność min. 5,73mm³? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.145

Pakiet 71, poz. 2. Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektomii jednorazowego użytku, sterylne, owalna, z możliwością cięcia z użyciem elektrokagulacji lub bez, pleciona, drut o średnicy 0,30 mm dla średnicy otwarcia 10mm i 15mm oraz 0,41mm dla średnicy otwarcia pętli 25mm i 32mm; narzędzie ze skalowaną rękojeścią; długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,4mm; pakowane pojedynczo,

w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności; opakowanie handlowe = 10 sztuk?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.146

Pakiet 71, poz. 7. Czy Zamawiający dopuści pętle z siatką do usuwania polipów; jednorazowa, owalna, obrotowa, z regulacją wysunięcia; siatka nylonowa rozpostarta na pętli o otwarciu 25mm i długości oczka 42mm lub otwarciu 35mm i długości oczka 51,5mm (do wyboru Zamawiającego), średnica narzędzia 2,4mm, długość robocza 2300mm?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.147

Pakiet 71, poz. 8. Czy Zamawiający dopuści kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku typu JUMBO, o powiększonej pojemności, w powleczeniu PE, z markerami głębokości widocznymi w obrazie endoskopowym; z funkcją rotacji; łyżeczki o rozwarciu 8,5 mm, pojemność 11,9mm³; łyżeczki owalne, gładkie; dostępne w długości 2300mm - przy średnicy narzędzia 2,8mm; pakowane pojedynczo, w zestawie 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności; opakowanie handlowe = 10 sztuk?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.148

Pakiet 71, poz. 9. Czy Zamawiający dopuści pętle z siatką do usuwania ciał obcych oraz polipów; jednorazowa, owalna, obrotowa, z regulacją wysunięcia; siatka nylonowa rozpostarta na pętli o otwarciu 25mm i długości oczka 42mm lub otwarciu 35mm i długości oczka 51,5mm (do wyboru Zamawiającego), średnica narzędzia 2,4mm, długość robocza 2300mm?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.149

Pakiet 71, poz. 9. Czy Zamawiający dopuści chwytaki 3- lub 4-ramienne do usuwania ciał obcych, jednorazowego użytku, sterylne, umożliwiające precyzyjne chwytanie małych polipów, drobnych ciał obcych, posiadające atraumatyczne zaokrąglone końcówki dla większego bezpieczeństwa; średnica narzędzia 2,4mm, długość robocza 2300 mm; narzędzie kompatybilne z kanałem roboczym 2,8mm; opakowanie handlowe = 10 sztuk?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.150

Pakiet nr 2 poz. 1:

Czy zamawiający dopuści MASKA TLENOWA DO PODAŻY TLENU O ŚREDNIM STĘŻENIU z nebulizatorem, czysta mikrobiologicznie w jednym uniwersalnym rozmiarze: dla dorosłych?

Reszta parametrów jak w SWZ

Odp. Dopuszcza

Pyt.151

Pakiet nr 2 poz. 2:

Czy zamawiający dopuści MASKA TLENOWA Z NEBULIZATOREM, czysta mikrobiologicznie, w uniwersalnym rozmiarze: pediatriczna?

Reszta parametrów jak w SWZ
Odp. Dopuszcza

Pyt.152

Pakiet nr 2 poz. 3:

Czy zamawiający dopuści MASKA TLENOWA DLA DOROSŁYCH Z DRENEM czysta mikrobiologicznie w jednym uniwersalnym rozmiarze; dla dorosłych?
Reszta parametrów jak w SWZ
Odp. Dopuszcza

Pyt.153

Pakiet nr 2 poz. 5:

Czy zamawiający dopuści Cewnik do podawania tlenu 2m czysty mikrobiologicznie?
Odp. Dopuszcza

Pyt.154

Pakiet nr 2 poz. 6:

Czy zamawiający dopuści Cewnik do podawania tlenu 2m czysty mikrobiologicznie?
Odp. Dopuszcza

Pyt.155

Pakiet nr 2 poz. 7:

Czy zamawiający dopuści dren tlenowy 2m czysty mikrobiologicznie?
Reszta parametrów jak w SWZ
Odp. Dopuszcza

Pyt.156

Pakiet nr 2 poz. 8:

Czy zamawiający dopuści MASKA TLENOWA Z WORKIEM i drenem czysta mikrobiologicznie w jednym uniwersalnym rozmiarze; dla dorosłych?
Reszta parametrów jak w SWZ
Odp. Dopuszcza

Pyt.157

Pakiet nr 54 poz. 1:

Czy nie doszło do pomyłki pisarskiej, czy zamawiającemu chodziło o nebulizator siateczkowy(membranowy)? Reszta parametrów jak w SWZ
Odp. Tak pomyłka pisarska

Pyt.158

Zadanie nr 54 poz.1:

Czy Zamawiający wymaga membrany nebulizatora wykonanej z metalu o pojemności max 6 ml?
Odp. Tak, wymaga

Pyt.159

Zadanie nr 54 poz.1

Czy Zamawiający wymaga membran nebulizatora kompatybilnych z posiadanymi przez Szpital sterownikami zasilającymi, lub Kablami zasilającymi, co jest potwierdzone w instrukcji obsługi urządzeń?

Odp. Tak, Zamawiający posiada kabel/sterownik do którego wymaga zgodnego nebulizatora.

Pyt.160

dotyczy Pakietu nr 8 poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 sztuk z przeliczeniem oferowanych ilości?

Odp. Dopuszcza

Pyt.161

Pytanie nr 2 dotyczy Pakietu nr 8 poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę o pojemności 50 ml z białym tłokiem?

Odp. Dopuszcza

Pyt.162

Pytanie nr 3 dotyczy Pakietu nr 8 poz. 9:

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z tłokiem w białym kolorze? Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Odp. Dopuszcza

Pyt.163

Pytanie nr 4 dotyczy Pakietu nr 8 poz. 11:

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę ze skalowaniem co 0,5 ml? Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Odp. Nie dopuszcza

Pyt.164

Pytanie nr 5 dotyczy Pakietu nr 8 poz. 13:

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do infuzji o poniższym opisie?

- dwukanałowy, ostry kolec komory kroplowej
- gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami/workami
- **igła dwupłaszczyznowo ścięta wykonana z ABS**
- dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wprowadzenie igły biorczej
- przeciwbakteryjny filtr powietrza tworzący
- **zamknięty system zgodnie z definicją NIOSH**
- duża komora kroplowa z PVC (55 mm w części przezroczystej)
- kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml +/- 0.1 ml
- filtr płynu o wielkości oczek 15 µm
- zaciskacz rolkowy z miejscem na dren i igłę oraz **oznaczeniem producenta**
- dodatkowe **oznaczenie producenta na skrzydełkach** dociskowych
- miękki, elastyczny dren wykonany z PVC o długości 150 cm
- **koreczek zabezpieczający złącze luer lock wyposażony w filtr hydrofobowy zatrzymujący wyciek płynu i chroniący przed zanieczyszczeniami**
- na opakowaniu jednostkowym znacznik prawidłowego procesu sterylizacji
- nie zawiera lateksu (oznaczenie na opakowaniu)
- nie zawiera ftalanów (oznaczenie na opakowaniu)
- jednorazowego użytku
- **Odp. Zgodnie z SWZ**

Pyt.165

dotyczy Pakietu nr 8 poz. 14:

Czy Zamawiający dopuści przyrząd bursztynowy do infuzji o poniższym opisie?

- igła biorcza dwukanałowa, **ścięta dwupłaszczyznowo**
- **igła wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym**
- hydrofobowy filtr powietrza o skuteczność filtracji

- odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym
 - filtr krwi o wielkości oczek 200 µm
 - kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml +/- 0.1 ml
 - całkowita długość komory kroplowej 110 mm
 - komora kroplowa z PVC, 90 mm w części przezroczystej
 - zatyczka filtra hydrofobowego w kolorze czerwonym
 - hydrofobowy filtr powietrza
 - osłonka igły biorezej
 - igła bioreza dwukanałowa
- Czy Zamawiający dopuści przyrząd do transfuzji o poniższym opisie?
- dotyczy Pakietu nr 8 poz. 15:**

Pyl.167

Odp. Zgodnie z SWZ

- sterylizowany EO
 - nie zawiera ftalanów (oznaczenie na opakowaniu)
 - nie zawiera lateksu (oznaczenie na opakowaniu)
 - zatrzymujący wyciek płynu i chroniący przed zanieczyszczeniami
 - koreczek zabezpieczający złącze luer lock wyposażony w filtr hydrofobowy
 - osłonka łącznika luer lock
 - łącznik stożkowy luer lock
 - miękki, elastyczny dren wykonany z PVC o długości 150 cm
 - nazwa producenta umieszczona na zaciskaczu
 - zaciskacz rolkowy z miejscem na igłę i uchwytem na dren
 - filtr krwi o wielkości oczek 200 µm
 - kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml +/- 0.1 ml
 - całkowita długość komory kroplowej 110 mm
 - komora kroplowa z PVC, 90 mm w części przezroczystej
 - osłonka igły biorezej
 - igła jednokanałowa bez odpowietrznika
- Czy Zamawiający dopuści przyrząd do transfuzji o poniższym opisie?
- dotyczy Pakietu nr 8 poz. 15:**

Pyl.166

Odp. Zgodnie z SWZ

- sterylizowany EO
 - nie zawiera ftalanów (oznaczenie na opakowaniu jednostkowym)
 - nie zawiera lateksu
 - łącznik stożkowy luer-lock z osłonką zabezpieczającą cały łącznik także na zewnątrz
 - dodatkowe oznaczenie producenta na komorze (skrótowa nazwa „WBS”)
 - zaciskacz rolkowy z miejscem na dren i igłę oraz oznaczeniem producenta
 - filtr płynu o wielkości oczek 15 µm
 - skuteczność filtracji bakteryjnej min. 99,9999941% i wirusowej min. 99,99964%
 - tworzy system zamknięty zgodnie z definicją NIOSH
 - dren wykonany z PVC bez ftalanów o długości 150 cm
 - komora wykonana z PVC
 - duża komora kroplowa (64 mm w części przezroczystej)
 - zatyczka filtra hydrofobowego w kolorze niebieskim
- bakteryjnej min. 99,9999941% i wirusowej min. 99,99964%,

- zaciskacz rolkowy z **miejscem na igłę i uchwytem na dren**
- nazwa producenta umieszczona na zaciskaczu**
- miękki, elastyczny dren wykonany z PVC o długości 150 cm
- stożkowe złącze luer lock z osłoną zabezpieczającą całe złącze również od zewnątrz
- nie zawiera lateksu (oznaczenie na opakowaniu)
- nie zawiera ftalanów (oznaczenie na opakowaniu)
- sterylizowany EO

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.168

dotyczy Pakietu nr 8 poz. 16

Czy Zamawiający dopuści przyrząd z komorą kroplową o długości 60 mm w części przezroczystej?
Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Odp. Dopuszcz.

Pyt.169

dotyczy Pakietu nr 8 poz. 17:

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania o poniższym opisie?

- dwukanałowy, ostry kołec komory kroplowej
- gwarantujący szczelne i pewne połączenie
- z pojemnikami/workami
- **igła dwupłaszczyznowo ścięta wykonana z ABS**
- dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wprowadzenie igły biorecznej
- przeciwbakteryjny filtr powietrza tworzący
- **zamknięty system zgodnie z definicją NIOSH**
- duża komora kroplowa z PVC (55 mm w części przezroczystej)
- kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml +/- 0.1 ml
- filtr płynu o wielkości oczek 15 µm
- zaciskacz rolkowy z miejscem na dren i igłę oraz
- oznaczeniem producenta
- dodatkowy port igłowy "Y" z kołnierzem ochronnym
- dodatkowe oznaczenie producenta na skrzydełkach dociskowych
- miękki, elastyczny dren wykonany z PVC o długości 150 cm
- na opakowaniu jednostkowym znacznik prawidłowego procesu sterylizacji
- nie zawiera lateksu (oznaczenie na opakowaniu)
- nie zawiera ftalanów (oznaczenie na opakowaniu)
- jednorazowego użytku

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.170

dotyczy Pakietu nr 8 poz. 27:

Czy Zamawiający dopuści port bezigłowy o poniższym opisie?

- materiał korpusu - **Poliwęglan**
- materiał zastawki - **Silikon**
- maksymalne wypełnienie - 0,09ml
- przestrzeń martwa - 0,001 ml
- maksymalny przepływ 360 ml/min przy ciśnieniu 1PSI

- czas użycia do 7 dni lub 200 użyć

- możliwość stosowania z zestawami infuzyjnymi, strzykawkami i innym sprzętem medycznym o kołcówkach luer, bądź luer-lock

- wytrzymałe ciśnienie 3,1 bara (45PSI)

- zgodność z MRI (Rezomans Magnetyczny)

- sterylizowany tlenkiem etylenu

- antybakteryjny

- odporny na lipidy

- nie zawiera latexu

- nie zawiera ftalanów

- opakowanie folia-papier

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.171

dotyczy Pakietu nr 69 poz. 7:

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady o podstawie dolnej 110 mm i podstawie górnej 120 mm?

Odp. Nie dopuszcza.

Pyt.172

dotyczy Pakietu nr 74 poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści zaofertowanie rozmiaru CH24 zamiast CH22?

Odp. Nie dopuszcza

Pyt.173

Pytanie nr 13 dotyczy Pakietu nr 96 poz. 6:

Czy Zamawiający dopuści kraniki zabezpieczone koreczkami z trzpieniem powyżej własnej krawędzi?

Odp. Nie dopuszcza

Pyt.174

Pytanie nr 14 dotyczy Pakietu nr 96 poz. 6:

Czy Zamawiający dopuści kraniki sterylizowane tlenkiem etylenu?

Odp. Nie dopuszcza

Pyt.175

dotyczy Pakietu nr 96 poz. 8:

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetwarzania o poniższym opisie?

- dwukanałowy, ostry kołec komory kroplowej gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami/workami
- kołec wykonany z ABS
- hydrofobowy filtr powietrza zamknięty klapką
- duża komora kroplowa z PVC (55 mm w części przezroczystej)
- kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml
- filtr płynu o wielkości oczek 15 µm
- dren wykonany z PVC o długości 150 cm lub 200cm
- przezroczysty łącznik stożkowy luer lock
- oba końce przyrządu zabezpieczone ochronnymi osłonkami
- niebieski przesuwny zacisk na drenie do zamknięcia infuzji

- regulator przepływu w kształcie cylindra
- 2 skale dla płynów o różnej gęstości:
1 zakres 5-250 ml/h - 10%,
2 zakres 5-200 ml/h - 40%
- dodatkowy port do iniekcji typu Y
- nie zawiera lateksu, niepirogenny, nietoksyczny
- nie zawiera ftalanów (oznaczenie na opakowaniu jednostkowym)
- sterylizowany tlenkiem etylenu
- jednorazowego użytku

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.176

dotyczy Pakietu nr 96 poz. 8:

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania o poniższym opisie?

- dwukanałowy, ostry kołec komory kroplowej gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami/workami
- **igła dwupłaszczyznowo ścięta wykonana z ABS**
- dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wprowadzenie igły biorczej
- przeciwbakteryjny filtr powietrza tworzący
- **zamknięty system zgodnie z definicją NIOSH**
- duża komora kroplowa z PVC (55 mm w części przezroczystej)
- kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml +/- 0.1 ml
- filtr płynu o wielkości oczek 15 µm
- zaciskacz rolkowy z miejscem na dren i igłę oraz **oznaczeniem producenta**
- dodatkowe **oznaczenie producenta na skrzydełkach dociskowych**
- dodatkowy **port bezigłowy**
- miękki, elastyczny dren wykonany z PVC
- na opakowaniu jednostkowym znacznik prawidłowego procesu sterylizacji
- nie zawiera lateksu (oznaczenie na opakowaniu)
- nie zawiera ftalanów (oznaczenie na opakowaniu)
- jednorazowego użytku

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.177

dotyczy Pakietu nr 109 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki z pojedynczym indykatorem wilgotności w postaci paska, który zmienia kolor z żółtego na niebieski pod wpływem wilgoci?

Odp. Dopuszcza

Pyt.178

dotyczy Pakietu nr 109 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści chusteczki pielęgnacyjne o poniższym opisie?

- Nawilżane chusteczki do codziennej higieny osobistej. Wykonane z bardzo miękkiego materiału, są doskonałą alternatywą dla tradycyjnego mycia z użyciem mydła i wody.
- Dzięki delikatnej i lekkiej formule nie pozostawiają na skórze lepkiego filmu
- Emolient przynosi skórze ulgę i komfort, zapewniając zachowanie równowagi wodno-lipidowej; testowane dermatologicznie; o lekkim, odświeżającym zapachu
- chusteczki mają duży rozmiar – 30 × 20 cm, dzięki czemu są bardzo wydajne

- skład: Woda, glikol propylenowy, sok z liści aloesu, barbadensis, gliceryna, koko-glikozyd, oktylododekanol, mleczan sodu, kwas mlekowy, wodorotlenek sodu, perfumy, fenoksyetanol, kwas benzoesowy, kwas dehydrocystowy

- pH 5,5
- opakovanie a 80 sztuk
- Produkt ten spełnia wymogi rozporządzenia (WE) nr 853/2004. 1223/2009 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie produktów kosmetycznych. Zgodnie z postanowieniami Artykułu 18 produkt nie był testowany na zwierzętach. Zakład produkcyjny spełnia wymagania ISO 22716:2007 w zakresie dokumentacji produktowej oraz dobrych praktyk produkcji. Działanie produktu sprawdzono w testach skórnym wykonywanych pod kontrolą dermatologiczną.

Odp. zgodnie z SWZ.

Pyt.179

Dotyczy: pakiet 81, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego węzyk pacjenta z zaworem o wytrzymałości do 21 barów/305 PSI do zestawu wielogodzinnego z poz. 2 średnica wew. 2 mm, długość 1500 mm, objętość napełnienia 4,7 ml?

Odp. Tak

Pyt.180

dot. Pakiet 59:

Czy Zamawiający wyraża pozycję „Jednorazowe obwody oddechowe do respiratora FLIGHT 60” z pakietu 59 i dopuści jej wydzielenie do osobnego pakietu?
Wskazujemy, że pozycja ta została ujęta łącznie z obwodami do respiratora VITAE 40, które pochodzą od innego producenta. Są to wyroby różnych wytwórców, a ich jednoczesne pozyskanie stanowi problem, co nie uzasadnia łączenia ich w jednym pakiecie.
Odp. Zamawiający nie wyraża w/w pozycji.

Pyt.181

Czy Zamawiający w pakiecie 92 w pozycji 1 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Szalery do zamykania skóry z 35 klamkami - z przezroczystym wskaźnikiem, jednorazowe, sterylne. Ilość sztuk w opakowaniu 6. Zszywka pokryta teflonem: grubość 0,6 mm, szerokość 6,5 mm, wysokość 4,7 mm?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.182

Czy Zamawiający w pakiecie 92 w pozycji 2 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Przyrząd do usuwania zszywek jednorazowego użytku. Ilość sztuk w opakowaniu 12?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.183

Dotyczy Pakietu nr 20, 58 Dotyczy Pakietu nr 20 - Czy w związku z przeznaczeniem i charakterem oferowanych produktów, które są produkowane pod zamówienie i wymagają sprówdzenia z za

granicy oraz sukcesywny charakter dostaw, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy w Pakiecie nr 20 do 21 dni roboczych od złożenia zamówienia?

Odp. Tak

Pyt.184

Dotyczy Pakietu nr 58 - Czy w związku z przeznaczeniem i charakterem oferowanych produktów, które są produkowane pod zamówienie i wymagają sprowadzenia zza granicy oraz sukcesywny charakter dostaw, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy w Pakiecie nr 58 do 14 dni roboczych od złożenia zamówienia?

Odp. Tak

Pyt.185

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niektórych elementów przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 20, tj.: uszczelki kanału instrumentowego, membrany do kopułki ciśnieniowej które nie podlegają Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 ani ustawie o wyrobach medycznych, a zatem obowiązkowi wystawienia deklaracji zgodności oraz obowiązkowi oznakowania znakiem CE, dla których stawka VAT wynosi 23% (tzw. wyrób niemedyczny)?

Odp. Tak

Pyt.186

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu posiadania terminu ważności w przypadku oferowania wyrobów wielorazowych, niesterylnych, nie posiadających terminu ważności.

Odp. Tak

Pyt.187

Dotyczy Pakietu nr 20 - Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że posiadane przez Zamawiającego w pozycji 5, 6, 7, 8 załącznika nr 20 płaszcze są firmy Karl Storz.

Odp. Tak

Pyt. 188

Dotyczy Pakietu nr 20 - Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że opisane przez Zamawiającego w pozycji 9, 10 załącznika nr 20 przewody mają być kompatybilne z elementem pracującym monopolarnym, bipolarnym resektoskopu firmy Karl Storz serii 27050.

Odp. Tak

Pyt.189

Zadanie 2 Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści maski tlenowe z nebulizatorem dla dzieci dostępne tylko w rozmiarze S i M?

Odp. Dopuszcza

Pyt.190

Zadanie 2 Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści maski tlenowe dla dorosłych dostępne w rozmiarach L i XL?

Odp. Dopuszcza

Pyt.191

Zadanie 7

Czy Zamawiający dopuści oznaczenie rozmiaru poprzez nadruk identyfikujący na opakowaniu jednostkowym?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.192

Zadanie 8, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 20ml, pakowane a 100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Dopuszcza

Pyt.193

Zadanie 8 Pozycja 5-7

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a 25 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Dopuszcza

Pyt.194

Zadanie 8 Pozycja 5-6

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a 60 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Dopuszcza

Pyt.195

Pakiet 8 Pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 3-częściową luer-lock bez rozszerzenia skali nominalnej?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.196

Pakiet 8 Pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 3-częściową luer-lock 3ml?

Odp. Dopuszcza

Pyt.197

Zadanie 8 Pozycja 8, 10, 11

Czy Zamawiający ma na myśli op=100szt?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.198

Zadanie 8 Pozycja 12

Czy Zamawiający ma na myśli op=50szt?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.199

Zadanie 8 Pozycja 13, 14

Czy Zamawiający dopuści przyrząd bez portu bezigłowego?

Odp. Nie dopuszcza

Pyt.200

Zadanie 8, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści aparat do szybkiego przygotowania kroplówki i bezpiecznej infuzji z możliwością utrzymania przez 24 godziny w czasie prowadzenia nieprzerwanej infuzji. Dwukanałowy, osty kolektor komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią. Komora kroplowa o wielkości 6 cm (5,5 cm w części przezroczystej) zaopatrzona w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkucie w

pojemniki z płynami z filtrem przeciwbakteryjnym zamykanym klapką. Hydrofilowy filtr cząsteczkowy o wielkości oczek 8 μm , automatycznie zatrzymujący przepływ po opróżnieniu komory. Zabezpiecza przed przedostawaniem się powietrza do drenu zapobiegając zatorowi powietrznemu. Miękki i elastyczny dren o długości min. 150cm z dodatkowym igłowym portem do podawania leków. Uniwersalne zakończenie Luer-Lock zabezpieczone koreczkiem Air Pass z filtrem hydrofobowym, który umożliwia wypełnienie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia oraz zabezpiecza przed wyciekaniem płynu. Sterylny, bez zawartości lateksu i ftalanów, opakowanie typu papier/folia?

Odp. Nie dopuszcza

Pyt.201

Zadanie 8, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści bezpieczny aparat do przetaczania płynów z igłowym portem do podania leków?

Odp. Nie dopuszcza

Pyt.202

Zadanie 8, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści bezpieczny aparat do przetaczania płynów z odpowietrznikiem z filtrem przeciwbakteryjnym 0,5 μm z zamykaną niebieską klapką, o wysokiej skuteczności filtracji bakteryjnej?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.203

Zadanie 8 Pozycja 26

Czy Zamawiający dopuści igły iniekcyjne wyłącznie w rozmiarze 1,1x40mm?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.204

Zadanie 8 Pozycja 27

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby porty bezigłowe kodowane były kolorystycznie.

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.205

Zadanie 8 Pozycja 30

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy do pozycji 30 należy dostarczyć próbki.

Odp. Zgodnie z zapisem umieszczonym pod pakietem.

Pyt.206

Pakiet 13 Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice nitylowe z grubością pojedynczej ścianki na palcu 0,10mm+/- 0,01?

Odp. Dopuszcza

Pyt.207

Pakiet 13 Pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: Rękawice nitylowe, bezpudrowe, o podwyższonej grubości, niesterylne, chlorowane i polimeryzowane od wewnątrz, polimeryzowane od zewnątrz, kolor niebieski, mikrotekstura na całej rękawicy z dodatkową teksturą na końcach palców, Długość rękawicy min. 300mm. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,16mm +/-

- 0,01 mm, na dłoni 0,12 +/- 0,01 mm, AQL 1.0. Siła zrywu min 13 N wg EN 455 - potwierdzone badaniami producenta. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane na min. 12 cytotatki wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Odporne na min. 8 substancji chemicznych (poza lekami cytotatycznymi) na poziomie 6. Rękawice zarejestrowane jako wyrob medyczny klasy I Reguły 5 i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniami metodą HPLC z jednostki niezależnej. Pakowane mechanicznie warstwami, w sposób uporządkowany w opakowaniu. Pakowane po 100 szt. Dla wszystkich rozmiarów. Rozmiary S-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu?
- Odp. Dopuszcza**
- Pyt.208**
- Pakiet 35, pozycja 1, 2, 3, 6 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą Mayo wykonaną z folii PE o gramaturze 50 g/m² wzmocnioną chłoną włókniną polipropylenową o wymiarach 60 cm x 145 cm i gramaturze 37 g/m². Łączna gramatura w strzale wzmocnionej 87 g/m²?
- Odp. Tak**
- Pyt.209**
- Pakiet 35, pozycja 1, 2, 4 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą na stolik instrumentariuszki wykonaną z warstwy nieprzemakalnej folii PE o gramaturze 40 g/m², wzmocnioną hydrofiliową włókniną polipropylenową o wymiarach 65 cm x 190 cm i gramaturze 37 g/m². Łączna gramatura w strzale chłonnej - 77 g/m²?
- Odp. Tak**
- Pyt.210**
- Pakiet 35, pozycja 2, 32 - Czy Zamawiający dopuści próbki niesterylne?
- Odp. Tak**
- Pyt.211**
- Pakiet 35, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści wzmocnienie o gram. 86g/m²?
- Odp. Tak**
- Pyt.212**
- Pakiet 35, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo o wym. 80x145cm?
- Odp. Tak**
- Pyt.213**
- Pakiet 35, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo wykonaną z folii PE o gram. 50g/m², wzmocnienie: włóknina PF o gram. 37g/m², wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 108/95 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro 45/30 N, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, współczynnik pylenia 1,2 log10, chłoność 350%?
- Odp. Tak**
- Pyt.214**
- Pakiet 35, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z dodatkowo dołączonymi 5 kompresami?

Odp. Tak

Pyt.215

Pakiet 35, pozycja 2 – Czy zamawiający dopuści sterylizację tlenkiem etylenu? Proces sterylizacji tlenkiem etylenu jest równie bezpieczny jak sterylizacja parą wodną, ponieważ każdy rodzaj sterylizacji musi być zwalidowany, nadzorowany, kontrolowany zgodnie z mającymi zastosowanie obowiązującymi normami dla danego rodzaju procesu sterylizacji.

Odp. Tak

Pyt.216

Pakiet 35, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści serwetę o wym. 260/200x310cm do cesarskiego cięcia z otworem o wym. 30x30cm wypełnionym folią chirurgiczną i wycięciem w kształcie gruszki 16x18cm, serwet zintegrowana z torbą do zbiórki płynów 80x80cm oraz dwoma organizatorami przewodów typu rzep, serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gram. 546g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o wym. 60x40cm i gram. 86g/m², reszta zgodnie z SWZ?

Odp. Tak

Pyt.217

Pakiet 35, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści kocyk dziecięcy 80x100cm?

Odp. Nie

Pyt.218

Pakiet 35, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści kocyk dziecięcy 75x160cm?

Odp. Tak

Pyt.219

Pakiet 35, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści aspirację CH21 dł. 26cm?

Odp. Tak

Pyt.220

Pakiet 35, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści opatrunek elastyczny z wkładem chłonnym o zaokrąglonych brzegach, powleczony siateczką z polietylenu, opatrunek zawierający klej akrylowy, mikropory w strukturze włókniny zapewniają odpowiednią paroprzepuszczalność, opatrunek o wym. 10x25cm?

Odp. Tak

Pyt.221

Pakiet 35, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści dren łączący do ssaka PVC CH24 dł. 300cm?

Odp. Tak

Pyt.222

Pakiet 35, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści ręcznik 30x30cm?

Odp. Tak

Pyt.223

Pakiet 35, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści taśmę lepłą 10x50cm?

Odp. Tak

- Pyt.224**
Pakiet 35, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści ostrze chirurgiczne nr 20 z trzonkiem i osłonką?
Odp. Tak
- Pyt.225**
Pakiet 35, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści tupfer 17-nitkowy z nitką RTG?
Odp. Tak
- Pyt.226**
Pakiet 35, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści kompres laparotomijny 45x70cm z nitką RTG i taśmą gazą 17-nitkowa 4W?
Odp. Tak
- Pyt.227**
Pakiet 35, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści osłonę na stolik Mayo o wym. 80x145cm, obszar chłonny 60x145cm?
Odp. Tak
- Pyt.228**
Pakiet 35, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści osłonę na stolik Mayo 80x145cm, obszar chłonny 90x75cm?
Odp. Tak
- Pyt.229**
Pakiet 35, pozycja 3 – Prosimy o doprecyzowanie koloru oznaczenia zestawu.
Odp. Kolor czerwony zgodnie z SWZ.
- Pyt.230**
Pakiet 35, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści oznaczenie słowne „CESARSKIE CIĘCIE” umieszczzone tylko na głównej etykiecie, która znajduje się wewnątrz zestawu?
Odp. Tak
- Pyt.231**
Pakiet 35, pozycja 6 – Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo o wymiarach 80x145cm?
Odp. Tak
- Pyt.232**
Pakiet 35, pozycja 7 – Czy Zamawiający dopuści pokrowiec o wymiarach 14x250cm?
Odp. Tak
- Pyt.233**
Pakiet 35, pozycja 8 – Czy Zamawiający dopuści taśmę typu rzep o wymiarach 2x22cm?
Odp. Tak
- Pyt.234**
Pakiet 35, pozycja 12 – Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę wykonaną z włókniiny typu SMS o gramaturze 50g/m2?
Odp. Tak

Pyt.235

Pakiet 35, pozycja 12 – Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończyne o odporności na przenikanie cieczy 41,7 cm H₂O?

Odp. Tak

Pyt. 236

Pakiet 35, pozycja 14 – Czy Zamawiający dopuści podkład z chłonnością 1655g?

Odp. Tak

Pyt.237

Pakiet 35, pozycja 14 – Czy Zamawiający dopuści podkład w opakowaniu a'25szt.?

Odp. Tak

Pyt.238

Pakiet 35, pozycja 18 – Czy Zamawiający dopuści serwetę dla noworodka o gramaturze 40g/m²?

Odp. Tak

Pyt.239

Pakiet 35, pozycja 25

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do odsysania płynów z podłogi z drenem o długości 340cm?

Odp. Tak

Pyt.240

Pakiet 38, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści papier do KTG w rozmiarze 150x100x150?

Odp. Nie, zgodnie z SWZ

Pyt.241

Pakiet 38, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 106x25?

Odp. Nie dopuszcza

Pyt.242

Pakiet 39 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści dren redona posiadający czytnik głębokości w odległości 5cm od zakończenia perforacji umożliwiający dokładną identyfikację położenia drenu?

Odp. Tak

Pyt.243

Pakiet 39 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści dren redona z trzystopniowym (co 1cm) czytnikiem głębokości w odległości 5cm od zakończenia perforacji umożliwiająca dokładną identyfikację położenia drenu?

Odp. Tak

Pyt.244

Pakiet 39 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny dostępny w rozmiarach Ch 20 – 36?

Odp. Tak

Pyt.245 Pakiet 39 poz. 7
Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania pola operacyjnego z drenem CH 24 5,6/8,0mm o długości 210cm zakończonym drenu typu lejek-lejek lub cut-to-fit, z konicówką Yankauere w rozmiarze CH 21?

Odp. Tak

Pyt.246

Pakiet 39 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści zestaw:

Skład:

1. Pompka:

-Połączona z workiem biorczym
-możliwość wytworzenia podciśnienia
-początkowego do 180mbar
-kompatybilna z drenami CH15- CH21
-zastawka antyzwrotna przy połączeniu
z workiem oraz przy łączniku do drenu
-wyposazona w element do podwieszenia

2. Worek zbiorczy:

-pojemność 500ml
-skalowany co 50ml
-miejsce do opisanie
-tylna ściana biała w celu łatwiejszej
wizualizacji treści
-zawór spustowy typu T
-wzmocnione otwory do podwieszenia

- Sterylny - sterylizowany tlenkiem etylenu
- Nie zawiera lateksu
- Pakowany podwójnie:
- opakowanie zewnętrzne: papier/folia
- opakowanie wewnętrzne: folia

Odp. Dopuszcza

Pyt.247

Pakiet 39 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści cewnik do drenażu klatki piersiowej z trokarem Ch 8-18 z trokarem ze stali nierdzewnej oraz CH20-40 z trokarem aluminiowym?

Odp. Dopuszcza

Pyt.248

Pakiet 70 Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści igłę typu Pencil-Point 22Gx90mm bez prowadnicy, w miejsce igły 20Gx90mm?

Odp. Dopuszcza

Pyt.249

Pakiet 70 Pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści igły Quinke 18-24G bez prowadnicy?

Odp. Dopuszcza

Pyt.250

Pakiet 70 Pozycja 2, 4

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby igła posiadała wmontowany pryzmat zmieniający barwę ze srebrnej na przezroczystą.

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.251

Pakiet 70 Pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści igłę Touhy dostępną tylko w rozmiarze 18G x 90mm?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.252

Zadanie 73 Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do nakłucia płucnej z 3 igłami 14, 16, 19G?

Odp. Dopuszcza

Pyt.253

Pakiet 74 Pozycja 1-5

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania posiadające numeryczne i kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na opakowaniu, oraz wyłącznie kolorystyczne na cewniku?

Odp. Dopuszcza

Pyt.254

Pakiet 74 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania w rozmiarze 6/40, spełniający pozostałe wymagania SWZ?

Odp. Dopuszcza

Pyt.255

Pakiet 74 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania w rozmiarze 10/40, spełniający pozostałe wymagania SWZ?

Odp. Dopuszcza

Pyt.256

Pakiet 75 poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym o wymiarach 71x116cm, obwód całkowity 142cm?

Odp. Dopuszcza

Pyt.257

Pakiet 75 poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze minimum 20g/m²?

Odp. Nie dopuszcza

Pyt.258

Pakiet 75 poz. 5

Czy w przypadku zaferowania op=90szt należy przeliczyć ilość?
Odp. Tak zaokrąglając w górę.

Pyt.259

Pakiet 75 poz. 7

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy przedmiotem zamówienia jest kombinizon ochrony osobistej czy koc termiczny?

Odp. Zamawiający nie ma na myśli kombinizonu.

Pyt.260

Pakiet 75 poz. 7 – Czy Zamawiający dopuści kombinizon SAFE+, chroniący przed czynnikami chemicznymi i infekcyjnymi typ 4b-5b-6b, wykonany z laminatu (włókny polipropylenowej oraz polietylen) o gramaturze 63 g/m², szwy poliestrowe dodatkowo zakryte taśmą, wyposażony w trójpanelowy kaptur z elastycznym wykończeniem wyposażony w gumkę z tyłu w pasie, nadgarstkach oraz kostkach suwak zakryty samoprzylepną paką. Rozmiar S-XXXL?

Odp. Dopuszcza.

Pyt.261

Pakiet 75 poz. 8 – Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne wykonane z włókny typu SMS o gramaturze 35g/m²?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.262

Pakiet 75 poz. 8 – Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne wykonane z włókny bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m²?

Odp. Dopuszcza

Pyt.263


Pakiet 75 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści pojemnik sterylny wyłącznie w środku, w opakowaniu foliowym?
Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.264

Pakiet 75 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacz o konstrukcji jak poniżej:



Odp. Pakiet 75 nakłuwacze jest na pozycji 12.

Pyt.265

Pakiet 75 poz. 13

Czy w przypadku zaoferowania op=100szt należy wycenić 250op?

Odp. Dopuszcza

Pyt.266

Pakiet 75 poz. 15 – Czy Zamawiający dopuści ochraniacze wykonane z laminatu (włókniny polipropylenowej oraz polietylenu) o gramaturze 63 g/m², szwy zakryte taśmą, wykończone gumką oraz dodatkowo wiązane, z warstwą antypoślizgową, środek ochrony indywidualnej kategorii I zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/425, jednorazowego użytku?

Odp. Dopuszcza

Pyt.267

Pakiet 75 poz. 22 – Czy Zamawiający dopuści półmaskę FFP2 składaną z płaską konstrukcją umożliwiającą łatwą obsługę, wyposażoną w zintegrowaną kształtkę na nos, wysokiej jakości materiał filtracyjny spełnia wymagania poziomu ochrony FFP2 NR zgodnie z EN 149:2001+A1:2009, w kategorii III Środków Ochrony indywidualnej zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425, wyrób medyczny klasy I zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745, z graficzną instrukcją zakładania nadrukowana na opakowaniu jednostkowym, w kolorze białym, przeznaczona jest do użytku podczas jednej zmiany roboczej (max 8 godzin), jednorazowego użytku?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.268

Pakiet 75 poz.23

Czy Zamawiający dopuści prowadnice o następujących parametrach:

6F – o średnicy 2,0x310mm

10F – o średnicy 3,3x390mm

14F – o średnicy 4,7x390mm?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.269

Pakiet 75 poz. 25

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że należy wycenić 300 rolek a'25szt?

Odp. Tak

Pyt.270

Pakiet 75 poz. 33

W pozycji 31 nie ma worka do zbiórki moczu.

Odp. W poz.33 jest wieszak na worki do zbiórki moczu a w poz.31 jest szpatułka niesterylna j.u. laryngologiczna drewniana. Intencja Zamawiającego jest powieszenie worka poj.2000ml.

Pyt.271

Pakiet 75 poz. 35

Czy Zamawiający dopuści worek skalowany co 50ml do 1750ml, ze skalą linearną co 100ml, cyfrowo co 200ml?

Odp. Dopuszcza

Pyt.272
Pakiet 75 poz. 35
Czy Zamawiający dopuści worek na wymiocy z szerokością wlotem o średnicy około 12,4cm?
Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.273
Pakiet 75 poz. 40, 41
Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=250szt z przełiczeniem zamawianej ilości?
Odp. Dopuszcza


Pyt.274
Pakiet 75 poz. 56
Czy Zamawiający dopuści zestaw do wysokociśnieniowego drenażu ran o pojemności 1000ml, skalowany co 50ml cyfrowo i co 25ml liniowo?
Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.275
Pakiet 75 poz. 56
Czy Zamawiający dopuści zestaw do wysokociśnieniowego drenażu ran z drenażem o długości 120cm?
Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.276
Pakiet 75 poz. 47
Czy Zamawiający oczekuje zestawów w dwóch rozmiarach czy tylko w rozmiarze L jak w opisie?
Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.277
Pakiet 83 poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści próbki niesterylne?
Odp. Dopuszcza

Pyt.278
Pakiet 83 poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie w opakowaniu twardej blister jednokomorowy:
• 1 szt. Serweta chirurgiczna 2-warstwowa PP+PE 50cm x 60cm
• 1 szt. Serweta chirurgiczna 2-warstwowa PP+PE 50cm x 60cm, z centralnym otworem o średnicy 5 cm i przecięciem
• 2 szt. Rękawice diagn. nitylowe bezpudrowe rozm. M w opakowaniu papierowym
• 6 szt. Tupfer gazowy bez nitki RTG 20 cm x 20 cm, 17-nitkowy
• 8 szt. Kompres z gazy 7,5cm x 7,5cm, 17-nitkowy, 8-warstwowy
• 1 szt. Pęseta plastikowa dł. 12,5cm; poliipropylen; kolor zielony
• 1 szt. Chwytaak plastikowy Pean dł. 14cm; poliipropylen; kolor niebieski
• 1 szt. Pojemnik okrągły poj. 120ml; poliipropylen; kolor transparentny



Odp. Dopuszcza

Pyt.279

Pakiet 83 poz.1 – Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 50x50cm?

Odp. Dopuszcza

Pyt.280

Pakiet 83 poz.1 – Czy Zamawiający dopuści otwór o śr. 7cm?

Odp. Dopuszcza

Pyt.281

Pakiet 83 poz.1 – Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne lateksowe zapakowane w torebce papierowej?

Odp. Dopuszcza

Pyt.282

Pakiet 83 poz.1 – Czy Zamawiający dopuści pojemnik okrągły o poj. 120ml? Czy Zamawiający dopuści pojemnik PP 3-komorowy?

Odp. Dopuszcza

Pyt.283

Pakiet 83 poz.1 – Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w rękaw papierowo-foliowy?

Odp. Dopuszcza

Pyt.284

Pakiet 92 poz.1 – Czy Zamawiający dopuści zszywki o wymiarze 5,9x3,9mm i średnicy 0,5mm?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.285

Pakiet 92 poz.1 – Czy Zamawiający dopuści zszywki o wymiarze 7,2x4,9mm i średnicy 0,6mm?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.286

Pakiet 92 poz.1 – Czy Zamawiający dopuści stapler posiadający podziałkę 20, 10 zszywek?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.287

Pakiet 92 poz.1 – Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'5 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.288

Pakiet 92 poz.1 – Czy Zamawiający dopuści zszywki bez pokrycia teflonem?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.289

Pakiet 92 poz.2 – Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'20 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.290

Zadanie 95, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luznego stoła wyposażony w silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; niskociśnieniowy balonik retencyjny; port do napełniania balonika retencyjnego, oraz port do lrygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z kłanrą zamyskającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu. Czas utrzymania do 29 dni. W zestawie 3 worki do zbiórki stoła, o pojemności 1500 ml z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, z filtrem węglowym zawierające wewnątrz saszetkę z adsorbentem cieczy?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.291

Pakiet 95, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stoła o pojemności 1500 ml skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, przednia część przefiltrowana, tylna biała, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym (do wyboru z filtrem lub bez) pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka, w opakowaniu po 2 sztuki z filtrem węglowym i adsorbentem cieczy?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.292

Pakiet 96, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści koreczki z trzpieniem powyżej własnej krawędzi?

Odp. Nie dopuszcza

Pyt.293

Pakiet 96, pozycja 6-7

Czy Zamawiający dopuści kraniki trójdrożne zabezpieczone koreczkami z trzpieniem powyżej własnej krawędzi?

Odp. Nie dopuszcza

Pyt.294

Pakiet 96, pozycja 6-7

Czy Zamawiający dopuści kraniki trójdrożne dostępne tylko z pokrętkami w kolorze niebieskim?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.295

Pakiet 96, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetwarzania płynów infuzyjnych z precyzyjnym regulatorem, z komorą kropłową z PCV o długości 60mm, z drenem o długości 180cm z dodatkowym igłowym portem do podawania leków, pozostaje parametry zgodne z SWZ?

Odp. Nie dopuszcza

Pyt.296

Dotyczy pakietu nr 21

Czy Zamawiający zgodzi się oznaczniiki chirurgiczne pakowane pojedynczo w torebki typu tyvek-folia?

Odp. Tak

Pyt.297

Dotyczy pakietu nr 83

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zestawu bez miski nerkowatej, lecz zamiast tego pakowanego w twardy blister?

Odp. Dopuszcza

Pyt.298

Czy Zamawiający zgodzi się, aby rękawiczki nie znajdowały się w opakowaniu papierowym?

Odp. Dopuszcza

Pyt.299

Dotyczy pakietu nr 93

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie narzędzi pakowanych w opakowanie zbiorcze 25 sztuk, następnie pojedynczo w torebki papierowo-foliowe? Opakowanie zbiorcze jest najmniejszym opakowaniem dystrybucyjnym.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt.300

Dotyczy pakietu nr 93, poz. 1

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie nożyczek 14cm (+/- 0,3cm)?

Odp. Tak

Pyt.301

Dotyczy pakietu nr 93, poz. 3

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie kleszczy prostych 16cm (+/- 0,3cm)?

Odp. Tak

Pyt.302

Dotyczy pakietu nr 93, poz. 6

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie kleszczyków 14cm (+/- 0,3cm)?

Odp. Tak

Pyt.303

Dotyczy pakietu nr 109, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek z jednym indykatoem wilgotności: Klejowy indykator wilgoci – dwa żółte paski zmieniające barwę na zielono-niebieską pod wpływem cieczy?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.304

Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz, co zmniejsza możliwość wycieków? Osłonki boczne skierowane na zewnątrz

nie powodują niebezpiecznych zagięć, które niosą za sobą ryzyko wystąpienia dodatkowych miejsc ucisku

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.305

Czy Zamawiający wymaga, aby przylepcorzępy były elastyczne, mając na myśli przylepcorzępy posiadające zdolność do rozciągania się min. o 1 cm wzdłuż przylepcorzępu pod wpływem siły działającej w obrębie pasa oraz posiadające zdolność powrotu do pierwotnej długości, gdy siła przestaje działać?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.306

Dotyczy pakietu nr 109, poz. 2

Czy zamawiający dopuści chusteczki pielęgnacyjne w opakowaniu liczącym 52 sztuki, z odpowiednim przełiczeniem ilości? Pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odp. Dopuszcza

Pyt. 307

Pakiet 13 poz 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Niesterylne, jednorazowe rękawice diagnostyczno-ochronne, nitrylowe bezpudrowe, kolor niebieski, AQL 1,0. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń, mankiet rolowany. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Cienkie, grubość na palcu 0,10 +/- 0,02mm, na dłoni 0,07 +/- 0,02mm, na mankiecie 0,06 +/- 0,02 mm, długość min. 240 mm. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana na konicach palców. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III, Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na penetrację wirusów, bakterii i grzybów zgodnie z EN 374-5 oraz ASTM F1671. Przebądane na przenikalność substancji chemicznych wg. EN 16523-1 oraz penetrację cytotatyków wg. ASTM D 6978. Instrukcja zakładania i zdejmowania rękawic umieszczona bezpośrednio na opakowaniu. Producent stosuje systemy zarządzania jakością zgodnie z ISO 13485, potwierdzone informacją na opakowaniu. Zgodne z REG. 1935/2004 w sprawie kontaktu z żywnością, z odpowiednim oznakowaniem na opakowaniu. Temperatura przechowywania 5-38 stopni. Fabrycznie nanieśiona na opakowaniu informacja o akceleratorach użytych w procesie produkcji oraz piktoqram dotyczący ryzyka alergii typu IV. Rozmiar XS-XXL, oznaczone kolorystycznie na ściankach dyspensera, pakowane po 100 sztuk.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.308

Pakiet 13 poz 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Niesterylne, jednorazowe rękawice diagnostyczno-ochronne, bezpudrowe, lateksowe. Powierzchnia wewnętrzna układająca zakładanie. AQL 1,0. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń, mankiet rolowany. Grubość na palcach 0,12 +/- 0,02 mm, grubość na dłoni 0,10 +/- 0,02 mm, na mankiecie 0,07 mm. Delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na konicach palców. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony indywidualnej w kategorii III, Typ B wg EN ISO 374-1. Wszystkie substancje użyte do oznakowania typu na opakowaniu na poziomie ochrony min. 4 w tym 30% wodorotlenek wodoru oraz 37% formaldehyd na poziomie 6. Odporne na penetrację wirusów, bakterii i grzybów zgodnie z EN 374-5 oraz ASTM F1671. Dyspenser oraz otwór dozujący zabezpieczone dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją. Rozmiar XS-XL, oznaczone kolorystycznie minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, pakowane po 100 sztuk.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.309

Pakiet 14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Rękawice diagnostyczno-ochronne, nitrylowe bezpydrowe z monoskładnikową warstwą ochronno-nawilżającą z koloidalnego wyciąg z owsa. Składniki warstwy bezpieczne dla osób z atopowym zapaleniem skóry (AZS) oraz wymienione na liście produktów farmaceutycznych do ochrony skóry USP (potwierdzone informacją na opakowaniu). Kolor niebiesko-szary, AQL 1,0. Wykonane z miękkiego i elastycznego materiału zapewniającego wysoką wytrzymałość i bardzo dobre czucie. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń, mankiety rolowane. Cienkie, grubość na palcu 0,09 +/- 0,02mm, na dłoni 0,07 +/- 0,02mm, długość min. 240 mm. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców. Pakowane w pełni automatycznie z wykorzystaniem cyfrowego systemu kontroli jakości „DQS”, polegającego na automatycznym skanowaniu każdej rękawicy na linii produkcyjnej i odrzucaniu wyrobów z wykrytym defektem. Rękawice ułożone są płasko, naprzemiennie, jedna na drugiej w przeciwnym kierunku (palec–mankiet), co zapewnia pobieranie pojedynczych rękawic; potwierdzone informacją na opakowaniu i/lub oświadczeniem producenta. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony indywidualnej w kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na penetrację wirusów, bakterii i grzybów zgodnie EN 374-5 oraz ASTM F1671. Przebadane na przenikalność substancji chemicznych wg. EN 16523-1 oraz penetrację cytostatyków wg. ASTM D 6978. Graficzna instrukcja zakładania i zdejmowania rękawic oraz pogładowa grafika ułatwiająca dobór rozmiaru fabrycznie nadrukowana na opakowaniu. Producent stosuje systemy zarządzania zgodnie z ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 potwierdzone na opakowaniu i/lub certyfikatami jednostki notyfikowanej. Kod UDI w formie cyfrowej DATA MATRIX do odczytu elektronicznego. Temperatura przechowywania 5-40 stopni. Fabrycznie naniesiona na opakowaniu informacja o akceleratorach użytych w procesie produkcji oraz piktogram dotyczący ryzyka alergii typu IV. Otwór dozujący zabezpieczony dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją. Rozmiary XS-XL, pakowane po 200 sztuk.

Odp. Zgodnie z SWZ**Pyt.310**

Pakiet 15 poz 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczanie rękawic w kolorze niebieskim, pozostałe zgodnie z SWZ.

Odp. Zgodnie z SWZ**Pyt.311****Pytania do pakietu 78 Cewniki dializacyjne – OIT**

do pozycji 1 Czy Zamawiający, w trosce o poszerzenie konkurencyjności i uzyskanie najkorzystniejszej oferty, rozważy możliwość wykreślenia pozycji 1 z pakietu 78 lub umożliwi składanie ofert na wybrane pozycje w pakiecie 78?

Odp. Zgodnie z SWZ**Pyt.312**

Pytanie 2 do pozycji 2 Czy Zamawiający dopuści cewnik 15,5Fr wykonany w technologii Endexo–materiał odporny na odkładanie się skrzepin, kształt wlotu zakrzywiona końcówka (curved tip) wyłącznie z ramionami prostymi, długości od mufki/ długość całkowita 19/24cm, 23/28cm, 27/32cm, 31/36cm, 35/40cm. Zestaw: Igła wprowadzająca 18 Ga x 7 cm, Prowadnica J, Skalpel nr 11, Rozszerzacz żył: 12 Fr i 14 Fr, Prowadnik rozdzielalny 16 Fr z automatyczną zastawką hemostatyczną minimalizującą ryzyko zatoru powietrznego i krwawienia przy wprowadzaniu cewnika, Bagnet do tunelizacji, Opatrunek samoprzylepny, Nasadki iniekcyjne



Odp. Zgodnie z SWZ

Pyl.313

Pakiet 09 - Elektrody EKG

Poz. 9

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane elektrody do defibrylacji dla dzieci i dorosłych, powinny posiadać powierzchnię styku pojedynczej elektrody min. 51cm² dla dzieci/ i min. 102 cm² dla dorosłych/ - przy spełnieniu wszelkich pozostałych parametrów SWZ.

Odp. Zamawiający potwierdza

Pyl.314

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na elektrody do defibrylacji dla dzieci i dorosłych, z kablem o długości min. 60cm, spełniające wszelkie pozostałe parametry SWZ.

Odp. Dopuszcza

Pyl.315

Pakiet 26 - Cewniki Foley, Couvalaire, Nelaton, Tiemann, Dufour i inne

Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne cewniki Foley'a z balonem o pojemności 5-15ml - tak jak obecnie stosowane - sterylizowane tlenkiem etylenu, pakowane w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia/papier - spełniające wszelkie pozostałe wymagania SWZ.

Odp. Dopuszcza

Pyl.316

Prosimy o potwierdzenie, iż w związku z okresem klinicznego użytkowania cewników Foley'a, oraz wypakowaniem ich z opakowań jednostkowych przed użyciem klinicznym, powinny one - tak jak obecnie stosowane - posiadać dwie etykiety samoprzylepne do dokumentacji (analogicznie do cewników z poz. 1) lub powinny być oznaczone na opakowaniu jednostkowym i samym cewniku min. numerem serii, co pozwala na ich identyfikację w każdym okresie ich użytkowania.

Odp. Dopuszcza

Pyl.317

Poz. 19

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne zestawy do nefrostomii w rozmiarach odpowiednio: 9F, 12F i 14F z - tak jak obecnie stosowane - z kompatybilnym rozszerzaczem z koszyką rozrywalną w rozmiarze odpowiednio: 10F, 13F, 15F oraz z kompatybilnymi rozszerzaczami odpowiednio: 7F i 10F (dla rozmiaru 9F) oraz 10F i 13F (dla rozmiaru 14F) - spełniające wszelkie pozostałe wymagania SWZ.

Odp. Dopuszcza

Pyl.318

Poz. 20

Prosimy o potwierdzenie, iż przedmiotem zamówienia są zestawy do przezskórnej punkcji pęcherza moczowego - tak jak obecnie stosowane - o długości kanułu punkcyjnej 12cm i średnicy 3,4mm, z

cewnikiem o długości 65cm i rozmiarze Ch10 i średnicy 3,3mm z końcówką kompatybilną do worków na mocz oraz workiem zbiorczym 2l - spełniające wszelkie pozostałe wymagania SWZ.

Odp. Potwierdza

Pyt.319

Poz. 21

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne cewniki Foleya z końcówką Tiemanna przezroczyste - tak jak obecnie stosowane - z balonem o pojemności 3ml dla rozmiaru CH08, 5ml dla rozmiaru CH10 oraz 10ml dla rozmiarów CH12-24 - spełniające wszelkie pozostałe wymagania SWZ.

Odp. Dopuszcza

Pyt.320

Prosimy o potwierdzenie, iż w związku z okresem klinicznego użytkowania cewników Foleya, oraz wypakowaniem ich z opakowań jednostkowych przed użyciem klinicznym, powinny one - tak jak obecnie stosowane - posiadać dwie etykiety samoprzylepne do dokumentacji (analogicznie do cewników z poz. 1) lub powinny być oznaczone na opakowaniu jednostkowym i samym cewniku min. numerem serii, co pozwala na ich identyfikację w każdym okresie ich użytkowania.

Odp. Potwierdza

Pyt.321

Poz. 24

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne koszyczki Dormia o zbliżonej konstrukcji, wykonane z nitinolu w rozmiarach Fr 1.5, 2.2, 3.0 o długości 115cm /do kamieni o średnicy 1cm/ oraz w rozmiarze 2.2, 3.0 o długości 115cm i rozmiarze 4.5 o długości 65cm /do kamieni o średnicy 2cm/ oraz rozmiarze 3.0 o długości 115cm /do kamieni o średnicy 1cm/ i rozmiarze 4.5 o długości 65cm /do kamieni o średnicy 1,5cm/, spełniające równoważne funkcje kliniczne, co koszyczki opisane w SWZ oraz wskazanie, czy Zamawiający będzie wymagał powyższych rozmiarów do wyboru przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy.

Odp. Dopuszcza

Pyt.322

Pakiet 27 - Rurki tracheostomijne, rurki intubacyjne, prowadnice, zestawy do odsysania i inne – OIT

Poz. 21-22

W związku z zaprzestaniem przez producenta wytwarzania wody typu Respiflo, której parametry zostały opisane w SWZ - prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne zamknięte systemy do nawilżania o pojemności 450ml - tak jak obecnie stosowane - z wodą do tlenoterapii, zgodną z obowiązującą normą USP 43, umożliwiające prowadzenie terapii przez 35 dni (poświadczone zapisem na indywidualnym pojemniku o stabilność wody i oświadczeniem Producenta), sterylizowane radiacyjnie. W zestawie z pojemnikiem złączka do podłączenia reduktora tlenowego (pakowana indywidualnie) czysta mikrobiologicznie. Pojemniki przeznaczone dla jednego pacjenta, z dołączonymi do oferty badaniami mikrobiologicznymi potwierdzającymi, że pojemniki do tlenoterapii, można stosować u wielu Pacjentów bez ryzyka zakażenia.

Odp. Dopuszcza

Pyt.323

Prosimy o potwierdzenie, iż mając na uwadze, obecną sytuację epidemiologiczną oraz związane z tym obostrzenia i zalecenia epidemiczne, oferowane systemy do nawilżania - tak jak obecnie stosowane - powinny posiadać zintegrowaną zatyczkę, umożliwiającą zabezpieczenie otworu wylotowego po usunięciu wąsów tlenowych lub masek, np. w trakcie przerw w terapii lub przy ich wymianie, co

Odp. Zgodnie z SWZ
zapewnia bezpieczne i długoterminowe wykonywanie procedur w warunkach klinicznych.

Pyt.324
Poz. 26

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne cewniki do odsysania - tak jak obecnie stosowane - o długości efektywnej 50mm (dla wszystkich oferowanych rozmiarów), z numerycznym oznaczeniem rozmiaru na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ.

Odp. Dopuszcza

Pyt.325

Pakiet 44 - Władcy do ssaków

Poz. 8

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na jednorazowe wkłady o pojemności 1000ml, oferowane wraz z kompatybilnymi, wielorazowymi pojemnikami w ilości 20 szt. - tak jak obecnie stosowane - spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ.

Odp. Dopuszcza

Pyt.326

Pakiet 70 - Igły do znieczulenia

Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na igły do znieczulenia podjęczynówkowych - tak jak obecnie stosowane - w rozmiarze 27G z prowadnicą 22G, a w rozmiarze 22G bez prowadnicy, (pozostałe rozmiary zgodnie z SWZ), spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ.

Odp. Dopuszcza

Pyt.327

Poz. 2 i 4

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane igły - tak jak obecnie stosowane - powinny posiadać w uchwyicie (owalne, eliptycznej obsadce) igły, cztery duże otwory optyczne, umożliwiające bezzałoceniową obserwację miejsca wypływu płynu móżgowo-rdzeniowego, ułatwiające jednocześnie wygodny i stabilny uchwyt samej igły, przy bezwzględnym spełnieniu wszelkich pozostałych wymogów SWZ.

Odp. Zamawiający potwierdza

Pyt.328

Pakiet 80 - Aparat do pomp infuzyjnych

Poz. 2

Z powodu błędów zapisu SWZ (poprzez skopowanie opisu przyrządów do pompy Infusomat Space z poz. 1 zamiast przedstawienia opisu przyrządów do pompy Benefusion) oraz ograniczonego dostępu do oferowanych przyrządów na rynku RP - prosimy podzielić pakietu na Pakiet 80 A i Pakiet 80 B, co umożliwi złożenie ofert Wykonawcom w zakresie obu osobnych pakietów.

W przypadku odpowiedzi odmownej, prosimy o wykreślenie przedmiotowej pozycji z pakietu.
W przypadku odpowiedzi odmownej, prosimy o dokonanie korekty szczegółowego opisu pozycji lub zastąpienie istniejącego zapisu zapisem „Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych w pełni kompatybilny do pomp Benefusion eVP”

Odp. Zamawiający nie wydzielił pakietów.

Pyt.329

Pakiet 96 - Koreczki kraniaki - OIT

Poz. 1

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane koreczki luer-lock, powinny zapewniać ich wygodny, pewny uchwyt, oraz powinny posiadać wygodny pierścień dociskowy, zapewniający optymalne warunki kliniczne dokręcenia do każdego złącza luer-lock, przy spełnieniu wszelkich pozostałych wymogów SWZ.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.330

Poz. 6-7

Prosimy o potwierdzenie, iż zapis SWZ cyt. „z pokrętle w kolorze niebieskim, białym lub czerwonym” oznacza wymóg zaoferowania kraników w minimum dwóch ze wskazanych w SWZ kolorach (dla odróżnienia różnych linii infuzyjnych np. żyłnej i tętniczej), spełniających wszelkie pozostałe wymogi SWZ.

Odp. Zamawiający potwierdza wymóg dotyczących dwóch różnych kolorów

Pyt.331

Poz. 8

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych, wyposażone w specjalny mocny stabilny pierścień ułatwiający wbicie, z precyzyjnym regulatorem przepływu (przepływomierzem) o regulacji prędkości w zakresie min. 0-250ml/h dla równoważnej lepkości płynów jak w SWZ i kształcie wygodnej w użyciu ząbkowanej tarczy, spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ - europejskiego lidera w produkcji tego typu przyrządów.

Odp. Dopuszcza

Pyt.332

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych, powinny posiadać oznaczenie logo lub nazwy producenta oraz nazwę własną na samym przyrządzie, a także na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, co zapewnia ich identyfikację także po wypakowaniu z opakowania jednostkowego i użyciu klinicznym - przy spełnieniu wszelkich pozostałych wymogów SWZ

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.333

Pakiet 97 - Kaniule bezpieczne, rampy, adapter typu vial-mate, urządzenie do rekonstytucji leków i inne - OIT

Poz. 1-2, 11

W związku z przełomem roku rozliczeniowego, a tym samym wzmożonym okresem remanentowym u bardzo wielu producentów i dystrybutorów sprzętu medycznego, co skutkuje niezależnymi od naszej Firmy trudnościami w uzupełnieniu stanów magazynowych i/lub nabyciem oferowanych wyrobów medycznych/próbek - prosimy o umożliwienie złożenia próbek na żądanie Zamawiającego - we wskazanym przez Zamawiającego terminie - już po terminie składania ofert przetargowych.

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.334

Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne kaniule dożylnie w systemie zamkniętym w rozmiarach:

18G x 32mm - przepływy 84-85 ml/min,

20G x 32mm - przepływ 55-58 ml/min,

20G x 25mm - przepływ 55-61 ml/min,

(pozostałe rozmiary i przepływy zgodnie z SWZ)

z dodatkowym portem dostępu (zamiast zaworu bezigłowego), spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ - amerykańskiego lidera w produkcji tego typu kaniul dożylnych.

Odp. Dopuszcza

Pyt.335

Prosimy o odstąpienie od spełnienia wymogu możliwości podawania kontrastu dla rozmiaru 24G, co zaleca producent opisanych w SWZ kaniuli dożylnych, przy spełnieniu pozostałych wymogów SWZ.

Odp. Zamawiający odstępuje od wymogu.

Pyt.336

Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne kaniule dożylne z przyściśkiem bez portu, których wskazany w SWZ przepływ można traktować jako minimalny (przypominamy, iż wyższy przepływ jest korzystniejszy z klinicznego punktu widzenia), spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ - amerykańskiego lidera w produkcji tego typu kaniuli dożylnych.

Odp. Dopuszcza

Pyt.337

Poz. 6

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne kaniule dożylne noworodkowe Neoflon, wykonane z biokompatybilnego, termoplastycznego poliuretanu, o przepływach 19ml/min. (dla 24G) oraz 14ml/min. (dla 26G), a więc korzystniejszych (wyższych) niż wskazane w SWZ, spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ - amerykańskiego lidera w produkcji tego typu kaniuli dożylnych.

Odp. Dopuszcza

Pyt.338

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane kaniule dożylne noworodkowe typu Neoflon, powinny posiadać technologię, umożliwiającą natychmiastowe, wzrokowe potwierdzenie skutecznej kaniulacji, co jest szczególnie istotne u najmłodszych pacjentów, spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ.

Odp. Dopuszcza

Pyt.339

Poz. 7

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na rampy 5- kranikowe z drenem 150 cm - z powodzeniem stosowane już w Państwie szpitalu - stanowiące zespół pięciu kraników trójdrożnych trwale połączonych ze sobą i zintegrowanych z białą podstawą umożliwiającą wygodne mocowanie ich do stojaków pionowych, spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ - europejskiego lidera w produkcji tego typu ramp.

Odp. Dopuszcza

Pyt.340

dotyczy pakietu 7


Czy Zamawiający wymaga okularków do fototerapii noworodków z ochroną oczu na poziomie 99,9% z potwierdzeniem niezależnymi badaniami klinicznymi?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.341

dotyczy pakietu 110 pozycja 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie układu oddychowego kompatybilnego z Para Pac 310 o nie wyspecyfikowanej objętości wewnętrznego, martwej przestrzeni i oporach, składającego się z:
 • Rury o średnicy 22mm i długości 1,2m z zastawką zwrotną zakończoną kapturkiem 22M/15F;
 • Linii monitorującej z filtrem,(zewnątrznym).



Odp. Tak, pod warunkiem, że części zamienne są zatwierdzone przez producenta.

Pyt.342

Dzień dobry, Zwracam się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie informacji jaki wstrzykiwacz (marka, model) jest w posiadaniu Zamawiającego, dla którego artykuły zostały ujęte w zadaniu nr 81 postępowania.

Odp. Automatyczny wstrzykiwacz środków cieniujących Accutron CT-Medtron

Pyt.343

Dot. zad. 42

Czy Zamawiający dopuści zestaw do konikotomii?

Odp. Nie

Pyt.344

Dot. zad. 69, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 1 L, średnicy dolnej i górnej 100 mm i wysokości 165 mm?

Odp. Nie

Pyt.345

Pakiet 77, poz. 1-2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie siatek chirurgicznych o grubości 0,42mm i gramaturze 125g/m²?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.346

Pakiet 77, poz. 3-4

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie siatek chirurgicznych o grubości 0,32mm?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.347

Pakiet 77, poz. 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie siatki chirurgicznej w rozmiarze 7,6cm x 15cm?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.348

Pakiet 77, poz. 3

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie siatki chirurgicznej w rozmiarze

10cm x 15cm?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.349

Pakiet 92, poz. 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie staplera do zamykania skóry ze zszywkami w

rozmiarze: grubość 0,6mm; szerokość 7,0mm; wysokość 4,2mm?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.350

Pakiet 92, poz. 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie staplera spakowanego po 10 szt./op. i odpowiednie

przeliczenie w formularzu asortymentowo-cenowym?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.351

Pakiet 54

PKT. 1-3 Czy Zamawiający dopuści Nebulizator, którego membrana wykorzystuje technologię

wibrującej siatki wykonanej z polimeru zawierającym 2000 mikrootworów, który można stosować do

nebulizacji aerozoli w połączeniu z respiratorem.

Poprzez zastosowaną częstotliwość drgań 128000 na sekundę, generuje aerozol o wielkości cząsteczek

w zakresie 1-5 µm (średnia wielkość MMAD 3,5 µm ±10%). Pojemnik na lek o pojemności 10 ml, jest

przeznaczony do stosowania przez jednego pacjenta w okresie 28 dni (w trybie przerywanym) lub na 7

dni (w trybie ciągłym). Nebulizator posiada niezależny moduł sterujący zasilany 230V, z zakresem

pracy 45 i 90 minut, służący do zasilania w/w membrany.

Znikoma objętość zalegająca wynosząca <0,04 ml

Membrana współpracuje i jest kompatybilna z oferowanym przez nas niezależnym modułem sterującym

- sterownikiem USB, który Zamawiający otrzymuje wraz z pierwszą dostawą w uprzednio ustalonej

ilości zapewniającej ciągłość prowadzonych na oddziale terapii.

Odp. Dopuszcza

Pyt.352

Dotyczy Pakietu 96:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pak 96 poz 1 alternatywnych

koreczków Luer Lock z trzpieniem wystającym pakowane pojedynczo,

opakowanie papier/folia typu blister, a?100szt ?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.353

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 96 poz 2 alternatywnych

koreczków Luer Lock z trzpieniem wystającym, pakowanym osobno po 100 szt

w op?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.354

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pak 96 w poz 3 i poz 4 KORCZEK

DEZYNFEKCYJNY, nie zawierającego lateksu i DEHP, Substancja czynna: jądowy

70% roztwór alkoholu izopropylowego (IPA). Zapewnia redukcję liczby bakterii

>4 log (99,99%) w czasie 1 minuty. Duży i wygodny uchwyt na palce ułatwia

zakładanie i zdejmowanie. Zgodny z łącznikami bezigłowymi. Opakowanie 300 sztuk ?

Odp. Dopuszcza

Pyt.355

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 96 w poz 6 kranika zabezpieczonego koreczkami z trzpieniem powyżej krawędzi ?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.356

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 96 poz 7 kranika zabezpieczonego koreczkami z trzpieniem powyżej krawędzi?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.357

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 96 poz 8 alternatywnego aparatu do infuzji grawitacyjnej bezpieczny (z technologią ARD). Zestaw infuzyjny grawitacyjny, z technologią zapobiegającą dostawaniu się powietrza do drenu po zakończeniu infuzji. Precyzyjny zacisk rolkowy z zaczepem do przypięcia drenu, dodatkowy zacisk na drenie pomiędzy komorą a zaciskiem rolkowym do odcięcia infuzji., z dodatkowym zaworem bezigłowym. Spike ABS, igła ścięta jednostronnie/lancet. Komora kroplowa elastyczna dla łatwego wypełnienia, długość min. 60mm, bez zawartości DEHP, lateksu, bisphenol A, filtr 15 mikronów w dnie komory. (oznaczenie na opakowaniu) wentylowana /odpowietrznik komory kroplowej ręczny. Długość drenu 175 cm, całkowita długość zestawu 185cm. Objętość wypełnienia drenu 18 ml. Dren zakończony łącznikiem luer z zatyczką z filtrem hydrofobowym 1,2 microna typu priming cap sterylne - EO, Na opakowaniu jednostkowym instrukcja obsługi ?.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.358

Zwracamy się z prośbą o dodanie zapisu do umowy:

W przypadku niezrealizowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w § 8 ust. 2 niniejszej umowy, Wykonawca ma prawo wstrzymać dostawę na rzecz Zamawiającego, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zaległościach i oficjalnym wezwaniu do zapłaty. Wstrzymanie dostaw może trwać do momentu uregulowania wszelkich zaległości przez Zamawiającego. W przypadku, gdy zaległości nie zostaną uregulowane w wyznaczonym terminie, Wykonawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa Zamawiającego do naliczania kar umownych. Wstrzymanie dostaw w związku z zaległościami nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty należności zgodnie z warunkami umowy.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.359

Dotyczy §2 ust. 5 wzoru umowy:

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia dokumentów dostawy w oryginale + 2 kopiach. Dokument WZ jest dostarczany w paczce wraz z towarem w 1 egzemplarzu.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.360

Dotyczy §6 ust. 3 wzoru umowy:

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na naliczanie kar od wartości niezrealizowanej części umowy.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyl.361

Dotyczy §8 ust. 3 wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu wielkości czcionki na fakturze nie mniejszej niż

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyl.362

1. Dotyczy wzoru umowy

Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o potwierdzenie, iż w związku z planowanym obowiązkem wystawiania faktur uszkiełkowanych przez KSeF, Zamawiający wymaga, aby faktury wystawiane w ramach realizacji zamówienia były przesyłane wyłącznie za pośrednictwem KSeF. Z dniem wprowadzenia systemu e-faktur jako obowiązującego standardu faktura może być dostarczona tylko przy użyciu KSeFu.

Odp. Tak, potwierdza

Pyl.363

Pakiet 13 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic foliowych dostępnych w rozmiarach średnie (M), duże (L). Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odp. Tak dopuszcza

Pyl.364

Pakiet 13 poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic o powierzchni wewnętrznej chlorowanej, bez obustronnej polimeryzacji, powierzchnia zewnętrzna teksturowana na kółkach palców, długość min. 242 mm, grubość pojedynczej ścianki na palcu min. 0,09 mm. Odporne na min. 20 substancji chemicznych (poza lekami cytotatycznymi), w tym na 70% izopropanol min. na poziomie 1 (w miesce 90% alkoholu izopropylowego).

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyl.365

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu rękawic „o kontrolowanym, niskim poziomie zamieszczania mikrobiologicznego potwierdzonego raportem z badań akredytowanego laboratorium, przeprowadzonych z walidowaną metodą badawczą”. Rękawice diagnostyczne są niesterylizowanymi, więc nie określa się dla nich standardów czystości mikrobiologicznej. Obecnie obowiązujące normy produktowe w zakresie wyrobów medycznych przewidują badanie czystości mikrobiologicznej jedynie dla wyrobów sterylizowanych, lub przeznaczonych do sterylizacji przed użyciem, nie zaś dla wyrobów niesterylizowanych. Mając na uwadze powyższe, bezpodstawnym jest wymaganie zaferowania rękawic niesterylizowanych, a jednocześnie będących czystymi mikrobiologicznie.

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odp. Dopuszcza, nie wymaga

Pyl.366

Pakiet 13 poz. 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie standardowych rękawic lateksowych o powierzchni zewnętrznej teksturowanej na kółkach palców, poziom AQL 1.5. Parametry fizyczne, tj. długość, grubość, AQL, siły zrywu – potwierdzone wynikami z badań producenta wg EN 455 (w

miejsce wymogu badań z jednostki niezależnej). Rękawice pozbawione dodatków chemicznych – potwierdzone badaniem metodą TLC z jednostki niezależnej. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.367

Pakiet 13 poz. 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie nitrylowych rękawic wysokiego ryzyka w kolorze pomarańczowym, o powierzchni zewnętrznej teksturowanej na końcach palców, grubość na palcu 0,17 mm, długość min. 280 mm. Parametry fizyczne, tj. długość, grubości, AQL, siły zrywu – potwierdzone wynikami z badań producenta wg EN 455 (w miejsce wymogu badań z jednostki niezależnej). Rozmiary S-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.368

Pakiet 14 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu „warstwy pielęgnacyjnej z zawartością witaminy E, olejku migdałowego i gliceryny, o działaniu nawilżającym potwierdzonym badaniami w niezależnym laboratorium” i zgodę na zaoferowanie rękawic jedynie wewnętrznie chlorowanych, w kolorze niebieskim, powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców. Rękawice odporne na przenikanie min. 15 substancji chemicznych wg EN 16523-1, w tym odporne na 2 kwasy na min. 3 poziomie, odporne na 70% izopropanol i 70% etanol min. na poziomie 1. Rękawice pakowane po 200 szt. dla wszystkich rozmiarów, z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości do pełnych opakowań w górę. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.369

Pakiet 15 poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic o poziomie AQL $\leq 1,5$. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.370

Pakiet 16 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic w kolorze ciemnoniebieskim, powierzchnia wewnętrzna chlorowana, powierzchnia zewnętrzna teksturowana. Zawartość protein lateksowych $<50 \mu\text{g/g}$ – potwierdzone raportem producenta wg EN 455. Wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kategorii III typ B. Rękawice odporne na przenikanie min. 12 substancji chemicznych, w tym 5 na min. 6 poziomie. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.371

Dot. zad. 40, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie której rurki oczekuje. W nazwie Zamawiający podał *rurkę nosowo-gardłową*, natomiast szczegółowy opis pozycji wskazuje raczej na rurkę intubacyjną zbrojoną. Prosimy Zamawiającego o jednoznaczne określenie oczekiwanego asortymentu.

Odp. Rurka nosowo-gardłowa

Pyt.372

Pakiet 101, Poz. nr 1-2 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania jądrowych zestawów do wkłucia centralnego oraz do znieczulenia przewodowego wykonanych z materiału o odporności na rozierwanie na suchu min. 135 kPa i mokro min. 115 kPa ?

Odp. Dopuszcza

Pozostałe parametry zestawów zgodnie z SWZ.

Pyt.373

Pakiet 101, Poz. nr 1-2 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania zestawów zabiegowych zgodnych z artykułem 2 ust. 10 oraz artykułem 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR) z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych z późniejszymi zmianami w tym artykułem 2 ust. 37 ?

Odp. Dopuszcza

Pyt.374

Pakiet 08

Proszę o odstąpienie od wymogu dostarczenia próbek na etapie składania ofert na zapis dostarczenie próbek na wezwanie w przypadku oferty, która otrzyma największą ilość wymaganych punktów zgodnie z kryterium oceny ofert.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.375

Pakiet 08, poz. 9

Proszę o dopuszczenie strzykawki posiadającej mleczny kontrastujący tłok jak w poz. 10

Odp. Dopuszcza

Pyt.376

Pakiet 08, poz. 13

Proszę o dopuszczenie przyrządu z logo identyfikującym przyrząd na zaciskaczu rolkowym.

Odp. Dopuszcza

Pyt.377

Pakiet 08, poz. 14

Proszę o dopuszczenie przyrządu bez dodatkowego portu do podawania leków, obecny zapis w znaczącym stopniu ogranicza konkurencyjność ofert.

Odp. Nie dopuszcza

Pyt.378

Pakiet 08, poz. 14

Proszę o dopuszczenie przyrządu zgodnego z opisem w poz. 13 gdzie przyrząd może być wyposażonym w bezigłowy port do podawania leków.

Odp. Dopuszcza

Pyt.379

Pakiet 08, poz. 15

Proszę o dopuszczenie przyrządu z logo identyfikującym przyrząd na zaciskaczu rolkowym.

Odp. Dopuszcza

Pyt.380

Pakiet 08, poz. 16

Proszę o dopuszczenie przyrządu:

Zapobiega przedostawaniu się powietrza, zatrzymuje się automatycznie

☐ Specjalnie zaprojektowany filtr Auto Air Stop zapobiega przedostawaniu się powietrza do linii, gdy butelka jest pusta.

☐ Filtr Auto Air Stop utrzymuje stały poziom płynu.

☐ Filtr hydrofobowy na końcu drenu zabezpiecza przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania.

☐ Pomaga w zapobieganiu zakażeniom związanym z opieką zdrowotną (HAI).

☐ Koniec z niekontrolowaną utratą płynu poprzez kapanie na dłoń, podłogę i pościel, zmniejsza tym samym straty płynów infuzyjnych.

☐ Miejsce na kolec zapewniające jego bezpieczne umieszczenie.

• Specjalnie zaprojektowany zaciskacz rolkowy dla precyzyjnej kontroli przepływu.

Zaciskacz wyposażony w dodatkowy zaczep na dren.

☐ Elastyczna komora kroplowa wolna od PVC (Kroplomierz 20 kropli/ml)

☐ Przyrząd wolny od ftalanów, do produkcji użyto bezftalanowe plastyfikatory nowej generacji, co zmniejsza toksyczność związaną z ftalanem i zapewnia bezpieczeństwo Pacjenta

☐ Przystosowany do infuzji grawitacyjnej, a także do infuzji ciśnieniowej max do 2 bary

☐ Objętość wypełnienia: 6.46 ml w 1 metrze drenu

☐ Długość drenu: 180 cm

Odp. Nie dopuszcza

Pyt.381

PAKIET NR 25 poz. 1, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie maseczki w kolorze tylko niebieskim

Odp. Dopuszcza

Pyt.382

PAKIET NR 25 poz. 1, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie maseczki na poziomie filtracji 98,2 %

Odp. Dopuszcza

Pyt.383

PAKIET NR 25 poz. 1, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie maseczki z ciśnieniem różnicowym 37,2 Pa/cm³

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.384

PAKIET NR 25 poz. 1, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie maseczki o czystości mikrobiologicznej 4,1 jtk/g

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.385

PAKIET NR 74 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie cewnika w rozmiarze CH 12 o długości 50 cm

Odp. Dopuszcza

Pyt.386
PAKIEŢ NR 74 poz. 5
 Prosimy o dopuszczenie cewnika w rozmiarze CH 20 o długości 50 cm i CH 22 o długości 50 cm
Odp. Dopuszcza

Pyt.387
Pakiet nr 96 poz. 1
 Prosimy o możliwość przeliczenia w formularzu asortymentowo-cenowym w/w pozycji na opakowania po 100 szt.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę

Pyt.388
Pakiet nr 96 poz. 2, poz. 5
 Prosimy o możliwość przeliczenia w formularzu asortymentowo-cenowym w/w pozycji na opakowania po 100 szt.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę

Pyt.389
PAKIEŢ NR 96 poz. 1, poz. 2
 Czy Zamawiający wymaga w/w pozycjach opakowanie twardy blister umożliwia aseptyczne wyjście koreczka z opakowania
Odp. Wymaga

Pyt.390
PAKIEŢ NR 96 poz. 3, poz. 4
 Prosimy o dopuszczenie koreczków do dezynfekcji do łączników infuzyjnych z gąbką nasączoną 70 % alkoholem izopropylowym.
Odp. Dopuszcza

Pyt.391
PAKIEŢ NR 96 poz. 3, poz. 4
 Prosimy o dopuszczenie koreczków do dezynfekcji pakowanych na pasku po 10 szt.
Odp. Dopuszcza

Pyt.392
PAKIEŢ NR 74 poz. 6
 Czy Zamawiający wymaga kranika trójdrożnego w pokrętle w trzech kolorach białym, niebieskim i czerwonym.
Odp. Wymaga minimum dwóch kolorów

Pyt.393
PAKIEŢ NR 96 poz. 7
 Czy Zamawiający dopuszcza kranik z pokrętle w kolorze białym lub w kolorze niebieskim
Odp. Dopuszcza

Niniejsze odpowiedzi na pytania modyfikują treść SWZ.

K.Sz.

B.K.

E.B.R.

J.K.

D.S.

A.M.

M.D.

Z.Sz.


DYREKTOR
„Zespół Opieki Zdrotnej” w Kłodzku
57-300 KŁODZKO, ul. Szpitalna 1a
dr n. o zdr. Jadwiga Rarzielewska

