

Kłodzko, dnia 02.01.2026r.

Wykonawcy według rozdzielnika

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednorazowego sprzętu medycyny ogólnej dla potrzeb podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku, oznaczonego numerem DZP.2510.33.2025.

Na podstawie art. 284 ust.2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 poz. 1320) udzielamy odpowiedzi na pytania złożone przez uczestników postępowania:

Informujemy, że Wykonawcy zadali następujące pytania celem wyjaśnienia treści SWZ.

Doprecyzowanie udzielonej odpowiedzi z dnia 31.12.2025r.

Pyt.131

Pakiet 06 Ostrza do strzygarki

Poz. 1 Prosimy o dopuszczenie ostrzy uniwersalnych innych niż opisanych przez zamawiającego w przypadku bezpłatnego użyczenia strzygarki na czas trwania umowy.

Zaproponowane ostrza o szerokości ostrza 36 mm pasują do strzygarki, która posiada trzymakresową obrotową głowicę: 45° w lewo, 45° w prawo. Pozwala to na bezpieczne operowanie strzygarką w trudno do dostępnych miejscach na ciele.

Konstrukcja ostrza wyklucza jakiegokolwiek uszkodzenie skóry, ostrza są wolne od lateksu; pakowane: 1 szt / blister; 50 blisterów/ pudełko

W przypadku dopuszczenia powyższego rozwiązania prosimy o podanie potrzebnej ilości strzygarek, które użyczymy bezpłatnie na czas trwania umowy.

Opis strzygarek zaproponowanych na użyczenie:

- Strzygarka służąca do usuwania owłosienia przed zabiegami operacyjnymi bez możliwości zacięcia skóry, lekka, ergonomiczna do stosowania na mokro i sucho.
- Czas ładowania strzygarki: maksimum 120 minut.
- Strzygarka wyposażona w wyświetlacz cyfrowy LED sygnalizujący stopień naładowania baterii, oraz antypoślizgowy, ergonomiczny uchwyt zapobiegający obrażeniom w wyniku wyslizgnięcia się strzygarki.
- Wysoko wydajna bateria Li-ion, 3,7V ICR 18650MAB 1800mAh
- Czas pracy strzygarki: 150 minut
- W komplecie ładowarka z możliwością postawienia na biurku lub przymocowania do powierzchni pionowych.
- Strzygarka z możliwością mycia pod bieżącą wodą oraz możliwością dezynfekcji zanurzeniowej (klasa szczelności min. IPX7).
- Niski poziom hałasu: max 60dB

Strzygarka kompatybilna z min. 2 rodzajami ostrzy: uniwersalnymi przeznaczonymi do usuwania owłosienia z całego ciała i

z ostrzami typu neuro do usuwania gęstego owłosienia.

- Bezkontaktowy i higieniczny montaż ostrza na głowicy, zdejmowanie ostrza tnącego jedną ręką
- Konstrukcja strzygarki uniemożliwiająca uszkodzenie skóry – brak kontaktu ostrzy z powierzchnią skóry
- Waga strzygarki: 132g (bez ostrzy), 142g (z ostrzami)
- Wolna od lateksu i ftalanów

- Wymiary strzygarzki (z założonym ostrzem): 151x46x35 mm (długość, x szerokość, x głębokość)
- Wysokość strzyżenia: 0,3 mm
- Zarejestrowana jako wyrób medyczny.

Odp. Dopuszcza/ bezpłatne użyczenie strzygarek w ilości 6 szt. przez czas trwania umowy.

Niniejsze odpowiedzi na pytania modyfikują treść SWZ.

**K.Sz.
E.B.R.
J.K.
D.S.
A.M.
M.D.**

7-ca DYREKTORA ds. ADMINISTRACYJNYCH
"Zespół Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku
57-300 Kłodzko, ul. Szpitalna 1a

Jacek Marcilewicz