

Kłodzko, dnia 16.01.2026.

Wykonawcy według rozdzielnika

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę Jednego angiografu i jednego tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń na pracownię angioplastyki i TK dla potrzeb podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku, oznaczonego numerem DTA2510.40.2025.

Informujemy, że wykonawcy zadali następujące pytania cele wyjaśnienia treści SWZ.

Dot. §3 ust. 2 projektowanych postanowień umownych:

Wykonawca zwraca się o zmianę treści §3 ust. 2 projektowanych postanowień umownych tak by otrzymał on brzmienie:

„Za zwłokę w realizacji dostawy Zamawiający naliczy karę umowną od wartości niezrealizowanej w terminie części przedmiotu zamówienia w wysokości 0,05% za każdy dzień zwłoki.

Uzasadnienie:

Zmiana dotyczy urynkowienia projektowanych stawek kar umownych albowiem kreowanie kar umownych na poziomie jak zaproponowano w §3 ust. 2 projektowanych postanowień umownych jawi się jako obarczenie wykonawcy karą umowną rażąco wygórowaną, abstrahującą od realów rynku i oderwaną od potencjalnej szkody jako takiej.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów §3 ust. 2. Ze względu na wyznaczenie Zamawiającemu bardzo krótkiego terminu realizacji zamówienia zasadnym jest zapis o tak wysokich karach umownych. W wyniku ewentualnych opóźnień Zamawiający może ponieść niewspółmiernie większe straty.

2) Dot. §4 ust. 2 projektowanych postanowień umownych

Wykonawca zwraca się o zmianę treści §4 ust. 2 projektowanych postanowień umownych tak by otrzymał on brzmienie:

„Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu zamówienia do chwili fizycznej dostawy urządzenia medycznego składającego na przedmiot umowy do Zamawiającego.”.

Uzasadnienie:

Do czasu protokolarnego odbioru sprzętu, sprzęt ten znajduje się u Zamawiającego, jest w jego dyspozycji, co powoduje że Wykonawca nie może ponosić ryzyka zniszczenia, uszkodzenia sprzętu, jak również jego zaginięcia, aż do czasu podpisania protokołu j.w. Przykładowo sprzęt, który będzie

znajdował się u Zamawiającego zostanie skradziony lub umyślnie zniszczony – nie może tego rodzaju okoliczność obciążać Wykonawcy.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści §4 ust. 2 . Zamawiający nie może ponosić odpowiedzialności za sprzęt i urządzenia, gdy Wykonawca przywiezie je do miejsca montażu ,oraz które będą w jego władaniu. Należy zauważyć , że do czasu uruchomienia i protokolarnego przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu to Wykonawca włada tymi urządzeniami. Zamawiający może się zobowiązać do udostępnienia Wykonawcy zamykanych pomieszczeń celem zabezpieczenia urządzeń.

3) Dot. §6 ust. 3 projektowanych postanowień umownych

Wykonawca zwraca się o usunięcie §6 ust. 3 z projektowanych postanowień.

Uzasadnienie:

Wykonawca nie może być odpowiedzialny po zakończeniu eksploatacji przedmiotu umowy za zdemontowanie urządzenia i dokonanie jego utylizacji. Umowa będzie już rozliczona, gwarancja upłynie. Tego rodzaju zobowiązania nie istnieją na rynku zamówień publicznych – Wykonawca jako doświadczony podmiot na tymże rynku spotyka się pierwszy raz z takim postanowieniem umownym.

Odp. Zamawiający wykreśla treść zapisu §6 ust. 3. Zamawiający jednocześnie informuje wykonawców, że zakres zamówienia nie obejmował i obejmuje demontażu i utylizacji przedmiotu umowy po jego wyłączeniu z eksploatacji, która nastąpi w przyszłości. Wykonawcy nie wyceniają w swojej ofercie w przyszłości demontażu ani utylizacji urządzenia.

Wykonawca jedynie oświadcza ,że po zakończeniu okresu eksploatacji przedmiot umowy będzie mógł być bezpiecznie zdemontowany i poddany utylizacji zgodnie z wytycznymi producenta.

4) Dot. §8 ust. 11 projektowanych postanowień umownych:

Wykonawca zwraca się o zmianę treści §8 ust. 11 projektowanych postanowień umownych tak by otrzymał on brzmienie:

„Zamawiający umożliwi na swój koszt korzystanie przez Wykonawcę z mediów, w szczególności energii elektrycznej, dla potrzeb wykonywania umowy, w tym czynności dostawy, montażu i uruchomienia sprzętu medycznego objętego Umową”,

Uzasadnienie:

Wykonawca musi mieć zagwarantowaną bezpłatną możliwość korzystania z mediów (energii elektrycznej) dla potrzeb realizacji umowy (jako standard rynkowy).

Odp . Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu. Zgodnie z brzmieniem tego paragrafu Zamawiający udostępni Wykonawcy punkty poboru mediów do swobodnego korzystania podczas wykonywania robót budowlanych. Przy takich robotach jest praktyką, że Wykonawcy są obciążani za media ponieważ w dużej części są to prace energochłonne. Zamawiający nie przewiduje obciążania Wykonawcy za energię elektryczną i wodę podczas samego montażu urządzeń , ich uruchamianiu i testowaniu.

5) Wykonawca zwraca się o dodanie do projektowanych postanowień umownych ust. 5 do §10 o treści:

„Rozwiązanie / wypowiedzenie / wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej powoduje obowiązek zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy za prawidłowo wykonaną część umowy.”,

albo treści równoważnej

Uzasadnienie:

Wykonawca musi mieć zagwarantowaną płatność za prawidłowo wykonaną część umowy – niezależnie od przyczyny odstąpienia, zwłaszcza że przedmiotem umowy są również roboty

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody . W ustępie 1 tego paragrafu zostało dosyć precyzyjnie określone, że w przypadku odstąpienia od umowy nie z winy Wykonawcy ma on prawo do wynagrodzenia należnego mu z tytułu faktycznego wykonania Umowy.

6). dot. opisu w punkcie nr 94, zał. nr 1b do SWZ

Prosimy o dopuszczenie ofert z automatycznym, bezwładowym wstrzykiwaczem kontrastu, cechującym się poniższymi parametrami:

- Wstrzykiwacz bezwładowy, 3 kanałowy do podawania środka cieniującego i roztworu NaCl, pracująca w środowisku TK,
- Pobieranie środka cieniującego i roztworu NaCl bezpośrednio z oryginalnych opakowań różnych producentów środków cieniujących, bez konieczności przelewania do specjalistycznych wkładów
- Maksymalna objętość gotowa do podawania kontrastu i roztworu NaCl 2000 ml
- Maksymalna ilość płynów możliwa do podania jednemu pacjentowi 300 ml
- Prędkość iniekcji kontrastu 0,5ml/s do 9,7 ml/s (co 0,1ml/s)
- Możliwość wstrzyknięcia dla każdej fazy 1ml-200ml (co 1ml)
- Maksymalne ciśnienie w systemie podczas dozowania płynów min. 9,1 bar, +-1,2 bar
- Możliwość zaprogramowania 8 faz.
- Aktywne utrzymanie temperatury wstępnie nagrzanego kontrastu, zintegrowane ze strzykawką.
- Możliwość mieszania środka kontrastującego i soli fizjologicznej za pomocą funkcji DiluJect
- Kolorowy ekran dotykowy na konsoli zdalnego sterowania.
- Kolorowy ekran dotykowy na głowicy wstrzykiwacza.
- Zasilanie sieciowe 100-240V, 50/60 Hz, kable przebiegają w kanałach technicznych pomieszczenia TK.

- Możliwość pracy z materiałami zużywalnymi o certyfikowanej sterylności przez 12h / 3600ml płynów / 20 pacjentów lub 24h / 6000ml środka kontrastującego.
- Możliwość wprowadzenia do pamięci wstrzykiwacza prawie nieograniczonej ilości (2GB pamięci) dedykowanych protokołów podania kontrastu i NaCl.
- Wyświetlanie wszystkich parametrów i funkcji aparatu z możliwością dokonywania zmian i ustawień zarówno na konsoli zdalnego sterowania jak i na głowicy strzykawki – interfejs w języku polskim.
- Dedykowana funkcja testu iniekcji w celu określenia stanu naczyń pacjenta do zadanych prędkości
- Dedykowana funkcja wyboru rozmiaru wkłucia, indywidualnie dla każdego pacjenta w celu określenia faktycznych przepływów podawanych środków kontrastujących i soli fizjologicznej.

Odp. Zamawiający dopuszcza taką strzykawkę pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych parametrów opisanych w SWZ..

7) dot. opisu w punktach nr 43, 49, 60, 94 zał. nr 1b do SIWZ

W związku z zapisami punktu 49 opisu przedmiotu zamówienia dotyczącymi automatycznego wstrzykiwacza kontrastu do tomografii komputerowej, zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy – mając na uwadze funkcjonalność opisaną w punkcie 49, tj. „Oprogramowanie do synchronizacji startu badania spiralnego na podstawie automatycznej analizy napływu środka kontrastującego w zadanej warstwie bez wykonywania wstrzyknięć testowych” – Zamawiający dopuszcza rezygnację z wymagań wskazanych w punktach 43, 60 i 94, tj.:

- Sterowania wstrzykiwaczem kontrastu bezpośrednio z konsoli tomografu oraz programowania parametrów w protokole badania (punkt 43),
- Sprzężenia tomografu komputerowego ze wstrzykiwaczem klasy IV wg standardu CIA 425 (punkt 60 i 94):

Uzasadnienie:

Różne modele tomografów posiadają różne możliwości i klasy integracji (sterowania) z poszczególnymi modelami wstrzykiwaczy. Na obecnym etapie postępowania nie jesteśmy w stanie określić modelu tomografu, z którym miałby być zintegrowany wstrzykiwacz w/g klasy CAN IV.

Ponadto opisane wymaganie w punkcie nr 49, tj. monitorowanie w czasie rzeczywistym danych zawierających stopień wysycenia środka cieniującego w ciele pacjenta, które po osiągnięciu odpowiedniego wysycenia kontrastu w zadanym obszarze umożliwia automatyczne lub ręczne rozpoczęcie badania. W ten sposób we współrealizowanych dotychczas projektach spełnione jest sprzężenie wstrzykiwacza z tomografem, umożliwiające automatyczny start badania bez potrzeby fizycznej integracji tomografu i wstrzykiwacza.

Powyższa funkcjonalność zapewnia możliwość wykonania wszystkich typów/rodzajów badań z udziałem automatycznego

Odp. Zamawiający nie rezygnuje z wymagań opisanych w punktach 43, 60, i 94.

8. Dotyczy § 6Pkt 3 wzoru umowy

Po zakończeniu eksploatacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się zdemontować urządzenie i dokonać jego utylizacji.

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod tym zapisem, alternatywnie prosimy o usunięcie powyższego zapisu ze względu na trudność w określeniu terminu a tym samym i kosztów realizacji tego zapisu

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że chodziło mu o zapewnienie przez Wykonawcę, iż zaoferowany sprzęt po okresie eksploatacji będzie mógł być bezpiecznie zdemontowany i zutylizowany. Przyszły demontaż i utylizacja nie wchodzi w zakres tego zamówienia. Zamawiający wykreślił §6 ust. 3 z projektu umowy.

9. Uprzejmie informujemy, że zgodnie z obowiązującymi po 1 lutego 2026 przepisami prawa Wykonawca rozpocznie wystawianie faktur za pośrednictwem KSeF z dniem 01.02.2026 r., ponieważ kwalifikuje się do pierwszej grupy (duzi podatnicy). W związku z powyższym Wykonawca nie będzie miał możliwości wystawienia faktury inaczej. Odbiór faktury przez Zamawiającego będzie możliwy tylko poprzez KSeF, prosimy o potwierdzenie.

Odp. Zamawiający potwierdza, że faktury będą mogły być odbierane przez w/w system.

Z-ca DYREKTORA ds. ADMINISTRACYJNYCH
„Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku
57-300 Kłodzko, ul. Szpitalna 1a

Jacek Marcelewicz