

Kłodzko, dnia 17.02.2026r.

Wykonawcy według rozdzielnika

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednorazowego sprzętu medycyny ogólnej dla potrzeb podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku, oznaczonego numerem DZP.2510.05.2026.

Informujemy, że wykonawcy zadali następujące pytania celem wyjaśnienia treści SWZ.

Pyt.1

Dotyczy Pakietu nr 18 poz. 4

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietów o długości 55 cm ? Reszt bez zmian.

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt. 2

Dotyczy Pakietu nr 18 poz. 5

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietów o długości 70 cm i szerokości 17 cm ? Reszt bez zmian.

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt. 3

Dotyczy Pakietu nr 18 poz. 6

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego przewodu.

Odp. Zamawiający podaje nr ref 4072.

Pyt. 4

Dotyczy Pakietu nr 18 poz. 7

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego czujnika.

Odp. Zamawiający podaje numerem ref dorośli- 4050, numerem ref dzieci- 4051.

Pyt. 5

Dotyczy Pakietu nr 18 poz. 8

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego czujnika.

Odp. Pasujący do przewodu pacjenta z numerem ref 4072.

Pyt. 6

Czy w pakiecie nr 2 poz. 2,3

Zamawiający dopuści AQL $\leq 1,5$?

Odp. Zamawiający nie dopuści

W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o merytoryczne wyjaśnienie dlaczego parametr AQL $\leq 1,5$ został dopuszczony w poz.1.

Odp. Zamawiający informuje ,że w poz. 1 są rękawice koloru czerwonego nie stosuje się do nich procedur medycznych przy pacjencie dlatego dopuszcza AQL $\leq 1,5$. Pozostałe rękawice pakiet 2 poz. 2 i 3 stosuje się do procedur medycznych dlatego Zamawiający wymaga AQL 1,0.

Pyt. 7

W jakich rozmiarach w pakiecie nr 2 mają zostać dostarczone próbki?

Odp. Opisano szczegółowo w piecie nr.2.

Pyt. 8

Dotyczy Pakietu nr 20

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 20 w poz.1-4 siatki chirurgiczne :

- gramatura siatki 50g/m²
 - grubość siatki 0,41 mm
 - wielkość porów 1x1,25 mm
 - grubość pojedynczego włókna < 0,10 mm
- w rozmiarach :

poz. 1 - 7,5cm x15 cm

poz. 2 – 30cm x30 cm

poz. 3 – 7,5cm x15cm

poz. 4 – 30cm x30cm ?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt. 9

Dotyczy Pakietu nr 2. poz.2 i 3.

Czy zamawiający dopuści rękawice z poziomem AQL 1,5?

Odp. Zamawiający nie dopuści.

Pyt. 10

Dotyczy Pakietu nr 2. poz.1 do 3.

Czy zamawiający dopuści rękawice o długości min 24cm?

Odp. Zamawiający nie dopuści.

Pyt.11

Dotyczy Pakietu nr 20.

Wykonawca zwraca się z pytaniem do Zamawiającego czy w Pakiecie 20 wymaga, aby co najmniej 50% wartości oferowanych wyrobów medycznych pochodziło z państw członkowskich Unii Europejskiej lub krajów objętych Umową GPA (Government Procurement Agreement WTO), zgodnie z art. 16a i 16b ustawy Prawo zamówień publicznych (po nowelizacji z 2025 r.)? Zgodnie z art. 16a i 16b PZP oraz przepisami Dyrektywy 2014/24/UE, zamawiający ma prawo ograniczyć udział produktów pochodzących z państw trzecich nieobjętych umowami handlowymi z UE, w tym z krajów niebędących stroną GPA. Wprowadzenie takiego wymogu służy zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw, zgodności z normami UE oraz możliwości skutecznego serwisowania wyrobów medycznych na terenie Unii Europejskiej Wykonawca zwraca się z pytaniem do Zamawiającego czy dopuści Pakiet 20 1. Siatka chirurgiczna, monofilamentowa, do naprawy przepuklin brzusznych i pachwinowych, wykonane z polipropylenu, grubość 0,56 mm, gramatura 80g/m², rozmiar 10 cm x 15 cm z możliwością swobodnego docięcia? 2. Siatka chirurgiczna, monofilamentowa, do naprawy przepuklin brzusznych i pachwinowych, wykonane z polipropylenu, grubość 0,56 mm, gramatura 80g/m², rozmiar 30 cm x 30cm? 3. Siatka chirurgiczna, monofilamentowa, do naprawy przepuklin brzusznych i pachwinowych, wykonane z polipropylenu, grubość 0,48 mm, gramatura 55g/m²,

rozmiar 10 cm x 15 cm z możliwością swobodnego docięcia? 4. Siatka chirurgiczna, monofilamentowa, do naprawy przepuklin brzusznych i pachwinowych, wykonane z polipropylenu, grubość 0,48 mm, gramatura 55g/m², rozmiar 30 cm x 30 cm?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.12

Dotyczy Pakietu nr 19.

Czy Zamawiający dopuści kleszcze o długości szczęk 3,3 mm i pojemności 7,5 mm³ Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.13

Dotyczy Pakietu nr 19.

Czy Zamawiający dopuści pętle o średnicy drutu 0,3 mm dla rozmiarów pętli obrotowych 10,15 mm oraz średnicy drutu 0,47 mm dla rozmiarów pętli 20,25,30 mm ? Czy Zamawiający wymaga pętli obrotowych ? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.14

Dotyczy Pakietu nr 19.

Czy Zamawiający dopuści igły o średnicy osłonki 2,3 mm ? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.15

Dotyczy Pakietu nr 19.

Czy Zamawiający dopuści pętle z siatką o średnicy korpusu 2,6 mm ? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.16

Dotyczy Pakietu nr 19.

Czy Zamawiający dopuści szczypczyki jumbo o długości miseczki 4,1 mm i pojemności łyżeczek 12,3 mm³ ? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.17

Dotyczy Pakietu nr 19 poz.1.

Czy Zamawiający dopuści szczypczyki biopsyjne z łyżeczkami o pojemności 5,73-7,6mm³? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.18

Dotyczy Pakietu nr 19 poz.2.

Czy Zamawiający dopuści szczypczyki biopsyjne z łyżeczkami o pojemności 5,73-7,6mm³? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.19

Dotyczy Pakietu nr 19 poz.4.

Czy Zamawiający dopuści szczotki jednorazowego użytku do czyszczenia endoskopu; dwustronne o średnicy drutu prowadzącego 1,7mm ze średnicą włosia 5mm i 10mm przy długości narzędzia 2300mm; na końcach szczotki plastikowe kulki chroniące kanał endoskopu przed zarysowaniami; szczotka współpracująca z minimalnym kanałem roboczym 2,8mm; pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta; opakowanie handlowe = 50 sztuk?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.20

Dotyczy Pakietu nr 19 poz.7.

Czy Zamawiający dopuści pętlę z siatką chwytającą; jednorazową, owalną, obrotową, z regulacją wysunięcia; siatka nylonowa rozpostarta na pętli o otwarciu 25mm i długości oczka 42mm lub otwarciu 35mm i długości oczka 51,5mm (do wyboru Zamawiającego); średnica narzędzia 2,4mm, długość robocza 2300mm; opakowanie handlowe = 10 sztuk?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.21

Dotyczy Pakietu nr 19 poz.8.

Czy Zamawiający dopuści szczypczyki biopsyjne typu jumbo, o średnicy 2,8 mm, pojemność łyżeczek 11,9mm³? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.22

Dotyczy Pakietu nr 19 poz.9.

Czy Zamawiający dopuści pętlę z workiem do usuwania ciał obcych, średnica 2,4 mm, długość robocza 2300 mm, średnica pętli 25 mm, zintegrowany uchwyt obrotowy, min, 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji, op.=10 szt.?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.23

Dotyczy Pakietu nr 19 poz.4.

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie szczotek czyszczących, jednorazowych, dwustronnych średnica włosia 6 mm i 10 mm. długość narzędzia 2300 mm, średnica cewnika 1,7-1,8mm. Główna pierwsza wymiary: dł. Szczoteczki 30-40 mm. szerokość 10mm, dł. Włosia 5 mm, główka druga wymiary : dł. szczoteczki 20mm, szerokość szczoteczki 6 mm, dł. włosia 3mm (opakowanie zbiorcze typu kartonowy dyspenser zawiera 100 sztuk szczotek indywidualnie pakowanych).

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.24

Dotyczy: wzór umowy, §8

W związku z koniecznością zabezpieczenia interesów Wykonawcy zwracamy się z prośbą o wprowadzenie do umowy poniższego zapisu:

„Wykonawcy przysługuje prawo wstrzymania dostaw w przypadku przekroczenia przez Zamawiającego terminu płatności określonego w §8 ust. 2 o 30 dni.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt.25

Dotyczy Pakietu nr 22 poz.2.

Aparat do pomp infuzyjnych

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na aparat do pomp Infusomat Space 250cm, wykonany z PVC, bez zawartości ftalanów. Dren do przetoczeń płynów infuzyjnych przez pompę, komora kroplowa z filtrem 15µm zabezpieczającym przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu pojemnika, z segmentem silikonowym do kontaktu z mechanizmem pompy - kompatybilny (współpracujący) z pompą Infusomat Space, łącznik typu luer-lock z mechanizmem Prime-Stop, zapobiegającym wyciekaniu płynu i chroniącym przed zanieczyszczeniem.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt.26

Dotyczy Pakietu nr 22 poz.1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów zawierających PCV, ale w części nie mającej kontaktu z lekiem? W części mającej bezpośredni kontakt z lekiem produkty są wolne od PCV, wykonane z materiału (poliuretan) równie odpornego na leki toksyczne jak tritan. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie merytoryczne.

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.27

Dotyczy Pakietu nr 33 poz.1.

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do kontrolowanej zbiórki stolca, cewnik wykonany z 100% biokompatybilnego silikonu o długości 160cm, czarny znacznik nad balonem ułatwiający kontrolę położenia cewnika, port do irygacji służący do przepłukiwania systemu w razie konieczności oraz podania leków doodbytniczo, balonik retencyjny z kieszonką na palec wiodący, worek zbiorczy o pojemności 2000 ml (skalowany co 25ml (od 25 do 100ml) oraz co 100ml (od 100ml do 2000ml)) z filtrem węglowym i zastawką antyzwrotną, wieszaki umożliwiające przymocowanie do ramy łóżka, sterylne, pakowane pojedynczo w opakowanie papierowo-foliowe. Zestaw zawiera: cewnik, 3x worek, strzykawkę 60ml, przyklepne opatrunki. ?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.28

Dotyczy Pakietu nr 33 poz.2.

Czy zamawiający dopuści worki zbiorcze kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 2000 ml (skalowany co 25ml (od 25 do 100ml) oraz co 100ml (od 100ml do 2000ml)) z filtrem węglowym i zastawką antyzwrotną, pakowane pojedynczo?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.29

Dotyczy umowy:

Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt.30

Dotyczy Pakietu nr 2 poz.2.

Czy Zamawiający dopuści rękawice z AQL $\leq 1,5$?

Odp. Zamawiający nie dopuści.

Pyt.31

Dotyczy Pakietu 2 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice występujące w rozmiarze XS-L?

Odp. Zamawiający dopuści.

Pyt.32

Dotyczy Pakietu 32 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zszywki o wymiarze 5,9x3,9mm i średnicy 0,5mm?

Odp. Zamawiający nie dopuści.

Pyt.33

Dotyczy Pakietu 32 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zszywki o wymiarze 7,2x4,9mm i średnicy 0,6mm?

Odp. Zamawiający nie dopuści.

Pyt.34

Dotyczy Pakietu 32 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zszywki bez pokrycia teflonem?

Odp. Zamawiający nie dopuści.

Pyt.35

Dotyczy Pakietu 32 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści stapler posiadający podziałkę 20, 10 zszywek?

Odp. Zamawiający nie dopuści.

Pyt.36

Dotyczy Pakietu 32 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści urządzenie do usuwania zszywek pakowane po a'5 sztuk?

Odp. Zamawiający uwzględnił w poz.2

Pyt.37

Dotyczy Pakietu 32 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści urządzenie do usuwania zszywek pakowane po a'20 sztuk?

Odp. Zamawiający nie dopuści.

Pyt.38

Dotyczy Pakietu 19 poz. 1

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie szczypiec o średnicy 2,4 mm, pojemności 9,5 mm³.

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.39

Dotyczy Pakietu 19 poz. 2

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy otwarcia 10-32 mm, o średnicy osłonki 2,4 mm, pasujących do kanału roboczego 2,8 mm, drut pleciony o średnicy 0,33 mm.

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.40

Dotyczy Pakietu 19 poz. 7

Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści zaoferowanie pętli z siatką o rozmiarze 32 mm, długość narzędzia 240 cm.

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.41

Dotyczy Pakietu 19 poz. 8

Czy Zamawiający w pozycji 8 dopuści zaoferowanie szczypiec o średnicy 2,8 mm, pojemności 12,5 mm³, rozwarcie 8,9 mm.

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.42

Dotyczy Pakietu 19 poz. 9

Czy Zamawiający w pozycji 9 dopuści zaoferowanie koszyków o długości roboczej 1950 mm, średnicy 20 mm oraz 30 mm (do wyboru).

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.43

Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„Wszelkie zaistniałe nieprawidłowości (niekompletna dostawa, termin ważności niezgodny z deklarowanym, nieterminowe dostawy, asortyment gorszej jakości lub gatunku niż wymagany w umowie itp.) odnotowywane są przez upoważnionych pracowników Zamawiającego i potwierdzane przez osobę realizującą dostawę. Kserokopia dokumentu przekazywana jest Dostawcy. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Dostawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą: - braków ilościowych w ciągu 5 dni roboczych; - wad jakościowych w ciągu 5 dni roboczych.”

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie słowa "doboczych".

Pyt.44

Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Zamawiający naliczy Dostawcy 5% karę umowną liczoną od wartości brutto niezrealizowanej części umowy za odstąpienie lub rozwiązanie umowy z winy Dostawcy.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt.45

Dotyczy warunków umowy § 8 ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Strony ustalają, że Dostawca nie może bez zgody Zamawiającego scedować na rzecz osoby trzeciej zobowiązań Zamawiającego wynikających z tytułu realizacji niniejszego zamówienia publicznego. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

Odp. Zgodnie z wzorem umowy.

Pyt.46

Dotyczy warunków umowy § 8.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/wymagalności wskazanego na fakturze.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt.47

Dot. pakietu 19, poz. 1-4, 6-8, 10

Prosimy o dopuszczenie używanych już wcześniej w Szpitalu narzędzi o zbliżonych parametrach, tj.:

- w poz. 1 szczypczyki o dł. roboczej 1600 mm, o zbliżonych dł. miseczki, rozwarcie i pojemności,
- w poz. 2 pętle plecione o zbliżonej śr. drutu,
- w poz. 3 igły o śr. osłonki, 2,3 mm, rozmiar 22G,
- w poz. 4 szczotki o dł. 230 cm, dwustronne o dł. włosa 5 mm i 10 mm, o zbliżonych wymiarach główki pierwszej i drugiej,
- w poz. 6 ustniki z gumką o zbliżonych wymiarach,
- w poz. 7 pętle z siatką o śr. osłonki 2,3 mm,
- w poz. 8 szczypczyki jumbo o zbliżonych dł. miseczki, rozwarcie i pojemności,
- w poz. 10 klipsownice o rozwarcie ramion 11, 13 i 16 i dodatkowo z możliwością wykonania MRI.

Wszystkie narzędzie w pełni kompatybilne z posiadanymi endoskopami.

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.48

Dot. pakietu 23,

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia i podanie dokładnych danych dotyczących urządzenia, dla którego wkłady zostały ujęte w zadaniu nr 23 postępowania. Prosimy o podanie marki i modelu wstrzykiwacza.

Odp. Automatyczny wstrzykiwacz środków cieniujących Accutron CT Medtron (jednogłowicowy)

Pyt.49

Dot. pakietu 17,

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy Zestaw jednorazowy do strippingu żyłaków, komplet: dwie linki po 100 cm, średnica linek 1,54 - 1,66mm, średnica introduktora wynosi 3,25 mm, uchwyt, oliwki o śr. 9,50 mm, 12,85 mm, 15,40 mm. W całości wykonany z poliamidu. Nie zawiera lateksu i PVC. Nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.50

Dot. pakietu 32 poz.1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy staplery do zamykania skóry z 35 zszywek, szerokość zszywek 13,05, średnica

zszywek 0,6 mm- z przeźroczystym wskaźnikiem z boku z podziałką 15, 25, 35 zszywek, jednorazowe, sterylne, pakowane pojedynczo, w opakowaniu zbiorczym 10szt.?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.51

Dot. pakietu 15

Obwody oddechowe do respiratora Flight 60 i Vitae 40. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie do odrębnego pakietu pozycji: „obwód oddechowy kompatybilny z respiratorem VITAE 40 dla pacjentów dorosłych i dla dzieci, pakowany pojedynczo”, która obecnie została połączona w jednym pakiecie z inną pozycją asortymentową? Wskazujemy, iż obwód oddechowy kompatybilny z respiratorem VITAE 40 pochodzi od innego producenta niż pozostała pozycja ujęta w pakiecie. Łączenie tych wyrobów w jednym pakiecie znacząco utrudnia możliwość złożenia oferty, ogranicza dostępność asortymentu oraz prowadzi do zawężenia konkurencji. Wyodrębnienie wskazanej pozycji do osobnego pakietu umożliwi szerszemu gronu wykonawców udział w postępowaniu, zwiększy konkurencyjność oraz może przełożyć się na uzyskanie korzystniejszych warunków cenowych dla Zamawiającego.

Odp. Zgodnie z SWZ. Obwód oddechowy -Vite pediatric ref.4200893, Vite Admut ref 4200892.

Pyt.52

Dotyczy Pakietu 40

Obwód oddechowy pacjenta

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanych obwodów

Odp. Nr. Ref 100/905/340 CH

Pyt.53

Dotyczy Pakietu 40

Obwód oddechowy pacjenta

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamieszczenie w dokumentacji postępowania informacji, iż zamówienia będą realizowane w ilościach odpowiadających pełnym opakowaniom producenta, tj. po 10 sztuk?

Wskazujemy, iż oferowany wyrób jest pakowany pojedynczo, a następnie w opakowania zbiorcze zawierające 10 sztuk. Zamawianie ilości niepełnych wiąże się z koniecznością rozkompletowywania opakowań zbiorczych producenta, co może wpływać na organizację dostaw oraz kalkulację ceny.

W związku z powyższym wnosimy o doprecyzowanie, że dostawy będą realizowane w wielokrotnościach 10 sztuk.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt.54

Dotyczy Pakietu 2 poz.2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic o poziomie AQL $\leq 1,5$. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt.55

Dotyczy wzoru umowy

1. Prosimy o dodanie do umowy zapisu dotyczącego składanych zamówień: „Zamawiający będzie składał zamówienia wg bieżących potrzeb, jednak każde zamówienie będzie o wartości nie mniejszej niż 450 zł netto”.

2. Prosimy o dodanie do umowy zapisu: „Zamawiający gwarantuje realizację umowy w wysokości nie niższej niż 80% całkowitej wartości umowy.”.

3. W przypadku braku zgody na powyższy zapis w umowie, prosimy o deklarację Zamawiającego w jakim stopniu % umowa zostanie na pewno zrealizowana.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt.56

Dotyczy Pakietu nr 20, poz. 1 i 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie siatki monofilamentowej, polipropylenowej o wymiarach 7,5 x 15cm. Pozostałe wymogi zgonie z SWZ.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.57

Dotyczy Pakietu nr 20, poz. 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie siatki monofilamentowej, polipropylenowej o wym. 10 x15 cm. Pozostałe wymogi zgodne z SWZ.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.58

Dotyczy Pakietu nr 20, poz. 1, 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie monofilamentowej, polipropylenowej siatki przepuklinowej o gramaturze 100 g/m² i grubość 0,48 mm.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.59

Dotyczy Pakietu nr 20, poz. 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie siatki monofilamentowej, polipropylenowej o wym. 7,6 x15 cm. Pozostałe wymogi zgodne z SWZ.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.60

Dotyczy Pakietu nr 20, poz. 3, 4

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie siatki niewchłaniającej o wyższych parametrach niż wymagane w SWZ tj. monofilamentowej, makroporowej wykonanej z polipropylenu waga 55g/m², grubość 0,60 mm.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.61

Pakiet nr 32, poz. 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie lekkiego jednorazowego sterylnego staplera skórno-śluzówkowego z 35 zszywkami, wskaźnikiem ilości zszywek w staplerze. Uchwyt staplera wygięty pod optymalnym

kątem, zapewniający dobrą widoczność brzegów zamykanej rany. Zszywki prostokątne o wymiarach: przed zamknięciem grzbiet 13,05 mm, nóżka 3,45 mm, po zamknięciu grzbiet 6,91 mm, nóżka 4,18 mm, stal nierdzewna o średnicy zszywki 0,6mm. Opakowanie zawiera 10 sztuk.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.62

Dotyczy Pakietu nr 32, poz. 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do usuwania zszywek jednorazowego użytku w opakowaniu zawierającym 28 sztuk.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.63

Dotyczy Pakietu nr 32, poz. 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty z zestawem do usuwania zszywek skórnych w skład, którego wchodzi: 1 przyrząd do usuwania zszywek 12,5 cm wykonany z wysokiej jakości polimeru, 1 pęseta 13cm wykonana z wzmocnionego polipropylenu, 2 kompresy włókninowe 7,5 x 7,5 cm, 2 tufery włókninowe o śr. 60 mm i 1 serweta dwuwarstwowa wykonana z celulozy i PE 50 x 50 cm (owinięcie zestawu). Opakowanie zawiera 1 zestaw.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt.64

Dotyczy Pakietu 33 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymagane badania kliniczne mają dotyczyć bezpieczeństwa stosowania przez 29 dni?

Odp. Zamawiający odpowiada tak.

Prosimy o doprecyzowanie czy strzykawka będąca częścią zestawu ma być skalowana zgodnie z maksymalną objętością wypełnienia balonika retencyjnego, co minimalizuje ryzyko przepełnienia i wystąpienia odleżyn?

Odp. Zamawiający odpowiada tak.

Pyt.65

Dotyczy Pakietu 33 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worków wymiennych kompatybilnych z zestawem w pozycji 1 do kontrolowanej zbiórki stolca pojemności 1000 ml, skalowane co 25 ml w tym numerycznie co 100 ml, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka, biologicznie czyste.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy nie zaszła omyłka pisarska i Zamawiający miał na myśli w jednostce miary opakowanie, ponieważ minimalna oferowana ilość logistyczna opakowania to 10 sztuk.

Odp. Tak , opakowanie.

Pyt.66

Dotyczy: wzór umowy, §8

W związku z koniecznością zabezpieczenia interesów Wykonawcy zwracamy się z prośbą o wprowadzenie do umowy poniższego zapisu:

„Wykonawcy przysługuje prawo wstrzymania dostaw w przypadku przekroczenia przez Zamawiającego terminu płatności określonego w §8 ust. 2 o 30 dni.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt.67

Dotyczy Pakietu 23

W pakiecie 23 w tabeli w rubryce indeks zamawiający ma na myśli kod EAN czy numer katalogowy produktu?

Odp. Zamawiający informuje indeks oznacza wewnętrzny numer.

Niniejsze odpowiedzi na pytania modyfikują treść SWZ.

E.B-R.

K.Sz.

A.M.

M.T.-D.

Z.Sz.

K.A.

Z-ca DYREKTORA ds. ADMINISTRACYJNYCH
„Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku
57-300 Kłodzko, ul. Szpitalna 1a

Jacek Marcelewicz