

Kłodzko, dnia 20.04.2026r.

Wykonawcy według rozdzielnika

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednorazowego sprzętu medycyny ogólnej dla potrzeb podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku, oznaczonego numerem DZP.2510.10.2026 w ramach drugiej dogrywki.

Informujemy, że wykonawcy zadali następujące pytania celem wyjaśnienia treści SWZ.

Pyt.1

Dotyczy Pakietu nr 11 poz. 4.

Czy Zamawiający dopuści szczotkę czyszczącą o średnicy włosa 5/10mm i długości 2500 mm? Jeżeli opakowanie zawiera 50 szt. szczotek to ilu opakowań oczekuje Zamawiający?

Odp. Parametry prawidłowe zapotrzebowanie na 500 szt. szczotek czyszczących – 10 opakowań po 50 sztuk.

Pyt.2

Dotyczy Pakietu nr 11 poz. 6.

Jeżeli opakowanie zawiera 100 szt. ustników to ilu opakowań oczkuje Zamawiający?

Odp. Oczekujemy 5 opakowań po 100 sztuk.

Pyt.3

Dotyczy Pakietu nr 22 poz. 1-5.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższych pozycjach elektrod równoważnych wskazanych w kolumnie nr 11- szczegółowy opis pozycji. Proponowany przez Państwa opis elektrod wprost opisuje konkretny wyrób konkretnego producenta.

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.4

Dotyczy Pakietu nr 22 poz. 1.

Elektrody do defibrylacji dla dorosłych Quik-Combo (para), elektrody można łączyć bezpośrednio z urządzeniami, w celu zapewnia niezawodność połączenia, elektrody z technologią rastrową i owalnym kształtem zastosowane celem zmniejszenia podrażnień skóry, doskonała radioprzezierność, opakowania kodowane kolorami z nadrukowanymi schematami połączeń ułatwiają szybką identyfikację wyrobu, zintegrowane odprowadzenia długości 120 cm warstwa przewodząca styku wykonana na bazie Ag/AgCl, powierzchnia styku pojedynczej elektrody wynosi 102 cm², pary – 204 cm², pełna zgodność z normą ANSI/AAMI DF80:2003, potwierdzona nawet po długotrwałej współpracy z rozrusznikiem zewnętrznym, to nic innego jak elektroda 11996-000090 firmy Physio Control

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.5

Dotyczy Pakietu nr 22 poz. 2.

Elektroda EKG jednorazowego użytku, dla dorosłych do badań wysiłkowych, badań wykonanych na OIOM-ie oraz wszędzie tam, gdzie wskazany jest ciągły dozór kardiologiczny, ze stykiem Ag/AgCl, podłożem typu micropore, materiałowym, hydrożel, złącze zatrzaskowe, okrągła Ø 55 mm, całkowita powierzchnia 2376 mm², powierzchnia żelu 254 mm², grubość 0.7 mm, odporność na odrywanie min. 2.5N, opakowanie a' 30-50 sztuk, to nic innego jak elektroda H99SG firmy Cardinal Health

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.6

Dotyczy Pakietu nr 22 poz. 3.

Elektroda EKG jednorazowego użytku do badań spoczynkowych, ciągłego monitorowania i diagnostyki, ze stykiem Ag/AgCl i podłożem piankowym, specjalny hydrożel do długotrwałego użytku, (b.mocny, łagodny dla skóry klej), rozmiar 57×34 mm, ze złączem zatrzaskowym, całkowita powierzchnia 1522 mm², powierzchnia żelu 254 mm², grubość 1mm, odporność na odrywanie min. 5N, opakowanie a' 30-50 sztuk k, to nic innego jak elektroda H91SSG firmy Cardinal Health

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.7

Dotyczy Pakietu nr 22 poz. 4.

Elektroda EKG jednorazowego użytku do badań diagnostycznych, ze stykiem Ag/AgCl i podłożem piankowym, specjalny hydrożel do długotrwałego użytku (łagodny dla skóry klej), nadają się też do zastosowań w neurologii i pediatrii, rozmiar 43×35 mm, złącze zatrzaskowe; radioprzezierna, nadaje się do CT i MRI, całkowita powierzchnia 1182 mm², powierzchnia żelu 254 mm², grubość 1mm, odporność na odrywanie min. 4N, opakowanie a' 30-50 sztuk , to nic innego jak elektroda H135TSG firmy Cardinal Health

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.8

Dotyczy Pakietu nr 22 poz. 5.

Elektrody do EKG jednorazowego użytku dla dzieci i niemowląt do badań spoczynkowych, z pianki polietylenowej pokrytej klejem hipoalergicznym o bardzo dobrej przyczepności. Czujnik ABS pokryty Ag/AgCl, bez lateksu, bez PVC, rozmiar średnicy 24 mm (+6mm), op. 50 szt, to nic innego jak elektroda H124SG firmy Cardinal Health.

W załączeniu przesyłam katalogi firmy Physio Control, Cardinal Health oraz linka do strony firmy Anmar-dystrybutora sprzętu Cardinal Health, Physio Control

<https://www.grupa-anmar.pl/anmar/cardinal-health/>

Medi-Trace™ Cadence RTS
Elektrody wielofunkcyjne (radioprzezierne)

- Doskonała radioprzezierność¹
- Elektrody Medi-Trace™ Cadence RTS podłączane są bezpośrednio do sprzętu dla zapewnienia skutecznego połączenia
- Opatentowana technika gradientowa i owalny kształt pozwalają na równomierne rozłożenie energii
- Zgodność ze sprzętem OEM eliminuje potrzebę stosowania specjalnych przejściówek i manipulacji przewodami
- Opakowania kodowane kolorami z rysunkami złączy ułatwiają i przyspieszają identyfikację produktu
- Zintegrowane odprowadzenia o długości do 117 cm pozwalają na wygodniejszą pracę z produktem
- Warstwa przewodząca wykonana z Ag/AgCl
- Powierzchnia przewodząca pojedynczej elektrody dla dorosłych wynosi 102 cm² (204 cm² na parę), a elektrody dla dzieci 55 cm² (111 cm² na parę)
- Pełna zgodność z normą ANSI/AAMI DF80.2003, nawet po długotrwałej stymulacji zewnętrznej

Poz. 2-5- wycinek z katalogu

Nazwa	Nr ref.	Rozmiar	Żel		Tworzywo				Rtg
			Żel płynny*	Hydrożel	Pianka	Folia	Mikro-guma	Tkanina	
H34SG	31.1946.21	50x45 mm		•	•				•
H92SG	31.1925.21	57x34 mm		•	•				
H91SSG	31.1917.21	57x34 mm		•	•				
H91TSG	31.1915821	57x34 mm		•	•				•
H93SG	31.1935.21	42x24 mm		•	•				
H135SG	31.1355.21	43x35 mm		•	•				
H135TSG	31.1355821	43x35 mm		•	•				•
H124SG	31.1245.21	30x24 mm		•	•				
H34LG	31.1345.21	50x45 mm	•		•				
H98SG	31.1986.21	Ø 55 mm		•			•		
H99SG	31.1996.21	Ø 55 mm		•				•	
Medi Trace™ 100	31118733	Ø 30 mm		•	•				
Medi Trace™ 133	31439725	Ø 30 mm		•	•				
Medi Trace™ 200	31050522	Ø 35 mm		•	•				
Medi Trace™ 530	31013926	Ø 45 mm		•	•				
H59P	ES40076	35x22 mm		•				•	
H69P	ES40281	22x22 mm		•				•	
Medi Trace™ 700	22700	Ø 45 mm		•		•			

Taki opis asortymentu nie tylko utrudnia uczciwą konkurencję, ale wręcz uniemożliwia Wykonawcy złożenie ważnej, konkurencyjnej, nie podlegającej odrzuceniu oferty. Zamawiający określił parametry elektrody w taki sposób, że ofertę w przedmiotowym postępowaniu może złożyć wyłącznie dostawca sprzętu Cardinal Health.. Wprowadzony opis elektrody ogranicza konkurencję i równe traktowanie wykonawców, gdyż nie mając uzasadnienia merytorycznego jest charakterystyczny dla jednego dostawcy i tym samym pozbawia pozostałych wykonawców możliwości złożenia oferty spełniającej wymogi SWZ. Na rynku są bowiem dostępne także inne elektrody o identycznych istotnych dla funkcji, jakie mają elektrody pełnić, parametrach.

Zatem wnioskujemy jak na wstępie o dopuszczenie elektrod **równoważnych**:

Pozycja 1- Elektrody do defibrylacji dla dorosłych Quik-Combo (para), elektrody można łączyć bezpośrednio z urządzeniami, elektrody o owalnym kształcie, doskonała radioprzeziorność, opakowania z nadrukowanymi schematami połączeń, zintegrowane odprowadzenia długości 100 cm, powierzchnia styku pojedynczej elektrody wynosi 95 cm², pary – 190 cm², pełna zgodność z normą ANSI/AAMI DF80.

Odp. Zgodnie z wymaganiami producenta sprzętu.

Pozycja 2- Elektroda EKG jednorazowego użytku, dla dorosłych do badań wysiłkowych, badań wykonanych na OIOM-ie oraz wszędzie tam, gdzie wskazany jest ciągły dozór kardiologiczny, ze stykiem Ag/AgCl, podłożem materiałowym, hydrożel, złącze zatrzaskowe, okrągła fi 50 mm, całkowita powierzchnia 1963,5 mm², powierzchnia żelu 176,71 mm², grubość 0.2 mm, odporność na odrywanie średnio 5N opakowanie a' 50 sztuk

Odp. Zgodnie z opisem w SWZ.

Pozycja 3- Elektroda EKG jednorazowego użytku do badań spoczynkowych, ciągłego monitorowania i diagnostyki, ze stykiem Ag/AgCl i podłożem piankowym, specjalny hydrożel do długotrwałego użytku, (b.mocny, łagodny dla skóry klej), rozmiar 50x35 mm, ze złączem zatrzaskowym, całkowita powierzchnia 1558,23 mm², powierzchnia żelu 226,98 mm², grubość 1mm, odporność na odrywanie min. 5N, opakowanie a' 50 sztuk

Odp. Zgodnie z opisem w SWZ.

Pozycja 4- Elektroda EKG jednorazowego użytku do badań diagnostycznych, ze stykiem Ag/AgCl i podłożem piankowym, specjalny hydrożel do długotrwałego użytku (łagodny dla skóry klej), nadają się też do zastosowań w neurologii i pediatrii, rozmiar 42x45 mm, złącze zatrzaskowe; radioprzeziarna, nadaje się do

CT i MRI, całkowita powierzchnia 1439,01mm², powierzchnia żelu 226,98mm², grubość 1mm, odporność na odrywanie 5N, opakowanie a' 50 sztuk.

Odp. Zgodnie z opisem w SWZ.

Pozycja 5- Elektrody do EKG jednorazowego użytku dla dzieci i niemowląt do badań spoczynkowych, z pianki polietylenowej pokrytej klejem hipoalergicznym o bardzo dobrej przyczepności. Czujnik ABS pokryty Ag/AgCl, bez lateksu, bez PVC, rozmiar 25,7mm, kształt kwiątka, opakowanie a' 50 sztuk

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 9.

Dotyczy Pakietu 22 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie wymaganych ilości elektrod. Zamawiający oczekuje 20 opakowań elektrod pakowanych od 30 do 50 sztuk. Prosimy o podanie sztuk wymaganych elektrod.

Odp. Zamawiający informuje 1000 sztuk.

Pytanie 10.

Dotyczy Pakietu 22 poz. 3-5

Czy Zamawiający dopuści podanie w ww. pozycji ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego 50 sztuk elektrod, albo podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku? Ceny jednostkowe elektrod są bardzo niskie, proponowane rozwiązanie dałoby wykonawcom możliwość zaoferowania korzystniejszej ceny łącznej.

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 11.

Dotyczy Pakietu 22 poz. 6

Elektrody kończynowe są pakowane po 4 sztuki zatem prosimy o dopuszczenie 4 kompletów po 4 sztuki.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 12.

Dotyczy Pakietu 22 poz. 7

Elektrody przyssawkowe są pakowane po 6 sztuk zatem prosimy o dopuszczenie 4 kompletów po 6 sztuk.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 13

Dotyczy Pakietu 22 poz. 9

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrod do defibrylacji ze złączem Quick Combo kompatybilnych z defibrylatorem Lifepak 15 dla dzieci oraz dla dorosłych o długości kabla 120cm.

Obecny opis wskazuje konkretnego producenta Physio- Control .



PRZEWODNIK PO ELEKTRODACH

ELEKTRODY DO STYMULACJI/DEFIBRYLACJI/EKG STOSOWANE Z LIFEPAK 12, 15 I DEFIBRYLATORAMI/ MONITORAMI LIFEPAK 20/20e



Elektrody Edge System ze złączem Quick-Combo dla dorosłych.
Kabel dł. 60 cm
11996-000091



Elektrody Edge System ze złączem REDI-PAK dla dorosłych.
Kabel dł. 105 cm
11996-000017



Elektrody Edge System RTS (radioprzezienne) ze złączem Quick-Combo dla dorosłych.
Kabel dł. 60 cm
11996-000090



Pediatryczne elektrody Edge System ze złączem Quick-Combo.
Do stosowania wyłącznie z monitorami/defibrylatorami manualnymi.
Kabel dł. 60 cm
11996-000093

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 14

Dotyczy Pakietu 11 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści szczypczyki biopsyjne z łyżeczkami o pojemności 5,73-7,6mm³? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 15

Dotyczy Pakietu 11, poz. 2.

Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektomii o średnicach otwarcia 10-32 mm, wykonane z drutu plecionego o grubości 0,3-0,41 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 16

Dotyczy Pakietu 11, poz. 4.

Czy Zamawiający dopuści szczotki jednorazowego użytku do czyszczenia endoskopu; dwustronne o średnicy drutu prowadzącego 1,7mm ze średnicą włosa 5mm i 10mm przy długości narzędzia 2300mm; na końcach szczotki plastikowe kulki chroniące kanał endoskopu przed zarysowaniami; szczotka współpracująca z minimalnym kanałem roboczym 2,8mm; pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta; opakowanie handlowe = 50 sztuk?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 17

Dotyczy Pakietu 11, poz. 7.

Czy Zamawiający dopuści pętlę z siatką chwytającą; jednorazową, owalną, obrotową, z regulacją wysunięcia; siatka nylonowa rozpostarta na pętli o otwarciu 25mm i długości oczka 42mm lub otwarciu 35mm i długości oczka 51,5mm (do wyboru Zamawiającego); średnica narzędzia 2,4mm, długość robocza 2300mm; opakowanie handlowe = 10 sztuk?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 17

Dotyczy Pakietu 11, poz. 8.

Czy Zamawiający dopuści szczypczyki biopsyjne typu jumbo, o średnicy 2,8 mm, pojemność łyżeczek 11,9mm³? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pytanie 18

Dotyczy Pakietu 11, poz. 9.

Czy Zamawiający dopuści pętlę z workiem do usuwania ciał obcych, średnica 2,4 mm, długość robocza 2300 mm, średnica pętli 25 mm, zintegrowany uchwyt obrotowy, min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji, op.=10 szt.?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pytanie 19

Dotyczy pakietu nr 5

Prosimy o możliwość złożenia oferty na realizację pakietu nr 5 produktów nie będących wyrobami medycznymi. W związku z tym stawka vat wynosi 23%.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pytanie 20

Dotyczy pakietu nr 11 poz. 1

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie szczypczyków biopsyjnych o długości miseczki 3,0 mm, maksymalnym rozwarciu miseczki 7,5 mm i pojemności łyżeczek 6,8 mm.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pytanie 20

Dotyczy pakietu nr 11 poz. 2

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie pętli jednorazowej do usuwania polipów o średnicy drutu 0,36 mm.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pytanie 21

Dotyczy pakietu nr 11 poz. 2

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie igły do wstrzyknięć o średnicy 2,3 mm.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pytanie 21

Dotyczy pakietu nr 11 poz. 7

Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści zaoferowanie pętli z siatką o średnicy korpusu 2,3 mm.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pytanie 22

Dotyczy pakietu nr 11 poz. 8

Czy Zamawiający w pozycji 8 dopuści zaoferowanie szczypczyków biopsyjnych jumbo o długości miseczki 5,8 mm, o pojemności łyżeczek 12 mm³.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pytanie 23

Dotyczy Pakiet 11, poz. 3

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wyceny 30 opakowań zawierających 10 szt igieł, zgodnie z opisem wielkości opakowania zawartym w kolumnie „Nazwa”.

Odp. Zamawiający informuje 30 sztuk igieł.

Pytanie 24

Dotyczy Pakietu 11, poz. 7

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie pętli z siatką do usuwania polipów, jednorazowego użytku, średnica korpusu 2,5 mm, rozmiar pętli 30 mm, długość narzędzia 230 cm; oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety. min. 3 etykiety do dokumentacji medycznej z nr lot, nr katalogowym i datą ważności. Op.=10szt.

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 25

Dotyczy Pakietu 11, poz. 4

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie szczotek czyszczących, jednorazowych, dwustronnych średnica włosia 6 mm i 10 mm. długość narzędzia 2300 mm, średnica cewnika 1,7-1,8mm. Główna pierwsza wymiary: dł. Szczoteczki 30-40 mm. szerokość 10mm, dł. Włosia 5 mm, główka druga

wymiary : dł. szczoteczki 20mm, szerokość szczoteczki 6 mm, dł. włosia 3mm (opakowanie zbiorcze typu kartonowy dyspenser zawiera 100 sztuk szczotek indywidualnie pakowanych).

Odp. Zgodnie z SWZ

Pytanie 26

Dotyczy Pakietu 11

Czy zamawiający dopuści kleszcze o pojemności łyżeczek 7,6 mm ? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pytanie 27

Dotyczy Pakietu 11

Czy Zamawiający dopuści pętle o średnicy drutu 0,3 mm dla średnicy otwarcia 6 mm, 10 mm, 15 mm oraz średnicy drutu 0,47 mm dla średnicy otwarcia 20 mm, 25 mm, 30 mm ? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pytanie 28

Dotyczy Pakietu 11

Czy Zamawiający dopuści igły o średnicy osłonki 2,3 mm ? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pytanie 29

Dotyczy Pakietu 11

Czy Zamawiający dopuści pętle o średnicy korpusu 2,6 mm ? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pytanie 30

Dotyczy Pakietu 11

Czy Zamawiający dopuści kleszcze typu Jumbo o długości miseczki 4,1 mm, pojemności łyżeczek 12,3 mm³ ? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pytanie 31

Dotyczy Pakietu nr 3 .

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania oryginalne przyssawki do urządzenia do kompresji klatki piersiowej LUCAS, które nie są wyrobem medycznym? Zgodnie z informacją uzyskaną od producenta przyssawek, utraciły one status wyrobu medycznego i mają obecnie stawkę VAT 23%

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 32

Dotyczy Pakietu nr 24 pozycja 2 .

Czy w Pakiecie nr 24 w punkcie nr 2 nie doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający wymaga do zaoferowania dren płuczący do histeroskopii z kontrolą ciśnienia PC?

Odp. Zamawiający informuje ,że doszło do pomyłki. Zamawiający wymaga dren do HSC z kontrolą ciśnienia PC

Pytanie 33

Dotyczy Pakietu nr 24

Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 24 wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 10 dni roboczych?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 34**Dotyczy Pakietu nr 24**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 24 wyrazi zgodę na częściową realizację składnych zamówień. W przypadku niewystarczających stanów magazynowych. Zapewni to Zamawiającemu ciągłość pracy bloku i przeprowadzania procedur medycznych

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 35**Dotyczy Pakietu nr 24**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 24 wyrazi zgodę na dostawę wyrobów z terminem ważności nie krótszym niż 9 miesięcy licząc od daty dostawy?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 36**Dotyczy Pakietu nr 19**

System przeznaczony do chirurgicznego leczenia obniżenia narządów rodnych (rectocele i enterocele) z dostępu przez pochwowygo

W zestawie:


1. Ultralekka siatka

- Materiał: siatka polipropylenowa typu 1a (makroporowata i monofilamentowa)
- Tytanizowana, hydrofilową powierzchnią zapewnia lepszą integrację tkankową i zmniejsza ryzyko wystąpienia stanów zapalnych
- Wielkość porów: 3mm, gramatura: 24 g/m²
- Atraumatyczne, laserowo cięte brzegi siatki
- 100% biokompatybilna, niewchłaniałna
- Niebieskie paski gwarantują widoczność siatki w polu operacyjnym oraz ułatwiają korektę wielkości.

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 37**Dotyczy Pakietu nr 19**

Akcesoria jednorazowego użytku (zestaw 4 adapterów i 4 pętli) do właściwego pozycjonowania i regulacji ułożenia siatki. Do implantacji siatki służy dedykowane narzędzie wielorazowego użytku



Dopuszczenie naszych produktów pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 38**Dotyczy Pakietu nr 23****Bronchofiberoskop AMBU – OIT, pozycja nr 1**

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje 5 zestawów endoskopów rozumianych jako 5 szt. endoskopów z zestawem do pobierania próbek czy jednak jako 5 opakowań handlowych (1 op. = 5 szt.), co oznacza 25 szt. endoskopów z zestawem do pobierania próbek? Jeden endoskop jest do użycia dla jednego pacjenta. W związku z niejasnością, zwracamy się z prośbą ponownego przeliczenia ilości sztuk endoskopów z zestawem do pobierania próbek, jaką należy zaoferować.

Odp. Zamawiający informuje, że chodzi o zestaw endoskopów z zestawem do pobierania próbek.

Pytanie 39**Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „Wszelkie zaistniałe nieprawidłowości (niekompletna dostawa, termin ważności niezgodny z deklarowanym, nieterminowe dostawy, asortyment gorszej jakości lub gatunku niż wymagany w umowie itp.) odnotowywane są przez upoważnionych pracowników Zamawiającego i potwierdzane przez osobę realizującą dostawę. Kserokopia dokumentu przekazywana jest Dostawcy. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Dostawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą: - braków ilościowych w ciągu 5 dni roboczych; - wad jakościowych w ciągu 5 dni roboczych.”

Odp. Zamawiający dopisze.

Pytanie 40**Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Zamawiający naliczy Dostawcy 5% karę umowną liczoną od wartości brutto niezrealizowanej części umowy za odstąpienie lub rozwiązanie umowy z winy Dostawcy.”

Odp. Zgodnie ze wzorem umowy.

Pytanie 41**Dotyczy warunków umowy § 8 ust. 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Strony ustalają, że Dostawca nie może bez zgody Zamawiającego scedować na rzecz osoby trzeciej zobowiązań Zamawiającego wynikających z tytułu realizacji niniejszego zamówienia publicznego. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na taki zapis.

Pytanie 42**Dotyczy warunków umowy § 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/wymagalności wskazanego na fakturze.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na taki zapis.

Pytanie 43**Dotyczy pakietu 11, poz. 1-4, 6-8, 10**

Prosimy o dopuszczenie używanych już wcześniej w Szpitalu narzędzi o zbliżonych parametrach, tj.:

- w poz. 1 szczypczyki o dł. roboczej 1600 mm, o zbliżonych dł. miseczki, rozwarciu i pojemności,
- w poz. 2 pętle plecione o zbliżonej śr. drutu,

- w poz. 3 igły o śr. osłonki, 2,3 mm, rozmiar 22G,
 - w poz. 4 szczotki o dł. 230 cm, dwustronne o dł. włosia 5 mm i 10 mm, o zbliżonych wymiarach główki pierwszej i drugiej,
 - w poz. 6 ustniki z gumką o zbliżonych wymiarach,
 - w poz. 7 pętla z siatką o śr. osłonki 2,3 mm,
 - w poz. 8 szczypczyki jumbo o zbliżonych dł. miseczki, rozwarciu i pojemności,
 - w poz. 10 klipsownice o rozwarciu ramion 11, 13 i 16 i dodatkowo z możliwością wykonania MRI.
- Wszystkie narzędzie w pełni kompatybilne z posiadanymi endoskopami.

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 44

Dotyczy pakietu nr 1 poz 2

Czy zamawiający dopuści obwód 200cm mikrobiologicznie czysty, spełniający pozostałe kryteria SWZ? dotyczy pakietu nr 1 poz 3 Czy Zamawiający dopuści filtr wlotu powietrza okrągły o średnicy 80mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod rygorem zgodności z respiratorem PHILIPS TRYLGY EUO.

Pytanie 45

Dotyczy pakietu 26

Proszę o odstąpienie od wymogu dostarczenia próbek na etapie składania ofert na zapis dostarczenie próbek na wezwanie w przypadku oferty, która otrzyma największą ilość wymaganych punktów zgodnie z kryterium oceny ofert.

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 46

Dotyczy pakietu 26 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga w/w pozycji koreczka z trzpieniem poniżej własnej krawędzi dla zwiększenia aseptyki personelu medycznego.

Odp. Zamawiający wymaga.

Pytanie 47

Dotyczy pakietu 26 poz. 1

Prosimy o możliwość przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym w/w pozycji na opakowania po 100 szt.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 48

Dotyczy pakietu 26 poz. 2, poz. 5

Prosimy o możliwość przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym w/w pozycji na opakowania po 100 szt.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 49

Dotyczy pakiet nr 26 poz. 1, poz. 2

Czy Zamawiający wymaga w/w pozycjach opakowanie twarde blister umożliwia aseptyczne wyjęcie koreczka z opakowania

Odp. Zamawiający wymaga.

Pytanie 50

Dotyczy pakiet nr 26 poz. 3, poz. 4

Prosimy o dopuszczenie koreczków do dezynfekcji do łączników infuzyjnych z gąbką nasączoną 70 % alkoholem izopropylowym.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 51

Dotyczy pakiet nr 26 poz. 3, poz. 4

Prosimy o dopuszczenie koreczków do dezynfekcji pakowanych na pasku po 10 szt.

Odp. Zamawiający wymaga.

Pytanie 52

Dotyczy pakiet nr 26 poz. 6

Czy Zamawiający wymaga kranika trójdrożnego w pokrętłem w trzech kolorach białym, niebieskim i czerwonym.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 53

Dotyczy pakiet nr 26 poz. 7

Czy Zamawiający dopuszcza kranik z pokrętłem w kolorze białym lub w kolorze niebieskim

Odp. Zamawiający wymaga.

Pytanie 54

Dotyczy pakiet nr 26 poz. 6, poz. 7

Czy Zamawiający dopuszcza kranik sterylizowany EO, obecny opis wskazuje tylko jednego producenta co w znacznym stopniu ogranicza konkurencyjność ofert, w przypadku odmowy prosimy o medyczne uzasadnienie. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 55

Dotyczy pakiet nr 26 poz. 8

Prosimy o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów fuzyjnych z precyzyjnym regulatorem przepływu, którego dren -posiada : dren 150 cm + wstawką do dodatkowych wstrzyknięć z zaciskiem przesuwym. W przypadku odmowy prosimy o medyczne uzasadnienie. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 56

Dotyczy pakiet nr 30

Prosimy o dopuszczenie ochraniaczy zgodnie z opisem:

OCHRANIACZE KRÓTKIE FIZELINOWE z paskami antypoślizgowymi

- kolor niebieski
- dwa czarne paski antypoślizgowe na każdej sztuce
- rozmiar 41x16cm
- opakowanie 100 sztuk

- materiał: włóknina (polipropylen)
- gramatura 30 g/m² PP
- mocowane za pomocą gumki

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 57

Dotyczy pakiet 20 poz.1

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne bezpieczne kaniule bez portu z możliwością podania m.in. kontrastu pod ciśnieniem min. 400 PSI przy przepływie 10ml/s w rozmiarach:

18G 1,3 x 30-33 mm - przepływ 85-105ml/min zielona

20G 1,1 x 32-33 mm - przepływ 55-60 ml/min różowa

20G 1,1 x 25 mm - przepływ 55-65 ml/min różowa

22G 0,9 x 25 mm - przepływ 33-35 ml/min niebieska

24G 0,7 x 19 mm - przepływ 18-22 ml/min żółta

Cewnik kaniuli wykonany z PUR z min. 4 paskami umożliwiającymi kontrolę położenia kaniuli w promieniach RTG, z przeźroczystą komorą wypływu typu flashback z filtrem hydrofobowym pozwalającą na wyraźne wizualne potwierdzenie udanego wkłucia do żyły, z automatycznym skutecznym mechanizmem w technologii pasywnej zabezpieczającym przed zakłuciem (ekspozycją zawodową). Posiada duże skrzydełka z otworami zwiększające stabilność i zapewniające utrzymanie cewnika na miejscu oraz zintegrowany lub dołączany /pakowany/ osobno dren przedłużający o długości 15-20 cm z przesuwaną klamrą zaciskową, dren wyposażony w zawór bezigłowy w systemie zamkniętym, o objętości wypełnienia max. 0,22ml, maksymalnym wyrzucie płynu z zastawki 0,03ml i przepływie min. 205ml/min. Dodatkowo zastawka uniemożliwiająca wypływ krwi po wyjęciu mandrynu. Wyrób medyczny jednorazowy, pakowany indywidualnie w opakowania typu folia/papier z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie, sterylne, kodowane kolorystycznie zgodnie z kodem ISO.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 58

Dotyczy pakiet 20 poz.2

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne bezpieczne kaniule dożylnie bez portu, w rozmiarach:

24G 0,7 x 19 mm - przepływ 19-22 ml/min żółta

22G 0,9 x 25 mm - przepływ 33-35 ml/min niebieska

20G 1,1 x 30-33 mm - przepływ 55-60 ml/min różowa

20G 1,1 x 25 mm - przepływ 55-65 ml/min różowa

18G 1,3 x 30-33 mm - przepływ 85-105ml/min zielona

Cewnik kaniuli wykonany z PUR, 4-6 pasków radiocieniujących, zabezpieczenie przeciw zakłuciu po kaniulacji w bezobsługowym systemie automatycznym w postaci metalowego lub plastikowo-metalowego zatrzaśku, co skutecznie chroni przed przypadkowym zakłuciem się igłą oraz potencjalną ekspozycją na patogeny krwiopochodne podczas usuwania cewnika, przeźroczysta komorą wypływu typu flashback z filtrem hydrofobowym zapewnia wyraźne, wizualne potwierdzenie wkłucia do naczynia, igła ze stali nierdzewnej z ostrzem typu back cut z uniwersalnym szlifem V, zastawka wewnętrzna uniemożliwiająca wypływ krwi po wyjęciu mandrynu, zwężana końcówka cewnika gwarantuje płynne wkłucie, wolna od PVC i lateksu, kodowane kolorystycznie zgodnie z kodem ISO.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 59**Dotyczy pakiet 20 poz.6**

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne kaniule dożylnie noworodkowe Neoflon, wykonane z biokompatybilnego, termoplastycznego poliuretanu, o przepływach 19ml/min. (dla 24G) oraz 14ml/min. (dla 26G), a więc korzystniejszych (wyższych) niż wskazane w SWZ, spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ - amerykańskiego lidera w produkcji tego typu kaniul dożylnych. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane kaniule dożylnie noworodkowe typu Neoflon, powinny posiadać technologię, umożliwiającą natychmiastowe, wzrokowe potwierdzenie skutecznej kaniulacji, co jest szczególnie istotne u najmłodszych pacjentów, spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 60**Dotyczy pakiet 20 poz. 7**

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na rampy 5- kranikowe z drenem 150 cm - z powodzeniem stosowane już w Państwie szpitalu - stanowiące zespół pięciu kraników trójdrożnych trwale połączonych ze sobą i zintegrowanych z białą podstawą umożliwiającą wygodne mocowanie ich do stojaków pionowych, spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ - europejskiego lidera w produkcji tego typu ramp.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 61**Dotyczy pakiet 20 poz.3, 4, 5, 6, 8**

W związku z drugą dogrywką przedmiotowego postępowania, zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na odstąpienie od ponownego złożenia przez naszą Firmę próbek w pozycjach 3, 4, 5, 6, 8.

Próbki oferowanych w bieżącym postępowaniu wyrobów znajdują się w posiadaniu Zamawiającego w związku ze złożeniem ich w postępowaniu o Nr sprawy - **DZP.2510.14.2025**, nie zostały odebrane, ani odesłane i mogą posłużyć ponownie do badania i oceny złożonej przez naszą Firmę oferty, jednocześnie obniżając koszty jej złożenia. Próbki do pozostałych, wymaganych pozycji zostaną złożone zgodnie z wymogami SWZ.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 62**Dotyczy pakiet 26 poz. 6-7**

Prosimy o potwierdzenie, iż zapis SWZ cyt. „z pokrętle w kolorze niebieskim, białym lub czerwonym” oznacza wymóg zaoferowania kraników w minimum dwóch ze wskazanych w SWZ kolorach (dla odróżnienia różnych linii infuzyjnych np. żyłnej i tętniczej), spełniających wszelkie pozostałe wymogi SWZ.

Odp. Zamawiający potwierdza wymóg minimum dwóch kolorów

Pytanie 63**Dotyczy pakiet 26 poz. 8**

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych, wyposażone w specjalny mocny stabilny pierścień ułatwiający wbicie, z precyzyjnym regulatorem przepływu (przepływomierzem) o regulacji prędkości w zakresie min. 0-250ml/h dla równoważnej lepkości płynów jak w SWZ i kształcie wygodnej w użyciu ząbkowanej tarczy, spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ - europejskiego lidera w produkcji tego typu przyrządów.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych, powinny posiadać oznaczenie logo lub nazwy producenta oraz nazwę własną na samym przyrządzie, a także na

opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, co zapewnia ich identyfikację także po wypakowaniu z opakowania jednostkowego i użyciu klinicznym - przy spełnieniu wszelkich pozostałych wymogów SWZ

Odp. Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 64

Dotyczy umowy:

Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto?

Odp. Zgodnie z wzorem umowy.

Pytanie 65

Całość postępowania

Prosimy Zamawiającego o informację czy próbki podlegają uzupełnieniu?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 66

Dotyczy pakiet 16, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; niskociśnieniowy balonik retencyjny z niebieską kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego; port do napełniania balonika retencyjnego, oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z kłamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu. Czas utrzymania do 29 dni. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1500 ml z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, z filtrem węglowym zawierające wewnątrz saszetkę z absorbentem cieczy?

Odp. Zamawiający dopuści pod warunkiem spełnia pozostałych wymogów zawartych w SWZ.

Pytanie 67

Dotyczy pakiet 16, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, przednia część przeźroczysta, tylna biała, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym (do wyboru z filtrem lub bez) pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka, w opakowaniu po 2 sztuki z filtrem węglowym i absorbentem cieczy?

Odp. Zamawiający dopuści pod warunkiem zgodności z opisem w poz. 1 czyli kompatybilności z systemem .

Pytanie 68

Dotyczy pakiet 26, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści koreczki z trzpieniem powyżej własnej krawędzi?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 69

Dotyczy pakiet 26, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści koreczek dezynfekujący do portów kaniul i cenników centralnych z gąbką nasączoną 70% alkoholem izopropylowym?

Odp. Zamawiający dopuść.

Pytanie 70

Dotyczy pakiet 26, pozycja 6-7

Czy Zamawiający dopuści kraniki trójdrożne zabezpieczone koreczkami z trzpieniem powyżej własnej krawędzi?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 71

Dotyczy pakiet 26, pozycja 6-7

Czy Zamawiający dopuści kraniki trójdrożne dostępne tylko z pokrętkami w kolorze niebieskim?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 72

Dotyczy pakiet 26, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z precyzyjnym regulatorem, z komorą kropłową z PCV o długości 60mm, z drenem o długości 180cm z dodatkowym igłowym portem do podawania leków, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odp. Nie dopuści Zamawiający wymaga portu bezigłowego.

Pytanie 73

Dotyczy pakiet 28 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym o wymiarach 71x116cm, obwód całkowity 142cm?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 74

Dotyczy pakiet 28 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze minimum 20g/m²?

Odp. Dopuszcza pod warunkiem zgodności z pozostałymi zapisami w opisie produktu.

Pytanie 75

Dotyczy pakiet 28 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch dostępny w rozmiarach L i XL?

Odp. Dopuszcza pod warunkiem dostawy również pozostałych rozmiarów S i M.

Pytanie 76

Dotyczy pakiet 28 poz. 5

Czy w przypadku zaoferowania op=90szt należy przeliczyć ilość?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 77

Dotyczy pakiet 28 poz. 5

Czy Wymagana ilość 2800op dotyczy op=80szt czy op=90szt?

Odp. Zamawiający informuje - 80 lub 90 sztuk

Pytanie 78

Dotyczy pakiet 28 poz. 7

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy przedmiotem zamówienia jest kombinezon ochrony osobistej czy koc termiczny?

Odp. Kombinezon ochrony osobistej.

Pytanie 79

Dotyczy pakiet 28 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści kombinezon SAFE+, chroniący przed czynnikami chemicznymi i infekcyjnymi typ 4b-5b-6b, wykonany z laminatu (włókniny polipropylenowej oraz polietylenu) o gramaturze 63 g/m², szwy poliestrowe dodatkowo zakryte taśmą, wyposażony w trójpanelowy kaptur z elastycznym wykończeniem wyposażony w gumkę z tyłu w pasie, nadgarstkach oraz kostkach suwak zakryty samoprzylepną patką. Rozmiary S-XXXL?

Odp. Zamawiający dopuści.

Pytanie 80

Dotyczy pakiet 28 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m²?

Odp. Zamawiający dopuści.

Pytanie 81

Dotyczy pakiet 28 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne wykonane z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m²?

Odp. Zamawiający dopuści.

Pytanie 82

Dotyczy pakiet 28 poz.11

Czy Zamawiający dopuści pojemnik sterylny wyłącznie w środku, w opakowaniu foliowym?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 83

Dotyczy pakiet 28 poz. 15

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze wykonane z laminatu (włókniny polipropylenowej oraz polietylenu) o gramaturze 63 g/m², szwy zakryte taśmą, wykończone gumką oraz dodatkowo wiązane, z warstwą antypoślizgową, środek ochrony indywidualnej kategorii I zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/425, jednorazowego użytku?

Odp. Zamawiający dopuści.

Pytanie 84

Dotyczy pakiet 28 poz. 22

Czy Zamawiający dopuści półmaskę FFP2 składaną z płaską konstrukcją umożliwiającą łatwą obsługę, wyposażoną w zintegrowaną kształtkę na nos, wysokiej jakości materiał filtracyjny spełnia wymagania poziomu ochrony FFP2 NR zgodnie z EN 149:2001+A1:2009, w kategorii III Środków Ochrony indywidualnej zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425, wyrób medyczny klasy I zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745, z graficzną instrukcją zakładania nadrukowana na opakowaniu jednostkowym, w kolorze białym, przeznaczona jest do użytku podczas jednej zmiany roboczej (max 8 godzin), jednorazowego użytku?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 85

Dotyczy pakiet 30 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze foliowe niewyposażone w molet? Zastosowana do produkcji ochraniaczy folia polietylenowa posiada matową, mikroporowatą strukturę powierzchni, która skutecznie redukuje efekt „pływania” na gładkich podłożach. Dodatkowo cienka folia PE pod naciskiem dopasowuje się do powierzchni podłoża, zwiększając powierzchnię styku, a tym samym poprawiając właściwości antypoślizgowe.

Odp. Zamawiający dopuści.

Pytanie 86

Dotyczy pakiet 30 poz. 1


Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na buty wykonane z mocnej i wytrzymałej włókniny polipropylenowej 40 g/m² z warstwą antypoślizgową, ściągane podwójną gumką obszytą ultradźwiękowo?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 87

Dotyczy pakiet 28 poz.13

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacz o konstrukcji jak poniżej:



Odp. Zamawiający dopuści.

Pytanie 88

Dotyczy pakiet 28 poz. 13

Czy w przypadku zaoferowania op=100szt należy wycenić 250op?

Odp. Zamawiający dopuści.

Pytanie 89

Dotyczy pakiet 28 poz. 13

Czy Wymagana ilość 250op dotyczy op=100szt czy op=200szt?

Odp. Zamawiający informuje 100 lub 200 sztuk

Pytanie 90

Dotyczy pakiet 28 poz. 23

Czy Zamawiający dopuści prowadnice o następujących parametrach:

6F – o średnicy 2,0x310mm

10F – o średnicy 3,3x390mm

14F – o średnicy 4,7x390mm?

Odp. Zamawiający dopuści.

Pytanie 91

Dotyczy pakiet 28 poz. 25

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że należy wycenić 300 rolek a'25szt?

Odp.Tak

Pytanie 92

Dotyczy pakiet 28 poz. 33

W pozycji 31 nie ma worka do zbiórki moczu.

Odp. Zamawiający informuje ,że nie ma .

Pytanie 93

Dotyczy pakiet 28 poz. 34

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiający dopuści.

Pytanie 94

Dotyczy Pakiet 28 poz. 35

Czy Zamawiający dopuści worek skalowany co 50ml do 1750ml, ze skalą linearną co 100ml, cyfrowo co 200ml?

Odp. Dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań zapisanych w SWZ.

Pytanie 95

Dotyczy pakiet 28 poz. 37

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań zapisanych w SWZ.

Pytanie 96

Dotyczy pakiet 28 poz. 38

Czy Zamawiający dopuści worek na wymiociny z szerokim wlotem o średnicy około 12,4cm?

Odp. Dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań zapisanych w SWZ.

Pytanie 97

Dotyczy pakiet 28 poz. 40, 41

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=250szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań zapisanych w SWZ.

Pytanie 98

Dotyczy pakiet 28 poz. 55

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=50szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiający dopuści.

Pytanie 99

Dotyczy pakiet 28 poz. 56

Czy Zamawiający dopuści zestaw do wysokociśnieniowego drenażu ran o pojemności 1000ml, skalowany co 50ml cyfrowo i co 25ml liniowo?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 100

Dotyczy pakiet 28 poz. 56

Czy Zamawiający dopuści zestaw do wysokociśnieniowego drenażu ran z drenem o długości 120cm?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 101

Dotyczy pakiet 28 poz. 19, 56, 57, 58

Czy Zamawiający wymaga dostarczenie w w/w pozycjach próbek w ilości po 1 sztuce?

Odp. Zamawiający wymaga

Pytanie 102

Dotyczy pakiet 26 poz. 2:

1) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 26 poz 2 alternatywnych koreczków Luer Lock z trzpieniem wystającym powyżej krawędzi, pakowanym osobno po 100 szt w op?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 103

Dotyczy pakiet 26 poz. 3,4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 26 poz 3,4 KORECZEK DEZYNFEKCYJNY, nie zawiera lateksu i DEHP, Substancja czynna: jałowy 70% roztwór alkoholu izopropylowego (IPA). Zapewnia redukcję liczby bakterii >4 log (99,99%) w czasie 1 minuty. Duży i wygodny uchwyt na palce ułatwia zakładanie i zdejmowanie. Zgodny z łącznikami bezigłowymi. Opakowanie 300 sztuk ?

Odp. Zamawiający dopuści

Pytanie 104

Dotyczy pakiet 26 poz. 6

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 26 poz 6 kranika zabezpieczonego koreczkami z trzpieniem powyżej krawędzi ?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 105

Dotyczy pakiet 26 poz. 7

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 26 poz 7 kranika zabezpieczonego koreczkami z trzpieniem powyżej krawędzi?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 106

Dotyczy pakiet 26 poz. 8

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 26 poz 8 zestawu infuzyjnego z precyzyjnym regulatorem przepływu w kształcie cylindra z pojedynczą skalą pomiarową w zakresie 5-250 ml/h, Spike ABS, komora wentylowana /odpowietrznik komory kroplowej ręczny z filtrem hydrofobowym. Komora kroplowa długość min. 50mm, Długość drenu 138 cm, zestawu 150 cm, bez zawartości DEHP, lateksu, bisphenol A. Wewn. średnica drenu 3 mm. Objętość wypełnienia drenu: 16ml.

Regulator rolkowy na drenie do zamknięcia infuzji. Złącze luer lock obrotowe, koreczek standard...Opakowanie 240szt. Sterylizowany EO,data ważności – 36 miesięcy od daty produkcji ?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 107

Dotyczy wzoru umowy

Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o potwierdzenie, iż w związku z planowanym obowiązkiem wystawiania faktur ustrukturyzowanych przez KSeF, Zamawiający wymaga, aby faktury wystawiane w ramach realizacji zamówienia były przysyłane wyłącznie za pośrednictwem KSeF. Z dniem wprowadzenia systemu e-faktur jako obowiązującego standardu faktura może być dostarczona tylko przy użyciu KseFu.

Odp. Zgodnie z wzorem umowy.

Pytanie 108

Dotyczy pakietu 15 – system znakowania leków

Czy Zamawiający prawidłowo założył 5 rolek naklejek na 12 miesięcy trwania umowy?

Biorąc pod uwagę specyfikę produktu, taka ilość może być ograniczająca i niewystarczająca.

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 109

Dotyczy pakietu nr 10, punkt 7

Czy Zamawiający doprecyzuje lub zmieni wymagania? Czy czujnik ma być wielorazowy, czy przylepny? Czujni przylepny a zarazem wielorazowego użytku nie występują na rynku.

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 110

Dotyczy pakietu nr 10, punkt 7

Czy czujnik ma być podpinany do adaptera 4103?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 111

Dotyczy pakietu nr 10, punkt 8

Czy Zamawiający potwierdzi, że chodzi o czujnik jednorazowy?

Odp. Zgodnie z opisem z SWZ.

Pytanie 112

Dotyczy pakietu nr 10, punkt 8

Czy ma to być czujnik o numerze referencyjnym 4029?

Odp. Zgodnie z opisem z SWZ.

Pytanie 113

Dotyczy pakietu 16 poz.1

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do kontrolowanej zbiórki stolca, cewnik wykonany z 100% biokompatybilnego silikonu o długości 160cm, czarny znacznik nad balonem ułatwiający kontrolę położenia cewnika, port do irygacji służący do przepłukiwania systemu w razie konieczności oraz podania leków doodbytniczo, balonik retencyjny z kieszonką na palec wiodący, worek zbiorczy o pojemności 2000

ml (skalowany co 25ml (od 25 do 100ml) oraz co 100ml (od 100ml do 2000ml)) z filtrem węglowym i zastawką antyzwrotną, wieszaki umożliwiające przymocowanie do ramy łóżka, sterylne, pakowane pojedynczo w opakowanie papierowo-foliowe. Zestaw zawiera: cewnik, 3x worek, strzykawkę 60ml, przyklepne opatrunki. Czas utrzymania do 29 dni?

Odp. Zgodnie z opisem z SWZ.

Pytanie 114

Dotyczy pakietu 16 poz.1

Zadanie nr 16 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści worki zbiorcze kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 2000 ml (skalowany co 25ml (od 25 do 100ml) oraz co 100ml (od 100ml do 2000ml)) z filtrem węglowym i zastawką antyzwrotną, pakowane pojedynczo?

Odp. Zamawiający dopuści pod warunkiem spełnienia wymogów zawartych w SWZ.

Niniejsze odpowiedzi na pytania modyfikują treść SWZ.

E.B-R.

K.Sz.

A.M.

Z.Sz.

K.A.

Z-ca DYREKTORA ds. ADMINISTRACYJNYCH
„Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku
57-300 Kłodzko, ul. Szpitalna 1a

Jacek Marcelewicz

