

Kłodzko, dnia 29.06.2026r.

Wykonawcy według rozdzielnika

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednorazowego sprzętu medycyny ogólnej dla potrzeb podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku, oznaczonego numerem DZP.2510.17.2026 w ramach trzeciej dogrywki.

Informujemy, że wykonawcy zadali następujące pytania celem wyjaśnienia treści SWZ.

Pyt.1

Dotyczy Pakietu nr 13 poz. 1-5.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższych pozycjach elektrod równoważnych wskazanych w kolumnie nr 11- szczegółowy opis pozycji. Proponowany przez Państwa opis elektrod wprost opisuje konkretny wyrób konkretnego producenta.

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.2

Dotyczy Pakietu nr 13 poz. 1.

Elektrody do defibrylacji dla dorosłych Quik-Combo (para), elektrody można łączyć bezpośrednio z urządzeniami, w celu zapewnienia niezawodności połączenia, elektrody z technologią rastrową i owalnym kształtem zastosowane celem zmniejszenia podrażnień skóry, doskonała radioprzezierność, opakowania kodowane kolorami z nadrukowanymi schematami połączeń ułatwiają szybką identyfikację wyrobu, zintegrowane odprowadzenia długości 120 cm warstwa przewodząca styku wykonana na bazie Ag/AgCl, powierzchnia styku pojedynczej elektrody wynosi 102 cm², pary – 204 cm², pełna zgodność z normą ANSI/AAMI DF80:2003, potwierdzona nawet po długotrwałej współpracy z rozrusznikiem zewnętrznym, to nic innego jak elektroda 11996-000090 firmy Physio Control

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.3

Dotyczy Pakietu nr 13 poz. 2.

Elektroda EKG jednorazowego użytku, dla dorosłych do badań wysiłkowych, badań wykonanych na OIOM-ie oraz wszędzie tam, gdzie wskazany jest ciągły dozór kardiologiczny, ze stykiem Ag/AgCl, podłożem typu micropore, materiałowym, hydrożel, złącze zatrzaskowe, okrągła Ø 55 mm, całkowita powierzchnia 2376 mm², powierzchnia żelu 254 mm², grubość 0.7 mm, odporność na odrywanie min. 2.5N, opakowanie a' 30-50 sztuk, to nic innego jak elektroda H99SG firmy Cardinal Health

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.4

Dotyczy Pakietu nr 13 poz. 3.

Elektroda EKG jednorazowego użytku do badań spoczynkowych, ciągłego monitorowania i diagnostyki, ze stykiem Ag/AgCl i podłożem piankowym, specjalny hydrożel do długotrwałego użytku, (b.mocny, łagodny dla skóry klej), rozmiar 57×34 mm, ze złączem zatrzaskowym, całkowita powierzchnia 1522 mm², powierzchnia żelu 254 mm², grubość 1mm, odporność na odrywanie min. 5N, opakowanie a' 30-50 sztuk k, to nic innego jak elektroda H91SSG firmy Cardinal Health

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.5

Dotyczy Pakietu nr 13 poz. 4.

Elektroda EKG jednorazowego użytku do badań diagnostycznych, ze stykiem Ag/AgCl i podłożem piankowym, specjalny hydrożel do długotrwałego użytku (łagodny dla skóry klej), nadają się też do zastosowań w neurologii i pediatrii, rozmiar 43×35 mm, złącze zatrzaskowe; radioprzezierna, nadaje się do CT i MRI, całkowita powierzchnia 1182 mm², powierzchnia żelu 254 mm², grubość 1mm, odporność na odrywanie min. 4N, opakowanie a' 30-50 sztuk , to nic innego jak elektroda H135TSG firmy Cardinal Health

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.6

Dotyczy Pakietu nr 22 poz. 5.

Elektrody do EKG jednorazowego użytku dla dzieci i niemowląt do badań spoczynkowych, z pianki polietylenowej pokrytej klejem hipoalergicznym o bardzo dobrej przyczepności. Czujnik ABS pokryty Ag/AgCl, bez lateksu, bez PVC, rozmiar średnicy 24 mm (+6mm), op. 50 szt, to nic innego jak elektroda H124SG firmy Cardinal Health.

W załączeniu przesyłam katalogi firmy Physio Control, Cardinal Health oraz linka do strony firmy Anmar-dystrybutora sprzętu Cardinal Health, Physio Control
<https://www.grupa-anmar.pl/anmar/cardinal-health/>

Medi-Trace™ Cadence RTS

Elektrody wielofunkcyjne (radioprzezierne)

- Doskonała radioprzezierność¹
- Elektrody Medi-Trace™ Cadence RTS podłączane są bezpośrednio do sprzętu dla zapewnienia skutecznego połączenia
- Opatentowana technika gradientowa i owalny kształt pozwalają na równomierne rozłożenie energii
- Zgodność ze sprzętem OEM eliminuje potrzebę stosowania specjalnych przejściówek i manipulacje przewodami
- Opakowania kodowane kolorami z rysunkami złączy ułatwiają i przyspieszają identyfikację produktu
- Zintegrowane odprowadzenia o długości do 117 cm pozwalają na wygodniejszą pracę z produktem
- Warstwa przewodząca wykonana z Ag/AgCl
- Powierzchnia przewodząca pojedynczej elektrody dla dorosłych wynosi 102 cm² (204 cm² na parę), a elektrody dla dzieci 55 cm² (111 cm² na parę)
- Pełna zgodność z normą ANSI/AAMI DF80:2003, nawet po długotrwałej stymulacji zewnętrznej.

Poz. 2-5- wycinek z katalogu

Nazwa	Nr ref.	Rozmiar	Żel		Tworzywo				Rtg
			Żel płynny*	Hydrożel	Pianka	Folia	Mikro- guma	Tkanina	
H345G	31.1946.21	50x45 mm		•	•				•
H92SG	31.1925.21	57x34 mm		•	•				
H91SSG	31.1917.21	57x34 mm		•	•				
H91TSG	31.1915821	57x34 mm		•	•				•
H93SG	31.1935.21	42x24 mm		•	•				
H135SG	31.1355.21	43x35 mm		•	•				
H135TSG	31.1355821	43x35 mm		•	•				•
H124SG	31.1245.21	30x24 mm		•	•				
H34LG	31.1345.21	50x45 mm	•		•				
H98SG	31.1986.21	Ø 55 mm		•			•		
H99SG	31.1996.21	Ø 55 mm		•				•	
Medi Trace™ 100	31118733	Ø 30 mm		•	•				
Medi Trace™ 133	31439725	Ø 30 mm		•	•				
Medi Trace™ 200	31050522	Ø 35 mm		•	•				
Medi Trace™ 530	31013926	Ø 45 mm		•	•				
H59P	ES40076	35x22 mm		•				•	
H69P	ES40281	22x22 mm		•				•	
Medi Trace™ 700	22700	Ø 45 mm		•		•			

Taki opis asortymentu nie tylko utrudnia uczciwą konkurencję, ale wręcz uniemożliwia Wykonawcy złożenie ważnej, konkurencyjnej, nie podlegającej odrzuceniu oferty. Zamawiający określił parametry elektrody w taki sposób, że ofertę w przedmiotowym postępowaniu może złożyć wyłącznie dostawca sprzętu Cardinal Health.. Wprowadzony opis elektrody ogranicza konkurencję i równe traktowanie wykonawców, gdyż nie mając uzasadnienia merytorycznego jest charakterystyczny dla jednego dostawcy i tym samym pozbawia pozostałych wykonawców możliwości złożenia oferty spełniającej wymogi SWZ. Na rynku są bowiem dostępne także inne elektrody o identycznych istotnych dla funkcji, jakie mają elektrody pełnić, parametrach.

Zatem wnioskujemy jak na wstępie o dopuszczenie elektrod **równoważnych**:

Pozycja 1- Elektrody do defibrylacji dla dorosłych Quik-Combo (para), elektrody można łączyć bezpośrednio z urządzeniami, elektrody o owalnym kształcie, doskonała radioprzeziorność, opakowania z nadrukowanymi schematami połączeń, zintegrowane odprowadzenia długości 100 cm, powierzchnia styku pojedynczej elektrody wynosi 95 cm², pary – 190 cm², pełna zgodność z normą ANSI/AAMI DF80.

Odp. Zgodnie z wymaganiami producenta sprzętu.

Pozycja 2- Elektroda EKG jednorazowego użytku, dla dorosłych do badań wysiłkowych, badań wykonanych na OIOM-ie oraz wszędzie tam, gdzie wskazany jest ciągły dozór kardiologiczny, ze stykiem Ag/AgCl, podłożem materiałowym, hydrożel, złącze zatrzaskowe, okrągła fi 50 mm, całkowita powierzchnia 1963,5 mm², powierzchnia żelu 176,71 mm², grubość 0.2 mm, odporność na odrywanie średnio 5N opakowanie a' 50 sztuk

Odp. Zgodnie z opisem w SWZ.

Pozycja 3- Elektroda EKG jednorazowego użytku do badań spoczynkowych, ciągłego monitorowania i diagnostyki, ze stykiem Ag/AgCl i podłożem piankowym, specjalny hydrożel do długotrwałego użytku, (b.mocny, łagodny dla skóry klej), rozmiar 50x35 mm, ze złączem zatrzaskowym, całkowita powierzchnia 1558,23 mm², powierzchnia żelu 226,98 mm², grubość 1mm, odporność na odrywanie min. 5N, opakowanie a' 50 sztuk

Odp. Zgodnie z opisem w SWZ.

Pozycja 4- Elektroda EKG jednorazowego użytku do badań diagnostycznych, ze stykiem Ag/AgCl i podłożem piankowym, specjalny hydrożel do długotrwałego użytku (łagodny dla skóry klej), nadają się też do zastosowań w neurologii i pediatrii, rozmiar 42x45 mm, złącze zatrzaskowe; radioprzezierna, nadaje się do

CT i MRI, całkowita powierzchnia 1439,01mm², powierzchnia żelu 226,98mm², grubość 1mm, odporność na odrywanie 5N ,opakowanie a' 50 sztuk.

Odp. Zgodnie z opisem w SWZ.

Pozycja 5- Elektrody do EKG jednorazowego użytku dla dzieci i niemowląt do badań spoczynkowych, z pianki polietylenowej pokrytej klejem hipoalergicznym o bardzo dobrej przyczepności. Czujnik ABS pokryty Ag/AgCl, bez lateksu, bez PVC, rozmiar 25,7mm, kształt kwiątka, opakowanie a' 50 sztuk

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 7.

Dotyczy Pakietu 13 poz. 3-5

Czy Zamawiający dopuści podanie w ww. pozycji ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego 50 sztuk elektrod, albo podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku? Ceny jednostkowe elektrod są bardzo niskie, proponowane rozwiązanie dałoby wykonawcom możliwość zaoferowania korzystniejszej ceny łącznej.

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 8.

Dotyczy Pakietu 13 poz. 6

Elektrody kończynowe są pakowane po 4 sztuki zatem prosimy o dopuszczenie 4 kompletów po 4 sztuki.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 9.

Dotyczy Pakietu 13 poz. 7

Elektrody przyssawkowe są pakowane po 6 sztuk zatem prosimy o dopuszczenie 4 kompletów po 6 sztuk.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 10

Dotyczy Pakietu 13 poz. 9


Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrod do defibrylacji ze złączem Quick Combo kompatybilnych z defibrylatorem Lifepak 15 dla dzieci oraz dla dorosłych o długości kabla 120cm.

Obecny opis wskazuje konkretnego producenta Physio- Control .



PRZEWODNIK PO ELEKTRODACH

ELEKTRODY DO STYMULACJI/DEFIBRYLACJI/EKG STOSOWANE Z LIFEPAK 12, 15 I DEFIBRYLATORAMI/ MONITORAMI LIFEPAK 20/20e



Elektrody Edge System ze złączem Quick-Combo dla dorosłych.
Kabel dł. 60 cm
11096-000091



Elektrody Edge System RTS (radioprzekaźna) ze złączem Quick-Combo dla dorosłych.
Kabel dł. 60 cm
11096-000090



Pediatryczne elektrody Edge System RTS ze złączem Quick-Combo
Do stosowania wyłącznie z monitorami/ defibrylatorami neonatalnymi
Kabel dł. 60 cm
11096-000093

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 11

Dotyczy Pakietu 13 poz. 9

1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne elektrody kompatybilne z defibrylatorem LIFEPAK 15 z drenem o długości minimum 60cm, co ułatwia ich użytkowanie, spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ.

Odp. Zamawiający dopuści.

2. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane elektrody dla dzieci i dorosłych, powinny posiadać powierzchnię styku pojedynczej elektrody min. 51cm² dla dzieci i min. 102 cm² dla dorosłych, co zapewnia ich bezpieczne i w pełni prawidłowe użytkowanie przy użyciu defibrylatora wskazanego w SWZ, spełniające przy tym wszelkie pozostałe wymogi SWZ.

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 12

Dotyczy Pakietu 17 poz.6-7.

Prosimy o potwierdzenie, iż zapis SWZ cyt. „z pokrętle w kolorze niebieskim, białym lub czerwonym” oznacza wymóg zaoferowania kraników w minimum dwóch ze wskazanych w SWZ kolorach (dla odróżnienia różnych linii infuzyjnych np. żyłnej i tętniczej), spełniających wszelkie pozostałe wymogi SWZ.

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pytanie 13

Dotyczy Pakietu 17 poz. 8.

1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych, wyposażone w specjalny mocny stabilny pierścień ułatwiający wbicie, z precyzyjnym regulatorem przepływu (przepływomierzem) o regulacji prędkości w zakresie min. 0-250ml/h dla równoważnej lepkości płynów jak w SWZ i kształcie wygodnej w użyciu ząbkowanej tarczy, spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ - europejskiego lidera w produkcji tego typu przyrządów.

Odp. Zamawiający potwierdza.

2. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych, powinny posiadać oznaczenie logo lub nazwy producenta oraz nazwę własną na samym przyrządzie, a także na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, co zapewnia ich identyfikację także po wypakowaniu z opakowania jednostkowego i użyciu klinicznym - przy spełnieniu wszelkich pozostałych wymogów SWZ

Odp. Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 14

Dotyczy Pakietu 14, poz. 1.

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje 5 zestawów endoskopów rozumianych jako 5 szt. endoskopów z zestawem do pobierania próbek czy jednak jako 5 opakowań handlowych (1 op. = 5 szt.), co oznacza 25 szt. endoskopów z zestawem do pobierania próbek? Jeden endoskop jest do użycia dla jednego pacjenta. W związku z niejasnością, zwracamy się z prośbą ponownego przeliczenia ilości sztuk endoskopów z zestawem do pobierania próbek, jaką należy zaoferować.

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że przez 5 zestawów rozumie 5 szt.

Pytanie 15

Dotyczy wzoru umowy.

Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do umowy zapisu dotyczącego minimalnej wartości zamówienia jednostkowego w wysokości 500 zł netto. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ oraz projektu umowy bez zmian.

Pytanie 16

Dotyczy całości postępowania .

Prosimy Zamawiającego o informację czy próbki podlegają uzupełnieniu?

Odp. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości uzupełniania próbek po upływie terminu składania ofert. Próbki wymagane przez Zamawiającego należy złożyć zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ wraz z ofertą.

Pytanie 17

Dotyczy pakietu 7 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści kaczki o pojemności 1200ml?

Odp. Zamawiający dopuści.

Pytanie 18

Dotyczy pakietu 17 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'250szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 19

Dotyczy pakietu 17 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści z trzpieniem powyżej własnej krawędzi?

Odp. Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 20

Dotyczy pakietu 17 pozycja 3-4

Czy Zamawiający dopuści koreczki do dezynfekcji portów o parametrach:

gąbka (wkład) nasączona 70% alkoholem izopropylowym (IPA) służącym jako środek dezynfekujący

- zapewnia skuteczną dezynfekcję złącza bezigłowego w ciągu 30 sekund od zastosowania
- utrzymuje jałowość zdezynfekowanej powierzchni złącza przez okres do 7 dni, o ile nie zostanie usunięta
- wykonany z polipropylenu (nasadka), poliuretanu (gąbka) oraz aluminiowej folii ochronnej
- kompatybilny ze wszystkimi standardowymi portami bezigłowymi
- sterylne, sterylizowany radiacyjnie
- nie zawiera: lateksu, DEHP, PVC, BPA
- opakowanie jednostkowe: papier-folia
- data ważności: 3 lata?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 21

Dotyczy pakietu 17 pozycja 6,7

Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny przeźroczysty z pokrętkiem w kolorze niebieskim, optyczny identyfikator pozycji, sterylizowany tlenkiem etylenu?

Odp. Zamawiający dopuści.

Pytanie 22

Dotyczy pakietu 17 pozycja 6,7

Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny posiadający koreczki z trzpieniem powyżej własnej krawędzi?

Odp. Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 23

Dotyczy pakietu 17 pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści przyrządy o parametrach:

- dwukanałowy, czteropłaszczyznowy ostry kołec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami
- regulacja od 5 do 250 ml/h (granatowe cyfry na białym tle) dla lepkości poniżej 10% oraz regulacja od 5 do 200 ml/h (białe cyfry a granatowym tle) dla lepkości 10%-40%
- możliwość całkowitego zamknięcia (OFF) i otwarcia (ON) przepływu
- odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną kolorową (niebieską) klapką
- komora kroplowa oraz dren wykonane z PCV bez zawartości ftalanów
- kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml $\pm$ 0,1 ml;
- filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami o wielkości oczek 15 μ m
- miękki i elastyczny dren o długości min. 180 cm z dodatkowym portem do podawania leków
- uniwersalne zakończenie luer-lock zabezpieczone koreczkiem Air Pass z filtrem hydrofobowym, który umożliwia wypełnienie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia oraz zabezpiecza przed wyciekaniem płynu
- precyzyjny, w pełni bezpieczny zacisk rolkowy wyposażony w pochewkę na igłę biorną i zaczep na dren do podwieszenia
- oba końce przyrządu zabezpieczone dodatkowo ochronnymi kapturkami
- jednorazowego użytku
- niepirogenny, nietoksyczny
- nie zawiera lateksu
- nie zawiera ftalanów
- sterylizowany tlenkiem etylenu
- termin ważności: 3 lata
- opakowanie jednostkowe typu folia-papier z kolorowym kodem (niebieskim) identyfikującym rodzaj przyrządu?

Odp. Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 24

Dotyczy pakietu 23 pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści zestaw do nakłucia płucnej z 3 igłami 14, 16, 19G?

Odp. Zamawiający dopuści.

Pytanie 25

Dotyczy Pakietu 19

Czy Zamawiający dopuszcza kateter jedynie w rozmiarach 3-7F?

Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza katetera dostępnego wyłącznie w rozmiarach 3–7F. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ i wymaga dostępności rozmiarów 3F–8F .

Pytanie 26

Dotyczy Pakietu 19

Czy Zamawiający dopuszcza kateter w rozmiarach 3-8F wykonany z poliuretanu? Pozostałe parametry zgodne z SWZ

Odp. Zamawiający nie dopuszcza katetera wykonanego z poliuretanu. Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ.

Pytanie 27

Dotyczy Pakietu 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 10 dni roboczych?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 28

Dotyczy Pakietu 15 poz. 2.

Czy w pakiecie nr 15 w punkcie nr 2 nie doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający wymaga do zaoferowania dren płuczący do histeroskopii z kontrolą ciśnienia PC?

Odp. Tak.

Pytanie 29

Dotyczy Pakietu 15 .

Czy Zamawiający dopuści możliwość odstąpienia od wymogu dołączania faktury do każdej dostawy (zarówno w formie papierowej dołączonej do przesyłki, jak i w formie elektronicznej przesyłanej drogą mailową w dniu wysyłki)?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 30

Dotyczy Pakietu 15 poz. 2.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na realizację dostaw częściowych?

Odp. Tak.

Pytanie 31

Dotyczy Pakietu nr 11.

Siatkę do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej, jednorodna, niewchłaniałna, o anatomicznym kształcie, trapez z czterema ramionami, pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m², porowatość max 2314 μm, długość ramion: górne 16,5 cm każde, dolne 18,5 cm każde, szerokość ramion 1,1 cm, podstawa górna 5 cm, podstawa dolna 8 cm, wysokość implantu 8 cm (odległość między ramionami), brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wytrzymałość na rozciąganie

70 N/cm, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), która zwiększa wytrzymałość siatki na rozciąganie we wszystkich kierunkach, co zapobiega zwijaniu się i deformacji siatki?

Odp.Zgodnie z SWZ.

Pytanie 32

Dotyczy Pakietu nr.1 poz.2.

Czy Zamawiający dopuści obwód mikrobiologicznie czysty? dotyczy pakietu 1 poz 2 Czy Zamawiający dopuści obwód o długości 200cm, spełniający pozostałe kryteria SWZ?

Odp.Zgodnie z SWZ.

Pytanie 33

Dotyczy Pakietu nr.17 .

Proszę o odstąpienie od wymogu dostarczenia próbek na etapie składania ofert na zapis dostarczenie próbek na wezwanie w przypadku oferty, która otrzyma największą ilość wymaganych punktów zgodnie z kryterium oceny ofert.

Odp.Zgodnie z SWZ.

Pytanie 34

Dotyczy Pakietu nr.17 poz. 1.

Czy Zamawiający wymaga w/w pozycji koreczka z trzpieniem poniżej własnej krawędzi dla zwiększenia aseptyki personelu medycznego .

Odp. Zamawiający wymaga.

Pytanie 35

Dotyczy Pakietu nr.17 poz. 1.

Prosimy o możliwość przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym w/w pozycji na opakowania po 100 szt.

Odp.Zgodnie z SWZ.

Pytanie 36

Dotyczy Pakietu nr.17 poz. 2,poz.5.

Prosimy o możliwość przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym w/w pozycji na opakowania po 100 szt.

Odp.Zgodnie z SWZ.

Pytanie 37

Dotyczy Pakietu nr.17 poz. 1 i poz.2.

Czy Zamawiający wymaga w/w pozycjach opakowanie twardego blistera umożliwiające aseptyczne wyjęcie koreczka z opakowania

Odp.Zgodnie z SWZ.

Pytanie 38

Dotyczy Pakietu nr 17 poz. 3, poz. 4

Prosimy o dopuszczenie koreczków do dezynfekcji do łączników infuzyjnych z gąbką nasączoną 70 % alkoholem izopropylowym.

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 39

Dotyczy Pakietu nr 17 poz. 3, poz. 4

Prosimy o dopuszczenie koreczków do dezynfekcji pakowanych na pasku po 10 szt.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 40

Dotyczy Pakiet nr 17 poz. 6

Czy Zamawiający wymaga kranika trójdrożnego w pokrętle w trzech kolorach białym, niebieskim i czerwonym.

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 41

Dotyczy Pakietu nr 17 poz. 7

Czy Zamawiający dopuszcza kranik z pokrętle w kolorze białym lub w kolorze niebieskim

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 42

Dotyczy Pakietu nr 17 poz. 6, poz. 7

Czy Zamawiający dopuszcza kranik sterylizowany EO, obecny opis wskazuje tylko jednego producenta co w znacznym stopniu ogranicza konkurencyjność ofert, w przypadku odmowy prosimy o medyczne uzasadnienie. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej.

Odp. Zgodnie z SWZ .

Pytanie 43

Dotyczy Pakietu nr 17 poz. 8

Prosimy o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów fuzyjnych z precyzyjnym regulatorem przepływu, którego dren -posiada : dren 150 cm + wstawką do dodatkowych wstrzyknień z zaciskiem przesuwным. W przypadku odmowy prosimy o medyczne uzasadnienie. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej.

Odp. Zgodnie z SWZ -port bezigłowy Luer-Lock.

Pytanie 44

Dotyczy Pakietu nr 17

Prosimy o odstąpienie od wymogu próbek w/w pakiecie, Wykonawca przesłał już próbki w drugiej dogrywce.

Odp. Zgodnie z SWZ .

Pytanie 45

Dotyczy Pakietu nr 16 poz.1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie pozycji nr 1 do odrębnego pakietu?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 46

Dotyczy Pakietu nr 16 poz.1,2.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie pozycji nr 2 tj. obwody oddechowe do respiratora Philips Trilgy Evo Aktywny do odrębnego pakietu

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 47

Dotyczy Pakietu nr 8 poz.2.

W związku z ogłoszonym postępowaniem prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowych przewodów pacjenta biologicznie czystych, pakowanych pojedynczo, zamiast sterylnych oraz niewyposażonych w filtr, przy zachowaniu pozostałych zapisów OPZ. Przewody, które Wykonawca chciałby zaoferować pochodzą z oficjalnej dystrybucji producenta respiratorów Medumat Standard A.

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 48

Dotyczy Pakietu 17. poz.1.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alternatywnych koreczków Luer Lock z trzpieniem wystającym pakowane pojedynczo, opakowanie papier/folia typu blister , a"100szt ?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 49

Dotyczy Pakietu 17. poz 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alternatywnych koreczków Luer Lock z trzpieniem wystającym , pakowanym osobno po 100 szt w op?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 50

Dotyczy Pakietu 17 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie KORECZEK DEZYNFEKCYJNY , nie zawiera lateksu i DEHP, Substancja czynna: jałowy 70% roztwór alkoholu izopropylowego (IPA). Zapewnia redukcję liczby bakterii >4 log (99,99%) w czasie 1 minuty. Duży i wygodny uchwyt na palce ułatwia zakładanie i zdejmowanie. Zgodny z łącznikami bezigłowymi. Opakowanie 300 sztuk ?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 51

Dotyczy Pakietu 17 poz. 6

Prosimy o dopuszczenie kranika zabezpieczonego koreczkami z trzpieniem powyżej krawędzi ?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 52

Dotyczy Pakietu 17 poz. 7

Prosimy o dopuszczenie kranika zabezpieczonego koreczkami z trzpieniem powyżej krawędzi?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 53

Dotyczy Pakietu 17 poz. 8

Prosimy o dopuszczenie alternatywnego zestawu infuzyjnego z precyzyjnym regulatorem przepływu w kształcie cylindra z pojedynczą skalą pomiarową w zakresie 5-250 ml/h, Spike ABS, komora wentylowana /odpowietrznik komory kroplowej ręczny z filtrem hydrofobowym. Komora kroplowa długość min.50mm, Długość drenu 138 cm, zestawu 150 cm, bez zawartości DEHP, lateksu, bisphenol A . Wewn. średnica drenu 3

mm. Objętość wypełnienia drenu:16ml. Regulator rolkowy na drenie do zamknięcia infuzji. Złącze luer lock obrotowe, koreczek standard...Opakowanie 240szt. Sterylizowany EO,data ważności – 36 miesięcy od daty prod ?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 54

Dotyczy Pakietu 16 obwody oddechowe do respiratora Flight 60 i Vitae 40

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie do odrębnego pakietu pozycji: „obwód oddechowy kompatybilny z respiratorem VITAE 40 dla pacjentów dorosłych i dla dzieci, pakowany pojedynczo”, która obecnie została połączona w jednym pakiecie z inną pozycją asortymentową?

Wskazujemy, iż obwód oddechowy kompatybilny z respiratorem VITAE 40 pochodzi od innego producenta niż pozostała pozycja ujęta w pakiecie. Łączenie tych wyrobów w jednym pakiecie znacząco utrudnia możliwość złożenia oferty, ogranicza dostępność asortymentu oraz prowadzi do zawężenia konkurencji. Wyodrębnienie wskazanej pozycji do osobnego pakietu umożliwi szerszemu gronu wykonawców udział w postępowaniu, zwiększy konkurencyjność oraz może przełożyć się na uzyskanie korzystniejszych warunków cenowych dla Zamawiającego.

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 55

Dotyczy Pakietu 16 obwody oddechowe do respiratora Flight 60 i Vitae 40

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ilości zamawianego wyrobu tak, aby dostawy były realizowane wyłącznie w wielokrotnościach 10 sztuk, zgodnie z opakowaniem zbiorczym producenta?

Oferowany wyrób jest pakowany pojedynczo, a następnie w opakowania zbiorcze zawierające 10 sztuk. Realizacja zamówień w ilościach niebędących wielokrotnością 10 sztuk wiąże się z koniecznością zdekompletowania opakowań zbiorczych producenta, co wpływa na organizację dostaw oraz kalkulację ceny.

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 56

Dotyczy Pakietu nr 18 poz. 1.

Czy Zamawiający dopuści maski o parametrach:

- Przezroczysta kopuła umożliwia ciągłą obserwację pacjenta
- Dobrze przylegający, elastomerowy mankiet, nie wymagający napełnienia
- Mankiet kodowany kolorystycznie dla łatwej identyfikacji rozmiaru
- Możliwość stosowania w MRI
- Jednorazowego użytku
- Bez zawartości PVC, ftalanów i lateksu
- Czysta mikrobiologicznie
- Opakowanie foliowe
- Rozmiary 1, 2, 3, 4, 5, 6?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 57

Dotyczy Pakietu nr 18 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy bez łącznika 22M/22M?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 58

Dotyczy Pakietu nr 18 poz.2

Czy Zamawiający dopuści łącznik 22M/22M dołączony osobno?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 59

Dotyczy Pakietu nr 18 poz.4

Czy Zamawiający dopuści łącznik kątowny zespolony z martwą przestrzenią rozciągliwą do długości 15 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.

Pytanie 60

Dotyczy Pakietu nr 18 poz.7

Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową wyposażoną w jedną regulowaną zwężkę Venturiego umożliwiającą ustawienie stężenia tlenu w zakresie odpowiadającym wartościom 24%, 26%, 28%, 30%, 35%, 40% i 50%, wykonaną z przezroczystego, nietoksycznego PVC, z regulowaną blaszką na nos zapewniającą wygodne dopasowanie, wyposażoną w dren o długości 200 cm zakończony uniwersalnym łącznikiem, wolną od DEHP, jednorazowego użytku, pakowaną pojedynczo w folię, czystą mikrobiologicznie?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 61

Dotyczy Pakietu nr 18 poz.9

Czy Zamawiający dopuści 22M/22M/22F?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 62

Dotyczy Pakietu nr 17 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koreczków z trzpieniem powyżej krawędzi koreczka, który wskazuje kierunek nakładania i ułatwia aseptyczną aplikację

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 63

Dotyczy Pakietu 17 poz. 3 i 4

1) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania korka dezynfekującego z czasem dezynfekcji 30 sekund.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

2) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania korka dezynfekującego z dodatkową osłoną ułatwiającą aplikację bez ryzyka skażenia?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 64

Dotyczy Pakietu 17 poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych z możliwością podania leku o poniższych parametrach :

Zestaw do podaży grawitacyjnej z regulatorem przepływu z podwójną skalą pomiarową

· długość 200 cm

- Odp. Zgodnie z SWZ.**

E.B-R.

J.K.

K.A.

DYREKTOR
"Zespołu Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku
57-300 KŁODZKO, ul. Szpitalna 1a
dr n. med. inf. prof. Radosław Radziejewski