

Kłodzko, dnia 06.07.2026r.

Wykonawcy według rozdzielnika

Dotyczy: Przetargu w trybie podstawowym na dostawę sprzętu medycznego i mebli, oznaczonego numerem DZP2510.182026.

Informujemy, że wykonawcy zadali następujące pytania:

1. Czy w Pakiecie 2 poz. 3 Zamawiający dopuści zaofiarowanie ciśnieniomierza o poniższych parametrach: naramienny ciśnieniomierz automatyczny umożliwiający pomiar ciśnienia i wykrywanie arytmii, uniwersalny mankiet 22-42 cm, podświetlany ekran LCD, uruchamianie przyciskiem START/STOP, zasilanie przez kabel (wtyczka USB-C) lub 4 baterie AAA 1,5V, pomiar metodą oscylometryczną, zakres pomiaru ciśnienia: 0-299 mmHg, zakres pomiaru pulsu: 40-199 uderzeń/min., tolerancja odczytu pulsu: +/-5%, tolerancja ciśnienia statycznego: +/- 3mmHg, rozdzielczość 1 mmHg, wskaźnik WHO z podświetleniem LED, automatyczne wyłączenie po 3 min bezczynności, waga 230g, wymiary: Dł. 110 mm x Szer. 110 mm x Wys. 46 mm, 2 niezależne zestawy wartości pomiarowych urządzenie spełnia wymagania normy IEC 80601-2-30, Część 2?

Odp. Zamawiający dopuści ciśnieniomierz o takich parametrach pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych wymogów zawartych w opisie przedmiotu zamówienia.

2. Czy w celu zwiększenia konkurencyjności Zamawiający wydzieli poz. 3 z pakietu 2 lub umożliwi składanie ofert na poszczególne pozycje Części 2?

Odp. Na tym etapie postępowania Zamawiający nie może już wydzielić pozycji 3 w zadaniu nr 2 do osobnego pakietu.

Z-ca DYREKTORA ds. ADMINISTRACYJNYCH
„Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku
57-300 Kłodzko, ul. Szpitalna 1a

Jacek Marcelewicz