

Kłodzko, dnia 16.10.2026r.

Wykonawcy według rozdzielnika

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednorazowego sprzętu medycyny ogólnej dla potrzeb podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku, oznaczonego numerem DZP.2510.24.2026.

Na podstawie art. 284 ust.2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2026 poz. 793) udzielamy odpowiedzi na pytania złożone przez uczestników postępowania:

Informujemy, że Wykonawcy zadali następujące pytania celem wyjaśnienia treści SWZ.

Pyt.1

Dotyczy pakietu 76

Prosimy Zamawiającego o podanie marki oraz modelu spirometru, do którego przeznaczony jest wymagany filtr.

Odp. CEREFUSION T.MICROLAB

Pyt.2

Czy Zamawiający dopuści filtry bakteryjno-wirusowe do badań spirometrycznych o poniższym opisie?
Złącza wlotowe/wylotowe:

- Średnica zewnętrzna 34 mm, średnica wewnętrzna 29,25 mm – strona urządzenia;
- Zintegrowany ustnik – strona pacjenta.

Przybliżone wymiary: średnica 97 mm x wysokość 93 mm.

Waga: 37 g (przybliżona).

Filtr dwukierunkowy.

Opór przepływu przy 30 l/min zgodnie z normą EN ISO 9360-1: maks. 35,2 Pa Opór

przepływu przy 60 l/min zgodnie z normą EN ISO 9360-1: Maks. 75,9 Pa Opór przepływu

przy 90 l/min zgodnie z normą EN ISO 9360-1: maks. 127,6 Pa

Pojemność wewnętrzna: 77 ml (w przybliżeniu)

Skuteczność filtracji bakteryjnej zgodnie z normą ASTM F2101-07: min. 99,999%

(Staphylococcus aureus przy 30 l/min) REP: EXT607770.

Skuteczność filtracji wirusów zgodnie z normą ASTM F2101-07: min. 99,999%

(bakteriofag przy 30 l/min) REP: EXT620332.

Materiał filtracyjny: mieszanka włókien syntetycznych

elektrostatycznych

Rama/obudowa z polimeru: biały homopolimer polipropylenowy (PP) Kolor: biały.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt.3

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy w zadaniu 10 Zamawiający poprzez zapis iż, wyrób ma być „w pełni kompatybilny” w celu zachowania pełnej kompatybilności wymaga zaoferowania oryginalnych igieł wyprodukowanych przez producenta pistoletu Promag ULTRA.

Odp. Tak, zgodnie z SWZ

Pyt.4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 70 poz. 2 Igiły typu Pencil-Point z przezroczystą, karbowaną obsadką umożliwiającą obserwację wypływającego płynu, igła wykonana z wysoko

wytrzymałej stali, z prowadnicą w rozmiarach igły 25G/120mm, 27G 120mm; poz. 4 Igły typu Quinke z przezroczystą, karbowaną obsadką umożliwiającą obserwację wypływającego płynu, igła wykonana z wysoko wytrzymałej stali, z prowadnicą w rozmiarach igły 25G/120mm, 26G/120mm, 27G/120mm.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 70 poz. 3 Igieł typu Standard z ostrzem Quinke, z przezroczystą, karbowaną obsadką umożliwiającą obserwację wypływającego płynu, igła wykonana z wysoko wytrzymałej stali, z prowadnicą 20-22G od rozmiaru 24G do 29G - dostępne rozmiary: 18-27 co 1G i 29G dł. 90mm do dowolnego wyboru Zamawiającego, wszystkie oferowane w pozycji rozmiary od jednego producenta.

Odp. Dopuszcza

Pyt.6

Pakiet 71 Narzędzia jednorazowe pracownia endoskopii poz.1

Czy Zamawiający dopuści:

Szczypce biopsyjne TECHBITE jednorazowego użytku, bez zawiasów (łyżeczki bez wystających nitowanych elementów), teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów. Łyżeczki z okienkiem, typu szczęki aligatora i gładkie, z igłą i bez igły. Znaczniki czarne lub białe. Kolor powłoczenia pomarańczowy dla kleszczy gastroskopowych, dla kleszczy kolonoskopowych niebieski. Pakowane pojedynczo, opakowanie zbiorcze 10 sztuk. Długość narzędzia 1800 mm. Średnica narzędzia 2,3 mm, kanał roboczy 2,8 mm, rozwarcie 6,7 mm.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.7

Pakiet 71 Narzędzia jednorazowe pracownia endoskopii poz.2

Pętla do polipektomii na ciepło, owalna, jednorazowego użytku, wykonana z drutu plecionego 0.47 mm, średnica pętli 10, 15, 20, 24, 36 mm. Długość 230 cm. Posiada rękojeść skalowaną co 1cm z trzema pierścieniami zapewniającą precyzyjny uchwyt. Średnica kateteru 2,3 mm. Złącze diatermiczne na rękojeści pozwala na pracę z diatermią każdego producenta. Pakowane osobno w sterylne opakowania, każde opakowanie posiada 4 naklejki informacyjne. 10 sztuk w opakowaniu.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.8

Pakiet 71 Narzędzia jednorazowe pracownia endoskopii poz.3

Igła jednorazowa iniekcyjna, sterylna, długość robocza 230 cm, średnica igły 0.7mm (22G), 0.5mm (25G), 1.1mm (19G), długość ostrza 5 mm, średnica kanału roboczego endoskopu 2,8 mm, średnica osłonki 2,3 mm. Kilkustopniowa „długopisowa” blokada ostrza. Kąt ścięcia igły 22G/ 25° , 25G/ 27° . Osłonka teflonowa odporna na załamania. Pakowane pojedynczo, opakowanie zbiorcze 10 sztuk, każde opakowanie posiada 4 naklejki informacyjne.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.9

Pakiet 71 Narzędzia jednorazowe pracownia endoskopii Poz.9

Ustnik jednorazowy w kolorze niebieskim z opaską elastyczną z włókna niezawierającą lateksu Otwór: 26 mm x 21 mm (SZ x W) 100 sztuk w opakowaniu.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.10

Pakiet 71 Narzędzia jednorazowe pracownia endoskopii poz.7

Siatka do usuwania polipów, ciał obcych, obrotowa w dwóch kierunkach, średnica osłonki 2,5mm, dł 2300mm, średnica siatki 30mm. 10 sztuk w opakowaniu.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.11

Pakiet 71 Narzędzia jednorazowe pracownia endoskopii poz.8

Szczypczyki biopsyjne jumbo, jednokrotnego użytku, pokrywane, łyzeczki owalne, bez igły, średnica 3,0 mm, długość robocza 2300 mm, etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT oraz dane producenta. Op.=10szt.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.12

Pakiet 71 Narzędzia jednorazowe pracownia endoskopii poz.9

Koszyki do usuwania kamieni z dróg żółciowych w stalowym panczerzu, koszyk trapezoidalny, czterodrutowy, współpracujący z przewodnicą 0,035" i kanałem roboczym endoskopu o średnicy 3.7 mm; rozmiary kosza: 15mm oraz 20mm. Długość narzędzia 2000mm. Koszyk współpracujący z systemem krótkiego przewodnika.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.13

Dotyczy pakietu 78 poz. 1

Czy Zamawiający w pakiecie 78 poz. 1 dopuści do postępowania cewnik dializacyjny dwuświatłowy wysokoprzepływowo (High Flow), z poliuretanu, bez otworów bocznych:

- średnica 13 FR - długość 15 cm, 20 cm, 25 cm - ramiona proste

Charakterystyka cewnika:

- termoplastyczny poliuretan Tecoflex
- radiocieniujący szaft cewnika
- końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu
- przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów
- obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry
- zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyslizgnięciem się
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia przewodnica „J” 0,89 mm x 700 mm/0,97 mm x 700 mm z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia, dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
- igła wprowadzająca 18G
- rozszerzadło 11Fr/ 13 Fr
- nasadki iniecyjne Luer Lock
- opakowanie zawiera 3 szt.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.14

Jakich ramion wymaga Zamawiający – prostych, czy zagiętych ?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.15

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 78 poz. 2 do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy poliuretanowy Evolution Flow do implantacji metodą wsteczną (retrograde) bez otworów bocznych, z rozrywalną koszulką z opatentowaną konstrukcją końcówki, która umożliwia proste i precyzyjne umiejscowienie końcówki w prawym przedsionku, o stopniu recyrkulacji poniżej 1%, średnica 15,5 FR,

o długościach cewnika

- końcówka mankiet 19 cm, końcówka nasadka 24 cm. długość całkowita 40 cm
- końcówka mankiet 23 cm, końcówka nasadka 28 cm. długość całkowita 44 cm
- końcówka mankiet 28 cm, końcówka nasadka 33 cm. długość całkowita 49 cm
- końcówka mankiet 33 cm, końcówka nasadka 38 cm. długość całkowita 54 cm

Charakterystyka zestawu:

- radiocieniujący cewnik
- silikonowe ramiona
- złącze typu PEEK odporne na ekstremalne obciążenia chemiczne i mechaniczne
- zacisk na cewnik ze skrzydełkami do mocowania na skórze
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia, dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
- adapter wypełniający
- zacisk cewnika ze skrzydełkami do mocowania na skórze
- igła wprowadzająca 18G
- rozszerzadło 12 Fr
- rozszerzadło 16 Fr z rozrywalną koszulką
- nasadki iniecyjne Luer Lock
- kleszczyki – 2 szt.
- opakowanie zawiera 3 szt

Odp. Zgodnie z SWZ**Pyt.16**

Czy Zamawiający w pakiecie 78 poz. 2 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy poliuretanowy Smooth Flow do implantacji metodą Anterograde bez otworów bocznych z opatentowaną konstrukcją końcówki, która umożliwia proste i precyzyjne umiejscowienie końcówki w prawym przedsionku, o stopniu recyrkulacji poniżej 1%, średnica 15,5 FR

o długościach

- końcówka mankiet 19 cm, końcówka nasadka 23 cm, długość całkowita 36 cm
- końcówka mankiet 23 cm, końcówka nasadka 27 cm, długość całkowita 40 cm
- końcówka mankiet 28 cm, końcówka nasadka 32 cm, długość całkowita 45 cm
- końcówka mankiet 33 cm, końcówka nasadka 37 cm, długość całkowita 50 cm

Charakterystyka zestawu:

- radiocieniujący cewnik
- silikonowe ramiona
- złącze typu PEEK odporne na ekstremalne obciążenia chemiczne i mechaniczne
- zacisk na cewnik ze skrzydełkami do mocowania na skórze
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia, dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
- zacisk cewnika ze skrzydełkami do mocowania na skórze

- igła wprowadzająca 18G
- Trokar
- rozszerzadło 12 Fr
- rozszerzadło 16 Fr z rozrywalną koszulką
- nasadki iniekcyjne Luer Lock
- opakowanie – 3 szt

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.17a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z części 16 poz. 28 i stworzy oddzielny pakiet dla tych pozycji ?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.17b

Wnosimy o wyodrębnienie pozycji dotyczących trokarów jednorazowych (5 mm oraz 11 mm) z pakietu 134 i utworzenie dla nich odrębnego pakietu, niezależnego od pozostałych pozycji. Uzasadnienie: Trokary laparoskopowe są wyrobami o zupełnie innym przeznaczeniu klinicznym niż pozostałe elementy pakietu, które obejmują wyroby urologiczne, chirurgiczne ogólne oraz akcesoria medyczne (skalpele, zgłębniki, cewniki, koszyki Dormia). Brak jest jakiegokolwiek powiązania funkcjonalnego pomiędzy trokarami a pozostałymi wyrobami. Produkty te nie są stosowane razem, nie współdziałają technologicznie i nie stanowią jednego procesu zabiegowego. Takie łączenie wyrobów w jeden pakiet sztucznie ogranicza konkurencję, naruszając: art. 99 ust. 4 PZP – zakaz opisu przedmiotu zamówienia w sposób ograniczający konkurencję, art. 91 ust. 2 PZP – zakaz sztucznego łączenia zamówień, zasadę proporcjonalności i uczciwej konkurencji. Wymóg dostarczenia po 1 sztuce każdego produktu dodatkowo potęguje ograniczenie konkurencji, ponieważ wykonawcy specjalizujący się wyłącznie w laparoskopii nie mają możliwości złożenia oferty na pakiet obejmujący wyroby urologiczne i ogólnomedyczne. W związku z powyższym prosimy o rozsądne i zgodne z PZP rozdzielenie pakietu 134, poprzez wyodrębnienie trokarów do osobnego pakietu, co umożliwi realną konkurencję i złożenie ofert przez wykonawców specjalizujących się w laparoskopii.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.18

Pytanie do pakietu nr 67 - Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet

Czy Zamawiający dopuści produkt o następującej specyfikacji:

Taśma do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet metodą TOT lub TVT. Elastyczna i odporna na rozciąganie, makroporowata, wykonana z niewchłaniałnego polipropylenu monofilamentowego w technologii bezwłókowej z pamięcią kształtu.

Parametry techniczne (przy każdym parametrze dopuszcza się odchylenie w granicach 5%):

- szerokość: 1,2 cm
- długość: 43 cm
- porowatość: 55%
- przestrzenie międzywłóknowe 75-2073 µm
- grubość: 0,47 mm
- gramatura: 60 g/m²

Taśma posiada wzdłużne, pętelkowe zakończenie brzegów niebieską nicią. Końce taśmy są zwężone i zakończone pętlami do podłączenia igieł oraz zapewniające atraumatyczne przejście przez tkanki. System całkowicie jednorazowy, sterylny.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.19

Pakiet 9 poz. 1-5 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycjach równoważnych. Proponowany przez państwa opis elektrod wprost opisuje konkretny wyrób konkretnego producenta.

Poz. 1- Elektrody do defibrylacji dla dorosłych Quik-Combo (para), elektrody można łączyć bezpośrednio z urządzeniami, w celu zapewnienia niezawodności połączenia, elektrody z technologią rastrową i owalnym kształtem zastosowane celem zmniejszenia podrażnień skóry, doskonała radioprzezierność, opakowania kodowane kolorami z nadrukowanymi schematami połączeń ułatwiają szybką identyfikację wyrobu, zintegrowane odprowadzenia długości 120 cm warstwa przewodząca styku wykonana na bazie Ag/AgCl, powierzchnia styku pojedynczej elektrody wynosi 102 cm², pary – 204 cm², pełna zgodność z normą ANSI/AAMI DF80:2003, potwierdzona nawet po długotrwałej współpracy z rozrusznikiem zewnętrznym, to nic innego jak elektroda **11996-000090 firmy Physio Control**

Poz. 2- Elektroda EKG jednorazowego użytku, dla dorosłych do badań wysiłkowych, badań wykonanych na OIOM-ie oraz wszędzie tam, gdzie wskazany jest ciągły dozór kardiologiczny, ze stykiem Ag/AgCl, podłożem typu micropore, materiałowym, hydrożel, złącze zatrzaskowe, okrągła Ø 55 mm, całkowita powierzchnia 2376 mm², powierzchnia żelu 254 mm², grubość 0.7 mm, odporność na odrywanie min. 2.5N, opakowanie a' 30-50 sztuk, to nic innego jak elektroda **H99SG firmy Cardinal Health**

Poz. 3- Elektroda EKG jednorazowego użytku do badań spoczynkowych, ciągłego monitorowania i diagnostyki, ze stykiem Ag/AgCl i podłożem piankowym, specjalny hydrożel do długotrwałego użytku, (b.mocny, łagodny dla skóry klej), rozmiar 57×34 mm, ze złączem zatrzaskowym, całkowita powierzchnia 1522 mm², powierzchnia żelu 254 mm², grubość 1mm, odporność na odrywanie min. 5N, opakowanie a' 30-50 sztuk k, to nic innego jak elektroda **H91SSG firmy Cardinal Health**

Poz. 4 Elektroda EKG jednorazowego użytku do badań diagnostycznych, ze stykiem Ag/AgCl i podłożem piankowym, specjalny hydrożel do długotrwałego użytku (łagodny dla skóry klej), nadają się też do zastosowań w neurologii i pediatrii, rozmiar 43×35 mm, złącze zatrzaskowe; radioprzezierna, nadaje się do CT i MRI, całkowita powierzchnia 1182 mm², powierzchnia żelu 254 mm², grubość 1mm, odporność na odrywanie min. 4N, opakowanie a' 30-50 sztuk, to nic innego jak elektroda **H135TSG firmy Cardinal Health**

Poz. 5- Elektrody do EKG jednorazowego użytku dla dzieci i niemowląt do badań spoczynkowych, z pianki polietylenowej pokrytej klejem hipoalergicznym o bardzo dobrej przyczepności. Czujnik ABS pokryty Ag/Agcl, bez lateksu, bez PVC, rozmiar średnicy 24 mm (+6mm), op. 50 szt, to nic innego jak elektroda **H124SG firmy Cardinal Health**.

Pozycja 1 – wycinek z katalogu Physio Control

Medi-Trace™ Cadence RTS

Elektrody wielofunkcyjne (radioprzezierne)

- Doskonała radioprzezierność¹
- Elektrody Medi-Trace™ Cadence RTS podłączane są bezpośrednio do sprzętu dla zapewnienia skutecznego połączenia
- Opatentowana technika gradientowa i owalny kształt pozwalają na równomierne rozłożenie energii
- Zgodność ze sprzętem OEM eliminuje potrzebę stosowania specjalnych przejściówek i manipulację przewodami
- Opakowania kodowane kolorami z rysunkami złączy ułatwiają i przyspieszają identyfikację produktu
- Zintegrowane odprowadzenia o długości do 117 cm pozwalają na wygodniejszą pracę z produktem
- Warstwa przewodząca wykonana z Ag/AgCl
- Powierzchnia przewodząca pojedynczej elektrody dla dorosłych wynosi 102 cm² (204 cm² na parę), a elektrody dla dzieci 55 cm² (111 cm² na parę)
- Pełna zgodność z normą ANSI/AAMI DF80:2003, nawet po długotrwałej stymulacji zewnętrznej

Poz. 2-5- wycinek z katalogu

Nazwa	Nr ref.	Rozmiar	Zet						Rtg
			Zet płynny*	Hydrożel	Pianka	Folia	Mikro-guma	Tkanina	
H34SG	31.1946.21	50x45 mm		•	•				•
H92SG	31.1925.21	57x34 mm		•	•				
H915SG	31.1917.21	57x34 mm		•	•				
H917SG	31.19158.21	57x34 mm		•	•				•
H93SG	31.1935.21	42x24 mm		•	•				
H135SG	31.1355.21	43x35 mm		•	•				
H135TSG	31.13558.21	43x35 mm		•	•				•
H124SG	31.1245.21	30x24 mm		•	•				
H34LG	31.1345.21	50x45 mm	•		•				
H98SG	31.1986.21	Ø 55 mm		•			•		
H99SG	31.1996.21	Ø 55 mm		•				•	
Medi Trace™ 100	31118733	Ø 30 mm		•	•				
Medi Trace™ 133	31439725	Ø 30 mm		•	•				
Medi Trace™ 200	31050522	Ø 35 mm		•	•				
Medi Trace™ 530	31013926	Ø 45 mm		•	•				
H59P	ES40076	35x22 mm		•				•	
H69P	ES40281	22x22 mm		•				•	
Medi Trace™ 700	22700	Ø 45 mm		•		•			

Taki opis asortymentu nie tylko utrudnia uczciwą konkurencję, ale wręcz uniemożliwia Wykonawcy złożenie ważnej, konkurencyjnej, nie podlegającej odrzuceniu oferty. Zamawiający określił parametry elektrody w taki sposób, że ofertę w przedmiotowym postępowaniu może złożyć wyłącznie dostawca sprzętu Cardinal Health.. Wprowadzony opis elektrody ogranicza konkurencję i równe traktowanie wykonawców, gdyż nie mając uzasadnienia merytorycznego jest charakterystyczny dla jednego dostawcy i tym samym pozbawia pozostałych wykonawców możliwości złożenia oferty

spełniającej wymogi SWZ. Na rynku są bowiem dostępne także inne elektrody o identycznych istotnych dla funkcji, jakie mają elektrody pełnić, parametrach.

Zatem wnioskujemy jak na wstępie o dopuszczenie elektrod **równoważnych:**

Pozycja 1- Elektrody do defibrylacji dla dorosłych Quik-Combo (para), elektrody można łączyć bezpośrednio z urządzeniami, elektrody o owalnym kształcie, doskonała radioprzezierność, opakowania z nadrukowanymi schematami połączeń, zintegrowane odprowadzenia długości 100 cm, powierzchnia styku pojedynczej elektrody wynosi 95 cm², pary – 190 cm², pełna zgodność z normą ANSI/AAMI DF80.

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pozycja 2- Elektroda EKG jednorazowego użytku, dla dorosłych do badań wysiłkowych, badań wykonanych na OIOM-ie oraz wszędzie tam, gdzie wskazany jest ciągły dozór kardiologiczny, ze stykiem Ag/AgCl, podłożem materiałowym, hydrożel, złącze zatrzaskowe, okrągła fi 50 mm, całkowita powierzchnia 1963,5 mm², powierzchnia żelu 176,71 mm², grubość 0.2 mm, odporność na odrywanie średnio 5N opakowanie a' 50 sztuk

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 3- Elektroda EKG jednorazowego użytku do badań spoczynkowych, ciągłego monitorowania i diagnostyki, ze stykiem Ag/AgCl i podłożem piankowym, specjalny hydrożel do długotrwałego użytku, (b.mocny, łagodny dla skóry klej), rozmiar 50×35 mm, ze złączem zatrzaskowym, całkowita powierzchnia 1558,23 mm², powierzchnia żelu 226,98 mm², grubość 1mm, odporność na odrywanie min. 5N, opakowanie a' 50 sztuk

Odp. Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 4- Elektroda EKG jednorazowego użytku do badań diagnostycznych, ze stykiem Ag/AgCl i podłożem piankowym, specjalny hydrożel do długotrwałego użytku (łagodny dla skóry klej), nadają się też do zastosowań w neurologii i pediatrii, rozmiar 42×45 mm, złącze zatrzaskowe; radioprzeziarna, nadaje się do CT i MRI, całkowita powierzchnia 1439,01mm², powierzchnia żelu 226,98mm², grubość 1mm, odporność na odrywanie 5N ,opakowanie a' 50 sztuk.

Odp. Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 5- Elektrody do EKG jednorazowego użytku dla dzieci i niemowląt do badań spoczynkowych, z pianki polietylenowej pokrytej klejem hipoalergicznym o bardzo dobrej przyczepności. Czujnik ABS pokryty Ag/Agcl, bez lateksu, bez PVC, rozmiar rozmiar 25,7mm, kształt kwiatka, opakowanie a' 50 sztuk

Odp. Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt.20

Pakiet 9 poz. 3-5, 10

Czy Zamawiający dopuści podanie w ww. pozycji ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego 50 sztuk elektrod, albo podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku? Ceny jednostkowe elektrod są bardzo niskie, proponowane rozwiązanie dałoby wykonawcom możliwość zaoferowania korzystniejszej ceny łącznej.

Odp. Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt.21

Pakiet 9 poz. 6

Elektrody kończynowe są pakowane po 4 sztuki zatem prosimy o dopuszczenie 10 kompletów po 4 sztuki.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt.22

Pakiet 9 poz. 7

Elektrody przyssawkowe są pakowane po 6 sztuk zatem prosimy o dopuszczenie 8 kompletów po 6 sztuk.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt.23

Pakiet 9 poz. 9

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrod do defibrylacji ze złączem Quick Combo kompatybilnych z defibrylatorem Lifepak 15 dla dzieci oraz dla dorosłych o długości kabla 120cm.

Obecny opis wskazuje konkretnego producenta Physio- Control

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.24

Pakiet 9 poz. 6,7,8

Prosimy o odstąpienie od wymogu złożenia próbek dla tych pozycji w miejsce karty katalogowej producenta.

Odp. Zamawiający odstępuje od wymogu w Pakiet 9 poz. 6,7,8. złożenia próbek i złożenia karty katalogowej. Pozostałe zgodnie z SWZ.

Pyt.25

Pakiet 9 poz. 8

Prosimy o możliwość złożenia 1 sztuki próbki w dowolnym rozmiarze. Wskazany asortyment jest wariantowy- 8 różnych elektrod.

Odp. Tak

Pyt.26

Pakiet 38 poz. 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie papieru o wymiarach 150x100x150.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.27

Pakiet 38 poz. 13

Zwracamy się z prośbą o podanie czułości wymaganego papieru do USG. Czy Zamawiający oczekuje papieru UPP 110S- czułość standardowa?

Odp. Tak

Pyt.28

Pakiet 38 poz. 14

Zwracamy się z prośbą o podanie czy w powyższej pozycji Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego producenta Sony czy też dopuszcza papiery kompatybilne.

Odp. Tak

Pyt.29

Dotyczy: Pakiet 85, pozycja 4. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie ilości wskazanej w pozycji 4. Czy Zamawiający nie dopuścił się omyłki pisarskiej i miał na myśli 8 opakowań zamiast 8 sztuk? Zestawy do AIRVO 3 (z rurą i komorą do nebulizacji) dostarczane są wyłącznie w pełnych opakowaniach zbiorczych po 10 sztuk i nie ma możliwości zamówienia 8 pojedynczych sztuk.



Jednocześnie zwracamy uwagę, że przy wskazanym zapotrzebowaniu na kaniule wysokoprzepływowe zamówienie jedynie 8 zestawów z rurą i komorą wydaje się nieproporcjonalnie niskie, dlatego przypuszczamy, że intencją Zamawiającego mogło być określenie ilości 8 opakowań.

Odp. Doszło do pomyłki -prawidłowa ilość 20sztuk.

Pyt.30

Dotyczy (Pakiet 45 Maski krtaniowa PCV - Ratownictwo Medyczne)

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową z oznaczeniem przedziału wagowego pacjenta umieszczonym na baloniku kontrolnym, bez zabezpieczenia zastawki, które nie jest elementem niezbędnym do prawidłowego i bezpiecznego użytkowania wyrobu, oraz z barwnym oznaczeniem rozmiaru maski umieszczonym na etykiecie, przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z OPZ?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.31

W Specyfikacji Warunków Zamówienia w Rozdziale V Zamawiający przewiduje okres realizacji zamówienia wynoszący 24 miesiące od dnia zawarcia umowy z możliwością jego przedłużenia o 3 miesiące.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie okresu obowiązywania umowy do 12 miesięcy?

Prośbę tę uzasadnia fakt, że długotrwały okres realizacji zamówienia, znacząco zwiększa ryzyko kontraktowe po stronie Wykonawcy i może ograniczyć możliwość złożenia oferty. Skrócenie okresu obowiązywania umowy pozwoliłoby na zachowanie konkurencyjności postępowania oraz umożliwiłoby udział Wykonawcom w postępowaniu na warunkach zapewniających właściwą realizację dostaw.

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.32

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 67 :

Taśmę do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, jednorazową, jednorodną, niewchłaniającą, z polipropylenu monofilamentowego z plastikową osłonką na ramionach, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości 84%, porowatość średnia: 976 µm; porowatość max.: 2314 µm; grubości taśmy 0,33 mm, grubości nici 80 µm, gramaturze 48 g/m², wytrzymałości na rozciąganie 70 N/cm, atraumatycznych brzegach zakończonych bezpiecznymi pętelkami, wykonanej w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), która zwiększa wytrzymałość taśmy na rozciąganie we wszystkich kierunkach, co zapobiega zwijaniu się i deformacji taśmy?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.33

Pytanie do pakietu 07 okulary neonatologiczne do fototerapii

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania produktu alternatywny do opisanego w SWZ, tj.:

- Okularki jednoczęściowe
- Wykonane z miękkiego materiału pokrytego delikatną, silikonową warstwą adhezyjną.
- Użyty materiał blokuje 99,95% światła widzialnego i UV (potwierdzone wynikami badań jednostki niezależnej);
- Bez dodatku lateksu i kleju.
- Hypoalergiczne.

- Kontakt z okiem wyłącznie poprzez czystą, 100% bawełnę, bez dodatku barwników.
- Sposób założenia i zdjecia okularków odbywa się bezboleśnie i dotyczy wyłącznie okolic oczu, bez konieczności podnoszenia główki, zmiany pozycji noworodka
- Założenie nie wymaga stosowania rzepów i opasek wokół głowy pacjenta.
- Przeznaczone dla jednego pacjenta, do wielokrotnego użytku.
- Dołączony plastikowy arkusz umożliwia higieniczne przechowywanie okularków podczas przerwy w fototerapii;
- Bezbolesne zdejmowanie.
- Do wyboru trzy rozmiary, w zależności od wagi (≤ 900 g, < 1000 g i > 1000 g) i wielkości główki noworodka.



Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.34

Czy Zamawiający będzie wymagał aby ubieranie, ściąganie lub wymiana okularków nie wymuszały konieczności rozłączania, przemieszczania lub zdejmowania urządzeń podłączonych do twarzy noworodka oraz zmiany pozycji noworodka ?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.35

Czy w zadaniu 61 nie nastąpiła omyłka pisarska ? Zamawiający określił w pozycji nr 1 - 15 opakowań, w pozycji nr 2 – 15 opakowań a w pozycji nr 3 – 15 szt. Jednocześnie chciałem zaznaczyć, że oryginalne akcesoria do systemu Thopaz Medela są wyrobami medycznymi i winne są być sprzedawane w opakowaniach zbiorczych. Zbiorniki 800 ml – pakowane są zbiorczo do opakowania po 6 szt. Zbiorniki 2000 ml – pakowane są zbiorczo do opakowania po 12 szt. Dreny ssące do systemu Thopaz pakowane są zbiorczo po 10 szt. 2. Proszę o doprecyzowanie w zadaniu nr 61 w pozycji nr 3 o jaki dren zamawiającemu chodzi. Dreny do systemu Thopaz posiadają 3 różne końcówki: pediatryczne, standardowe i duże. Oras mogą to być jednocześnie dreny z pojedynczą końcówką lub podwójną.

Odp. Tak, nastąpiła omyłka pisarska.

Pyt.36

Dotyczy – Pakiet nr 37

Wnosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia próbki w pozycji nr 2 w/w pakietu tj. wielorazowej klipsownicy, i dopuszczenie w jej miejsce karty katalogowej i/lub materiałów informacyjnych producenta potwierdzających spełnianie wymagań SWZ

Uzasadnienie:

Pozycja nr 2 dotyczy wielorazowego produktu o dużej wartości, dlatego koszt dostarczenia takiej próbki jest niewspółmiernie wysoki w stosunku do celu, jakiemu ma służyć próbka. Parametry i zgodność produktu z wymaganiami SWZ mogą zostać potwierdzone na podstawie dokumentacji producenta.

W związku z powyższym prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia próbki i dopuszczenie weryfikacji produktu na podstawie karty katalogowej i/lub materiałów informacyjnych producenta.

Odp. Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia próbki w tym w/w pakiecie pozostałe zgodnie z SWZ oraz dopuszcza w jej miejsce kartę katalogową.

Pyt.37

Do zadania 64 punkt 1- rękojeść do laryngoskopów jednorazowa.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenia rękojeści jednorazowych. Rękojeść jednorazowego użytku, niemagnetyczna, z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym. Rękojeść stanowiąca ogniwo zasilające dla źródła

światła. Wbudowane źródło światła - żarówkę LED dla doskonałego oświetlenia, przy wyjściu 11000 luksów

mierzone 2 cm od żarówki. Kompatybilna z łyżkami w standardzie ISO 7376 (tzw. Zielona specyfikacja) W

zestawie „rękojeści” zamontowana alkaiczna bateria guzikowa, którą w łatwy i prosty sposób można wyjąć przed utylizacją. Pakowana w folii.

Bez latexu.



Medium



Compact

Odp. Dopuszcza

Pyt.38

Dotyczy zadania nr 124 punkt 1

Czy w ramach poprawy konkurencyjności Zamawiający dopuści narzędzie bipolarne typu Seal&Cut, bransza preparująca typu Maryland, przeznaczone do laparoskopii, średnica 5mm, długość 360mm, przeznaczone do preparowania i zespалania dużych naczyń do 7 mm, jednorazowego użytku, rotacja części roboczej 360°, długość zespалania 22mm, długość cięcia 20 mm, 5 sztuk w opakowaniu i zaofiarowanie 18 opakowań?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.39

Dotyczy zadania nr 124 punkt 2

Czy w ramach poprawy konkurencyjności Zamawiający dopuści narzędzie bipolarne typu Seal&Cut, bransza preparująca typu Maryland, przeznaczone do chirurgii otwartej, średnica 5mm, długość 230mm,

przeznaczone do preparowania i zespalania dużych naczyń do 7 mm, jednorazowego użytku, rotacja części roboczej 360°, długość zespalania 22mm, długość cięcia 20 mm, 5 sztuk w opakowaniu i zaoferowanie 18 opakowań?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.40

Dotyczy zadania nr 124

Czy Zamawiający wymaga aby generator poza programem bipolarnym do zamykania naczyń (Seal&Cut) był również diatermią elektrochirurgiczną (z programami monopolarnymi i bipolarnymi między innymi do LASH, gastro, resekcją monopolarną i bipolarną – w środowisku wodnym, waporyzacją)?

Odp. Nie

Pyt.41

Pakiet 118 Gaza hemostatyczna:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunku hemostatycznego na bazie kaolinu, w postaci gazy składanej harmonijkowo w literę „Z”, przeznaczonego do tamowania krwotoków zagrażających życiu o średniej i dużej intensywności, **o wymiarach 7,6 cm × 3,7 m zamiast wymaganych 7,6 cm × 1,52 m** przy zachowaniu wszystkich pozostałych wymaganych parametrów użytkowych, funkcjonalnych i klinicznych określonych w SWZ?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.42

SWZ, rozdział X, ust. 16 pkt i)

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustrukturyzowana faktura dostarczana jest przez KSEF i nie ma możliwości dołączenia jej do paczki lub przesłania email.

Odp. Zamawiający dopuszcza inny dokument na podstawie którego będzie można dokonać sprawdzenia przesłanego asortymentu.

Pyt.43

Pakiet nr 5 poz. 3

Filtr piankowy oraz filtr cząstek stałych nie jest wyrobem medycznym i podlega pod 23% stawkę VAT. Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę stawki w formularzu ofertowym.

Odp. Tak

Pyt.44

Pakiet nr 5 poz. 3

Zamawiający opisał przedmiot zamówienia jako:

„Filtr piankowy wlotu powietrza do respiratora Philips- Filtr cząstek stałych, kompatybilne z urządzeniem Trilogy Evo”.

Filtr piankowy i filtr cząstek stałych to dwa różne produkty. Prosimy o wyjaśnienie którego produktu dotyczy poz. 3 lub zgodę o wycenę obu produktów poprzez dodanie poz. 4 w pakiecie nr 5.

Odp. Filtr piankowy

Pyt.45

Do zadania 47 ustniki do spirometru

Czy Zamawiający wymaga

· ustnik owalny przezroczysty, który umożliwia personelowi obserwację i ocenę skuteczności wykonywanego badania, eliminuje przeciek na krawędziach ust, posiadający wypustkę

zapobiegającą przesuwaniu się filtra podczas badania (pacjent może oprzeć sobie zęby)

- masa filtra 11 g – lekka konstrukcja filtra, niższe koszty utylizacji mniejsze obciążenie środowiska
- Przestrzeń martwa filtra 55ml.
- Obudowa filtra czworokątna
- Klips zakończony chropowatą powierzchnią
- Skuteczności filtracji dla wirusów i bakterii > 99,999% – potwierdzona dokumentem producenta
- Skuteczność filtracji dla bakterii BFE (MRSA, TBC, etc)> 99.999996% - potwierdzona dokumentem producenta
- Skuteczność filtracji dla wirusów VFE (Influenza, H1N1, SARS-CoV-2/-1 etc.)> 99.999711% - potwierdzona dokumentem producenta
- Efektywność filtracji antybakteryjnej i antywirusowej 99,999% przy przepływie 30l/min.

Efektywność
 filtra > niż 99% przy przepływie 750 l/min.(dotyczy również wirusa COVID-19).
Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.46

Do zadania 76 punkt 1 filtr do spirometru

Czy zamawiający wymaga :

- ustnik owalny przezroczysty, który umożliwia personelowi obserwację i ocenę skuteczności wykonywanego badania, eliminuje przeciek na krawędziach ust, posiadający wypustkę zapobiegającą przesuwaniu się filtra podczas badania (pacjent może oprzeć sobie zęby)
- masa filtra 11 g – lekka konstrukcja filtra, niższe koszty utylizacji mniejsze obciążenie środowiska
- Przestrzeń martwa filtra 55ml.
- Obudowa filtra czworokątna
- Skuteczności filtracji dla wirusów i bakterii > 99,999% – potwierdzona dokumentem producenta
- Skuteczność filtracji dla bakterii BFE (MRSA, TBC, etc)> 99.999996% - potwierdzona dokumentem producenta
- Skuteczność filtracji dla wirusów VFE (Influenza, H1N1, SARS-CoV-2/-1 etc.)> 99.999711% - potwierdzona dokumentem producenta
- Efektywność filtracji antybakteryjnej i antywirusowej 99,999% przy przepływie 30l/min.

Efektywność
 filtra > niż 99% przy przepływie 750 l/min.(dotyczy również wirusa COVID-19).
Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.47

Do zadania 85

Punkt 1 kaniule Czy Zamawiający dopuści :

Kaniula donosowa do terapii tlenowej HFNC Kaniula donosowa do terapii tlenowej HFNC (high flow nasal cannula), Wysokoprzepływowa kaniula nosowa umożliwia wzbogacanie powietrza w tlen w warunkach wysokiego przepływu (HFNC) przy pomocy ogrzanego i nawilżonego gazu, zapewniając wszechstronność niezbędną do reagowania na zmieniający się stan pacjenta. Kaniula wyposażona w miękkie wąsy tlenowe, których konstrukcja zapewnia swobodny przepływ gazów medycznych. Miękkie i anatomicznie ukształtowane wąsy tlenowe dopasowują się do każdego pacjenta zapewniając maksymalną wygodę. Kaniula wyposażona w uniwersalną obrotową złączkę, umożliwiającą podłączenie do większości ogrzewanych układów oddechowych do terapii HFNC. Oznaczenie kaniul kolorami - szybka i łatwa identyfikacja rozmiaru. Kaniule posiadające rurki gładkościenne co zmniejsza ryzyko zagięcia rurki. Przepływ gazu w kaniulach praktycznie bezgłośny, co minimalizuje uciążliwość dla pacjenta. Kaniule wyposażone w dzielony (podwójny) pasek mocujący wokół głowy, łatwy do dopasowania umożliwia bezpieczne zamocowanie kaniuli, jednocześnie podnosząc komfort pacjenta. Do kaniuli dołączony klips stabilizujący, zmniejszający ryzyko repozycji kaniuli. Uniwersalna kaniula kompatybilna z układami oddechowymi aparatów do terapii HFNC dostępnych na rynku (urządzenia zasilane tlenem poprzez mikser gazu, urządzenia zasilane tlenem poprzez przepływomierz). Wysokoprzepływowa kaniula nosowa została opracowana dla szerokiego zakresu stężeń tlenu przy różnych

prędkościach przepływu w optymalnych warunkach. Rozstaw widełek 5 mm ➤ rozmiar S (przepływ gazów 10-50 L/min) ➤ rozmiar M (przepływ gazów 10-80 L/min) ➤ rozmiar L (przepływ gazów 10-80 L/min)
Okres przydatności: 5 lat od momentu produkcji
Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.48

Punkt 2

Kaniuła donosowa niemowlęca, do terapii tlenowej wysokim przepływem, przystosowana do współpracy z podgrzewanymi układami oddechowymi, przewód kaniuli (uzbrojony) odporny na zagniatanie, mocowanie kaniuli do dziecka za pomocą przylepców hydrokolidowych. Połączenie kaniuli z mocowaniem za pomocą „Rzep Podkładki” umożliwiającej wielokrotne zdejmowanie i regulację położenia kaniuli. Konstrukcja kaniuli zapewnia dopływ dwóch niezależnych strumieni gazowych, w konsekwencji nie popadających w turbulencję przy ujściu. przepływ gazu: 2 - 20L/min
Kaniuła donosowa dla dzieci do terapii tlenowej wysokim przepływem, przystosowana do współpracy z podgrzewanymi układami oddechowym waga niemowlęcia waga pacjenta: 3 – 8 kg. Kaniule nosowe o średnicy 2,9 mm.

Kaniuła donosowa dziecięca, do terapii tlenowej wysokim przepływem, przystosowana do współpracy z podgrzewanymi układami oddechowymi, przewód kaniuli (uzbrojony) odporny na zagniatanie, mocowanie kaniuli do dziecka za pomocą przylepców hydrokolidowych. Połączenie kaniuli z mocowaniem za pomocą „Rzep Podkładki” umożliwiającej wielokrotne zdejmowanie i regulację położenia kaniuli. Konstrukcja kaniuli zapewnia dopływ dwóch niezależnych strumieni gazowych, w konsekwencji nie popadających w turbulencję przy ujściu.

Maksymalny przepływ gazu: 2 - 25L/min

Kaniuła donosowa dla dzieci do terapii tlenowej wysokim przepływem, przystosowana do współpracy z podgrzewanymi układami oddechowym waga pacjenta 12-22kg. Kaniule nosowe o średnicy 3,2 mm.

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.49

Punkt 3 Czy zamawiający wyrazi zgodę na układy oddechowe o następujących parametrach. Układy te są w pełni kompatybilne z urządzeniami serii Airvo2. Zgoda zamawiającego pozwoli uzyskać bardziej atrakcyjną wycenę pakietu.

Układ do oddychania ogrzewanym powietrzem do terapii tlenowej HFNC (high flow nasal cannula), beznebulizacji, służący do dostarczania nawilżonych i podgrzanych gazów oddechowych. Dren posiada wbudowaną w ściankach podwójną spiralę grzejącą. Układ z wbudowanymi czujnikami temperatury i czujnikiem przepływu. Gładka powierzchnia wewnętrzna rury. Układ przeznaczony do użycia przy przepływach gazów medycznych od

2 do 60 l/min, w zależności od zastosowanego interfejsu. Kompatybilne przyłącza pacjenta: kaniuła donosowa, bezpośrednie połączenie z rurką tracheostomijną., miękka silikonowa końcówka eliminuje konieczność zastosowania adapterów.

Długość układu 180 cm, układ zawierający w komplecie komorę nawilżacza. Komora z automatycznym poborem wody, wyposażona w system podwójnego pływaka (podstawowy i dodatkowy) zabezpieczającego przed przelaniem wody. Zestaw: układ oddechowy i komora nawilżacza przeznaczone do stosowania przez 14 dni.

Zestaw kompatybilny z nawilżaczem serii Airvo2. Na opakowaniu czytelna data produkcji, oraz czytelna data przydatności do użycia (min 24 m-ce). Na etykiecie czytelna waga zestawu (0,3 kg.).

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.50

Dotyczy **Pakiet 71**

l.p. 1

Czy Zamawiający dopuści szczypczyki o pojemności minimum 7,5 mm³?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.51

l.p.2

Czy Zamawiający dopuści pętle o średnicy drutu 0,3 mm dla otwarcia 10,15 mm oraz średnicy drutu 0,47 mm dla średnicy otwarcia 20,25,30,35 mm ?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.52

l.p. 3

Zamawiający dopuści igły o średnicy osłony zewnętrznej 2,3 mm?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.53

l.p. 4

Czy Zamawiający dopuści szczoteczki o średnicy szczoteczki długiej w zakresie od 5 mm do 10 mm i długości szczoteczki krótkiej 160 mm i średnicy 5 na 12 mm ?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.54

l.p. 7

Czy Zamawiający dopuści pętle z siatką o średnicy osłonki 2, 6 mm?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.55

l.p. 8

Czy Zamawiający dopuści szczypczyki biopsyjne jumbo o długości miseczki 4,1 mm i pojemności minimalnej 12,3 mm³ ?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.56

Dotyczy **-Pakiet nr 138**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie anoskopów sterylnych, pozostałe parametry zgodne z wymaganiami.

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.57

Dotyczy **-Pakiet 77, poz. 1, 2**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie siatek monofilamentowych polipropylenowych o grubości 0,42mm?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.58

Dotyczy **-Pakiet 77, poz. 3, 4**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie siatek monofilamentowych polipropylenowych o grubości 0,32mm?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.59

Dotyczy- **Pakiet 77, poz. 1, 2**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie siatek monofilamentowych polipropylenowych o gramaturze 125g/m²?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.60

Dotyczy -**Pakiet 77, poz. 1, 3**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie siatek w rozmiarze 7,6cm x 15 cm?

Odp. Tak

Pyt.61

Dotyczy- **Pakiet 92, poz. 1**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie staplera do zamykania skóry z 35 klamerkami – z przezroczystym wskaźnikiem z boku z podziałką na 15, 25, 35 zszywek, zszywki w rozmiarze: grubość 0,6mm; szerokość 7,0mm; wysokość 4,2mm; zszywki bez pokrycia teflonem. Pakowany po 10 szt./op.?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.62

Dotyczy- **Pakiet 129, poz. 1-3**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie bezwzględnych urządzeń do kontrolowanego zamykania ran wykonanych z polidoksanonu, bez powleczenia triklosanem?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.63

Dotyczy- **Pakiet 130, poz. 2**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie zestawów ssąco-płuczających pakowanych po 10 szt./op.?

Odp. Tak: pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pyt.64

Dotyczy pakiet- 64:

Czy w poz. 1,2 Zamawiający dopuści opakowanie folia-papier?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pyt.65

Czy w poz. 1 Zamawiający dopuści rękojeść z tworzywa sztucznego?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pyt.66

Dotyczy pakietu 130:

Czy w poz. 2 Zamawiający dopuści produkt pakowany po 5 szt.?

Odp. Tak; pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pyt.67

Dotyczy pakietu 130

Czy w poz. 3 Zamawiający dopuści produkt pakowany po 20 szt.?

Odp. Tak; pozostałe parametry z godnie z SWZ.

Pyt.68

Dotyczy pakietu 81

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia i podanie dokładnych danych dotyczących urządzenia, dla którego wkłady zostały ujęte w zadaniu nr 81 postępowania. Prosimy o podanie marki i modelu wstrzykiwacza.

Odp. OPTI VANTAGE - SYSTEM DO PODAWANIA KONTRASTU CT Z PODWÓJNĄ GŁOWICĄ

Pyt.69

Dotyczy pakiet 131:

W związku z tożsamą ilością zapotrzebowania dla pozycji 1 i 2 części 131 zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie rozwiązania równoważnego tj. zgodę, na zaoferowanie zestawu pakowanego razem składającego się z zestawu drenów przeznaczony do wypełniania i wstrzykiwania, do podawania kontrastu dożylnego do tomografii komputerowej oraz 2x200ml strzykawki przeznaczonej do wielokrotnego użycia.

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.70

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do ofertowania dla pozycji 1 części 131 zestawu wkładów na 24 godziny składającego się z dwóch zestawów podwójnych wkładów ze sterylnością pracy do 12h.

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.71

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do ofertowania dla pozycji 2 części 131 zestawu wkładów na 24 godziny składającego się z dwóch zestawów dziennych ze sterylnością pracy do 12h.

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.72

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do ofertowania dla pozycji 3 części 131 rozwiązania równoważnego tj. linii pacjenta do badań TK o długości 30cm z dwustopniowym zaworem bezpieczeństwa

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.73

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do ofertowania dla wszystkich pozycji części nr 131 wyrobów medycznych (wkładów, zestawów i linii) o wytrzymałości ciśnieniowej 350 psi.

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.74

W związku opublikowanymi dokumentami postępowania - SWZ oraz Załącznika nr 131 (Formularz asortymentowo-cenowy), prosimy o zmianę treści opisu przedmiotu zamówienia dla zadania 131 poprzez wykreślenie zapisu w brzmieniu: „Zamawiający, w celu utrzymania gwarancji strzykawki Op\vantage wymaga, aby oferowane wkłady były oryginalne, w pełni kompatybilne ze wstrzykiwaczem kontrastu oraz potwierdzone oświadczeniem producenta wstrzykiwacza.”. Tak sformułowany zapis prowadzi do ograniczenia kręgu wykonawców

jedynie do dostawców oferujących produkty pochodzące od producenta urządzenia (lub będących oficjalnymi dystrybutorami). Podkreślić należy, że takie sformułowanie warunku jest niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa i w realiach rynkowych niemożliwe do spełnienia przez potencjalnego wykonawcę, który nie jest ani producentem urządzenia ani oficjalnym dystrybutorem producenta wstrzykiwacza. Przypominamy, iż kluczowa dla prawidłowej i bezpiecznej pracy urządzenia jest kompatybilność oferowanych wyrobów medycznych, nie zaś ich pochodzenie czy konkretne potwierdzenie producenta urządzenia

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.75

Dotyczy-Pakiet 18 – Gaza hemostatyczna

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów w załączniku zawierającym Opis Przedmiotu Zamówienia poprzez **dopuszczenie gazy hemostatycznej w rozmiarze 7,5 cm x 1,8 m**, złożonej w poręczny format „Z” (Z-Fold)?

Uzasadnienie: Gaza hemostatyczna o szerokości **7,5 cm oraz długości 1,8 m** (zawierająca wysoką zawartość substancji aktywnej, np. chitozanu) stanowi jeden z wiodących, powszechnie uznanych i certyfikowanych standardów zaopatrzenia medycznego i taktycznego.

Długość 1,8 m jest optymalnie dobrana do procedury tzw. pakowania rany (wound packing). Pozwala na skuteczne, gęste wypełnienie kanału rany postrzałowej, klutej lub głębokiego szarpana, zapewniając bezpośredni ucisk na uszkodzone naczynia krwionośne i natychmiastowe zatamowanie masywnego krwotoku zagrażającego życiu. Jednocześnie format ten charakteryzuje się brakiem reakcji egzotermicznej (nie wytwarza ciepła i nie oparza pacjenta).

Sztynne ograniczenie wymiarów gazy wyłącznie do specyfikacji jednego konkretnego producenta (np. poprzez żądanie długości dokładnie 1,5 m lub 3,7 m) nie ma przewagi o charakterze medycznym czy ratowniczym. Może jednak skutkować bezpodstawnym zablokowaniem dostępu do postępowania innym renomowanym i sprawdzonym wyrobom medycznym. Dopuszczenie gazy o wymiarach 7,5 cm x 1,8 m zapewni Zamawiającemu możliwość otrzymania ofert w pełni konkurencyjnych, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższego standardu bezpieczeństwa pacjentów, zgodnie z zasadą równego traktowania wykonawców określoną w art. 16 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odp. Pakiet 18 to pakiet „Zestaw do kaniulacji tętnic”, a nie gaza hemostatyczna.

Pyt.76

Dotyczy Pakietu nr 20, 58 –

Czy w związku z przeznaczeniem i charakterem oferowanych produktów, które są produkowane pod zamówienie i wymagają sprowadzenia zza granicy oraz sukcesywny charakter dostaw, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy w Pakiecie nr 20 i 58 do 20 dni roboczych od złożenia zamówienia?

Odp. Tak

Pyt.77

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niektórych elementów przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 20, tj.: uszczelki kanału instrumentowego, które nie podlegają Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 ani ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 974 z późn. Zm.), a zatem obowiązkowi wystawienia deklaracji zgodności oraz obowiązkowi oznakowania znakiem CE, dla których stawka VAT wynosi 23% (tzw. wyrób niemedyyczny)?

Odp. Tak

Pyt.78

Dotyczy Pakietu nr 20 poz. 26 – Czy w pozycji 26 nie doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający wymaga do zaoferowania tylko drenu inflacyjnego, silikonowego?

Odp. Tak

Pyt.79

Dotyczy Pakietu nr 20 poz. 29 – Czy Zamawiający w pozycji nr 29 wymaga zaoferowania tubusów w ilości 3 sztuk?

Odp. Tak

Pyt.80

Dotyczy Pakietu nr 58 poz. 1 i 2 - Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w pozycji nr 1 wymaga zaoferowania 100 opakowań drenów płuczających, a w pozycji 2 160 opakowań drenów płuczających.

Odp. Poz.1=50op. poz.2=50op, poz.3=30op.

Pyt.81

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu posiadania terminu ważności w przypadku oferowania w pakiecie nr 58 wyrobów wielorazowych, niesterylnych, nie posiadających terminu ważności.

Odp. Tak

Pyt.82

Dotyczy Pakietu nr 20 poz. 5, 6, 7 - Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że posiadane przez Zamawiającego w pozycji 5, 6, 7 załącznika nr 20 płaszcze są firmy Karl Storz.

Odp. Tak

Pyt.83

Dotyczy Pakietu nr 20 poz. 8, 9 - Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że opisane przez Zamawiającego w pozycji 8, 9 załącznika nr 20 przewody mają być kompatybilne z elementem pracującym monopolarnym, bipolarnym resektoskopu firmy Karl Storz serii 27050.

Odp. Tak

Pyt.84

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu dołączenia faktury do paczki z towarem lub mailowo i dopuszczenie dostarczenia faktury VAT w sposób uregulowany w ustawie o VAT poprzez system KSeF?

Odp. Zamawiający dopuszcza inny dokument na podstawie którego będzie można dokonać sprawdzenia przesłanego asortymentu.

Pyt.85

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na odstąpienie od wymogu przesyłania numeru śledzenia przesyłki kurierskiej drogą mailową. Wykonawca korzysta z usług różnych operatorów logistycznych, a proces nadawania przesyłek oraz generowania numerów śledzenia odbywa się często w sposób zautomatyzowany i nie zawsze umożliwia każdorazowe przekazywanie numerów śledzenia Zamawiającemu. Jednocześnie dostawa jest potwierdzana dokumentami przewozowymi oraz realizowana w terminach wynikających z umowy, co zapewnia Zamawiającemu możliwość kontroli prawidłowości realizacji dostaw.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.86

Dot. §2 ust. 5 wzoru umowy - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczania dokumentów dostawy w trzech egzemplarzach (oryginał + 2 kopie) określonego w § 2 wzoru umowy i dopuści dostarczanie jednego egzemplarza dokumentu dostawy? Wymóg sporządzania trzech papierowych egzemplarzy dokumentu dostawy generuje dodatkowe obciążenia administracyjne i nie znajduje uzasadnienia przy obecnie stosowanych elektronicznych systemach obiegu dokumentów.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na dwa egzemplarze.

Pyt.87

Pytanie dotyczy formularza cenowego – Pakiet 22, Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści elektrodę o rozstawie 25mm, spełniającą pozostałe zapisy OPZ?

Tak szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia, bez wskazania dopuszczalnych zakresów wartości parametrów, może zawężenia wymagań konkretnego produktu jednego producenta. W konsekwencji może to istotnie ograniczać możliwość udziału innych wykonawców w postępowaniu. Określenie dopuszczalnych zakresów parametrów umożliwiłoby złożenie ofert obejmujących alternatywne produkty spełniające potrzeby Zamawiającego.

Odp. Tak

Pyt.88

Pytanie dotyczy formularza cenowego – Pakiet 22, Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści elektrodę o długości przewodu 1m, spełniającą pozostałe zapisy OPZ?

Tak szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia, bez wskazania dopuszczalnych zakresów wartości parametrów, może zawężenia wymagań konkretnego produktu jednego producenta. W konsekwencji może to istotnie ograniczać możliwość udziału innych wykonawców w postępowaniu. Określenie dopuszczalnych zakresów parametrów umożliwiłoby złożenie ofert obejmujących alternatywne produkty spełniające potrzeby Zamawiającego.

Odp. Tak

Pyt.89

Pytanie dotyczy formularza cenowego – Pakiet 22, Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści elektrodę o długości przewodu 1,5m, spełniającą pozostałe zapisy OPZ?

Tak szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia, bez wskazania dopuszczalnych zakresów wartości parametrów, może zawężenia wymagań konkretnego produktu jednego producenta. W konsekwencji może to istotnie ograniczać możliwość udziału innych wykonawców w postępowaniu. Określenie dopuszczalnych zakresów parametrów umożliwiłoby złożenie ofert obejmujących alternatywne produkty spełniające potrzeby Zamawiającego.

Odp. Tak

Pyt.90

Pytanie dotyczy formularza cenowego – Pakiet 22, Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści żel przewodzący w miękkiej butelce z "dziubkiem" i zatyczką, spełniającą pozostałe zapisy OPZ?

Tak szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia, bez wskazania dopuszczalnych zakresów wartości parametrów, może zawężenia wymagań konkretnego produktu jednego producenta. W konsekwencji może to istotnie ograniczać możliwość udziału innych wykonawców w postępowaniu. Określenie dopuszczalnych zakresów parametrów umożliwiłoby złożenie ofert obejmujących alternatywne produkty spełniające potrzeby Zamawiającego.

Odp. Tak

Pyt.91

Pytanie dotyczy formularza cenowego – Pakiet 22, Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści żel peelingujący w tubkach po 120 g, spełniającą pozostałe zapisy OPZ?

Tak szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia, bez wskazania dopuszczalnych zakresów wartości parametrów, może zawężenia wymagań konkretnego produktu jednego producenta. W konsekwencji może to istotnie ograniczać możliwość udziału innych wykonawców w postępowaniu. Określenie dopuszczalnych zakresów parametrów umożliwiłoby złożenie ofert obejmujących alternatywne produkty spełniające potrzeby Zamawiającego.

Odp. Zgodnie z SWZ



Pyt.92

Pytanie dotyczy formularza cenowego – Pakiet 22, Poz. 3

Czy Zamawiający dopuści elektrodę o kolorach czerwonym i czarnym, które są bardziej intuicyjne do rozróżnienia i powszechniejsze wśród różnych producentów, spełniającą pozostałe zapisy OPZ?

Tak szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia, bez wskazania dopuszczalnych zakresów wartości parametrów, może zawężenia wymagać konkretnego produktu jednego producenta. W konsekwencji może to istotnie ograniczać możliwość udziału innych wykonawców w postępowaniu. Określenie dopuszczalnych zakresów parametrów umożliwiłoby złożenie ofert obejmujących alternatywne produkty spełniające potrzeby Zamawiającego.

Odp. Tak

Pyt.93

Pytanie dotyczy formularza cenowego – Pakiet 22, Poz. 3

Prosimy o informację, kabel jakiego producenta znajduje się w Pracowni EMG Zamawiającego?

Odp. SPECMEDICA GVB gelMed

Pyt.94

Pytanie dotyczy formularza cenowego – Pakiet 22, Poz. 3

Prosimy o informację czy w przypadku zaoferowania elektrod innej firmy (ale spełniającej zapisy OPZ), niż kompatybilnej z kablem posiadanym w Pracowni EMG, możliwe będzie dołączenie bezpłatnie do pierwszej dostawy właściwego przewodu kompatybilnego z tymi elektrodami oraz z urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego?

Odp. W poz.3 elektroda tarkowa nie ma dodatkowego przewodu.

Pyt.95

Pytanie dotyczy formularza cenowego – Pakiet 22, Poz. 3

Czy Zamawiający dopuści przewody o długości 120cm, spełniającą pozostałe zapisy OPZ?

Tak szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia, bez wskazania dopuszczalnych zakresów wartości parametrów, może zawężenia wymagać konkretnego produktu jednego producenta. W konsekwencji może to istotnie ograniczać możliwość udziału innych wykonawców w postępowaniu. Określenie dopuszczalnych zakresów parametrów umożliwiłoby złożenie ofert obejmujących alternatywne produkty spełniające potrzeby Zamawiającego.

Odp. Tak

Pyt.96

Pytanie dotyczy formularza cenowego – Pakiet 22, Poz. 4

Czy Zamawiający dopuści elektrodę o szerokości 2,5cm, spełniającą pozostałe zapisy OPZ?

Tak szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia, bez wskazania dopuszczalnych zakresów wartości parametrów, może zawężenia wymagać konkretnego produktu jednego producenta. W konsekwencji może to istotnie ograniczać możliwość udziału innych wykonawców w postępowaniu. Określenie dopuszczalnych zakresów parametrów umożliwiłoby złożenie ofert obejmujących alternatywne produkty spełniające potrzeby Zamawiającego.

Odp. Tak

Pyt.97

Pytanie dotyczy formularza cenowego – Pakiet 22, Poz. 4

Czy Zamawiający dopuści przewody o długości 125cm, spełniającą pozostałe zapisy OPZ?

Tak szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia, bez wskazania dopuszczalnych zakresów wartości parametrów, może zawężenia wymagać konkretnego produktu jednego producenta. W konsekwencji może to istotnie ograniczać możliwość udziału innych wykonawców w postępowaniu. Określenie dopuszczalnych zakresów parametrów umożliwiłoby złożenie ofert obejmujących alternatywne

produkty spełniające potrzeby Zamawiającego.

Odp. Tak

Pyt.98

Pytanie dotyczy formularza cenowego – Pakiet 22, Poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw naprawczy w innym rozmiarze niż wskazano ale kompatybilny z elektrodami z poz. 2, w opakowaniu po 100 szt. spełniające pozostałe zapisy OPZ?

Tak szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia, bez wskazania dopuszczalnych zakresów wartości parametrów, może zawęzić wymagania konkretnego produktu jednego producenta. W konsekwencji może to istotnie ograniczać możliwość udziału innych wykonawców w postępowaniu. Określenie dopuszczalnych zakresów parametrów umożliwiłoby złożenie ofert obejmujących alternatywne produkty spełniające potrzeby Zamawiającego.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.99

Dotyczy pakietu 6

Prosimy o dopuszczenie ostrzy uniwersalnych innych niż opisanych przez zamawiającego w przypadku bezpłatnego użyczenia strzygarki na czas trwania umowy.

Zaproponowane ostrza o szerokości ostrza 36 mm pasują do strzygarki, która posiada trzyzakresową obrotową głowicę: 45° w lewo, 45° w prawo. Pozwala to na bezpieczne operowanie strzygarką w trudno dostępnych miejscach na ciele.

W przypadku dopuszczenia powyższego rozwiązania prosimy o podanie potrzebnej ilości strzygarek, które użyjemy bezpłatnie na czas trwania umowy.

Konstrukcja ostrza wyklucza jakiegokolwiek uszkodzenie skóry, ostrza są wolne od lateksu; pakowane: 1 szt / blister; 50 blisterów/ pudełko. Posiadają nr LOT, daty ważności i daty produkcji na opakowaniu zbiorczym.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.100

Dotyczy pakietu 111

Prosimy o dopuszczenie kabla o łącznej długości 2m.

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.101

Pakiet 83: Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zestawu zapakowanego w twardej blister, który służy jako miska w zestawie? Tak zapakowany zestaw jest obecnie dostarczany do państwa.

Odp. Tak

Pyt.102

Pakiet 109 poz.1: Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie pieluchomajtek z dwoma indykatorami wilgotności w formie: Klejowy indykator wilgoci – dwa żółte paski zmieniające barwę na zielono-niebieską pod wpływem cieczy.

Nadruk na warstwie izolacyjnej w kolorze niebieskim pełniący funkcję informacyjną:

- nazwa wyrobu i rozmiar,
 - 6 kropli i kolor niebieski – oznaczenie poziomu chłonności dedykowanego do średniej i ciężkiej inkontynencji,
 - piktogramy obrazujące sposób zakładania : A – na stojąco, B – na leżąco,
 - poprzeczne linie dzielące indykator na strefy ułatwiające ocenę stopnia wypełnienia pieluchy.
- Dodatkowy nadruk tuszem określający datę i godzinę produkcji wyrobu. Pozostałe parametry zgodne.

Odp. Tak

Pyt.103

Pakiet 109 poz.2: Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie chusteczek pielęgnacyjnych do łagodnego

oczyszczania skóry wrażliwej, również u osób obłożnie chorych i z problemem nietrzymania moczu.

Wzbogacone o prebiotyki wspierający naturalną równowagę mikrobioty skóry oraz o skuteczny neutralizator zapachu. Przyjazne dla skóry pH w rozmiarze 25x30 cm pakowane po 52 szt. w opakowaniu z przeliczeniem ilości opakowań?

Odp. Tak

Pyt.104

Pakiet 93: Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie narzędzi w dyspenserze po 25 szt., każde narzędzie zapakowane osobno w TPF?

Odp. Tak

Pyt.105

Pakiet 93: Czy zamawiający zgodzi się na przedstawienie próbek w ilości 1 szt. z każdej pozycji w pakiecie?

Odp. Tak

Pyt.106

Czy Zamawiający w Pakiecie 8 poz. 3, 4 dopuści wycenę opakowań x 100szt., z przeliczeniem ilości?

Odp. Tak

Pyt.107

Czy Zamawiający w Pakiecie 8 poz. 1-4 dopuści wycenę strzykawek z rozszerzeniem skali odpowiednio: 2-2,5ml, 5-6ml, 10-11ml oraz 20-24ml?

Odp. Tak

Pyt.108

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 8 poz. 5 dopuści wycenę strzykawek z mlecznym tłokiem oraz czarną, kontrastującą skalą pomiarową?

Odp. Tak

Pyt.109

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 8 poz. 6 dopuści wycenę strzykawek 50ml z rozszerzeniem skali do 60ml?

Odp. Tak

Pyt.110

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 8 poz. 7 dopuści wycenę strzykawek z końcówką zakończoną standardowo/prosto; ze skalą co 1ml?

Odp. Tak

Pyt.111

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 8 poz. 11 dopuści wycenę strzykawek skalowanych co 0,5ml?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.112

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 8 poz. 12 dopuści wycenę strzykawek skalowanych co 1ml?

Odp. Tak

Pyt.113

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 8 pozycji 13 dopuści przyrząd o parametrach:

„Przyrząd do infuzji (typ IS), jałowy, nietoksyczny, niepirogeniczny, zaopatrzony w antybakteryjny, hydrofobowy filtr powietrza 0,4µm z klapką, rolkowy regulator przepływu, igła biorcza dwukanałowa, komora kroplowa 20 kropli = 1ml ± 0,1ml, filtr płynu 15 µm±2, zacisk rolkowy, dren o długości min. 150 cm zakończony końcówką Luer-Lock, całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym) pakowany pojedynczo w opakowaniu folia-folia”?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.114

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 8 pozycji 13 dopuści przyrząd o parametrach:

„Przyrząd do infuzji (typ IS), jałowy, nietoksyczny, niepirogeniczny, zaopatrzony w antybakteryjny, hydrofobowy filtr powietrza 0,4µm z klapką, rolkowy regulator przepływu z uchwytem na dren oraz miejscem na igłę biorcza po użyciu, igła biorcza dwukanałowa ścięta czteropłaszczyznowo, komora kroplowa 20 kropli = 1ml ± 0,1ml, długości 68mm (60 mm w części przezroczystej), posiadająca skrzydełka dociskowe, filtr płynu 15 µm±2, zacisk rolkowy z informacją o nazwie producenta (w kolorze innym niż zaciskacz), dren o długości min. 150 cm, obrotowe zakończenie Luer-Lock zabezpieczone koreczkiem, zapobiegające skręcaniu drenu, całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym) pakowany pojedynczo w opakowaniu typu folia/papier, nadruk w kolorze fioletowym.”?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.115

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 8 pozycji 13 dopuści przyrząd bez portu bezigłowego do podawania leków. Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.116

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 8 pozycji 14 dopuści wycenę przyrządu do przetaczania płynów i leków światłoczułych wymagających precyzyjnej podaży o parametrach:

- bez ftalanów,
- Igła biorcza dwukanałowa o odpowiedniej ostrości z kryzą ograniczającą
- Przeciwbakteryjny filtr powietrza zabezpieczony zatyczką
- Elastyczna komora kroplowa o długości 6cm, z odpowietrznikiem zamykanym niebieską zatyczką
- Rolkowy regulator przepływu z nazwą producenta, z zaczepem na dren oraz miejscem na igłę
- Filtr cząsteczkowy 15µm, kroplomierz komory 20 kropli=1ml
- Dren długości 150cm
- Opakowanie jednostkowe typu blister-pack z niebieskim napisem
- Sterylizowane tlenkiem etylenu?

Odp. Tak, dopuszcza



Pyt.117

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 8 pozycji 16 dopuści wycenę przyrządu o parametrach:

„Przyrząd bezpieczny do infuzji grawitacyjnych z możliwością utrzymania do 24 godzin w czasie prowadzenia nieprzerwanej infuzji. Specjalnie zaprojektowany filtr umieszczony w komorze kroplowej automatycznie blokuje przepływ, zabezpiecza przedostawanie się powietrza do drenu oraz zapobiega wstecznemu przepływowi krwi po zakończeniu infuzji. Odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką. Kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml $\pm$ 0,1 ml. Filtr zabezpieczający przed większymi cząstkami o skuteczności filtrowania 15 μ m umieszczony na końcu drenu. Komora kroplowa dzielona na elastyczną/miękką część dolną oraz twardą część górną. Miękki elastyczny dren o długości min. 180 cm. Uniwersalne zakończenie Luer-Lock zabezpieczone koreczkiem. Precyzyjny, bezpieczny zacisk rolkowy. Nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów. Niepirogenny. Jednorazowy, sterylizowany EO. Opakowanie: papier/folia. • Objętość wypełnienia: 6,46 ml/min.”?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.118

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 8 pozycji 17 dopuści wycenę przyrządu o parametrach:

„Przyrząd bezpieczny do infuzji grawitacyjnych z możliwością utrzymania do 24 godzin w czasie prowadzenia nieprzerwanej infuzji z bezigłowym dostępem do podawania leków. Specjalnie zaprojektowany filtr umieszczony w komorze kroplowej automatycznie blokuje przepływ, zabezpiecza przedostawanie się powietrza do drenu oraz zapobiega wstecznemu przepływowi krwi po zakończeniu infuzji. Odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką. Kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml $\pm$ 0,1 ml. Filtr zabezpieczający przed większymi cząstkami o skuteczności filtrowania 15 μ m umieszczony na końcu drenu. Komora kroplowa dzielona na elastyczną/miękką część dolną oraz twardą część górną. Miękki elastyczny dren o długości min. 180 cm. Uniwersalne zakończenie Luer-Lock zabezpieczone koreczkiem. Precyzyjny, bezpieczny zacisk rolkowy. Nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów. Niepirogenny. Jednorazowy, sterylizowany EO. Opakowanie: papier/folia. • Objętość wypełnienia: 6,46 ml/min.”?

Odp. Dopuszcza

Pyt.119

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 8 pozycji 27 dopuści wycenę przyrządu o parametrach:

„zawór bezigłowy/system bezigłowy pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, żywotność 7 dni lub 600 użyć, obudowa przezroczysta umożliwiająca kontrolę wzrokową, nie zawierający metalu oraz lateksu, membrana jednorodna typu split-septum, wykonana z wytrzymałego na odkształcenie silikonu, powierzchnia membrany od strony zaworu wejściowego typu żeński Luer lock jest płaska – zapewniająca prosty sposób czyszczenia i odkażania (przez przetarcie wacikiem ze środkiem dezynfekującym), wytrzymałość na ciśnienie wewnątrz portu: nadciśnienie powyżej 30 psi oraz podciśnienie –12,5 psi, przystosowany do pracy z końcówkami luer lock, możliwość pracy z końcówkami luer slip, współpracujący z drenami do infuzji, do pomp strzykawkowych i objętościowych oraz z drenami do kroplówek, przedłużaczami. Prędkość przepływu 540ml/min.”?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.120

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 96 pozycji 8 dopuści wycenę przyrządu z możliwością pomiaru OCŻ z podziałką w zakresie -5 do 35cm H₂O, z kranikiem wyposażonym w dren ok. 120cm, w zestawie przyrząd IS z komorą kroplową bez skrzydełek dociskowych, z drenem ok. 120cm?

Odp. Dopuszcza

Pyt.121

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 96 pozycji 7 dopuści wycenę kranika z przedłużaczem z pokrętkiem w kolorze białym?

Odp. Dopuszcza

Pyt.122

Pytanie dot. pakietu 41 – Staza taktyczna.

Staza C-A-T® Gen 7 opiera się na jednolitej, bezszwowej konstrukcji taśmy wewnętrznej swobodnie przesuwałej się (Internal Free-Moving Band), co w pełni eliminuje ryzyko obcierania, szczypania skóry oraz odparzeń podczas zaciskania, a jednocześnie zapobiega wchłanianiu krwi i płynów ustrojowych.

W związku z powyższym pytamy: Czy Zamawiający dopuści oryginalną opaskę taktyczną C-A-T® Gen 7, która nie posiada odrębnej wyściółki materiałowej, lecz wykorzystuje opisany wyżej gładki, bezszwowy system taśmy wewnętrznej zapobiegający otarciom i uszkodzeniom skóry?

Odp. Dopuszcza

Pyt.123

Pytanie dot. pakietu nr 53 – Opatrunek wentylowy.

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany opatrunek wentylowy był wyrobem sterylnym?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.124

Pytanie dot. pakietu nr 118 – Opatrunek hemostatyczny.

Z uwagi na przeznaczenie przedmiotu zamówienia do tamowania zagrażających życiu krwotoków, a także mając na względzie wymagania stawiane wyposażeniu medycznemu przeznaczonemu do zastosowań ratowniczych, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga, aby oferowana gaza hemostatyczna posiadała potwierdzoną rekomendację Committee on Tactical Combat Casualty Care (CoTCCC) do stosowania w tamowaniu zagrażających życiu krwotoków?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.125

Pytanie dot. pakietu nr 118 – Opatrunek hemostatyczny.

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny opatrunek hemostatyczny Chitogauze XR PRO składany w formie Z-fold o wymiarach minimum 7,5 cm x 3,7 m, w opakowaniu o właściwościach maskujących? Oferowany produkt Chitogauze XR PRO posiada oficjalną, pełną rekomendację CoTCCC (Committee on Tactical Combat Casualty Care) jako zalecana gaza hemostatyczna.

Forma gazy składanej w formie Z-fold (Z-folded gauze) umożliwia uniwersalne zastosowanie – zarówno do skutecznego upakowania głębokich ran postrzałowych/penetrujących (tzw. wound packing), jak i zaopatrywania rozległych ran powierzchniowych.

Posiada wbudowaną nitkę widoczną w promieniach RTG (XR), co diametralnie zwiększa bezpieczeństwo pacjenta podczas dalszego zaopatrzenia chirurgicznego.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.126

Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:



„Zamawiający naliczy Dostawcy 5% karę umowną liczoną od wartości brutto niezrealizowanej części umowy za odstąpienie lub rozwiązanie umowy z winy Dostawcy.”

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.127

Dotyczy warunków umowy § 8 ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Strony ustalają, że Dostawca nie może bez zgody Zamawiającego scedować na rzecz osoby trzeciej zobowiązań Zamawiającego wynikających z tytułu realizacji niniejszego zamówienia publicznego. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.128

Dotyczy warunków umowy § 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/wymagalności wskazanego na fakturze.”

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.129

Dot. pakietu 71, poz. 1-4, 6-8, 10

Prosimy o dopuszczenie używanych już wcześniej w Szpitalu narzędzi o zbliżonych parametrach, tj.:

- w poz. 1 szczypczyki o dł. roboczej 1600 mm, o zbliżonych dł. miseczki, rozwarciu i pojemności, **-nie dopuszcza**
- w poz. 2 pętle plecione o zbliżonej śr. drutu, **-nie dopuszcza**
- w poz. 3 igły o śr. osłonki, 2,3 mm, rozmiar 22G, **-nie dopuszcza**
- w poz. 4 szczotki o dł. 230 cm, dwustronne o dł. włosia 5 mm i 10 mm, o zbliżonych wymiarach główek pierwszej i drugiej, **-nie dopuszcza**
- w poz. 6 ustniki z gumką o zbliżonych wymiarach, **- nie dopuszcza**
- w poz. 7 pętle z siatką o śr. osłonki 2,3 mm, **-nie dopuszcza**
- w poz. 8 szczypczyki jumbo o zbliżonych dł. miseczki, rozwarciu i pojemności, **-nie dopuszcza**
- w poz. 10 klipsownice o rozwarciu ramion 11, 13 i 16 i dodatkowo z możliwością wykonania MRI. **-nie dopuszcza**

Wszystkie narzędzie w pełni kompatybilne z posiadanymi endoskopami.

Pyt.130

Dot. zad. 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.= 150 szt. z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości, tj. 10 opakowań?

Odp. Dopuszcza

Pyt.131

Dot. zad. 1, poz. 2

Czy Zamawiający ma na myśli opakowanie równe 100 szt.?

Odp. Tak

Pyt.132

Dot. zad. 117, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o określenie rozmiaru oczekiwanych szyn palcowych.

Odp. Szyny palcowe o wymiarach 300x20

Pyt.133

Dot. zad. 131, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.= 20 szt. z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości, tj. 40 opakowań?

Odp. Dopuszcza

Pyt.134

Dot. zad. 131, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.= 50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości, tj. 16 opakowań?

Odp. Dopuszcza

Pyt.135

Dot. zad. 131, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.= 200 szt. z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości, tj. 60 opakowań?

Odp. Dopuszcza

Pyt.136

Dotyczy Pakiet nr 72, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści poduszkę jednorazową ze stawką VAT 23%? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odp. Nie dopuszcza

Pyt.137

Dotyczy Pakiet nr 72, poz. 4

Czy doszło do oczywistej omyłki i Zamawiający wymaga:

Komplet pościeli j. u. 3 częściowy Prześcieradło 210 x 150 (+10cm)

Poszwa 200 x 150 (+10cm)

Poszewka 80 x 75 (+10cm) , jednorazowy, niejałowy, miękki, przyjemny dla skóry, „lekki,, oddychający, wykonany z włókniny z trójwarstwowego polipropylen SSSmin 18 g/m2 (lub z włókniny polipropylenowej min 20g/m2), kolor niebieski, biały lub zielony, zszywana ultradźwiękowo. Pościel jednorazowa posiada dokument potwierdzający czystość mikrobiologiczną (dołączyć na wezwanie Zamawiającego). Wyrób medyczny pakowany pojedynczo w torebkę z folii PE, posiadającą , na stałe przymocowaną etykietę samoprzylepną, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1041 A1:2013-12_x005F_x005F_x000D_

Zgodnie z dotychczas dostarczonym asortymentem?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.138

Dotyczy Pakiet nr 72, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści kołdrę w kolorze niebieskim i białym? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odp. Dopuszcza

Pyt.139

Dotyczy **Pakiet nr 72, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści koldrę w rozmiarze 110 cm x 220 cm? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odp. Dopuszcza

Pyt.140

Dotyczy **Pakiet nr 72, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści koldrę w rozmiarze 110 cm x 210 cm? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odp. Dopuszcza

Pyt.141

Dot. zad. 40, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie której rurki oczekuje. W nazwie Zamawiający podał rurkę nosową- gardłową, natomiast szczegółowy opis pozycji wskazuje raczej na rurkę intubacyjną zbrojoną. Prosimy Zamawiającego o jednoznaczne określenie oczekiwanego asortymentu.

Odp. Rurka nosowo-gardłowa

Pyt.142

Pakiet 96:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 96 poz 1 alternatywnych koreczków Luer Lock z trzpieniem wystającym powyżej własnej krawędzi pakowane pojedynczo?

Odp. Nie dopuszcza

Pyt.143

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 96 w poz 2 alternatywnych koreczków Luer Lock z trzpieniem wystającym powyżej własnej krawędzi , pakowane osobno ?

Odp. Nie dopuszcza

Pyt.144

Pyt dot poz 3,4

Prosimy o wyjaśnienie do pakietu 96 poz 3,4 ,czy nie zaszła omyłka pisarska i czy Zamawiający oczekuje koreczka dezynfekującego zgodnego z łącznikami bezigłowym zabezpieczające porty kaniul i cewników?

Odp. Tak, oczekuje

Pyt.145

Pyt dot poz 6, 7

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 96 poz 6,7 kranika zabezpieczonego koreczkami z trzpieniem powyżej krawędzi?

Odp. Nie dopuszcza

Pyt.146

Pyt dot poz 8

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 96 poz 8 alternatywnego zestawu infuzyjnego z precyzyjnym regulatorem przepływu w kształcie cylindra z pojedynczą skalą pomiarową w zakresie 5-250 ml/h, Spike ABS, komora wentylowana /odpowietrznik komory kroplowej ręczny z filtrem hydrofobowym. Komora kroplowa długość min.50mm, Długość drenu 138 cm, zestawu 150 cm, bez zawartości DEHP, lateksu,

bisphenol A . Wewn. średnica drenu 3 mm. Objętość wypełnienia drenu:16ml. Regulator rolkowy na drenie do zamknięcia infuzji. Złącze luer lock obrotowe, koreczek standard...Opakowanie 240szt. Sterylizowany EO,data ważności – 36 miesięcy od daty prod?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.147

Czy Zamawiający w zad 78 w podpunkcie 1 i 2 dopuści :

Cewnik naczyniowy permanentny w zestawie, dwuświatłowy, wykonany z poliuretanu o średnicy 14,5 Fr. Dwie wersje do wyboru. Wersja z ramionami prostymi o długości cewnika do mufy: 15,19,23,27,31,35,42cm i wersja z ramionami zakrzywionymi o długości 19, 24, 28 i 31cm. Przepływ do 500ml/min. Symetryczna, taperowana końcówka cewnika w celu łatwiejszego wszczepienia. Recyrkulacja przy normalnym i odwróconym przepływie w liniach tętniczej i żylniej poniżej 1%. Dookoła cewnika otwory wycięte w systemie 360 stopni celem zmniejszenia ryzyka przyssania końcówki do ściany naczynia. Objętość wypełnienia naniesiona na zaciskach. Wprowadzacz o średnicy 15Fr ze zintegrowanym zaworem hemostatycznym, nie wymagającym aktywacji, zapobiegającym przedostaniu się powietrza do światła naczynia i utraty krwi, bezpieczny skalpel. Cewnik w zestawie do zakładania metodą Seldingera. 5 sztuk w opakowaniu.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.148

Cewnik naczyniowy permanentny w zestawie, dwuświatłowy, wykonany z Carbothanu o średnicy 14,5 Fr o długości 15, 19, 23, 27, 31, 35, 42 cm zamawiany w zależności od potrzeb zamawiającego. Kształt kanałów podwójne D. Przepływ 500 ml/min. Rozdwojona końcówka cewnika. Recyrkulacja przy odwróconym przepływie w liniach tętniczej i żylniej poniżej 2%. Ramiona proste. Introduktor z zastawką. Otwory wycięte w systemie 360 stopni. Mandryn usztywniający wstępnie umieszczony w cewniku. Objętość wypełnienia naniesiona na zaciskach. Zamknięcie typu Luer Lock wykonane z materiału ułatwiającego odkręcenie koreczków oraz w kształcie zmniejszającym możliwość ucisku na skórę pacjenta. Koszulka wprowadzająca ze zintegrowanym zaworem hemostatycznym zapobiegającym przedostaniu się powietrza do światła naczynia.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.149

Dotyczy do pakietu 6.

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 6 alternatywnie ostrza do strzygarki, jednorazowe uniwersalne. Ostrza ogólnego zastosowania do owłosienia ciała , Wydajność golenia - 12 000 włosów na sekundę Wysokość cięcia 0,21 mm , szerokość cięcia 31,5 mm. Pakowane pojedynczo w opakowaniu zbiorczym po 50 szt.



Odp. Tak, pod warunkiem jałowego produktu

W przypadku pozytywnej odpowiedzi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego dostarczenia strzygarek z ładowarką, firmy Becton Dickinson na czas trwania umowy, wraz z pierwszą dostawą ostrzy. Zamawiający określi ilość bezpłatnych strzygarek z ładowarką, zgodnie z aktualnym stanem posiadania strzygarek.



Odp. Zamawiający potrzebuje 7 (siedem) strzygarek

Pyt.150

Zwracamy się z prośbą o dodanie zapisu do umowy:

W przypadku niezrealizowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w § 8 ust. 2 niniejszej umowy, Wykonawca ma prawo wstrzymać dostawy na rzecz Zamawiającego, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zaległościach i oficjalnym wezwaniu do zapłaty. Wstrzymanie dostaw może trwać do momentu uregulowania wszelkich zaległości przez Zamawiającego. W przypadku, gdy zaległości nie zostaną uregulowane w wyznaczonym terminie, Wykonawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa Zamawiającego do naliczania kar umownych. Wstrzymanie dostaw w związku z zaległościami nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty należności zgodnie z warunkami umowy.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.151

Dotyczy §2 ust. 5 wzoru umowy:

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia dokumentów dostawy w oryginale + 2 kopiach. (faktury są dostarczane zg. z przepisami dot. KSEF)

Odp. Zamawiający dopuszcza inny dokument na podstawie którego można sprawdzić dostarczony asortyment.

Pyt.152

Dotyczy §6 ust. 3 wzoru umowy:

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na naliczanie kar od wartości niezrealizowanej części umowy.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na naliczanie kar od wartości niezrealizowanej części umowy.

Pyt.153

Dotyczy §8 ust. 3 wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu wielkości czcionki na fakturze nie mniejszej niż czcionki nr 12 edytora tekstu.

Odp. Zamawiający odstępuje

Pyt.154

Dotyczy wzoru umowy

Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o potwierdzenie, iż w związku z obowiązkiem wystawiania faktur ustrukturyzowanych przez KSeF, Zamawiający wymaga, aby faktury wystawiane w ramach realizacji zamówienia były przysyłane wyłącznie za pośrednictwem KSeF. Z dniem wprowadzenia systemu e-faktur jako obowiązującego standardu faktura może być dostarczona tylko przy użyciu KSeFu.

Odp. Tak, potwierdza

Pyt.155

Pakiet 09 - Elektrody EKG

Poz. 9

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne elektrody kompatybilne z defibrylatorem LIFEPAK 15 - tak jak obecnie stosowane - z drenem o długości minimum 60cm, co ułatwia ich użytkowanie, spełniające wszelkie pozostałe wymagania SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pyt.156

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane elektrody dla dzieci i dorosłych - tak jak obecnie stosowane - powinny posiadać powierzchnię styku pojedynczej elektrody min. 51cm² dla dzieci i min. 102 cm² dla dorosłych, co zapewnia ich bezpieczne i w pełni prawidłowe użytkowanie przy użyciu defibrylatora wskazanego w SWZ, spełniające przy tym wszelkie pozostałe wymagania SWZ.

Odp. Zamawiający potwierdza

Pyt.157

Pakiet 26 - Cewniki Foley, Couvalaire, Nelaton, Tiemann, Dufour i inne

Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne cewniki Foleya z balonem o pojemności 5-15ml - tak jak obecnie stosowane - sterylizowane tlenkiem etylenu, pakowane w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia/papier - spełniające wszelkie pozostałe wymagania SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pyt.158

Prosimy o potwierdzenie, iż w związku z okresem klinicznego użytkowania cewników Foleya, oraz wypakowaniem ich z opakowań jednostkowych przed użyciem klinicznym, powinny one - tak jak obecnie stosowane - posiadać dwie etykiety samoprzylepne do dokumentacji (analogicznie do

cewników z poz. 1) lub powinny być oznaczone na opakowaniu jednostkowym i samym cewniku min. numerem serii, co pozwala na ich identyfikację w każdym okresie ich użytkowania.

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pyt.159

Dotyczy Poz. 19

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne zestawy do nefrostomii w rozmiarach odpowiednio: 9F, 12F i 14F z - tak jak obecnie stosowane - z kompatybilnym rozszerzaczem z koszulką rozrywalną w rozmiarze odpowiednio: 10F, 13F, 15F oraz z kompatybilnymi rozszerzaczami odpowiednio: 7F i 10F (dla rozmiaru 9F) oraz 10F i 13F (dla rozmiaru 14F) - spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pyt.160

Dotyczy Poz. 20

Prosimy o potwierdzenie, iż przedmiotem zamówienia są zestawy do przezskórnej punkcji pęcherza moczowego - tak jak obecnie stosowane - o długości kaniuli punkcyjnej 12cm i średnicy 3,4mm, z cewnikiem o długości 65cm i rozmiarze Ch10 i średnicy 3,3mm z końcówką kompatybilną do worków na mocz oraz workiem zbiorczym 2l - spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ.

Odp. Zamawiający potwierdza, przy zachowaniu pozostałych zapisów SWZ.

Pyt.161

Dotyczy Poz. 21

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne cewniki Foleya z końcówką Tiemanna przezroczyste - tak jak obecnie stosowane - z balonem o pojemności 3ml dla rozmiaru CH 08, 5ml dla rozmiaru CH 10 oraz 10ml dla rozmiarów CH 12-24 - spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pyt.162

Prosimy o potwierdzenie, iż w związku z okresem klinicznego użytkowania cewników Foleya, oraz wypakowaniem ich z opakowań jednostkowych przed użyciem klinicznym, powinny one - tak jak obecnie stosowane - posiadać dwie etykiety samoprzylepne do dokumentacji (analogicznie do cewników z poz. 1) lub powinny być oznaczone na opakowaniu jednostkowym i samym cewniku min. numerem serii, co pozwala na ich identyfikację w każdym okresie ich użytkowania.

Odp. Tak

Pyt.163

Dotyczy Poz. 24

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne koszyczki Dormia o zbliżonej konstrukcji, wykonane z nitinolu w rozmiarach Fr 1.5, 2.2, 3.0 o długości 115cm /do kamieni o średnicy 1cm/ oraz w rozmiarze 2.2, 3.0 o długości 115cm i rozmiarze 4.5 o długości 65cm /do kamieni o średnicy 2cm/ oraz rozmiarze 3.0 o długości 115cm /do kamieni o średnicy 1cm/ i rozmiarze 4.5 o długości 65cm /do kamieni o średnicy 1,5cm/, spełniające równoważne funkcje kliniczne, co koszyczki opisane w SWZ oraz wskazanie, czy Zamawiający będzie wymagał powyższych rozmiarów do wyboru przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy.

Odp. Tak

Pyt.164**Pakiet 27 - Rurki tracheostomijne, rurki intubacyjne, przewodnice, zestawy do odsysania i inne OIT****Poz. 12**

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne rurki Guedela składające się z korpusu rurki oraz blokera zgryzu (wkładki), wykonane z atrumatycznego, medycznego PCV, z kolorystycznym oznaczeniem wkładki, zgodnym z ISO, w 11 równoważnych rozmiarach do wyboru Zamawiającego, spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pyt.165**Dotyczy Poz. 14**

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne, anestezyjologiczne filtry elektrostatyczne dla dorosłych, o kompaktowych rozmiarach /wadze 19g, przestrzeni martwej 36ml i zakresie objętości oddechowej 150-1200ml, z portem kapno zabezpieczonym zakręcanym koreczkiem, o wyższej (a więc korzystniejszej niż wymagana w SWZ) filtracji bakteryjnej /min. 99,9999%/ i wirusowej /min. 99,9999%/ oraz wydajności nawilżania 9mg H₂O/l przy Vt 500ml, utracie wilgoci do 18mg H₂O/l przy Vt 500ml oraz oporze przepływu 0,8 cm H₂O przy 30 l/min i 2,1 cm H₂O przy 60 l/min, stosowane do 24H pakowane w opakowania folia-papier - amerykańskiego lidera w produkcji tego typu filtrów i z powodzeniem stosowane już w Państwa Szpitalu.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pyt.166**Poz. 20-21**

W związku z zaprzestaniem przez producenta wytwarzania wody typu Respiflo, której parametry zostały opisane w SWZ - prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne zamknięte systemy do nawilżania o pojemności 450ml - tak jak obecnie stosowane - z wodą do tlenoterapii, zgodną z obowiązującą normą USP 43, umożliwiające prowadzenie terapii przez 35 dni (poświadczone zapisem na indywidualnym pojemniku o stabilność wody i oświadczeniem Producenta), sterylizowane radiacyjnie. W zestawie z pojemnikiem złączka do podłączenia reduktora tlenowego (pakowana indywidualnie) czysta mikrobiologicznie. Pojemniki przeznaczone dla jednego pacjenta, z dołączonymi do oferty badaniami mikrobiologicznymi potwierdzającymi, że pojemniki do tlenoterapii, można stosować u wielu Pacjentów bez ryzyka zakażenia.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pyt.167

Prosimy o potwierdzenie, iż mając na uwadze, obecną sytuację epidemiologiczną oraz związane z tym obostrzenia i zalecenia epidemiczne, oferowane systemy do nawilżania - tak jak obecnie stosowane - powinny posiadać zintegrowaną zatyczkę, umożliwiającą zabezpieczenie otworu wylotowego po usunięciu wásów tlenowych lub masek, np. w trakcie przerw w terapii lub przy ich wymianie, co zapewnia bezpieczne i długoterminowe wykonywanie procedur w warunkach klinicznych.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pyt.168**Poz. 24**

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne cewniki do odsysania - tak jak obecnie stosowane - o długości efektywnej 50mm (dla wszystkich oferowanych rozmiarów), z numerycznym

oznaczeniem rozmiaru na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pyt.169

Pakiet 39 – Dreny, drenaże

Poz. 7

Prosimy o korektę prawdopodobnego błędu pisarskiego i dopuszczenie do składania ofert na zestawy z drenem o długości 200-210cm (zamiast cyt. „200-120cm”) - spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ.

Odp. Tak

Pyt.170

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowany zestaw, powinny posiadać końcówkę bez oraz z możliwością kontroli odsysania do dowolnego wyboru Zamawiającego, przy spełnieniu wszelkich pozostałych wymogów SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pyt.171

Poz. 12

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane cewniki do drenażu z trokarem, to cewniki z tzw. bezpiecznym trokarem tępym z atraumatyczną, zaobloną zamkniętą końcówką oraz otworami bocznymi, spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ.

Odp. Tak

Pyt.172

Pakiet 44 - Wkłady do ssaków

Poz. 8

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na jednorazowe wkłady o pojemności 1000ml, oferowane wraz z kompatybilnymi, wielorazowymi pojemnikami w ilości 20 szt. - tak jak obecnie stosowane - spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ.

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.173

Pakiet 70 - Igły do znieczuleń

Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na igły do znieczuleń podpajęczynówkowych - tak jak obecnie stosowane - w rozmiarze 27G z prowadnicą 22G, a w rozmiarze 22G bez prowadnicy, (pozostałe rozmiary zgodnie z SWZ), spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pyt.174

Poz. 2 i 4

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane igły - tak jak obecnie stosowane - powinny posiadać w uchwycie (owalnej, eliptycznej obsadce) igły, cztery duże otwory optyczne, umożliwiające bezzakłóceniovą obserwację miejsca wypływu płynu mózgowo-rdzeniowego, ułatwiające jednocześnie wygodny i stabilny uchwyt samej igły, przy bezwzględnym spełnieniu wszelkich pozostałych wymogów SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pyt.175**Poz. 7**

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane zestawy do znieczuleń - tak jak obecnie stosowane - powinny posiadać w składzie poza wskazaną w SWZ igłą Tuohy min. filtr płaski zewnątrzoponowy - 0.2µm o objętości wypełnienia 0.45ml, oba końce filtra zabezpieczone przez zatyczkę lub koreczek, cewnik 19-20G dł. 100cm z trzema bocznymi otworami i zamkniętym końcem – poliamidowy oraz strzykawkę niskooporową LOR - 10 ml luer z kolorowym kontrastującym tłokiem, eliptycznym skalowaniem co 3, 6 i 8ml oraz logo producenta i nazwą własną na cylindrze, przy spełnieniu wszelkich pozostałych wymogów SWZ.

Odp. Zamawiający potwierdza

Pyt.176**Pakiet 80 - Przyrząd do pomp infuzyjnych****Poz. 2**

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na aparaty do pomp Infusomat Space 250cm - tak jak obecnie stosowane - wykonane z PVC, bez zawartości ftalanów. Dreny do przetoczeń płynów infuzyjnych przez pompę, komora kropłowa z filtrem 15µm zabezpieczającym przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu pojemnika, z segmentem silikonowym do kontaktu z mechanizmem pompy - kompatybilny (współpracujący) z pompą Infusomat Space, łącznik typu luer-lock z mechanizmem Prime-Stop, zapobiegającym wyciekaniu płynu i chroniącym przed zanieczyszczeniem.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pyt.177**Pakiet 96 - Koreczki kraniki - OIT****Poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne koreczki luer-lock - tak jak obecnie stosowane - z trzpieniem poniżej lub lekko powyżej własnej krawędzi, pakowane pojedynczo w standardowe, wygodne do otwarcia opakowania folia/papier, spełniające wszelkie pozostałe wymagania SWZ.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.178**Poz. 6-7**

Prosimy o potwierdzenie, iż zapis SWZ cyt. „z pokrętkiem w kolorze niebieskim, białym lub czerwonym” oznacza wymóg zaopferowania kraników w minimum dwóch ze wskazanych w SWZ kolorach (dla odróżnienia różnych linii infuzyjnych np. żyłnej i tętniczej), spełniających wszelkie pozostałe wymagania SWZ.

Odp. Dopuszcza jeden z trzech kolorów

Pyt.179**Poz. 8**

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych - tak jak obecnie stosowane - wyposażone w specjalny mocny stabilny pierścień ułatwiający wbicie, z precyzyjnym regulatorem przepływu (przepływomierzem) o regulacji prędkości w zakresie min. 0-250ml/h dla równoważnej lepkości płynów jak w SWZ i kształcie wygodnej w użyciu

ząbkowanej tarczy, spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ - europejskiego lidera w produkcji tego typu przyrządów.

Odp. Dopuszcza

Pyt.180

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane przyrządy do przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych - tak jak obecnie stosowane - powinny posiadać oznaczenie logo lub nazwy producenta oraz nazwę własną na samym przyrządzie, a także na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, co zapewnia ich identyfikację także po wypakowaniu z opakowania jednostkowego i użyciu klinicznym - przy spełnieniu wszelkich pozostałych wymogów SWZ

Odp. Dopuszcza

Pyt.181

Pakiet 97 - Kaniule bezpieczne, rampy, adapter typu vial-mate - OIT

Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne bezpieczne kaniule - tak jak obecnie stosowane - bez portu z możliwością podania m.in. kontrastu pod ciśnieniem min. 400 PSI przy przepływie 10ml/s w rozmiarach:

18G 1,3 x 30-33 mm - przepływ 85-105ml/min zielona

20G 1,1 x 32-33 mm - przepływ 55-60 ml/min różowa

20G 1,1 x 25 mm - przepływ 55-65 ml/min różowa

22G 0,9 x 25 mm - przepływ 33-35 ml/min niebieska

24G 0,7 x 19 mm - przepływ 18-22 ml/min żółta

Cewnik kaniuli wykonany z PUR z min. 4 paskami umożliwiającymi kontrolę położenia kaniuli w promieniach RTG, z przezroczystą komorą wypływu typu flashback z filtrem hydrofobowym pozwalającą na wyraźne wizualne potwierdzenie udanego wkłucia do żyły, z automatycznym skutecznym mechanizmem w technologii pasywnej zabezpieczającym przed zakłuciem (ekspozycją zawodową). Posiada duże skrzydełka z otworami zwiększające stabilność i zapewniające utrzymanie cewnika na miejscu oraz zintegrowany lub dołączany /pakowany/ osobno dren przedłużający o długości 15-20 cm z przesuwną klamrą zaciskową, dren wyposażony w zawór bezigłowy w systemie zamkniętym, o objętości wypełnienia max. 0,22ml, maksymalnym wyrzucie płynu z zastawki 0,03ml i przepływie min. 205ml/min. Dodatkowo zastawka uniemożliwiająca wypływ krwi po wyjęciu mandrynu. Wyrób medyczny jednorazowy, pakowany indywidualnie w opakowania typu folia/papier z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie, sterylne, kodowany kolorystycznie zgodnie z kodem ISO.

Odp. Dopuszcza

Pyt.182

Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne bezpieczne kaniule dożylnie bez portu - tak jak obecnie stosowane - w rozmiarach:

24G 0,7 x 19 mm - przepływ 19-22 ml/min żółta

22G 0,9 x 25 mm - przepływ 33-35 ml/min niebieska

20G 1,1 x 30-33 mm - przepływ 55-60 ml/min różowa

20G 1,1 x 25 mm - przepływ 55-65 ml/min różowa

18G 1,3 x 30-33 mm - przepływ 85-105ml/min zielona

Cewnik kaniuli wykonany z PUR, 4-6 pasków radiocieniujących, zabezpieczenie przeciw zakłuciu po kaniulacji w bezobsługowym systemie automatycznym w postaci metalowego lub plastikowo-

metalowego zatrasku, co skutecznie chroni przed przypadkowym zakłuciem się igłą oraz potencjalną ekspozycją na patogeny krwiopochodne podczas usuwania cewnika, przezroczysta komora wypływu typu flashback z filtrem hydrofobowym zapewnia wyraźne, wizualne potwierdzenie wkłucia do naczynia, igła ze stali nierdzewnej z ostrzem typu back cut z uniwersalnym szlifem V, zastawka wewnętrzna uniemożliwiająca wypływ krwi po wyjęciu mandrynu, zwężana końcówka cewnika gwarantuje płynne wkłucie, wolna od PVC i lateksu, kodowany kolorystycznie zgodnie z kodem ISO.

Odp. Dopuszcza

Pyt.183

Poz. 6

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne kaniule dożylnie noworodkowe Neoflon - tak jak obecnie stosowane - wykonane z biokompatybilnego, termoplastycznego poliuretanu, o przepływach 19ml/min. (dla 24G) oraz 14ml/min. (dla 26G), a więc korzystniejszych (wyższych) niż wskazane w SWZ, spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ - amerykańskiego lidera w produkcji tego typu kaniul dożylnych.

Odp. Dopuszcza

Pyt.184

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane kaniule dożylnie noworodkowe typu Neoflon - tak jak obecnie stosowane - powinny posiadać technologię, umożliwiającą natychmiastowe, wzrokowe potwierdzenie skutecznej kaniulacji, co jest szczególnie istotne u najmłodszych pacjentów, spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ.

Odp. Dopuszcza

Pyt.185

Poz. 7

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na rampy 5- kranikowe z drenem 150 cm - tak jak obecnie stosowane - stanowiące zespół pięciu kraników trójdrożnych trwale połączonych ze sobą i zintegrowanych z białą podstawą umożliwiającą wygodne mocowanie ich do stojaków pionowych, spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ - europejskiego lidera w produkcji tego typu ramp.

Odp. Dopuszcza

Pyt.186

Pakiet 114 Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego

Poz.1

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne zestawy do znieczuleń zewnątrzoponowych, z osobno pakowanym, jednorazowym skalpelem do nacięcia skóry w standardowym rozmiarze 10 lub 11 do dowolnego wyboru Zamawiającego lub bez grotu do nacięcia skóry, spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ.

Odp. Dopuszcza

Pyt.187

Pakiet 123 Cewniki operacyjne

Poz.1-2

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne cewniki trójdrożne typu Dufour - tak jak obecnie stosowane - wykonane z całkowicie przejrzystego termoplastycznego tworzywa, o długości ok. 42cm, z szerokim kanałem irygacyjnym i drenażowym zapewniającym optymalne warunki przepływowe w obu kierunkach, z paskiem kontrastującym rtg na całej długości cewnika, z zaworem



plastikowym, z balonem lateksowym o pojemności 30ml oraz 75ml (do dowolnego wyboru Zamawiającego), w rozmiarach: CH 16-22 co 2 z balonem 30ml i CH 18-24 z balonem 75ml (do dowolnego wyboru Zamawiającego), pakowane w wewnątrz opakowania foliowe i zewnętrzne opakowania folia/papier.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.188

Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne cewniki trójdrożne typu Dufour, wykonane z wysokiej jakości lateksu, z powłoką hydrożelową, o standardowej długości 40cm, z szerokim kanałem irygacyjnym i drenażowym zapewniającym optymalne warunki przepływowe w obu kierunkach, z zaworem plastikowym, z balonem o pojemności 30-50ml oraz 60-80ml (do dowolnego wyboru Zamawiającego), w rozmiarach: CH 16-24, pakowane w wewnątrz opakowania foliowe i zewnętrzne opakowania folia/papier.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.189

Pakiet 130 Narzędzia j.u laparoskopowe

Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na instrumenty laparoskopowe ssąco-płuczące, pakowane a 10 szt., spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ.

Odp. Dopuszcza

Pyt.190

Pakiet 134 - Blok - trokary, zgłębniki, koszyczki Dormia, cewniki, katetery

Poz. 8

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne cewniki typu Mono-J do szynowania moczowodów, z prowadnicami o średnicach uzależnionych od rozmiaru cewnika i odpowiednio dobranych t.j. 0,025" dla rozmiaru CH 4, 0,028" dla rozmiaru CH 4.7, 0,035" dla CH 5, 7, 8 i 0,038" dla CH 9, 10, 12, spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ.

Odp. Dopuszcza

Pyt.191

Prosimy o potwierdzenie, iż przedmiotem zamówienia są cewniki typu Mono-J do szynowania moczowodów - obustronnie otwarte oraz zamknięte od strony nerki - do dowolnego wyboru Zamawiającego.

Odp. Potwierdza

Pyt.192

Poz. 9

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na koszyczki Dormia, dostępne w rozmiarach CH 1.8 i 2.4 o długości 120cm (średnica koszyczka odpowiednio 15 i 18mm, długość koszyczka 11mm), spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ.

Odp. Dopuszcza

Pyt.193

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane koszyczki Dormia, analogicznie do koszyczków z poz. 11, powinny posiadać odłączany uchwyt typu przesuwne, z mechanizmem sprężynowym, samozaciskającym się na kamieniu, z powierzchnią antypoślizgową, przy spełnieniu wszelkich pozostałych wymogów SWZ.

Odp. Potwierdza

Pyt.194**Poz. 10**

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na koszyczki Dormia, dostępne w standardowym rozmiarze CH 1.8 o długości 120cm (średnica koszyczka 15mm, długość koszyczka 11mm), spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ.

Odp. Dopuszcza

Pyt.195

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane koszyczki Dormia, analogicznie do koszyczków z poz. 11, powinny posiadać odłączany uchwyt typu przesuwne, z mechanizmem sprężynowym, samozaciskającym się na kamieniu, z powierzchnią antypoślizgową, przy spełnieniu wszelkich pozostałych wymogów SWZ.

Odp. Potwierdza

Pyt.196**Poz. 11**

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne koszyczki Dormia, dostępne o średnicy CH od 2,5 do 4,0 o długościach 90cm (min. 3 średnice) i 120cm (min. 2 średnice) do wyboru Zamawiającego, spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów

Pyt.197**Pakiet 90 - Odbarczanie odmy****Poz. 1**

Prosimy o korektę błędu pisarskiego i dopuszczenie do składania ofert na równoważne igły do odbarczania odmy w rozmiarze 16Gx3.25/**1,7 x 83mm** (zamiast 16Gx3.25/**1,6 x 83mm**), spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ.

Odp. Dopuszcza

Pyt.198**Pakiet 26 - Cewniki Foley, Couvalaire, Nelaton, Tiemann, Dufour i inne****Poz. 24**

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne koszyczki Dormia o zbliżonej konstrukcji w rozmiarach 2.5, 3, 4, spełniające równoważne funkcje kliniczne, co opisane w SWZ.

Odp. Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Pyt.199**Pakiet 134 - Blok - trokary, zgłębniki, koszyczki Dormia, cewniki, katetery****Poz. 8**

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne cewniki Mono-J do szynowania moczowodów, z prowadnicami o średnicach uzależnionych od rozmiaru cewnika i odpowiednio

dobranych t.j. 0,025" dla rozmiaru CH 4, 0,028" dla rozmiaru CH 4.7, 0,035" dla CH 5, 7, 8 i 0,038" dla CH 9, 10, 12, spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pyt.200

Poz. 9

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na koszyczki Dormia, dostępne o średnicy CH 1.8 i 2.4 oraz długości 120cm, (średnica koszyczka odpowiednio 15 i 18mm, długość koszyczka 11mm), spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pyt.201

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane koszyczki Dormia, analogicznie do koszyczków z poz. 11, powinny posiadać odłączany uchwyt typu przesuwne, z mechanizmem sprężynowym, samozaciskającym na kamieniu, z powierzchnią antypoślizgową, przy spełnieniu wszelkich pozostałych wymogów SWZ.

Odp. Tak potwierdza

Pyt.202

Poz. 10

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na koszyczki Dormia, dostępne o średnicy CH 1.8 oraz długości 120cm, (średnica koszyczka 15mm, długość koszyczka 11mm), spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pyt.203

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane koszyczki Dormia, analogicznie do koszyczków z poz. 11, powinny posiadać odłączany uchwyt typu przesuwne, z mechanizmem sprężynowym, samozaciskającym na kamieniu, z powierzchnią antypoślizgową, przy spełnieniu wszelkich pozostałych wymogów SWZ.

Odp. Zamawiający potwierdza

Pyt.204

Poz. 11

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne koszyczki Dormia, dostępne o średnicy CH od 2,5 do 4,0 o długościach 90cm (min. 3 średnice) i 120cm (min. 2 średnice) do wyboru Zamawiającego, spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pyt.205

Dotyczy pakiet nr 55 - Bronchofiberoskop AMBU - OIT

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy Zamawiający określając jako 4 zestawy wymaga 4 opakowań handlowych (1 op. = 5 szt.), co oznacza 20 szt. endoskopów z zestawem do pobierania próbek? Jeden endoskop jest do użycia dla jednego pacjenta. W związku z niejasnością, zwracamy się z prośbą ponownego przeliczenia ilości sztuk endoskopów z zestawem do pobierania próbek, jaką należy zaoferować.

Odp. Tak, 1 op to 5 szt.

Pyt.206

Dotyczy pakiet nr 57 - Koce grzewcze – OIT

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga, aby kołderka była zgodna z wymogami instrukcji obsługi urządzenia grzewczego Mistral-Air ?

Odp. Zamawiający wymaga kompatybilności

Pyt.207

– Wycofana norma EN ISO 13485:2012

Dotyczy: Załącznik nr 76, poz. 1 – „deklaracja zgodności CE zgodnie z DIN EN ISO 13485:2012”

Pytanie/wniosek: Czy Zamawiający zmieni opis w poz. 1 na:

„Posiada deklarację zgodności UE wystawioną zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/745 (MDR). Wytwórca posiada system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 13485:2016 lub równoważną.”

Uzasadnienie: Norma EN ISO 13485:2012 została wycofana i zastąpiona normą EN ISO 13485:2016 (+A11:2021), a certyfikaty wydane według wersji 2012 utraciły ważność. Deklaracja zgodności UE wystawiana jest na podstawie art. 19 MDR, a nie normy systemu zarządzania jakością. Wymóg w obecnym brzmieniu jest niemożliwy do spełnienia, co narusza art. 99 ust. 1 i 4 Pzp; ponadto odesłanie do normy wymaga dopuszczenia rozwiązań równoważnych (art. 101 ust. 4 Pzp).

Odp. Zamawiający uwzględnia wniosek Wykonawcy. Działając na podstawie art.286 ust .1 ustawy z dnia 11 września 2019r PZP. i dokonuje modyfikacji treści SWZ oraz załącznika nr 76 poz.1

Pyt.208

Termin dostawy (kryterium oceny) i zasady składania zamówień

Dotyczy: Rozdz. V i XVIII pkt 3 SWZ; § 2 ust. 4, § 3 ust. 1 i 3 Umowy

Pytanie/wniosek: Czy Zamawiający nada § 3 ust. 1 Umowy brzmienie (i potwierdzi tę zasadę dla kryterium „termin dostawy”):

„Termin dostawy liczony jest w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia następującego po dniu otrzymania zamówienia. Zamówienie przesłane po godz. 12:00 lub w dniu wolnym od pracy uważa się za otrzymane w najbliższym dniu roboczym.”

Ponadto czy Zamawiający: a) zastąpi w § 3 ust. 3 słowo „natychmiastowego” sformułowaniem „niezwłocznego, nie później niż w następnym dniu roboczym”; b) rozszerzy godziny dostaw w § 2 ust. 4 do 7:00–15:00; c) dopuści minimalną wartość jednorazowego zamówienia w wysokości 200 zł netto?

Uzasadnienie: Termin dostawy stanowi kryterium oceny ofert o wadze 40%, dlatego sposób jego liczenia musi być jednoznaczny i weryfikowalny (art. 16 pkt 1 i 2, art. 240 ust. 2 Pzp). Dostawy realizowane są przez firmy kurierskie, których okna doręczeń wykraczają poza godz. 13:00. Wymóg „natychmiastowego” potwierdzenia oraz brak minimalnej wartości zamówienia przy niewielkich ilościach rocznych generują nieproporcjonalne koszty logistyczne (art. 16 pkt 3 Pzp).

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.209

Odpowiedzialność za opóźnienie

Dotyczy: § 5 ust. 4 oraz § 6 ust. 1 Umowy

Pytanie/wniosek: Czy Zamawiający zastąpi w § 6 ust. 1 słowo „opóźnienia” słowem „zwłoki”, a w § 5 ust. 4 uzupełni przesłanki rozwiązania Umowy o zastrzeżenie, że dotyczą one wyłącznie naruszeń „z

przyczyn leżących po stronie Dostawcy”, po uprzednim pisemnym wezwaniu z wyznaczeniem terminu nie krótszego niż 5 dni roboczych?

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 433 pkt 1 Pzp projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia – takiego uzasadnienia w dokumentacji brak. Odpowiedzialność za okoliczności niezawinione (np. siła wyższa, przerwy w łańcuchu dostaw u producenta) narusza także art. 433 pkt 3 Pzp.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.210

Zakup interwencyjny – kumulacja sankcji

Dotyczy: § 6 ust. 1 i 2 Umowy

Pytanie/wniosek: Czy Zamawiający zmieni § 6 ust. 1 Umowy tak, aby: a) zakup u innego dostawcy był możliwy wyłącznie po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu (nie krótszego niż 2 dni robocze) wyznaczonego w pisemnym wezwaniu; b) obciążenie Dostawcy obejmowało wyłącznie udokumentowaną różnicę ceny produktów o parametrach odpowiadających zaoferowanym, w ilości nieprzekraczającej niedostarczonej partii; oraz doda postanowienie:

„W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, kara umowna, o której mowa w ust. 2, nie przysługuje w odniesieniu do tej samej partii. Kwoty, o których mowa w ust. 1 pkt 2, wlicza się do limitu określonego w ust. 5.”

Uzasadnienie: Obecny zapis pozwala na podwójne sankcjonowanie tego samego naruszenia (kara umowna oraz odszkodowanie w postaci różnicy ceny), co pozostaje w sprzeczności z kompensacyjną funkcją kary umownej (art. 483 § 1 i art. 484 § 1 KC) i zasadą ekwiwalentności świadczeń. Pojęcie „synonimów” nie zostało zdefiniowane, co umożliwia zakup produktów droższych i o innych parametrach.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.211

Potrącenie kar umownych

Dotyczy: § 6 ust. 4 Umowy

Pytanie/wniosek: Czy Zamawiający nada § 6 ust. 4 Umowy brzmienie:

„Zamawiający może potrącić wymagalne kary umowne z wynagrodzenia Dostawcy po doręczeniu noty obciążeniowej wraz z uzasadnieniem i bezskutecznym upływie 7 dni na jej zakwestionowanie. Kary zakwestionowane przez Dostawcę nie podlegają potrąceniu do czasu ich uzgodnienia przez strony lub rozstrzygnięcia przez sąd.”

Uzasadnienie: Potrącenie wymaga wymagalności wierzytelności (art. 498 § 1 KC). Jednostronne potrącanie kar spornych, bez możliwości odniesienia się do zarzutów, pozbawia Dostawcę realnej ochrony i narusza równowagę stron Umowy (art. 433 Pzp).

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.212

Termin płatności – sprzeczność SWZ i Umowy

Dotyczy: Rozdz. XVII SWZ; § 8 ust. 2 Umowy

Pytanie/wniosek: Rozdz. XVII SWZ przewiduje termin płatności zaoferowany przez Wykonawcę, nie krótszy niż 30 dni, a § 8 ust. 2 Umowy – 60 dni liczonych od czynności odbioru. Czy Zamawiający usunie sprzeczność i nada § 8 ust. 2 Umowy brzmienie:

„Zapłata nastąpi w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.”

Uzasadnienie: Rozbieżność uniemożliwia ustalenie treści oferty w zakresie warunków płatności. Termin 30 dni stanowi standard rynkowy i odpowiada zasadom ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych; uzależnienie biegu terminu od czynności odbioru (§ 5 ust. 2) czyni go nieweryfikowalnym dla Dostawcy. Dłuższe terminy obniżają płynność finansową Wykonawcy i przekładają się na cenę oferty.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.213

Do umowy:

Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt.214

Do zapisów SWZ:

Prosimy o wskazanie czy próbki będą traktowane jako **przedmiotowy środek dowodowy**, a jeżeli tak, czy Zamawiający przewiduje możliwość ich uzupełnienia na zasadach określonych w art. 107 ust., 2 ustawy Pzp.? Czy ocena próbek będzie miała wpływ na ocenę i wybór oferty, skoro zgodnie z SWZ kryteriami oceny ofert są wyłącznie **cena** oraz **termin dostawy**?

Odp. **Próbki są potwierdzeniem oferowanego asortymentu i są przedmiotowym środkiem dowodowym, który ma być dostarczony wraz z ofertą bez możliwości ich uzupełnienia.**

Pyt.215

Pakiet 13 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe, bezpudrowe, o podwyższonej grubości, niesterylne, chlorowane i polimeryzowane od wewnątrz, polimeryzowane od zewnątrz, kolor niebieski, mikrotekstura na całej rękawicy z dodatkową teksturą na końcach palców, Długość rękawicy min. 300mm. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,16mm +/-0,01mm, na dłoni 0,12+/- 0,01 mm, AQL 1.0. Siła zrywu min 13N wg EN 455 - potwierdzone badaniami producenta. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane na min. 12 cytostatyki wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Odporne na min. 8 substancji chemicznych (poza lekami cytostatycznymi) na poziomie 6. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I Reguły 5 i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Pakowane mechanicznie warstwami, w sposób uporządkowany w opakowaniu. Pakowane po 100szt. Dla wszystkich rozmiarów. Rozmiary S-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.216

Pakiet 15 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice występujące w rozmiarze XS-L?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.217

Pakiet 15 poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości min. 240mm?

Odp. Dopuszcza

Pyt.218

Pakiet 02 poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści maski tlenowe z gumką mocującą, bez zatopionych końców, mocowanie przedstawione na grafice:



Odp. Dopuszcza

Pyt.219

Pakiet 02 poz. 3-4

Czy Zamawiający dopuści maski tlenowe z drenem sterylizowane tlenkiem etylenu?

Odp. Dopuszcza

Pyt.220

Pakiet 07 poz. 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „oznaczenia rozmiaru okularków poprzez naklejki identyfikacyjne na indywidualnym opakowaniu”?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.221

Pakiet 08 poz. 3

Zwracam się z prośbą doprecyzowanie czy Zamawiający miał w tej pozycji na myśli strzykawkę 2 częściową o pojemności 10 ml?

Odp. Tak, dotyczy objętości 10 ml.

Pyt.222

Pakiet 08 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 10 ml 2 częściową skalowana co 0,5 ml?

Odp. Dopuszcza

Pyt.223

Pakiet 08 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 10 ml w opakowaniu a`100 szt. oraz wycenę za opakowanie a`100 szt. wraz z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości?

Odp. Dopuszcza

Pyt.224

Pakiet 08 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 20 ml w opakowaniu a'100 szt. oraz wycenę za opakowanie a'100 szt. wraz z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości?

Odp. Dopuszcza

Pyt.225

Pakiet 08 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 3-częściową o pojemności 3 ml, reszta zgodna z SWZ?

Odp. Dopuszcza

Pyt.226

Pakiet 08 poz. 10-11

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 3-częściową o pojemności 5 ml oraz 10 ml z przedłużoną skalą uwzględniającą 10% rozszerzenie pojemności nominalnej?

Odp. Dopuszcza

Pyt.227

Pakiet 08 poz. 26

Czy Zamawiający dopuści igły dostępne tylko w rozmiarze 1,1x40mm?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.228

Pakiet 35, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo w rozmiarze 80x145cm, o łącznej gramaturze wzmocnienia 87 g/m²?

Odp. Tak

Pyt.229

Pakiet 35, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stół instrumentariuszki o wzmocnieniu o gramaturze 37 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 77g/m²?

Odp. Tak

Pyt.230

Pakiet 35, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę samoprzylepną o wymiarach 180cm/240cm x 300 cm?

Odp. Tak

Pyt.231

Pakiet 35, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo w rozmiarze 80x145cm, om łącznej gramaturze wzmocnienia 87 g/m²?

Odp. Tak

Pyt.232

Pakiet 35, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stół instrumentariuszki o wzmocnieniu o gramaturze 37 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 77g/m²?

Odp. Tak

Pyt.233

Pakiet 35, poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie dostarczenia próbek niesterylnych do w/w pakietu. Są to wyroby przygotowane zgodnie z indywidualnymi wymaganiami Zamawiającego, a tym samym nie są aktualnie dostępne w naszej standardowej ofercie. Ich produkcja wymaga odpowiedniej ilości czasu (faza produkcyjna, faza sterylizacji, okres kwarantanny). Jest on zbyt krótki, aby złożyć próbki sterylne w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Odp. Dopuszcza

Niniejsze odpowiedzi na pytania modyfikują treść SWZ.

K.Sz.

E.B-R

J.K.

A.M

M.D

D.W

D.K.

J.D.

P.N

M.J.

P.B.

K.Sz.

A.T.

M.K.

Z-ca DYREKTORA ds. ADMINISTRACYJNYCH
„Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku
57-300 Kłodzko, ul. Szpitalna 1a

Jacek Marcelewicz