

Kłodzko, dnia 22.10.2026r.

Wykonawcy według rozdzielnika

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednorazowego sprzętu medycyny ogólnej dla potrzeb podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku, oznaczonego numerem DZP.2510.24.2026.

Na podstawie art. 284 ust.2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2026 poz. 793) udzielamy odpowiedzi na pytania złożone przez uczestników postępowania:

Zamawiający zawiadamia, iż aby uniknąć wątpliwości podczas przygotowywania ofert przez Wykonawców, zamieszcza sprostowanie odpowiedzi w odniesieniu do wyjaśnień treści SWZ z dnia 19.10.2026r.

Było:

Pyt.348

Zadanie nr 30, pozycja nr 3, 4

Czy Zamawiający dopuści linie do pobierania próbek CO₂ w wersji dla dorosłych lub dla dzieci, do wyboru przez Zamawiającego?

Odp. Dopuszcza

Winno być:

Pyt.348

Zadanie nr 30, pozycja nr 3, 4

Czy Zamawiający dopuści linie do pobierania próbek CO₂ w wersji dla dorosłych lub dla dzieci, do wyboru przez Zamawiającego?

Odp. Zgodnie z SWZ

Było:

Pyt.349

Zadanie nr 30, pozycja nr 6

Czy Zamawiający dopuści wycenę za szczoteczkę za opakowanie jednostkowe a”1 szt/

Odp. Dopuszcza

Winno być:

Pyt.349

Zadanie nr 30, pozycja nr 6

Czy Zamawiający dopuści wycenę za szczoteczkę za opakowanie jednostkowe a”1 szt/

Odp. Dopuszcza z przeliczeniem ilości x10 czyli 2250szt

Było:

Pyt.362

Zadanie nr 74, pozycja nr 6

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej (długość 60cm) oraz rurki tracheostomijnej (długość 33cm) na 7211. posiada zintegrowany obrotowy łącznik 15 mm kącie

450, obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) o długości Ok 8 CIII zamykany kapturkiem, port do leków z końcówką luer (MDI), łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu, regulacja IX)dc4nienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz informacją „UP”, blokada zaworu regulacji siły ssania poprzez jego obrót 0 900 lub 1800, suwak umożliwiający pełne zamknięcie/otwarcie przepływu bez konieczności rozmontowania całości systemu, wyposażony w klin pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów, rozmiary CI-1 12, 14, 16?

Odp. Dopuszcza

Winno być:

Pyt.362

Zadanie nr 74, pozycja nr 6

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej (długość 60cm) oraz rurki tracheostomijnej (długość 33cm) na 7211. posiada zintegrowany obrotowy łącznik 15 mm kącie 450, obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) o długości Ok 8 CIII zamykany kapturkiem, port do leków z końcówką luer (MDI), łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu, regulacja IX)dc4nienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz informacją „UP”, blokada zaworu regulacji siły ssania poprzez jego obrót 0 900 lub 1800, suwak umożliwiający pełne zamknięcie/otwarcie przepływu bez konieczności rozmontowania całości systemu, wyposażony w klin pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów, rozmiary CI-1 12, 14, 16?

Odp. Dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SWZ

Niniejsze odpowiedzi na pytania modyfikują treść SWZ.

K. Sz.

E.B-R.

J.K.

D.W.

Z-ca DYREKTORA ds. ADMINISTRACYJNYCH
„Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku
57-300 Kłodzko, ul. Szpitalna 1a

Jacek Marcelewicz