Kłodzko, dnia 27.10.2026r.

Wykonawcy według rozdzielnika

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia dostawa jednego ambulansu typu „C" dla potrzeb podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku oznaczonego numerem DZP.2510.28.2026.

Informujemy, że wykonawcy zadali następujące pytania celem wyjaśnienia treści SWZ.

Pyt.1

Dotyczy - NOSZE MONOBLOKOWE ELEKTRYCZNE

Czy Zamawiający dopuści nosze, w których ładowanie akumulatora rozpoczyna się automatycznie po wpięciu noszy w system mocowania, bez zastosowania indukcyjnej technologii ładowania, a rozpoczęcie procesu ładowania jest sygnalizowane diodą? Sposób przekazywania energii nie wpływa na funkcjonalność systemu, bezpieczeństwo pacjenta ani skuteczność działania noszy.

Odp. Zamawiający dopuści.

Pyt.2

Dotyczy – NOSZE MONOBLOKOWE ELEKTRYCZNE

Czy Zamawiający dopuści nosze, których całkowita długość po skróceniu ramy wynosi **166,3 cm**? Oferowane rozwiązanie umożliwia sprawne manewrowanie w windach, korytarzach oraz innych ograniczonych przestrzeniach, a różnica wymiarowa nie wpływa na bezpieczeństwo pacjenta ani funkcjonalność noszy.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.3

Dotyczy – NOSZE MONOBLOKOWE ELEKTRYCZNE

Mając na uwadze wygodę i ergonomię pracy personelu medycznego, czy Zamawiający oczekuje, aby nosze posiadały możliwość **transportu pacjenta na każdej wysokości**? Rozwiązanie to jest niezwykle istotne podczas transportu, szczególnie dla personelu medycznego o wzroście powyżej 180 cm.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.4

Dotyczy – KRZESEŁKO TRANSPORTOWE

Czy Zamawiający dopuści krzesełko transportowe o następujących parametrach:

- siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa ABS, dostępne jako dedykowana wersja producenta,
- przednie uchwyty teleskopowe regulowane w **5 położeniach**,
- tylne koła o średnicy **150 mm** oraz przednie koła obrotowe o średnicy **125 mm**,
- wysuwana tylna rama regulowana w **4 położeniach, w zakresie 100–158 cm**,
- zewnętrzny rozstaw systemu gąsienicowego **30,7 cm**,

- składany podnóżek o wymiarach **36 × 18 cm**,
- waga krzesełka z systemem gąsienicowym **13,8 kg**,
- wymiary po złożeniu **100 × 51,6 × 20 cm**,
- udźwig **250 kg**?

Oferowane krzesełko zapewnia pełną funkcjonalność w zakresie transportu pacjenta, w tym transportu po schodach. [Karta char...10-001-H-F | PDF], [Ulotka Krzesło FST | PDF]

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.5
Dotyczy – PLECAK RATOWNICZY

Czy Zamawiający dopuści plecak ratowniczy:

26. wykonany z **CORDURY®, Hypalonu i Complanu**,
27. o wymiarach **55 × 52 × 26 cm (wys. × szer. × gł.)**,
28. o wadze **3,4 kg**,
29. o konstrukcji wielokomorowej zapewniającej segregację sprzętu,
30. wyposażony w **5 kieszeni zewnętrznych**, z elementami odblaskowymi na każdej z nich,
31. wyposażony w **dwie regulowane szelki**, z możliwością ich schowania w specjalnej kieszeni,
32. z tylną klapą komory głównej przystosowaną do mocowania na rzep **ampularium oraz 3 torebek wewnętrznych**,
33. wyposażony w elastyczne gumy oraz kieszeń z przezroczystym okienkiem,
34. z przednią klapą przystosowaną do mocowania na rzep panelu z kieszeniami z folii,
35. wyposażony w **trzy kieszenie boczne**,
36. ze spodem wzmocnionym materiałem odpornym na ścieranie oraz wyposażonym w **5 plastikowych podstawek**,
37. wyposażony w zamki błyskawiczne,
38. posiadający liczne elementy odblaskowe?

Oferowany plecak jest przeznaczony dla zespołów pogotowia ratunkowego oraz specjalistycznych grup ratowniczych, a jego konstrukcja zapewnia właściwą segregację i rozmieszczenie sprzętu ratowniczego.

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.6

Dotyczy– WIDEOLARYNGOSKOP

Czy Zamawiający dopuści wideolaryngoskop o następujących parametrach:

1. cyfrowy czujnik obrazu **CMOS o rozdzielczości 800 × 800,**
2. czas pracy na w pełni naładowanym akumulatorze **co najmniej 150 minut,**
3. stopień ochrony **IP55,**
4. port **USB-C** umożliwiający m.in. przesyłanie plików do komputera,
5. wbudowana pamięć **16 GB**, pozwalająca na przechowywanie minimum **10 godzin nagrań**?

Oferowane rozwiązanie zapewnia pełną funkcjonalność wideolaryngoskopu oraz możliwość rejestracji i archiwizacji materiału, a zastosowanie nowoczesnego złącza USB-C oraz wewnętrznej pamięci eliminuje konieczność stosowania dodatkowej karty pamięci.

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.7

Dotyczy : „NOSZE MONOBLOKOWE ELEKTRYCZNE"

1. **Dotyczy parametru XI 1.:**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający, opisując wymóg pomieszczenia dla pacjenta zgodnego z normą PN EN 1789 lub równoważnej dla ambulansu typu C, wymaga spełnienia wyżej opisanej normy przez wszystkie elementy znajdujące się w pomieszczeniu dla pacjenta.
Prosimy również o potwierdzenie, że Zamawiający wymagać będzie zgodności z aktualną na dzień składania oferty normą PN EN 1789 lub równoważną, co będzie potwierdzone przedłożeniem certyfikatu wydanego przez niezależną jednostkę notyfikowaną, a to jest gwarancją faktycznego przebadania sprzętów i spełnienia rygorystycznych wymogów bezpieczeństwa postawionych przez przytoczoną normę PN EN 1789 lub równoważną.

Wyjaśniamy, iż zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia i NFZ oraz zgodnie z przepisami Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym Zespół Ratownictwa Medycznego (ZRM) wyposażony jest w specjalistyczny środek transportu sanitarnego, spełniający cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących Europejskie Normy zharmonizowane, przynajmniej w zakresie minimalnym, który określa Norma i dotyczy to w szczególności wyposażenia medycznego. Normy powoływane są w sposób normatywny, co oznacza, że ich zastosowanie jest wymagane. Stosuje się najnowszą, aktualną wersję Norm, dodatkowo zgodnie ze stanowiskiem PKN (Polski Komitet Normalizacyjny) spełnienie danej normy może potwierdzić jedynie organ wyznaczony w systemie oceny zgodności czyli specjalna jednostka certyfikowana uprawniona do weryfikacji wyrobu medycznego. W związku z tym tylko niezależna jednostka notyfikująca może potwierdzić, że nosze reanimacyjne spełniają wymagania norm PN EN 1789 i PN EN 1865.

Brak dokumentów jednoznacznie potwierdzających zgodność noszy z normami zharmonizowanymi stanowić może przeszkodę w uzyskaniu finansowania z NFZ, winno być zatem szczegółowo przez Zamawiającego weryfikowane.

Dodatkowo zwracamy uwagę na fakt, że w przypadku np. zdarzenia drogowego z udziałem ambulansu w skład, którego będą wchodzić urządzenia niezgodne z aktualnymi zharmonizowanymi normami (stan na dzień zarejestrowania ambulansu jako pojazdu specjalnego) ambulans taki nie

jest traktowany jako pojazd zgodny z normą PN EN 1789, traci status pojazdu specjalnego co może nieść za sobą konsekwencje finansowe i prawne.

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyta.8

Dotyczy parametru XVI 3.:

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia uprzęży pediatrycznej pozwalającej na transport dziecka zarówno w pozycji siedzącej, jak i leżącej w zależności od jego stanu klinicznego?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.9

Dotyczy parametru XVI 3.:

Czy Zamawiający dopuści nosze dostarczone w konfiguracji z:

6. dwoma akumulatorami o pojemności 9Ah każdy (jeden w noszach i dodatkowo jeden zapasowy), pozwalające na wykonanie około 100 cykli podniesienia i opuszczenia noszy z obciążeniem 100kg każdy. Jako jednemu z najbardziej doświadczonych dostawców noszy elektrycznych nie są nam znane nosze o większej pojemności i wytrzymałości akumulatora i pozwalające na dłuższą pracę niż oferowane rozwiązanie;
7. zasilaniem kontaktowym z instalacji ambulansowej zawsze, gdy nosze są wpięte w mocowanie ambulansowe, a ambulans jest w ruchu lub na postoju jest podpięty do instalacji 230V, czego efektem jest automatyczne po rozpoczęcie procesu ładowania noszy – tak samo ja w przypadku zastosowania rozwiązania ładowania indukcyjnego.
8. mobilną ładowarką zewnętrzną, której można użyć zarówno w ambulansie jak i poza ambulansem bez konieczności montowania na stałe w przedziale medycznym z uwagi na brak konieczności tak częstego ładowania akumulatorów jak jest to wymagane w przypadku innych, dostępnych na rynku rozwiązań w zakresie noszy elektrycznych?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.10

Dotyczy parametru XVI 10.:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dokumentów potwierdzających spełnienie aktualnych (obowiązujących na dzień składania ofert) norm wystawionych przez niezależną jednostkę notyfikowaną.

Odp. Zamawaijący potwierdza.

Pyt.11

Dotyczy parametru XVI 21 i XVI 22:

Prosimy o dopuszczenie noszy o długości, po skróceniu ramy, 163 cm, co jest niewielką i nie mającą wpływu codzienne użytkowanie różnicą.

Odp. Zamawiający dopuści.

Pyt.12

Dotyczy parametru XVI 26:

W związku z sytuacją, że Zamawiający opisując stopień ochrony przed wnikaniem pyłu na poziomie 6, czyli pełna ochrona przed wnikaniem pyłu lub poprzez „X" nie wymaga w ogóle, aby produkt posiadał jakąkolwiek klasę szczelności przed wnikaniem ciał stałych wnosimy o wprowadzenie wymogu klasy szczelności na poziomie 4, co jest rozwiązaniem racjonalnym, chroniącym przed wnikaniem ciał obcych o średnicy 1mm i większej.

Nosze są produktem, który z założenia pracuje w różnych warunkach atmosferycznych, również przy dużym zapyleniu spowodowanym np. lądującym lub startującym w niedalekiej odległości

śmigłowcem. Nie wymagając żadnej klasy szczelności Zamawiający naraża się na przestój ambulansu i straty finansowe z tytułu uszkodzenia noszy spowodowanych przez wnikający pył lub inne, większe ciała stałe.

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.13

Dotyczy : Krzesełko płozowe

1. Mając na uwadze Prawo Zamówień Publicznych i zasadę konkurencyjności, której celem jest zapewnienie uczciwej konkurencji, efektywności wydatkowania środków publicznych oraz niedyskryminacyjnego dostępu do zamówienia zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do postępowania rozwiązania opisanego poniżej. Obecny opis krzesełka jednoznacznie wskazuje na krzesełko Stryker Stair-PRO 6252 produkowane przez Stryker Corporation, a dystrybuowane przez firmę Stryker Polska. Chcielibyśmy podkreślić, że pozytywne odpowiedzi na poniższe pytania pozwolą Zamawiającemu uzyskać szerszą, a prze to bardziej konkurencyjną ofertę bez utraty jakości.

Mając na względzie powyższe prosimy o dopuszczenie krzesełka o parametrach:

Krzesełko kardiologiczne z systemem płozowym
Zgodne z normą PN EN 1865-4 - certyfikat i deklaracja CE
Wykonane z wytrzymałego materiału odpornego na korozję i na działanie płynów dezynfekujących
Wyposażone w rozkładany system płozowy ułatwiający transport pacjenta po schodach.
Wyposażone w górny uchwyt teleskopowo regulowany w 3 pozycjach
Wyposażone w demontowalne siedzisko
Siedzisko i oparcie wykonane z mocnego, miękkiego winylu, odpornego na bakterie, grzyby, zmywalnego i umożliwiającego dezynfekcję
Składane, z blokadą przypadkowego złożenia w trakcie transportu
Wyposażone w 4 kółka transportowe z czego 2 obrotowe o 360°
Średnica tylnych kółek 175 mm, umożliwiająca wygodne przemieszczanie krzesełka z pacjentem po nierównym podłożu
Hamulce na kołach tylnych
Wyposażone w 3 pasy zabezpieczające umożliwiające szybkie ich rozpięcie
Wysokość górnej ramy oparcia w rozłożonym krzesełku mierzona od podłogi od 1140 mm do 1550 mm - zapewniająca komfort dla pacjenta
Waga ok 13 kg
Dopuszczalne obciążenie 180 kg

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.14

Dotyczy SWZ – pkt. VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Pytamy, czy Zamawiający wydłuży termin wykonania zamówienia z 21 dni do 40 dni od podpisania umowy ?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Niniejsze odpowiedzi na pytania modyfikują treść SWZ.

L.P

D.W

K.A.

Z-ca DYREKTORA ds. ADMINISTRACYJNYCH
„Zespół Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku
57-300 Kłodzko, ul. Szpitalna 1a

Jacek Marcelewicz