DZP2500.15.26

Kłodzko, dnia 27.10.2026

Wykonawcy według rozdzielnika

Dotyczy: Postępowania na dostawę myjki endoskopowej dla potrzeb podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku.

Numer postępowania DZP.2500.15 .2026

Informujemy że jeden wykonawców zadał następujące pytania:

Automatyczna myjnia endoskopowa:
Lp. 7:
Czy zamawiający dopuści dezynfekcję chemiczną bez dezynfekcji termicznej?
ODP. Nie

Lp. 9:
Czy zamawiający dopuści używanie środków wielorazowych?
ODP. Nie

Lp. 13:
Czy zamawiający dopuści zbiornik wykonany z tworzywa sztucznego?
ODP. Nie

Lp. 23:
Czy zamawiający dopuści 1 lampę UV uzdatniającą w trybie przepływowym?
ODP. Nie

Lp. 33:
Czy zamawiający dopuści brak archiwizacji danych przez połączenie z oprogramowaniem?
ODP. Nie.

Z-ca DYREKTORA ds. ADMINISTRACYJNYCH
„Zespół Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku
57-300 Kłodzko, ul. Szpitalna 1a

Jacek Marcelewicz

Opracował: Kamil Kołodziej