Kłodzko, dnia 02.11.2026r.

Wykonawcy według rozdzielnika

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego, ratowniczego, reanimacyjnego oraz wyposażenia ewakuacyjnego dla podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku, oznaczonego numerem DZP.2510.31.2026

Informujemy, że wykonawcy zadali następujące pytania celem wyjaśnienia treści SWZ.

Pyt.1
Dotyczy zadania nr 1 poz 8.
W odniesieniu do ogłoszonego postępowania j.w., przesyłam pytania dotyczące Zadania nr 8,
Skaner żył

Odp. Zamawiający informuje, że przekazane pytania dotyczą Zadania nr 1 – „Sprzęt medyczny i ratowniczy", poz. 8 – Skaner żył. W związku z powyższym odpowiedzi zostaną udzielone w odniesieniu do wskazanej pozycji.

Pyt.2
Dotyczy zadania nr 1 poz 8.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości skaner żył z ekranem LCD o wielkości 2,0"? Różnica 0,4" w stosunku do wymagań jest nieistotna w praktycznym użytkowaniu dla operatora.

Odp.Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania. Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ.

Pyt.3
Dotyczy zadania nr 1 poz 8.
Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia o podwójnej emisji światła w bliskiej podczerwieni 850 nm? Jest to standardowa długość światła stosowana w wysokiej klasy skanerach żył, a podwójne źródło światła w znaczący sposób wpływa na jakość obrazu.

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pyt.4
Dotyczy zadania nr 1 poz 8.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania skaner żył, w którym odległość rzutowania ma zakres odpowiadający specyfikacji, przy optymalnej odległości ok. 18-22 cm.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

Pyt.5
Dotyczy zadania nr 1 poz 8.
Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie powiadamiało operatora o optymalnej odległości od skóry? Chcemy zaoferować skaner z nowoczesnym rozwiązaniem z powiadamianiem wibracjami.

Odp. Zamawiający nie wymaga funkcji powiadamiania operatora za pomocą wibracji. Oferowane urządzenie musi spełniać wymagania OPZ.

Pyt.6

Dotyczy zadania nr 1 poz 8.

Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie urządzenia, którego komunikacja z operatorem odbywa się na za pomocą intuicyjnych ikon, dzięki czemu nie ma konieczności stosowania interfejsów językowych?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt.7

Dotyczy zadania nr 1 poz 8.

Czy Zamawiający dopuści rozmiar urządzenia w granicach: 20x55x53 cm? Urządzenie o takich wymiarach ma bardziej ergonomiczny kształt oraz zapewnia pewniejszy chwyt i wygodę szczególnie w warunkach konieczności szybkiej interwencji i dokonania wkłucia.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt.8

Dotyczy zadania nr 1 poz 8.

Prosimy o wyjaśnienie dlaczego w w/w postępowaniu, prowadzonym w trybie przetargu krajowego PZP, specyfikacja określa konkretny model wymaganego urządzenia. Takie działanie jawnie i znacząco ogranicza konkurencyjność zgłaszanych ofert, wpływa niekorzystnie na przebieg postępowania i jest zabronione z punktu widzenia PZP. Wskazanie konkretnej marki lub modelu stanowi bezpośrednie naruszenie art. 99 ust. 4 ustawy PZP, ponieważ prowadzi do uprzywilejowania jednego producenta i utrudnia uczciwą konkurencję oraz równe traktowanie wykonawców. Dodatkowo jest niekorzystne dla Zamawiającego, który pozbawia się w ten sposób możliwości skorzystania z szerokiej oferty rynku, faworyzując jednego wykonawcę.

Odp. Zamawiający informuje, że opis przedmiotu zamówienia został sporządzony z uwzględnieniem wymaganych parametrów technicznych i funkcjonalnych urządzenia.
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzeń różnych producentów, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ).Jednocześnie, mając na uwadze zapewnienie konkurencyjności postępowania oraz umożliwienie udziału szerszemu gronu Wykonawców, Zamawiający dokona modyfikacji zapisów dotyczących Zadania nr 1 – „Sprzęt medyczny i ratowniczy", w zakresie poz. 8 – Skaner żył. Zmodyfikowany Opis Przedmiotu Zamówienia zostanie udostępniony na platformie prowadzonego postępowania.

Niniejsze odpowiedzi na pytania modyfikują treść SWZ.
D.Z
K.A.

Z-ca DYREKTORA ds. ADMINISTRACYJNYCH
„Zespół Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku
57-300 Kłodzko, ul. Szpitalna 1a
Jacek Marcelewicz