

Kamień Mały, dn. 12.11.2021 r.

Wykonawcy

Nasz znak: *se. 613. 2021*

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego „Dostawa sprzętu i urządzeń - doposażenie pracowni technik weterynarii w sprzęt niezbędny do kształcenia w zawodzie technik weterynarii” w ramach realizacji projektu „Modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej ZSCKR w Kamieniu Małym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 9. Infrastruktura społeczna, Działanie 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałanie 9.3.1 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT”.

Zgodnie z Rozdz. IV pkt. 4.6 Zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do zapytania ofertowego oraz informację o zmianie treści zapytania ofertowego:

**Pytanie 1:**

- I. Prosimy o wyjaśnienie opisu potrzeb i wymagań dot. części nr 1 – Analizator Biochemiczny  
W zawiązku z aktualnie trwającym tłumaczeniem na język polski menu analizatora biochemicznego dla weterynarii, prosimy o dopuszczenie w w/w części analizatora biochemicznego z menu w języku angielskim o parametrach zgodnych z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w „Opisie Przedmiotu Zamówienia” zapytania ofertowego.
- II. Prosimy o wyjaśnienie opisu potrzeb i wymagań dot. części nr 2 – Analizator Hematologiczny  
W zawiązku z aktualnie trwającym tłumaczeniem na język polski menu analizatora hematologicznego dla weterynarii, prosimy o dopuszczenie w w/w części analizatora hematologicznego z menu w języku angielskim o parametrach zgodnych z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w „Opisie Przedmiotu Zamówienia” zapytania ofertowego.

**Odpowiedź 1:**

- I. Zamawiający dopuszcza analizator biochemiczny z menu w języku angielskim.  
II. Zamawiający dopuszcza analizator hematologiczny z menu w języku angielskim.

W związku z udzielonymi odpowiedziami zmiana ulega treść Zapytania ofertowego w Rozdz. II pkt.2.2 Specyfikacja zamawianego wyposażenia (minimalne wymagania) w zakresie części I i II:

**Jest:**

„CZĘŚĆ I  
ANALIZATOR BIOCHEMICZNY - 1 sztuka  
Badanie różnych gatunków zwierząt: min. pies, kot, bydło, koza  
Menu w języku polskim  
Kolorowy ekran dotykowy  
Próbka: krew pełna, surowica lub osocze  
Do użycia z gotowymi dyskami odczynnikowymi  
Możliwość badania minimum 21 różnych parametrów  
Automatyczna kalibracja  
Wbudowany system kontroli  
Pamięć wewnętrzna  
Wbudowana drukarka



Waga urządzenia do 10 kg.

Interfejs: USB, szeregowy

CZĘŚĆ II

ANALIZATOR HEMATOLOGICZNY - 1 sztuka

Badanie różnych gatunków zwierząt: min. pies, kot, bydło, koza

Kolorowy ekran dotykowy

Minimum 18 parametrów hematologicznych

Odczynniki bez zawartości cyjanku

Menu w języku polskim

Pamięć wewnętrzna

Wbudowana drukarka

Tryb testowy: Krew pełna i rozcieńczona

Interfejs: USB, szeregowy”

**Winno być:**

„CZĘŚĆ I

ANALIZATOR BIOCHEMICZNY - 1 sztuka

Badanie różnych gatunków zwierząt: min. pies, kot, bydło, koza

Menu w języku polskim lub języku angielskim

Kolorowy ekran dotykowy

Próbka: krew pełna, surowica lub osocze

Do użycia z gotowymi dyskami odczynnikowymi

Możliwość badania minimum 21 różnych parametrów

Automatyczna kalibracja

Wbudowany system kontroli

Pamięć wewnętrzna

Wbudowana drukarka

Waga urządzenia do 10 kg.

Interfejs: USB, szeregowy

CZĘŚĆ II

ANALIZATOR HEMATOLOGICZNY - 1 sztuka

Badanie różnych gatunków zwierząt: min. pies, kot, bydło, koza

Kolorowy ekran dotykowy

Minimum 18 parametrów hematologicznych

Odczynniki bez zawartości cyjanku

Menu w języku polskim lub języku angielskim

Pamięć wewnętrzna

Wbudowana drukarka

Tryb testowy: Krew pełna i rozcieńczona

Interfejs: USB, szeregowy”

**oraz zmienia załącznik nr 1a Wykaz szczegółowy oferowanego sprzętu w powyższym zakresie.**

Zamawiający z związku z powyższymi zmianami zmienia również treść zapytania ofertowego w zakresie Rozdz. VIII pkt. 8.1 – Zamawiający zmienia zapis dotyczący terminu składania ofert.

**Jest:**

„8.1. Ofertę należy złożyć na formularzach załączonych do niniejszego zapytania, w terminie do dnia 17.11.2021r. do godz. 13.00.”

**Winno być:**

„8.1. Ofertę należy złożyć na formularzach załączonych do niniejszego zapytania, w terminie do dnia 18.11.2021r. do godz. 13.00.”

Niniejsze pismo staje się integralną częścią Zapytania ofertowego i obowiązujące w nim postanowienia są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania. Pozostałe warunki Zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

Z upoważnienia:

KIEROWNIK GOSPODARCZY  
  
Agnieszka Głuszko