

Odpowiedz na zapytania do treści SIWZ

sprawa ZP.11.PN.2019 z dnia 02.07.2019r.,Sprzedaż i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego

„Uzdrowisko Rabka „S.A. działając na podstawie art. 38 ust 2 , Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz.1579 z późn. zm.) odpowiada na zapytania do treści SIWZ

Pytanie 1: Dotyczy: „Kolumny do ćwiczeń z oporem”: Parametr 3:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o głębokości 54 cm?

Ad 1 :Tak

Pytanie 2: Dotyczy: „Kolumny do ćwiczeń z oporem”: Parametr 4:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o szerokości 51 cm?

Ad 2 :Tak

Pytanie 3: Dotyczy: „Kolumny do ćwiczeń z oporem”: Parametr 7:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z 16 pozycjami ustawień bloczka?

Ad 3 Tak

Pytanie 4: Dotyczy: „Kolumny do ćwiczeń z oporem”: Parametr 8:

Czy Zamawiający wymaga urządzenie o wadze stosu 80 kg?

Ad 4 :Nie

Pytanie 5: Dotyczy: „Kolumny do ćwiczeń z oporem”: Parametr 9:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z zestawem ciężarków w konfiguracji 16x5kg?

Ad 5 :Nie

Pytanie 6: Dotyczy: „Kolumny do ćwiczeń z oporem”: Parametr 11:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wadze całkowitej 308 kg?

Ad 6:Tak

Pytanie 7: Dotyczy: „Kolumna do ćwiczeń z oporem wolnostojąca”: Parametr 3:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o głębokości 77 cm?

Ad 7:Nie

Pytanie 8: Dotyczy: „Kolumna do ćwiczeń z oporem wolnostojąca”: Parametr 4:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o szerokości 74,5 cm?

Ad 8: Nie

Pytanie 9: Dotyczy: „Kolumna do ćwiczeń z oporem wolnostojąca”: Parametr 5:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wysokości 186 cm?

Ad 9: Nie

Pytanie 10: Dotyczy: „Kolumna do ćwiczeń z oporem wolnostojąca”: Parametr 7:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z uchwytem ułatwiającym przejazd kolumny?

Ad 10: Tak

Pytanie 11: Dotyczy: „Kolumna do ćwiczeń z oporem wolnostojąca”: Parametr 9:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wagą stosu 50 kg?

Ad 11: Tak

Pytanie 12: Dotyczy: „Kolumna do ćwiczeń z oporem wolnostojąca”: Parametr 10:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z zestawem ciężarków 20x2,5kg?

Ad 12: Tak

Pytanie 13: Dotyczy: „Kolumna do ćwiczeń z oporem wolnostojąca”: Parametr 14:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wadze całkowitej 85 kg?

Ad 13: Tak

Pytanie 14: Dotyczy: „Stół rehabilitacyjny do masażu”: Parametr 5:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z regulacją kąta pochylenia zagłówka w zakresie: - 70 / + 40°?

Ad 14: Tak

Pytanie 15: Dotyczy: „Stół rehabilitacyjny do masażu”: Parametr 6:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 51 – 99 cm?

Ad 15: Tak

Pytanie 16: Dotyczy: „Stół rehabilitacyjny do masażu”: Parametr 8:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z regulacją Pivota w zakresie 0 / + 30°?

Ad 16: Nie

Pytanie 17: Dotyczy: „Stół rehabilitacyjny do masażu”: Parametr 9:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z regulacją części tylnej stołu w zakresie - 30 / + 85°?

Ad 17: Tak

Pytanie 18: Dotyczy: „Stół rehabilitacyjny do masażu”: Parametr 11:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z malowaną proszkowo, bardzo stabilna stalowa ramą o profilach graniastosłupa?

Ad 18: Tak

Pytanie 19: Dotyczy: „Stół rehabilitacyjny do masażu”: Parametr 13:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach 205 x 69 cm?

Ad 19: Tak

Pytanie 20: Dotyczy: „Stół rehabilitacyjny do masażu”: Parametr 14:

Czy Zamawiający wymaga urządzenia o dopuszczalnym obciążeniu dynamicznym minimum 225 kg?

Ad 20 : Nie, ale dopuszcza

Pytanie 21: Dotyczy: „Stół rehabilitacyjny do masażu”: Parametr 15:

Czy Zamawiający wymaga zamiast wtyczki z zabezpieczeniem przed wzrostem napięcia elektrycznego w przypadku przecięcia kabla, Personal Authorization System - zintegrowany z

podstawą stołu system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu wyposażony w 2 stożkowe, magnetyczne klucze dostępu?

Ad 21:Nie, ale dopuszcza

Pytanie 22: Dotyczy: „Bieżnia rehabilitacyjna”: Parametr 2:

Czy Zamawiający wymaga urządzenia z regulacją prędkości w zakresie od 0,1 do 25 km/h?

Ad 22: Nie, ale dopuszcza

Pytanie 23: Dotyczy: „Bieżnia rehabilitacyjna”: Parametr 4:

Czy Zamawiający wymaga urządzenie o maksymalnym kącie nachylenia pasa 30%?

Ad 23:Nie, ale dopuszcza

Pytanie 24: Dotyczy: „Bieżnia rehabilitacyjna”: Parametr 8:

Czy Zamawiający wymaga urządzenia posiadającego 56 programów, treningi CARDIO, FAT BURNING, testy (CHR, CWL, RUNNER, COOPER) oraz możliwość wprowadzania danych użytkownika (płeć, wiek, waga, HR)?

Ad 24: Nie dopuszcza , zgodnie z SIWZ

Pytanie 25: Dotyczy: „Bieżnia rehabilitacyjna”: Parametr 11:

Czy Zamawiający wymaga urządzenia o mocy silnika moc silnika 7 HP?

Ad 25: Nie

Pytanie 26: Dotyczy: „Bieżnia rehabilitacyjna”: Parametr 12:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach (szer. x dł. x wys.) 80 x 210 x 150 cm?

Ad 26: Tak

Pytanie 27: Dotyczy: „Bieżnia rehabilitacyjna”: Parametr 15:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z komputer oferującym kontrolę prędkości i kąta nachylenia, wyświetlacz LCD (HR, prędkość, czas, dystans, kąt nachylenia) oraz odliczanie zadanego czasu i dystansu treningu?

Ad 27: Tak

Pytanie 28: Dotyczy: „Eliptyczny ergometr treningowy (crosstrainer) z oporem magnetycznym”:
Parametr 4:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z długimi uchwytami umożliwiającymi położenie dłoni na odpowiedniej wysokości dla ćwiczącego?

Ad 28: Tak

Pytanie 29: Dotyczy: „Eliptyczny ergometr treningowy (crosstrainer) z oporem magnetycznym”:
Parametr 6:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z regulacją oporu w 20 poziomach?

Ad 29: Nie

Pytanie 30: Dotyczy: „Eliptyczny ergometr treningowy (crosstrainer) z oporem magnetycznym”:
Parametr 8:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z możliwością pomiaru w czasie rzeczywistym: dystansu, czasu, prędkości, kalorii.

Ad 30: Tak

Pytanie 31: Dotyczy: „Eliptyczny ergometr treningowy (crosstrainer) z oporem magnetycznym”:
Parametr 9:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach: 175 x 60 x 168 cm?

Ad 31: Nie

Pytanie 32: Dotyczy: „Drabinka gimnastyczna do ćwiczeń ogólnousprawniających, korekcyjnych, elongacyjnych”: Parametr 2:

Czy Zamawiający dopuści drabinkę gimnastyczną w konfiguracji: 8 szczebelek drewnianych, 2szt. profil pionowy metalowy 40x40mm?

Ad 32: Nie

Pytanie 33: Dotyczy: „Drabinka gimnastyczna do ćwiczeń ogólnousprawniających, korekcyjnych, elongacyjnych”: Parametr 3:

Czy Zamawiający dopuści drabinkę o wymiarach 77 cm x 225 cm?

Ad 33: Nie

Pytanie 34: Dotyczy: „Urządzenie typu Tecar do terapii (Diatermia Oporowo-pojemnościowa do terapii celowanej)”:

Czy Zamawiający w ramach pozycji: „Urządzenie typu Tecar do terapii (Diatermia Oporowo-pojemnościowa do terapii celowanej)” dopuści urządzenie równoważne o następujących parametrach:

1. Moc: RET 100W, CET 400VA
2. Częstotliwość pracy: 1 Mhz, 300 kHz i 500kHz
3. Funkcje oprogramowania:
 - Automatyczna i cykliczna zmiana częstotliwości: 300kHz - 500kHz
 - Funkcja umożliwiająca pracę impulsową, redukująca powstawanie ciepła w tkance (0,5s on, 0,5s off)
 - Funkcja umożliwiająca skuteczniejszą pracę ze zwłóknieniami (0,6s ustawiona intensywność, 0,3s intensywność podniesiona o 30% - powtarzane cyklicznie)
 - Możliwość modyfikacji intensywności zabiegu w stopniach co 10% przez delikatne uderzenie elektrodą czynną ciała pacjenta
4. Wyposażenie:
 - trzy wkręcane elektrody pojemnościowe (średnica 40,60 i 70mm)
 - trzy wkręcane elektrody rezystywne (średnica 40,60 i 70mm)
 - elektroda neutralna
 - kabel umożliwiający wykorzystanie elektrod neutralnych samoprzylepnych
 - 10 elektrod neutralnych samoprzylepnych
 - krem przewodzący w opakowaniu o pojemności 1000ml
5. Masa urządzenia: max. 4,5kg

Ad 34: Zamawiający dopuszcza urządzenie, w przypadku gdy jego moc wynosi 300W i ma 4 zdefiniowane częstotliwości pracy.

Pytanie 35: Dotyczy zapisów umowy:

Czy Zamawiający na podstawie art. 36aa ust.1 Pzp podzieli zamówienie na części?

Ad 35 Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie 36: Dotyczy zapisów umowy:

Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający w przypadku nieterminowej dostawy będzie naliczał kary umowne w wysokości 1% od całości zamówienia czy jak jest w umowie,

§ 8

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach

a/ za każdy dzień opóźnienia w dostawie urządzenia , w wysokości 1% jego wartości brutto opisanej w § 1 pkt 3 umowy.”....

Ad 36:

Zamawiający precyzuje § 8 pkt. 1 a , który otrzymuje nowe brzmienie

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach

a/ za każdy dzień opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy , w wysokości 1% wynagrodzenia netto opisanego w § 1 pkt 3 umowy."....

Pytanie 37: Dotyczy zapisów umowy:

dotyczy zapisu:

....., d/ za każdy dzień opóźnienia , w usunięciu zgłoszonych usterek/wad , w terminie zapisanym w § 5, § 4 pkt 9, i w § 4 pkt 11 niniejszej umowy, 0,5 % , wartości brutto opisaniej w § 1 pkt 3 umowy."....

Pytanie dotyczy 0,5 % całości umowy czy też 0,5% wartości uszkodzonego urządzenia?

Ad 37:

Zamawiający precyzuje § 8 pkt. 1 d/ , który otrzymuje nowe brzmienie

d/ za każdy dzień opóźnienia , w usunięciu zgłoszonych usterek/wad , w terminie zapisanym w § 5, § 4 pkt 9, i w § 4 pkt 11 niniejszej umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia netto opisanego w § 1 pkt 3 umowy."....

Pytanie 38: Dotyczy zapisów umowy:

§ 8 pkt.1

Proszę o wyjaśnienie czy w przypadku niedostarczenia któregoś z oferowanych urządzeń Wykonawca płaci karę 5% wartości niedostarczonego urządzenia ?

..." b/ nie zrealizowanej dostawie urządzenia , w wysokości 5% jego wartości brutto , opisaniej w § 1 pkt 3 umowy."

Ad 38:

Zamawiający precyzuje § 8 pkt. 1 b , który otrzymuje nowe brzmienie

b/ nie zrealizowanej dostawie przedmiotu umowy w wysokości 5% wynagrodzenia opisanego w § 1 pkt 3 umowy."

Zamawiający wyjaśnia, że kary umowne są naliczane od całości wynagrodzenia wskazanego w § 1 pkt.3 umowy i są liczone od wartości netto wynagrodzenia- w tym zakresie nastąpiły zmiany w/w paragrafów.

Pytanie 39: Dotyczy zapisów umowy:

Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty aktualnego zaświadczenia o nie zaleganiu z Urzędem skarbowego i ZUS?

Ad 39: zgodnie z zapisem SIWZ i ogłoszenia

Pytanie 40: Pytanie dotyczy inhalatora ultradźwiękowego:

Czy Zamawiający zrezygnuje z parametru " wydajność sprężarki 15,5 l/min" ?

Ad 40: Tak

Członek Zarządu


Anna Żrubek