

EZ.230.48.2020

Rabka Zdrój, dnia 16.10.2020 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic jednorazowych; znak sprawy: ZP.15.PN.2020

Załącznik 3.1 pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści rękawice o nieznaczej różnicy w grubości na palcu 0,11mm+/-0,02 i AQL 1,5?

Odp.:dopuszczamy

Załącznik 3.3 pozycja 1-4

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,08mm+/-0,01, na dłoni 0,06mm+/-0,01, na mankiecie 0,05mm+/-0,01?

Odp.:dopuszczamy

w imieniu Zamawiającego