

EZ230.74.2020

Rabka Zdrój, dnia 22.12.2020 r

Sprawa ZP.28.PN.2020

Przetarg nieograniczony na dostawy rękawic diagnostycznych

Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły do w/w postępowania.

Zapytanie nr 1.

Załącznik 3.1, 3.2, 3.3

1. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o poziomie AQL 1,5 przy zachowanych pozostałych parametrach?

Odp.: wyrażamy zgodę.

Zapytanie nr 2.

Prosimy o dopuszczenie w zakresie załącznika nr 3/3 poz. 1-4 rękawic: rękawice nitrylowe, teksturowane końcówki palców, bez pudrowe, grubość: palec 0,09-0,10mm, dłoń 0,06-0,07mm, mankiet 0,05-0,06mm, długość min. 240mm, bez protein lateksu, mankiet rolowany, posiadające AQL 1,5 - jest to wymagany, akceptowalny, zgodnie z normą europejską EN 455 poziom w kierunku szczelności, czyli braku dziur dla rękawic medycznych, dający gwarancję bezpieczeństwa zgodne z normami EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, EN 374-1 /z wył. pkt. 5.3.2/, EN 374-2, EN 420, ASTM F 1671. Klasyfikowane i oznakowane jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony osobistej kat. I, dopuszczone do kontaktu z żywnością, bez zawartości tiuramów

Odp.: dopuszczmy AQL- 1,5 przy zachowaniu pozostałych parametrów w SIWZ.

Zapytanie nr 3.

PAKIET 3/3

Poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe posiadające AQL 1,5 oraz czy Zamawiający odstąpi od wymogu zgodności z normą EN 374-3?. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.:pozostajemy przy zapisie w SIWZ

Zapytanie nr 4.

Dot. zapisów umowy

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych:
5. § 9, ust.1, pkt a/ na 0,5% wartości niezrealizowanej części dostawy w przypadku opóźnienia Wykonawcy
6. § 9, ust.1, pkt b/ na wysokość 1% wartości zamówionego, a nie dostarczonego towaru
7. § 9, ust.1, pkt c/ na wysokość 1% wartości nie zrealizowanej pozostałej części umowy.

Odp.

Zamawiający pozostaje przy dotychczasowym zapisie

II. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odp.

w § 8 ust.2 umowy Zamawiający dodaje zapis :

Przed rozwiązaniem umowy w trybie ust.1 niniejszego paragrafu, Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy i wyznaczy mu w tym celu dwudniowy termin. Bezskuteczny upływ tego terminu uprawnia Zamawiającego do złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy .

Zapytanie 5

Załącznik 3.1 pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści rękawice o nieznaczej różnicy w grubości na palcu 0,11mm+/-0,02 i AQL 1,5?

Odp.: dopuszczamy.

Zapytanie 6

Załącznik 3.3 pozycja 1-4

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na dłoni 0,06mm+/-0,01, na mankiecie 0,05mm+/-0,01?

Odp.: dopuszczamy.

Zapytanie nr 7

Pakiet 1

Poz.1-3

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie rękawiczek o grubości na palcu 0,11mm reszta parametrów zgodnie z SIWZ?

Odp.:dopuszczamy.

Zapytanie nr 8

Pakiet 2

Poz.1-4

Prosimy zamawiającego o dopuszczeni erękawiczek winylowy o grubości palca 0,06mm oraz AQL 1,5 reszta parametrów zgodna z siwz?

Odp.:dopuszczamy

Zapytanie nr 9

PAKIET 3/3

Poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości:

grubość: palce $\geq 0,14$;

dłoń $\geq 0,12$,

mankiet $\geq 0,10$

Odp.:dopuszczamy.

w imieniu Zamawiającego