

EZ230.60.2021

Rabka Zdrój, dnia 04.11.2021 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia ZP.18.RWZ.2021 p.n.:

Dostawy łóżek i materacy szpitalnych, lasera ze skanerem.

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania które wpłynęły do przedmiotowego postępowania :

Pytania do zadania nr 1 - łóżka szpitalne

1. Czy w rozumieniu punktu 2, Zamawiający dopuści leże o wymiarach 1900 x 900 mm kompatybilne z materacem o wymiarach 2000x900 mm?

Odp: nie

2. Czy w rozumieniu punktu 11, Zamawiający dopuści szczyty z tworzywa HDPE?

Odp: nie

3. Czy w rozumieniu punktu 7, Zamawiający wymaga owalnych otworów wentylacyjnych w leżu łóżka?

Odp: tak

Pytania do zadania nr 2 – materace

1. Czy w rozumieniu punktu 3 Zamawiający dopuści materac o grubości 10 cm?

Odp: nie

2. Czy w rozumieniu punktu 6 Zamawiający ma na myśli wymiary materaca 2000 x 900mm?

Odp: tak