

EZ230.67.2021

Rabka Zdrój, dnia 10.12.2021 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, znak sprawy ZP.20.RWZ.2021 p.n.:

Dostawy łóżek szpitalnych

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do przedmiotowego postępowania :

1.Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 1025 mm, co różni się od parametru oczekiwanego tylko o 5 mm?

Odp. Tak

2.Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża za pomocą pompy hydraulicznej, regulacją segmentu oparcia pleców oraz uda za pośrednictwem sprężyny gazowej i regulacją segmentu podudzia za pośrednictwem mechanizmu zapadkowego? Proponowane rozwiązanie jest znacznie korzystniejsze od oczekiwanego.

Odp : Pozostajemy przy zapisie IWZ

3.Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym metalową siatką, co w żaden sposób nie pogarsza walorów użytkowych łóżka?

Odp : Pozostajemy przy zapisie IWZ

4.Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie 410-810 mm?

Odp . Tak

5.Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami wykonanymi z metalowych rur pokrytych chromem, z wypełnieniem z płyty tworzywowej typu hpl?

Odp : Pozostajemy przy zapisie IWZ

6.Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami bez zatrząsków?

Odp : Pozostajemy przy zapisie IWZ

7.Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi oraz kroplówką dopasowanymi kolorystycznie do ramy łóżka?

Odp : Pozostajemy przy zapisie IWZ

8.Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi mocowanymi do szczytów?

Odp : Pozostajemy przy zapisie IWZ

9.Czy Zamawiający dopuści szczyty łóżka wykonane z rur stalowych chromowanych, słupki szczytu wykonane ze stali nierdzewnej szlifowanej, górna część szczytu łatwo odejmowana. Szczyty wypełnione wysokiej jakości płytą HPL o grubości 8 mm, odporną na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Pionowe słupki szczytu zintegrowane z ramą w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa umożliwiające montaż barierki na całej długości.

Odp : Pozostajemy przy zapisie IWZ

10.Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi wykonanymi ze stali węglowej, lakierowanej proszkowo?

Odp : Pozostajemy przy zapisie IWZ

11.Czy Zamawiający dopuści deklarację zgodności bez znaku CE? Względem prawa znak CE nie jest wymagany na dokumentach produktu lecz na samym produkcie.

Odp : Pozostajemy przy zapisie IWZ

12.Czy Zamawiający w pkt. 4 ZESTAWIENIEA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH dopuści łóżko szpitalne z elektryczną regulacją segmentu pleców?

Odp : Tak

13.Czy Zamawiający w pkt. 6 ZESTAWIENIEA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH dopuści łóżko szpitalne którego konstrukcja wykonana jest ze stalowych profili, malowanych proszkowo?

Odp : Pozostajemy przy zapisie IWZ

14.Czy Zamawiający w pkt. 7 ZESTAWIENIEA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH dopuści łóżko szpitalne którego czterosegmentowe leże pacjenta wypełnione metalowymi lamelami malowanymi proszkowo. Każdy segment wyposażony w otwory pomiędzy lamelami zapewniające cyrkulację powietrza . Segmenty leżą zaokrąglone?

Odp : Pozostajemy przy zapisie IWZ

15.Czy Zamawiający w pkt. 9 ZESTAWIENIEA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH dopuści łóżko szpitalne z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 380mm - 800mm?

Odp : Tak

16.Czy Zamawiający w pkt. 11 ZESTAWIENIEA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH dopuści łóżko szpitalne, którego szczyty wykonane ze stali malowanej proszkowo z wypełnieniem z płyty wodoodpornej – z możliwością wyboru koloru przez Zamawiającego?

Odp : Pozostajemy przy zapisie IWZ

Proszę też o wyjaśnienie sprzeczności pomiędzy pkt 11 a pkt 14 gdzie są wymagane szczyty z tworzywa HDPE?

Odp . Wycofanie pkt 14, ponieważ zapis dotyczący rodzaju szczytów i demontażu zawiera pkt 11 i 12

17. Czy Zamawiający w pkt. 16 ZESTAWIENIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH dopuści łóżko szpitalne, z barierkami stalowymi składanymi wzdłuż ramy leża?

Odp : Pozostajemy przy zapisie IWZ

18. Czy Zamawiający w pkt. 22 ZESTAWIENIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH dopuści łóżko szpitalne, bez półki na pościel?

Odp : Nie

19. Czy Zamawiający w związku z tym, że wymaga składania ofert w formie tradycyjnej, przedłuży termin składania ofert?

Pytania do postępowania mogą być zadawane do 10.12 (piątku), nawet jeżeli odpowiedzi zostaną opublikowane w piątek, to chcąc wysłać ofertę kurierem, tak żeby dotarła na na 14.12 (wtorek) godzina 9.00, nadanie kurierem musiało by nastąpić 10.12 (piątek).

Zamawiający nie pozostawia tutaj minimalnego czasu potrzebnego na przeanalizowanie odpowiedzi i złożenie oferty zgodnej z odpowiedziami.

Odp : Zgoda

Termin składania i otwarcia ofert : 15.12.2021 godz. 11:00.

Członek Zarządu
Anna Żrubek