Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.
77-100 Bytów, ul. Lęborska 13
tel.: 59/8228500, fax: 59/8223990, e-mail: nzoz.szpital@bytow.biz

L.dz. 3884/ZZ/2019

Bytów, 18.12.2019r.

Wszyscy oferenci
biorący udział
w postępowaniu przetargowym

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. zapytania dotyczące treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: *dostawa sprzętu medycznego ZP26/A/13/2019*, Komisja przetargowa informuje:

Zgodnie za art. 38 ust. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych zostaje zmieniony termin składania ofert na dzień 30.12.2019r. godz. 10:00 i otwarcie ofert na dzień 30.12.2019r. godz. 10:30.

Pytanie 1 Dotyczy Części nr 21 poz. 11
Czy w związku z tym, iż produkt z części 21, poz. 11 „Uszczelka do rurki osłonowej – silikonowa" jest pakowany po 10 szt. w nierozłącznym opakowaniu, Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie opakowania, czyli 10 szt. uszczelek?
Odpowiedź
Tak, Komisja przetargowa wyraża zgodę.

Pytanie 2 Dotyczy Części nr 18 poz. 4
Czy Zamawiajacy w poz. 4 miał na myśli dren z podwójnym łącznikiem? Dreny z trójnikiem nie wystepują.
Odpowiedź
Tak, wystąpiła omyłka pisarska. Zamawiający wymaga drenu z podwójnym łacznikiem.

Pytanie 3 Dotyczy Części nr 14 Pozycja 1
Czy Zamawiający, mając na uwadze środki publiczne, którymi operuje, zasady zachowania uczciwej konkurencji, wyraża zgodę na zaproponowanie w powyższym zakresie konkurencyjnego czujnika wyprodukowanego w technologii równoważnej, o parametrach pomiaru nie gorszych niż oryginalne czujniki (które opisuje Zamawiający), czujnika jednopacjentowego do pomiaru saturacji pracującego w technologii zgodnej z Nellcor Oximax, bez historii zdarzeń, bez funkcji identyfikacji, współpracujący ze wszystkimi urządzeniami oksymetrycznymi firmy Nellcor, dla pacjentów o masie ciała zgodnej z opisanym w SIWZ, bez zawartości ftalanów, bez zawartości lateksu. Czujnik bez dodatkowych adapterów, przedłużaczy i złączek. Proponowane wyżej rozwiązanie jest obecnie stosowanych obecnie w wielu jednostkach służby zdrowia w naszym kraju bez żadnych zastrzeżeń, w tym w placówkach o najwyższym, trzecim stopniu referencyjności ?
Prosimy o zmiany wymogów które nie są już wymagane i tak szczegółowo opisane w pozycji 2. Tego typu zapis jak w pakiecie 2 umożliwia nam i innym dostawcom zaproponowanie asortymentu odpowiedniego dla Zamawiającego.
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4
Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą ?
Odpowiedź
Co do zasady oświadczenie składane jest dopiero w chwili, gdy składający oświadczenie zna wykonawców, którzy w tym samym postępowaniu już złożyli odrębne oferty lub na tę samą część zamówienia złożyli odrębne oferty częściowe. Będzie to najpóźniej po zamieszczeniu na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp.

Pytanie 5 Dotyczy Części nr 7 Pozycja 7
Czy Zamawiający dopuści chwytak do polipów o średnicy pętli 30x55 mm?
Odpowiedź
Nie

Pytanie 6 Dotyczy Części nr 7 Pozycja 7
Czy Zamawiający dopuści chwytak do polipów o średnicy pętli 40x60 mm?
Odpowiedź
Nie

Pytanie 7 Dotyczy Części nr 23 poz. 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pudełka do liczenia igieł nie będącego wyrobem medycznym, a więc objętego 23% stawką VAT. Pudełko w kolorze żółtym, pojemność 40 zużytych igieł lub ostrzy, pakowane pojedynczo w rozrywaną torebkę. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź
Tak, Komisja przetargowa dopuszcza.

Pytanie 8 Dotyczy Części nr 23 poz. 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pudełka do liczenia igieł nie będącego wyrobem medycznym, a więc objętego 23% stawką VAT , nie posiadającego przyrządu do zdejmowania ostrzy, pakowane pojedynczo w rozrywaną torebkę. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź
Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9 Dotyczy Części 2 poz. 1
Czy Zamawiający w części nr 2, poz. 1 dopuści igłę o średnicy cewnika 2,3 mm, średnicy ostrza igły 0,7 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedź
Tak, Komisja przetargowa dopuszcza.

Pytanie 10 Dotyczy Części 2 poz. 2
Czy Zamawiający w części nr 2, poz. 2 dopuści kleszcze o długości miseczek 4 mm, rozwarcie miseczek 6,7 mm, objętość miseczki 9 mm3, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedź
Tak, Komisja przetargowa dopuszcza.

Pytanie 11 Dotyczy Części 2 poz. 4
Czy Zamawiający w części nr 2, poz. 4 dopuści pętle o średnicy cewnika 2,3 mm, średnica pętli 25 lub 35 mm (do wyboru Zamawiającego)?
Odpowiedź
Tak, Komisja przetargowa dopuszcza.

Pytanie 12 Dotyczy Części 2 poz. 6
Czy Zamawiający w części nr 2, poz. 6 a dopuści szczotkę o średnicy włosia 7 mm z cewnikiem o średnicy 1,8 mm, w pozycji 6 b szczotkę o średnicy włosia 5 oraz 12 mm oraz długościach ok. 20 i 30 mm?
Odpowiedź
Tak, Komisja przetargowa dopuszcza.

Pytanie 13 Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,2% na 0,1%?
Odpowiedź
Nie. Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 14 Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% na 5%?
Odpowiedź
Nie. Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 15 Dotyczy zapisów umowy § 5
Prosimy o dodanie następującego zapisu:
„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymaganych) powyżej 14 dni od terminu płatności/ wymagalności wskazanego na fakturze?"
Odpowiedź
Nie

Pytanie 16 Dotyczy Części nr 19, poz. 4
Czy Zamawiający dopuści siatkę płaską monofilamentową polipropylenową z możliwością utworzenia stożka? Pozostałe zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź
Tak, Komisja przetargowa dopuszcza.

Pytanie 17 Dotyczy zapisów umowy
Czy Zamawiający zgadza się na wykreślenie § 3 ust. 3 wzoru umowy?
Odpowiedź
Nie

Pytanie 18 Dotyczy zapisów umowy
Czy Zamawiający zgadza się aby numer właściwej umowy umieszczany był nie na fakturze, a na załączniku? (Dot. § 5 ust. 3 wzoru umowy)

Odpowiedź
Nie

Pytanie 19 Dotyczy zapisów umowy
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 2 wzoru umowy wyrażenie *„10% ceny brutto umowy wskazanej w § 2"* zostało zastąpione wyrażeniem *„10% niezrealizowanej wartości brutto umowy"?*
Odpowiedź
Nie

Pytanie 20 Dotyczy zapisów umowy
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 2 wzoru umowy został dodany podpunkt 3) o następującej (lub podobnej) treści: *„nadzwyczajnej zmiany stosunków, wskutek której utrzymywanie dotychczasowych cen groziłoby jednej ze stron rażącą stratą"?*
Odpowiedź
Nie

Pytanie 21 Dotyczy Części nr 23, poz. 2
Czy Zamawiający dopuści pudełko do liczenia igieł z 2 półokrągłymi zawiasami na jednym z boków? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź
Nie

Pytanie 22 Dotyczy Części nr 24 poz. 4
Prosimy zamawiającego o wydzielenie z części nr 24 pozycji nr 4-myjki do mycia pacjenta i stworzenie nowego, osobnego pakietu na myjki.
Spowoduje to możliwość przystąpienia do postępowania większej ilości firm szczególnie tych specjalizujących się w sprzedaży myjek i zaproponowanie konkurencyjnej ceny przy zachowaniu wysokiej jakości myjek.
Odpowiedź
Komisja przetargowa wydziela pozycję 4 z części 24 do osobnego zadania – cześć 24 a.
Część 24 po zmianach oraz Część 24a zostaną umieszczone pod odpowiedziami.

Pytanie 23 Dotyczy Części nr 2 poz. 2
Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie kleszczy o długości miseczek minimum 3,4 mm, z objętością miseczek minimum 1,6 mm^3.
Odpowiedź
Tak, Komisja przetargowa dopuszcza, ale nie więcej niż 4mm.

Pytanie 24 Dotyczy Części nr 2 poz. 3
Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy osłonki 2,4 mm, długość narzędzia 240 cm, rękojeść skalowana co 10 mm.
Odpowiedź
Tak, Komisja przetargowa dopuszcza, ale długość narzędzia nie więcej niż 230 cm.

Pytanie 25 Dotyczy Części nr 2 poz. 4
Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy 32 mm, długość narzędzia 240 cm, rękojeść skalowana co 10 mm.
Odpowiedź
Tak, Komisja przetargowa dopuszcza, ale długość narzędzia nie więcej niż 230 cm.

Pytanie 26 Dotyczy Części nr 2 poz. 6
Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie szczotek do kanałów o długości 250 cm, średnica cewnika 1,7 mm.
Odpowiedź
Nie

Pytanie 27 Dotyczy Części nr 2 poz. 6
Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie szczotek do czyszczenia gniazd o długości 15-16 cm, średnica główki 5 mm oraz 10 mm.
Odpowiedź
Nie

Pytanie 28 Dotyczy Części nr 2 poz. 6
Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie szczotek do czyszczenia gniazd o długości 20 cm, średnica główki 5 mm oraz 11 mm.
Odpowiedź
Nie

Pytanie 29 Dotyczy Części nr 2 poz. 7
Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści zaoferowanie chwytaków w postaci siatki rozpostartej na owalnej pętli, pozostałe parametry według opisu.

Odpowiedź
Nie

Pytanie 30 Dotyczy Części nr 19
Czy Zamawiający dopuści złożenie osobnej oferty na pozycje 1, 2 i 3 części nr 19.
Odpowiedź
Nie

Pytanie 31 Dotyczy Części 4, poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli bezpiecznej posiadającej 2 paski radiocieniujące?
Odpowiedź
Tak, Komisja przetargowa dopuszcza.

Pytanie 32 Dotyczy Części 4, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z FEP, zarówno bowiem FEP jak i PTFE to teflon. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedź
Tak, Komisja przetargowa dopuszcza.

Pytanie 33 Dotyczy Części 4, poz. 1
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby kaniule bezpieczne posiadały badania kliniczne lub laboratoryjne dotyczące biokompatybilności materiału?
Odpowiedź
Nie

Pytanie 34 Dotyczy Części 4, poz. 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli dożylnej neo wykonanej z FEP?
Odpowiedź
Tak, Komisja przetargowa dopuszcza.

Pytanie 35 Dotyczy Części 4, poz. 4-5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie koreczka do kaniul i koreczka dwufunkcyjnego w opakowaniu po 100 szt, z odpowiednim przeliczeniem w formularzu asortymentowo cenowym?
Odpowiedź
Tak, Komisja przetargowa wyraża zgodę.

Pytanie 36 Dotyczy Części 4, poz. 7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kranika z przedłużaczem , Do regulacji przepływów podczas podawania płynów. Wykonany z poliwęglanu z możliwością podawania tłuszczy i chemioterapeutyków. Sterylny, niepirogenny, jednorazowego użycia. Możliwość zmiany pozycji w zakresie 360 stopni. Wytrzymałość ciśnieniowa 4- 4,5 bara. Długość drenu 7 i 10 cm. Objętość wypełnienia 1,25 ml dla kranika z drenem 10 cm. Objętość wypełnienia 0,9 ml dla kranika z drenem 7 cm. Średnica zewnętrzna drenu 4,1 mm, średnica wewnętrzna drenu 3,0 mm. Wszystkie ujścia zabezpieczone koreczkami. Opakowanie folia/papier, pakowany pojedynczo. Optyczny identyfikator pozycji otwarty/zamknięty. Opcjonalnie dodatkowy port do iniekcji. Przedłużacz wykonany z PCV niezawierającego ftalanów?
Odpowiedź
Nie

Pytanie 37 Dotyczy Części 4, poz. 8-9
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kranika trójdrożnego z wyczuwalnym wskaźnikiem pozycji otwarty/zamknięty?
Odpowiedź
Nie/Zgodnie z SIWZ

Pytanie 38 Dotyczy Części 8, poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 1 z Pakietu 8, do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?
Odpowiedź
Nie

Pytanie 39 Dotyczy Części 8, poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów z igłą ściętą trójpłaszczyznowo bez wzmocnienia włóknem szklanym, komora kroplowa 62 mm?
Odpowiedź
Nie

Pytanie 40 Dotyczy Części 17, poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie igły do pena w rozmiarze G 30 0,25 mm x 6mm?
Odpowiedź

Nie

Pytanie 41 Dotyczy Części 17, poz. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie igły j.u. sterylna w rozmiarze 0,30 x 12 mm?
Odpowiedź
Nie

Pytanie 42 Dotyczy Części 17, poz. 1
Czy Zamawiający wyraz zgodę na dopuszczenie igły do iniekcji ze integrowaną osłoną zabezpieczającą w rozmiarach od 0,6 – 0,9 mm?
Odpowiedź
Pytanie nie dotyczy poz 1 a poz. 6. Komisja przetargowa nie wyraża zgody.

Pytanie 43 Dotyczy Części 17, poz. 15-22
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 15-37 z Pakietu 17 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?
Odpowiedź
Nie

Pytanie 44 Dotyczy Części 17, poz. 15-18
Czy Zamawiający wymaga strzykawki dwuczęściowej w kontrastującym kolorze innym niż mleczne / białe, z tłokiem w kolorze niebieskim i przeźroczystym cylindrem?
Odpowiedź
Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 45 Dotyczy Części 17, poz. 18
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki dwuczęściowej poj. 20 ml w opakowaniu po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem a formularzu cenowym?
Odpowiedź
Tak, Komisja przetargowa dopuszcza.

Pytanie 46 Dotyczy Części 17, poz. 19-22
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki j.u. z rozszerzoną skalą: 2-2,5 ml; 5-6 ml; 10-12 ml; lub 20-22 ml? W Strzykawce BD tłok wysuwa się poza skalę nominalną, przez co osoba obsługująca strzykawkę nie wie ile płynu pobrała.
Odpowiedź
Tak, Komisja przetargowa dopuszcza.

Pytanie 47 Dotyczy Części 17, poz. 22
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki trzyczęściowej poj. 20 ml w opakowaniu po 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem a formularzu cenowym?
Odpowiedź
Tak, Komisja przetargowa dopuszcza.

Pytanie 48 Dotyczy Części 4, poz. 4-5
Czy zamawiający wydzieli poz.4-5 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?
Odpowiedź
Nie

Pytanie 49 Dotyczy Części 4, poz. 4
Czy zamawiający dopuści koreczki z trzpieniem powyżej krawędzi, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze standardowym portem, w kolorze białym, pakowane indywidualnie, zbiorczo po 100 szt. w opakowaniu w formie kartonika, opakowanie jednostkowe typu Tyvec?
Odpowiedź
Nie

Pytanie 50 Dotyczy Części 17, poz. 19-22
Czy zamawiający wydzieli poz.19-22 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?
Odpowiedź
Nie

Pytanie 51 Dotyczy Części 17, poz. 26-28
Czy zamawiający wydzieli poz.26-28 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź
Nie

Pytanie 52 Dotyczy Części 17, poz./ 29-31,37
Czy zamawiający wydzieli poz.29-31,37 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?
Odpowiedź
Nie

Pytanie 53 Dotyczy Części 17, poz. 29-31
Prosimy aby zamawiający dopuścił strzykawki bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na cylindrze. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Cylinder posiada naniesioną nazwę IMPORTERA/DYSTRYBUTORA. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne.
Odpowiedź
Nie

Pytanie 54 Dotyczy Części 17, poz. 29
Czy zamawiający dopuści strzykawkę trzyczęściową z rozszerzoną skalą 50/60 ml Luer Lock, j.uż., sterylne, pakowane indywidualnie?
Odpowiedź
Nie

Pytanie 55 Dotyczy Części 17, poz. 30
Czy zamawiający dopuści strzykawkę o długości 15,3 cm, w stanie rozłożonym 25 cm?
Odpowiedź
Tak, Komisja przetargowa dopuszcza.

Pytanie 56 Dotyczy Części 17, poz. 31
Czy zamawiający dopuści strzykawkę cewnikowa 100ml - skala mała co 1 ml, duża co 10 ml ?
Odpowiedź
Nie

Pytanie 57 Dotyczy Części 17, poz. 37
Czy zamawiający dopuści strzykawkę trzyczęściową z rozszerzoną skalą 50/60 ml Luer Lock bursztynową, j.uż., sterylne, pakowane indywidualnie?
Odpowiedź
Tak, Komisja przetargowa dopuszcza.

Pytanie 58 Dotyczy Części 8, poz. 1-3
Czy zamawiający wydzieli poz.1-3 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?
Odpowiedź
Nie

Pytanie 59 Dotyczy Części 8, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przeźroczystego PVC 55 mm, z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm, sterylizacja EO?
Odpowiedź
Nie

Pytanie 60 Dotyczy Części 8, poz. 1
Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.
Odpowiedź
Nie

Pytanie 61 Dotyczy Części 8, poz. 1
Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

Odpowiedź
Nie

Pytanie 62 Dotyczy Części 8, poz. 2
Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostra igła biorcza dwukanałowa, trójpłaszczyznowo ścięta, wykonana ze wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przeźroczystej ,rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczep na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier –folia, sterylizowany tlenkiem etylenu objętość komory kroplowej – 12,37 cm3, powierzchnia komory 36,52 cm2, powierzchnia filtrująca ok. 16,34 cm2 (objętość 3,69 cm3), sterylizacja EO?
Odpowiedź
Nie

Pytanie 63 Dotyczy Części 8, poz. 2
Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania krwi z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.
Odpowiedź
Nie

Pytanie 64 Dotyczy Części 8, poz. 2
Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?
Odpowiedź
Tak, Komisja przetargowa dopuszcza.

Pytanie 65 Dotyczy Części 8, poz. 2
Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.
Odpowiedź
Nie

Pytanie 66 Dotyczy Części 8, poz. 3
Czy Zamawiający dopuści IS bursztyn. bez ftalanów bez worka, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przeźroczystego PVC 55 mm , z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm, sterylizacja EO?
Odpowiedź
Nie

Pytanie 67 Dotyczy Części 8, poz. 3
Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów bursztyn. z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.
Odpowiedź
Nie

Pytanie 68 Dotyczy Części 8, poz. 3
Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy IS bursztyn. bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.
Odpowiedź
Nie

Pytanie 69 Dotyczy Części 2, poz. 2.
Czy Zamawiający dopuści kleszcze biopsyjne o długości miseczek 3,86mm, rozwarciu 6mm? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.
Odpowiedź
Tak, Komisja przetargowa dopuszcza.

Pytanie 70 Dotyczy Części 2, poz. 3.
Czy Zamawiający dopuści pętle o średnicy osłonki 2,4mm i skalowaniu co 10mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź

Tak, Komisja przetargowa dopuszcza.

Pytanie 71 Dotyczy Części 2, poz. 4.
Czy Zamawiający dopuści pętle o średnicy otwarcia 32mm i skalowaniu co 10mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź
Tak, Komisja przetargowa dopuszcza.

Pytanie 72 Dotyczy Części 2, poz. 6.
Czy Zamawiający dopuści zestaw szczotek czyszczących składający się z a) Szczotki do czyszczenia kanałów roboczych, dwustronna, dł. 230 cm, śr. główek 5mm i 7,5mm, śr. cewnika 1,7mm b) szczotki do czyszczenia gniazd zaworów o długości 15,5mm, śr. główek 5mm i 10mm?
Odpowiedź
Tak, Komisja przetargowa dopuszcza.

Pytanie 73 Dotyczy Części 2, poz. 7.
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie jednorazowego chwytaka do polipów z siatką o średnicy otwartej pętli 35x60mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź
Nie

Pytanie 74 Dotyczy Części nr 2 poz. 2
Prosimy o dopuszczenie kleszczy biopsyjnych z hydrofilną osłonką PE równoważną do osłonki teflonowej.
Odpowiedź
Nie

Pytanie 75 Dotyczy Części nr 2 ,poz. 3
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie pętli o śr. osłonki 2,4mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź
Tak, Komisja przetargowa dopuszcza.

Pytanie 76 Dotyczy Części nr 2 ,poz. 4
Prosimy o dopuszczenie pętli o śr. osłonki 2,4mm, średnica pętli 30mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź
Tak, Komisja przetargowa dopuszcza.

Pytanie 77 Dotyczy Części nr 2 ,poz. 5
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie pułapek 5-komorowych, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź
Nie

Pytanie 78 Dotyczy Części nr 2 ,poz. 6
Prosimy o dopuszczenie zestawu szczoteczek, w którym parametry szczotki do czyszczenia gniazd są zgodne z SIWZ natomiast szczotka do czyszczenia kanałów roboczych posiada cewnik 1,7 mm, długość roboczą 230 cm, średnice główek 6mm i 10mm,
Odpowiedź
Nie

Pytanie 79 Dotyczy Części nr 2 ,poz. 7
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie równoważnego chwytaka do polipów z siatką rozpostartą na pętli, śr. osłonki 2,5mm.
Odpowiedź
Nie

Pytanie 80
Czy w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381), pkt 5.5 ppkt 2, który nakłada na dostawców obowiązek odpowiedniego przechowywania oraz transportu wyrobów medycznych, produktów leczniczych, Zamawiający będzie wymagał aby dostawy do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu czyli pojazdami typu „izoterma", które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, ustalonych przez producenta?
Odpowiedź
Komisja przetargowa wymaga spełnienia DPD z **Rozporządzenia Ministra Zdrowia** z dnia 13.03.2015 pkt 5.5 ppkt 2 brzmi :„produkty lecznicze oraz wyroby medyczne chroni się od szkodliwego wpływu światła, temperatury, wilgoci i innych czynników zewnętrznych".

Pytanie 81
Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?

Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 82
Czy Zamawiający wymaga, aby dostawy towaru były wykonywane własnymi środkami transportu Wykonawców bez udziału pośredników? Takie rozwiązanie daje Zamawiającemu pewność należycie wykonanej dostawy oraz tego, że dostarczony towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi.
Odpowiedź
Nie

Pytanie 83
Czy Zamawiający wymaga, aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi ? Takie rozwiązanie da Zamawiającemu pewność, iż dostarczone wyroby, które będą wykorzystywane do udzielania świadczeń zdrowotnych dla ludzi, nie były przewożone z produktami niemedycznymi, w tym np. z oponami, żarówkami, substancjami żrącymi lub innymi, a zatem, że zachowane zostały wymogi: zabezpieczenia przed wzajemnym skażeniem produktów oraz przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym
Odpowiedź
Komisja przetargowa wymaga spełnienia DPD z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 pkt 5.5 ppkt 2 brzmi :„produkty lecznicze oraz wyroby medyczne chroni się od szkodliwego wpływu światła, temperatury, wilgoci i innych czynników zewnętrznych".

Pytanie 84
Wielu Wykonawców dostarcza towar korzystając z usług kurierskich. Czy w związku z tym Zamawiający wymaga aby towar był dostarczany przez wyspecjalizowane firmy kurierskie posiadające pojazdy typu „izoterma", które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu? Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381), pkt 5.5 ppkt 2, nakłada na dostawców obowiązek odpowiedniego przechowywania jak i transportu wyrobów medycznych, produktów leczniczych w sposób umożliwiający ochronę tych produktów od szkodliwego wpływu światła, temperatury, wilgoci i innych czynników zewnętrznych.
Odpowiedź
Komisja przetargowa wymaga spełnienia DPD z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 pkt 5.5 ppkt 2 brzmi :„produkty lecznicze oraz wyroby medyczne chroni się od szkodliwego wpływu światła, temperatury, wilgoci i innych czynników zewnętrznych".

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

SZPITAL POWIATU BYTOWSKIEGO Sp. z o.o.
APTEKA SZPITALNA
mgr farm. Katarzyna Wirkus
(podpis Przewodniczącego Komisji Przetargowej)