



Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.

77-100 Bytów, ul. Lęborska 13

tel.: 59/8228500, fax: 59/8223990, e-mail: nzoz.szpital@bytow.biz

Bytów, 24.01.2020 r.

Tablica ogłoszeń /
Strona internetowa Zamawiającego

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU Części 2, 24a

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę sprzętu medycznego do Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. (ZP26/A/13/2019)**

III. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona oferta:

- **nr 4 na pakiet nr 2** złożoną przez Wykonawcę **ENDOELEKTRONIK Sp. z o.o. Sp. k** 05-840 Brwinów, ul. Borkowa 12 na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych, treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie:

Zamawiający w Części 2 poz. 7 wymagał: "Chwybaka do polipów, jednorazowego użytku, woreczek z otworem do odprowadzenia płynu, rozpostarty na owalnej pętli...". Wykonawca w złożonych katalogach, zaproponował chwybak w postaci siatki rozpostartej na owalnej pętli. W odpowiedziach na pytania z dnia 18.12.2019r. Zamawiający, nie dopuścił chwytaków w postaci siatki.

- **nr 3 na pakiet nr 24a** złożoną przez Wykonawcę **MEDAK** 44-177 Paniówki, ul. Działkowa 11c na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 i pkt. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych, treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków Zamówienia oraz jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Uzasadnienie:

Zgodnie z rozdziałem XI pkt. 5 SIWZ oferta powinna być złożona w formie pisemnej. Formularz ofertowy Wykonawcy nie zawierał podpisu w wyznaczonym miejscu formularza. Na pierwszej stronie formularza ofertowego, w połowie dokumentu znajduje się jedynie odręczny znak graficzny, na podstawie którego nie sposób zidentyfikować osobę podpisującego. Znakowi temu towarzyszy również pieczętka firmowa, bez wskazania imienia i osoby, która miała znak ten wykorzystywać jako podpis.

Oferta złożona z naruszeniem przepisów o formie jest sprzeczna z przepisami ustawy Pzp i jednocześnie nieważna na podstawie odrębnych przepisów, tj. przepisów Kodeksu cywilnego, określających skutki niezachowania formy pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności. Niezachowanie formy pisemnej oferty nie może być w żaden sposób konwalidowane, bowiem skutki braku wymaganej formy określone są bezwzględnie obowiązującymi przepisami, niezależnie od przyczyn niezachowania formy pisemnej, a więc również w sytuacji, gdy jest to wynikiem przeoczenia.

- **nr 9 na pakiet nr 24a** złożoną przez Wykonawcę **SINMED Sp. z o.o.** 44-178 Przyszowice, ul. Graniczna 32b na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych, treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków Zamówienia

Uzasadnienie:

Zamawiający wymagał myjki dla pacjentów o grubości 1 cm. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego złożył katalog, w którym brakowało opisu parametru dotyczącego grubości myjki. Na wezwanie do uzupełnienia dokumentu, Wykonawca przedstawił taki sam katalog z dopisanym parametrem. Wykonawca nie przedstawił katalogu producenta myjek do ciała, co jest niezgodne z rozdziałem VII pkt. 5 b SIWZ. W celu potwierdzenia autentyczności proponowanego produktu, Zamawiający wezwał Wykonawcę do dostania próbki. Po analizie okazało się, że próbka myjki jest grubości 0,4 cm, co nie spełnia wymagań Zamawiającego.

- **nr 14 na pakiet nr 24a** złożoną przez Wykonawcę **Bialmed Sp. z o.o.** 02-546 Warszawa, ul. Kazimierzowska 46/48/35 na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych, treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie:

Zamawiający wymagał myjki dla pacjentów o grubości 1 cm. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego złożył katalog oraz próbkę. Wykonawca zaproponował myjki o wymiarach 20x12 cm, grubość 1cm (+/-0,5cm). Po



Szpital Powiatu Bytowskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Lęborska 13, 77-100 Bytów,

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy.

KRS: 0000330649, NIP: 842-173-38-33, REGON: 220799636

Wysokość kapitału zakładowego: 26 852 700,00 zł.



Hka

analizie próbki, Zamawiający określił grubość zaproponowanej myjki na 0,4cm. Proponowany produkt nie spełnia wymogów SIWZ.

IV. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 7 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w postępowanie przetargowe na:

- **Część 2** zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych, cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie:

Część 2 - Cena najkorzystniejszej oferty, złożonej przez firmę VARIMED Sp. z o.o. o wartości 96 125,40 zł przewyższa kwotę, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia o 24,05 % (18 635,40 zł.)

- **Część 24a** zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Uzasadnienie:

Nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu na Część 24a.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Ustawa Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 1843 z p. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

PREZES ZARZĄDU

Hinc
Beata Hinc

.....
podpis kierownika zamawiającego



Szpital Powiatu Bytowskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Lęborska 13, 77-100 Bytów,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy.
KRS: 0000330649, NIP: 842-173-38-33, REGON: 220799636
Wysokość kapitału zakładowego: 26 852 700,00 zł.

